

文档编号： YQ2.731.1323SSCN      版本号：  
技术状态标识： CM      密级： 公开

# 4042 频谱分析仪 使用说明书

拟制：  
审核：  
标准化：  
会签：  
批准：

中电科思仪科技股份有限公司

2024年3月



# Ceyear 思仪

## 4042

## 频谱分析仪

## 用户手册



中电科思仪科技股份有限公司

该手册适用下列型号频谱分析仪，基于软件版本 Version 2.0.39 及以上。

- 4042 频谱分析仪

版 本: B.2 2024年3月, 中电科思仪科技股份有限公司  
地 址: 山东省青岛市黄岛区香江路98号  
服务咨询: 0532-86889847 400-1684191  
技术支持: 0532-86880796  
质量监督: 0532-86886614  
传 真: 0532-86889056  
网 址: [www.ceyear.com](http://www.ceyear.com)  
电子信箱: [techbb@ceyear.com](mailto:techbb@ceyear.com)  
邮 编: 266555

# 前言

非常感谢您选择使用中电科思仪科技股份有限公司研制、生产的 4042 频谱分析仪!

我们将以满足您的需求为己任,为您提供高品质的测量仪器,同时带给您良好的售后服务。我们的旨是“质量优良,服务周到”,提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺。

## 手册编号

YQ2.731.1323SSCN

## 版本

B.2 2024.03

中电科思仪科技股份有限公司

## 手册授权

本手册中的内容如有变更,恕不另行通知。本手册内容及所用术语最终解释权属于中电科思仪科技股份有限公司。

本手册版权属于中电科思仪科技股份有限公司,任何单位或个人非经本公司授权,不得对本手册内容进行修改或篡改,并且不得以赢利为目的对本手册进行复制、传播,中电科思仪科技股份有限公司保留对侵权者追究法律责任的权利。

## 产品质保

本产品从出厂之日起保修期为 18 个月。质保期内仪器生产厂家会根据用户要求及实际情况维修或替换损坏部件。具体维修操作事宜以合同为准。

## 产品质量证明

本产品从出厂之日起确保满足手册中的指标。校准测量由具备相关资质的计量单位予以完成,并提供相关资料以备用户查阅。

## 质量/环境管理

本产品从研发、制造和测试过程中均遵守质量和环境管理体系。中电科思仪科技股份有限公司已经具备资质并通过 ISO 9001 和 ISO 14001 管理体系。

## 安全事项



警告标识表示存在危险。它提示用户注意某一操作过程、操作方法或者类似情况。若不能遵守规则或者正确操作,则可能造成人身伤害。在完全理解和满足所指出的警告条件之后,才可继续下一步。



注意标识代表重要的信息提示,但不会导致危险。它提示用户注意某一操作过程、操作方法或者类似情况。若不能遵守规则或者正确操作,则可能引起的仪器损坏或丢失重要数据。在完全理解和满足所指出的小心条件之后,才可继续下一步。

## 检定周期

本产品检定周期为 1 年。



# 目 录

1 手册导航 .....	1
1.1 关于手册 .....	1
1.2 关联文档 .....	2
2 概述 .....	3
2.1 产品综述 .....	3
2.2 安全使用指南 .....	5
3 操作指南 .....	11
3.1 准备使用 .....	11
3.2 前面板、后面板接口说明 .....	20
3.3 基本测量方法 .....	26
3.4 数据管理 .....	34
3.5 数据分析与显示 .....	41
3.6 功能操作指南 .....	45
3.7 高级操作指南 .....	63
4 频谱分析模式 .....	72
4.1 功能参数介绍 .....	72
4.2 典型测量介绍 .....	75
4.3 频谱分析菜单结构 .....	107

## 目 录

4.4 频谱分析菜单说明 .....	116
<b>5 干扰分析模式 (选件) .....</b>	<b>167</b>
5.1 典型测量介绍 .....	167
5.2 干扰分析菜单结构 .....	170
5.3 干扰分析菜单说明 .....	176
<b>6 解调分析模式 (选件) .....</b>	<b>193</b>
6.1 典型测量介绍 .....	193
6.2 解调分析菜单结构 .....	195
6.3 解调分析菜单说明 .....	200
<b>7 功率测量模式 (选件) .....</b>	<b>213</b>
7.1 功能参数介绍 .....	213
7.2 典型测量介绍 .....	214
7.3 功率测量菜单结构 .....	216
7.4 功率测量菜单说明 .....	220
<b>8 信道扫描模式 (选件) .....</b>	<b>225</b>
8.1 功能参数介绍 .....	225
8.2 典型测量介绍 .....	226
8.3 信道扫描菜单结构 .....	228
8.4 信道扫描菜单说明 .....	232

9 场强测量模式（选件） .....	239
9.1 典型测量介绍 .....	239
9.2 场强测量菜单结构 .....	242
9.3 场强测量菜单说明 .....	248
10 实时频谱测量模式（选件） .....	263
10.1 典型测量介绍 .....	264
10.2 实时频谱菜单结构 .....	267
10.3 实时频谱菜单说明 .....	274
11 峰值功率模式（选件） .....	291
11.1 典型测量介绍 .....	291
11.2 峰值功率测量菜单结构 .....	293
11.3 峰值功率测量菜单说明 .....	296
12 时间门扫描模式（选件） .....	307
12.1 典型测量介绍 .....	307
12.2 时间门扫描模式菜单结构 .....	309
12.3 时间门扫描模式菜单说明 .....	314
13 IQ 分析模式（选件） .....	329
13.1 典型测量介绍 .....	329
13.2 IQ 分析菜单结构 .....	330

目 录

13.3 IQ 分析菜单说明.....	336
14 故障诊断与返修 .....	357
14.1 工作原理.....	357
14.2 故障诊断与排除.....	359
14.3 返修方法.....	361
15 技术指标与测试方法.....	363
15.1 声明.....	363
15.2 产品特征.....	363
15.3 技术指标.....	364
15.4 接口.....	366
15.5 性能特性测试.....	366

# 1 手册导航

本章介绍了 4042 频谱分析仪的用户手册功能、章节构成和主要内容，并介绍了提供给用户使用的仪器关联文档。

- [关于手册](#) ..... 1
- [关联文档](#) ..... 2

## 1.1 关于手册

本手册介绍了中电科思仪科技股份有限公司所生产的 4042 频谱分析仪的基本功能和操作使用方法。描述了仪器产品特点、基本使用方法、测量配置操作指南、菜单、远程控制、维护及技术指标和测试方法等内容，以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。为方便您熟练使用该仪器，请在操作仪器前，仔细阅读本手册，然后按手册指导正确操作。

用户手册共包含的章节如下：

- **概述**

概括地讲述了 4042 频谱分析仪的主要性能特点、典型应用示例及操作仪器的安全指导事项。目的使用户初步了解仪器的主要性能特点，并指导用户安全操作仪器。

- **使用入门**

本章介绍了 4042 频谱分析仪的操作前检查、仪器浏览、基本测量方法、测量窗口使用说明及数据存储等。以使用户初步了解仪器本身和测量过程，并为后续全面介绍仪器测量操作指南做好前期准备。该章节包含的部分内容与快速使用指南手册相关章节一致。

- **操作指南**

详细介绍仪器各种测量功能的操作方法，包括：配置仪器、启动测量过程和获取测量结果等。主要包括两部分：功能操作指南和高级操作指南。功能操作指南部分针对不熟悉 4042 频谱分析仪使用方法的用户，系统、详细地介绍、列举每种功能，使用户理解掌握信号发生器的一些基本用法，如设置频率、幅度、标记等。高级操作指导部分针对已具备基本的频谱分析仪使用常识，但对一些特殊用法不够熟悉的用户，介绍相对复杂的测试过程、高阶的使用技巧、指导用户实施测量过程。

- **菜单**

按照功能分类介绍菜单结构和菜单项说明，方便用户查询参考。

- **故障诊断与返修**

包括整机工作原理介绍、故障判断和解决方法、错误信息说明及返修方法。

- **技术指标与测试方法**

介绍了 4042 频谱分析仪的产品特征和主要技术指标以及推荐用户使用的测试方法指导说明。

## 1.2 关联文档

4042 频谱分析仪的产品文档包括：

- 用户手册
- 程控手册
- 快速使用指南

### 用户手册

本手册详细介绍了仪器的功能和操作使用方法，包括：配置、测量和维护等信息。目的是：指导用户如何全面的理解产品功能特点及掌握常用的仪器测试方法。包含的主要章节是：

- 手册导航
- 概述
- 操作指南
- 各测量功能模式及菜单
- 故障诊断与返修
- 技术指标与测试方法

### 程控手册

本手册详细介绍了远程编程基础、SCPI 基础、SCPI 命令、编程示例和 I/O 驱动函数库等。目的是：指导用户如何快速、全面的掌握仪器的程控命令和程控方法。包含的主要章节是：

- 远程控制
- 程控命令
- 编程示例
- 错误说明
- 附录

### 快速使用指南

本手册介绍了仪器的配置和启动测量的基本操作方法，目的是：使用户快速了解仪器的特点、掌握基本设置和基础的操作方法。包含的主要章节是：

- 准备使用
- 典型应用
- 获取帮助

## 2 概述

本章介绍了 4042 频谱分析仪的主要性能特点、主要用途范围及主要技术指标。同时说明了如何正确操作仪器及用电安全等注意事项。

- [产品综述](#).....3
- [安全使用指南](#).....5

### 2.1 产品综述

Ceyear 4042 系列频谱分析仪是电科思仪新推出的基础型频谱分析仪，频率测量范围覆盖 9kHz~20GHz。4042 系列频谱分析仪采用便携式结构，重量低于 6.5kg，具有工作频段宽、性能指标高、扫描速度快、测试功能多、便携易操作等多重优点。

4042 频谱分析仪具有 40MHz 或 120MHz 带宽实时频谱分析、干扰分析、信道扫描、场强测量、USB 连续波与峰值功率测量、模拟解调分析等多种测量功能模式选件，以及通道功率、占用带宽、邻道功率、频谱发射模板、载噪比、谐波失真、杂散发射模板等智能测量功能，支持 LAN、USB、WiFi 无线通信（选件）等接口。整机采用 12.1 寸电容触摸屏，支持标记拖动、频率与幅度拖动缩放等功能，产品可应用于工业电子产品的研发和测试过程以及通信测试、卫星通信、微波通信、科研教学等众多领域。

- [产品特点](#).....3
- [产品功能](#).....4
- [典型应用](#).....4

#### 2.1.1 产品特点

- 1) 频率覆盖范围：9kHz~20GHz，标配全频段前置放大器。
- 2) 优异的射频性能指标  
显示平均噪声电平：≤-163dBm/Hz（10MHz~2GHz，前置放大器开，典型值）  
单边带相位噪声：≤-113dBc/Hz@100kHz 频偏@1GHz 载波（典型值）  
≤-108dBc/Hz@100kHz 频偏@10GHz 载波（典型值）  
三阶交调失真：+16dBm@900MHz（典型值）  
总电平不确定度：±1.0dB（典型值）
- 3) 扫描速度快  
扫描时间<33ms（扫宽 20GHz，分辨率带宽 3MHz）  
扫描时间 < 4s（扫宽 1GHz，分辨率带宽 1kHz，快速 FFT 扫描方式）
- 4) 多种测量功能模式选件：频谱分析、干扰分析（瀑布图、RSSI）、信道扫描、场强测量、USB 连续波功率测量、USB 峰值功率测量、模拟解调分析（AM、FM、PM）、实时频谱分析（最大分析带宽 40MHz）、IQ 分析、时间门扫描等。
- 5) 多种智能测量功能：通道功率、占用带宽、邻道功率、频谱发射模板、载噪比、谐波失真、杂散发射模板等。
- 6) 多样的辅助测试接口及数字接口：10MHz 参考输入输出、零扫宽中频输出（选件）、

### 2.1 产品综述

LAN、USB、HDMI 等。

- 7) 方便快捷的用户操作体验：12.1 寸液晶及电容触摸屏，搭配按键操作，具有 6 个独立标记，支持标记拖动、频率/幅度参数拖动与缩放功能，支持信号跟踪与频率跟踪，具有 3 条显示迹线、6 种检波方式（标准、正峰值、负峰值、取样、均值、均方根），支持 HDMI 输出。
- 8) 支持多种外置选件，如 USB 连续波功率探头、USB 峰值功率探头、EMI 近场探头等。

#### 2.1.2 产品功能

4042 频谱分析仪具有丰富的测量功能，主要包含如下：

- 1) 频谱分析功能，可对信号进行基本的频谱分析，其中包含有场强测量、通道功率、占用带宽、邻道功率、频谱发射模板、载噪比、音频解调、谐波失真、杂散发射模板、多载波邻道功率等多种智能测量功能；
- 2) USB 功率测量（选件）：配合 Ceyear 的 8723X 连续波功率探头，实现 USB 接口的高精度连续波功率测量；
- 3) USB 峰值功率测量功能（选件）：配合 Ceyear 的 87234X 峰值功率探头，可实现 USB 接口的高精度脉冲调制信号功率测量；
- 4) 干扰分析功能（选件），提供瀑布图、RSSI 测量等功能；
- 5) 信道扫描功能（选件），可实现多个信道或频率的信号功率测量；
- 6) 场强测量功能（选件），可实现点频测量、频率扫描测量以及列表扫描测量功能；
- 7) 模拟解调分析功能（选件），实现 AM/FM/PM 信号的调制特性分析；
- 8) GPS/北斗功能（选件），通过外接 GPS 天线可实现 GPS/北斗定位、授时及晶振频率校准功能；
- 9) 零扫宽中频输出功能（选件），通过中频输出接口可实现零扫宽情况下的中频信号的输出；
- 10) 时间门扫描功能（选件），可测量时分信号的频谱，通过触发进行扫描，触发源可选择内部、外部和 GPS，可设置门宽度、延时、触发间隔等参数；
- 11) 40MHz 带宽实时频谱分析功能（选件），可提供瞬态时变信号的数字荧光频谱和瀑布图测量，最大实时分析带宽 40MHz；
- 12) 列表扫描功能（选件），可实现多个频段的连续扫描测量；
- 13) WiFi 无线通信功能（选件）：通过内置 WiFi 无线通信模块及外置天线，可与外部设备进行无线数据传输通信。

#### 2.1.3 典型应用

##### 1) 通用信号频谱、解调测试

4042 频谱分析仪可对接收机与发射机参数测试，如对电子设备的信号频率、幅度、频谱分布特性分析，空间信号的干扰分析与实时频谱分析等。

##### 2) 科研教学

4042 频谱分析仪可用于射频电路设计与测试，如对常用射频器件/模块的设计与测试、时域/频域转换的理解、频率/幅度/带宽/谐波/噪声等基本参数测试，支持通过 HDMI 接口外接显示器，方便教学展示。

### 3) 产线自动化测试

4042 频谱分析仪可配置上架架套件，并支持 USB、LAN、Wi-Fi 多种接口进行程控，根据用户测试需求进行二次开发，可与信号发生器、示波器、功率计等构建集成测试系统。

### 4) EMI测试

4042 频谱分析仪可配置 9kHz~9GHz 的近场探头选件，含 4 个磁场探头和 1 个电场探头，配合频谱分析或实时频谱分析选件使用，可以用于电路板或整机的电磁辐射泄露与信号串扰故障定位。

## 2.2 安全使用指南

请认真阅读并严格遵守以下注意事项!

我们将不遗余力的保证所有生产环节符合最新的安全标准，为用户提供最高安全保障。我们的产品及其所用辅助性设备的设计与测试均符合相关安全标准，并且建立了质量保证体系对产品质量进行监控，确保产品始终符合此类标准。为使设备状态保持完好，确保操作的安全，请遵守本手册中所提出的注意事项。如有疑问，欢迎随时向我们进行咨询。

另外，正确的使用本产品也是您的责任。在开始使用本仪器之前，请仔细阅读并遵守安全说明。本产品适合在工业和实验室环境或现场测量使用，切记按照产品的限制条件正确使用，以免造成人员伤亡或财产损害。如果产品使用不当或者不按要求使用，出现的问题将由您负责，我们将不负任何责任。**因此，为了防止危险情况造成人身伤害或财产损坏，请务必遵守安全使用说明。**请妥善保管基本安全说明和产品文档，并交付到最终用户手中。

● 安全标识	5
● 操作状态和位置	7
● 用电安全	8
● 操作注意事项	8
● 维护	9
● 电源模块	9
● 运输	10
● 废弃处理/环境保护	10

### 2.2.1 安全标识

● 产品相关	6
● 手册相关	7

## 2.2.1.1 产品相关

产品上的安全警告标识如下（表 2.1）：

表2.1 产品安全标识

符号	意义	符号	意义
	注意，特别提醒用户注意的信息。提醒用户应注意的操作信息或说明。		开/关 电源
	注意，搬运重型设备。		待机指示
	危险！小心电击。		直流电（DC）
	警告！小心表面热。		交流电（AC）
	防护导电端		直流/交流电（DC/AC）
	地		仪器加固绝缘保护
	接地端		电池和蓄电池的EU标识。 具体说明请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”中的第1项。
	注意，小心处理经典敏感器件。		单独收集电子器件的EU标识。 具体说明请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”中的第2项。
	警告！辐射。 具体说明请参考本节“2.2.4 操作注意事项”中的第7项。		

### 2.2.1.2 手册相关

为提醒用户安全操作仪器及关注相关信息，产品手册中使用了以下安全警告标识，说明如下：



危险标识，若不可避免，会带来人身和设备伤害。



警告标识，若不可避免，会带来人身和设备伤害。



小心标识，若不可避免，会导致轻度或中度的人身和设备伤害。



注意标识，代表重要的信息提示，但不会导致危险。



提示标识，仪器及操作仪器的信息。

### 2.2.2 操作状态和位置

操作仪器前请注意：

- 1) 除非特别声明，4042 频谱分析仪的操作环境需满足：平稳放置仪器。操作仪器时所处的海拔高度最大不超过 4600 米，运输仪器时，海拔高度最大不超过 4600 米。实际供电电压允许在标注电压的 $\pm 10\%$ 范围内变化，供电频率允许在标注频率的 $\pm 5\%$ 范围内变化。
- 2) 除非特别声明，仪器未做过防水处理，请勿将仪器放置在有水的表面、车辆、橱柜和桌子等不固定及不满足载重条件的物品上。请将仪器稳妥放置并加固在结实的物品表面（例如：防静电工作台）。
- 3) 请勿将仪器放置在容易形成雾气的环境，例如在冷热交替的环境移动仪器，仪器上形成的水珠易引起电击等危害。
- 4) 请勿将仪器放置在散热的物品表面（例如：散热器）。操作环境温度不要超过产品相关指标说明部分，产品过热会导致电击、火灾等危险。
- 5) 请勿随便通过仪器外壳上的开口向仪器内部塞入任何物体，或者遮蔽仪器上的槽口或开口，因为它们的作用在于使仪器内部通风、防止仪器变得过热；测试时建议 4042 与其他设备保持 10cm 以上间距确保通风散热。

### 2.2.3 用电安全

仪器的用电注意事项：

- 1) 仪器加电前，需保证实际供电电压需与仪器标注的供电电压匹配。
- 2) 请勿破坏电源线，否则会导致漏电，损坏仪器，甚至对操作人员造成伤害。若使用外加电源线或接线板，使用前需检查以保证用电安全。
- 3) 若供电插座未提供开/关电开关，若需对仪器断电，可直接拔掉电源插头，为此需保证电源插头可方便的实现插拔。
- 4) 请勿使用损坏的电源线，仪器连接电源线前，需检查电源线的完整性和安全性，并合理放置电源线，避免人为因素带来的影响，例如：电源线过长绊倒操作人员。
- 5) 保持插座整洁干净，插头与插座应接触良好、插牢。
- 6) 插座与电源线不应过载，否则会导致火灾或电击。
- 7) 仪器需符合 IEC60950-1/EN60950-1 或 IEC61010-1/EN 61010-1 标准，以满足连接 PC 机或工控机。
- 8) 除非经过特别允许，不能随意打开仪器外壳，这样会暴露内部电路和器件，引起不必要的损伤。
- 9) 采取合适的过载保护，以防过载电压（例如由闪电引起）损伤仪器，或者带来人员伤害。
- 10) 仪器机壳打开时，不属于仪器内部的物体，不要放置在机箱内，否则容易引起短路，损伤仪器，甚至带来人员伤害。
- 11) 除非特别声明，仪器未做过防水处理，因此仪器不要接触液体，以防损伤仪器，甚至带来人员伤害。
- 12) 仪器不要处于容易形成雾气的环境，例如在冷热交替的环境移动仪器，仪器上形成的水珠易引起电击等危害。

### 2.2.4 操作注意事项

- 1) 仪器操作人员需要具备一定的专业技术知识，以及良好的心理素质，并具备一定的应急处理反映能力。
- 2) 移动或运输仪器前，请参考本节“2.2.7 运输”的相关说明。
- 3) 仪器生产过程中不可避免的使用可能会引起人员过敏的物质（例如：镍），若仪器操作人员在操作过程中出现过敏症状（例如：皮疹、频繁打喷嚏、红眼或呼吸困难等），请及时就医查询原因，解决症状。
- 4) 拆卸仪器做报废处理前，请参考本节“2.2.8 废弃处理/环境保护”的相关说明。

- 5) 射频类仪器会产生较高的电磁辐射, 此时, 孕妇和带有心脏起搏器的操作人员需要加以特别防护, 若辐射程度较高, 可采取相应措施移除辐射源以防人员伤害。
- 6) 若发生火灾, 损坏的仪器会释放有毒物质, 为此操作人员需具备合适的防护设备(例如: 防护面罩和防护衣), 以防万一。
- 7) 激光产品上需根据激光类别标识警告标志, 因为激光的辐射特性及此类设备都具备高强度的电磁功率特性, 会对人体产生伤害。若该产品集成了其它激光产品(例如: CD/DVD 光驱), 为防止激光束对人体的伤害, 除产品手册描述的设置和功能外, 不会提供其他功能。
- 8) 电磁兼容等级(符合 EN 55011/CISPR 11、EN 55022/CISPR 22 及 EN 55032/CISPR 32 标准)

#### 一、A 级设备:

除住宅区和低压供电环境外, 该设备均可使用。

注: A 级设备适用于工业操作环境, 因其对住宅区产生无线通信扰动, 为此操作人员需采取相关措施减少这种扰动影响。

#### 一、B 级设备:

适用于住宅区和低压供电环境的设备。

### 2.2.5 维护

- 1) 只有授权的且经过专门技术培训的操作人员才可以打开仪器机箱。进行此类操作前, 需断开电源线的连接, 以防损伤仪器, 甚至人员伤害。
- 2) 仪器的修理、替换及维修时, 需由厂家专门的电子工程师操作完成, 且替换维修的部分需经过安全测试以保证产品的后续安全使用。

### 2.2.6 电源模块

电源模块使用前, 需仔细阅读相关信息, 以免发生爆炸、火灾甚至人身伤害。关于电源模块的使用注意事项如下:

- 1) 请勿损坏电源模块。
- 2) 勿将电源模块暴露在明火等热源下; 存储时, 避免阳光直射, 保持清洁干燥; 并使用干净干燥的柔软棉布清洁电源模块的连接端口。
- 3) 请勿短路电源模块。由于彼此接触或其它导体接触易引起短路, 请勿将电源模块放置在纸盒或者抽屉中存储; 电源模块使用前请勿拆除原外包装。
- 4) 电源模块请勿遭受机械冲撞。
- 5) 请使用厂家标配的电源模块, 任何不正确的电源模块, 都易引起爆炸。

## 2.2 安全使用指南

- 6) 废弃的电源模块需回收并与其它废弃物品分开处理。因电源模块内部的有毒物质，需根据当地规定合理丢弃或循环利用。

### 2.2.7 运输

- 1) 仪器把手适用于个人搬运仪器时使用，运输仪器时不能用于固定在运输设备上。为防止财产和人身伤害，请按照厂家有关运输仪器的安全规定进行操作。
- 2) 在运输车辆上操作仪器，司机需小心驾驶保证运输安全，厂家不负责运输过程中的突发事件。所以请勿在运输过程中使用仪器，且应做好加固防范措施，保证产品运输安全。

### 2.2.8 废弃处理/环境保护

- 1) 请勿将废弃的电子设备随未分类垃圾一起处理，应单独收集。厂家有权利和责任帮助最终用户处置废弃产品，需要时，请联系厂家的客户服务中心做相应处理以免破坏环境。
- 2) 产品或其内部器件进行机械或热再加工处理时，或许会释放有毒物质(重金属灰尘例如：铅、铍、镍等)，为此，需要经过特殊训练具备相关经验的技术人员进行拆卸，以免造成人身伤害。
- 3) 再加工过程中，产品释放出来的有毒物质或燃油，请参考生产厂家建议的安全操作规则，采用特定的方法进行处理，以免造成人身伤害。

## 3 操作指南

本章介绍了 4042 频谱分析仪的使用前注意事项、前后面板浏览、常用基本测量方法及数据文件管理等。以使用户初步了解仪器本身和测量过程。该章节包含的内容与快速入门手册相关章节一致。

● 准备使用	11
● 前面板、后面接口说明	20
● 基本测量方法	26
● 数据管理	34
● 数据分析与显示	41
● 功能操作指南	45
● 高级操作指南	63

### 3.1 准备使用

● 操作前准备	11
● 例行维护	19

#### 3.1.1 操作前准备

本章介绍了 4042 频谱分析仪初次设置使用前的注意事项。

#### 警告

##### 防止损伤仪器

为避免电击、火灾和人身伤害：

- 请勿擅自打开机箱。
- 请勿试图拆开或改装本手册未说明的任何部分。若自行拆卸，可能会导致电磁屏蔽效能下降、机内部件损坏等现象，影响产品可靠性。若产品处于保修期内，我方不再提供无偿维修。
- 认真阅读本手册“2.2 安全使用指南”章节中的相关内容，及下面的操作安全注意事项，同时还需注意数据页中涉及的有关特定操作环境要求。

## 注意

### 静电防护

注意工作场所的防静电措施，以避免对仪器带来的损害。具体请参考手册“2.2 安全使用指南”章节中的相关内容。

## 注意

### 操作仪器时请注意：

不恰当的操作位置或测量设置会损伤仪器或其连接的仪器。仪器加电前请注意：

- 为保证风扇叶片未受阻及散热孔通畅，仪器距离墙壁至少 10cm，并确保所有风扇通风口均畅通无阻；
- 保持仪器干燥；
- 平放、合理摆放仪器；
- 环境温度符合数据页中标注的要求；
- 端口输入信号功率符合标注范围；
- 信号输出端口正确连接，不要过载。

## 提示

### 电磁干扰（EMI）的影响：

电磁干扰会影响测量结果，为此：

- 选择合适的屏蔽电缆。例如，使用双屏蔽射频/网络连接电缆；
- 请及时关闭已打开且暂时不用的电缆连接端口或连接匹配负载到连接端口；
- 参考注意数据页中的电磁兼容（EMC）级别标注。

## 提示

### 测量模式：

除单独说明外，本文所有的操作是基于已经选择频谱分析模式的前提下，后面不再单独说明。

● 开箱	13
● 环境要求	14
● 初次加电	15
● 正确使用连接器	15
● 保险丝的更换	18
● 用户检查	19

### 3.1.1.1 开箱

#### 1) 外观检查

**步骤 1.** 检查外包装箱和仪器防震包装是否破损，若有破损保存外包装以备用，并按照下面的步骤继续检查。

**步骤 2.** 开箱，检查主机和随箱物品是否有破损；

**步骤 3.** 按照表 3.1 仔细核对以上物品是否有误；

**步骤 4.** 若外包装破损、仪器或随箱物品破损或有误，严禁通电开机！请根据封面中的服务咨询热线与我所服务咨询中心联系，我们将根据情况迅速维修或调换。

**搬移：**因仪器和包装箱较重，移动时，应由小心搬移，并轻放。

#### 2) 型号确认

表 3.1 4042 随箱物品清单

名称	数量	功能
<b>主机:</b>		
◇ 4042 频谱分析仪	1 台	—
<b>标配:</b>		
◇ 标准三芯电源线	1 根	—
◇ 产品快速使用指南	1 本	—
◇ 产品合格证	1 个	—
◇ 装箱清单	1 份	—
<b>选件:</b>		
◇ 若干	—	—

3.1 准备使用

3.1.1.2 环境要求

4042 频谱分析仪的操作场所应满足下面的环境要求:

1) 操作环境

操作环境应满足下面的要求:

表 3.2 4042 操作环境要求

工作温度范围	0°C ~ 50°C
存储温度范围	-40°C ~ 70°C
低气压 (海拔高度)	0 ~ 4,600 米

**注意**

上述环境要求只针对仪器的操作环境因素，而不属于技术指标范围。

2) 电源线的选择

4042 频谱分析仪采用符合国际安全标准的三芯电源线。使用时，插入带有保护地的合适电源插座，以便电源线将仪器的机壳接地。推荐使用随机携带的电源线。在更换电源线时，建议使用同类型的 250V/10A 电源线。

3) 供电要求

4042 频谱分析仪可采用交流供电，使用时请确保供电电压在下表要求的范围以内。

表 3.3 电源要求

电源参数	适应范围
输入电压	100V ~ 240VAC
工作频率	50/60Hz

4) 静电防护

静电对电子元器件和设备有极大的破坏性，通常我们使用两种防静电措施：导电桌垫与手腕组合；导电地垫与脚腕组合。两者同时使用时可提供良好的防静电保障。若单独使用，只有前者可以提供保障。为确保用户安全，防静电部件必须提供至少 1MΩ 的对地隔离电阻。

请正确应用以下防静电措施来减少静电损坏：

- 保证所有仪器正确接地，防止静电生成；
- 工作人员在接触接头、芯线或做任何装配操作以前，必须佩带防静电手腕或采取其他防静电措施。
- 将电缆连接到仪器进行测试之前，一定要使电缆的中心导体首先接地。可以通过以下步骤来实现：在电缆的一端连上短路器使电缆的中心导体和外导体短路，当佩带防静电腕带时，抓紧电缆连接器的外壳，连好电缆的另一端，然后去掉短路器。

## 5) 输入/输出端口保护

4042 频谱分析仪射频端口标准阻抗是  $50\Omega$ ，因此使用过程中应严格按照端口要求端接合适的负载阻抗，防止损坏后级电路。

### 警告

#### 最大输入电平

输入到射频输入端的信号，直流电压分量不得超过 50V，交流（射频）信号分量最大连续功率不得超过 +27dBm (50MHz~20GHz)，严禁注入超限加入信号，否则会引起仪器损坏。

### 3.1.1.3 初次加电

将 4042 外接供电，观察此时前面板的电源指示灯为黄色，表示待机电源工作正常。轻按前面板软电源开关，观察前面板电源指示灯变为白色，显示器背光灯点亮，显示启动过程大约需等待 30 秒，显示正常开机状态界面。开机预热 30 分钟后，显示界面内应无任何告警指示。

### 3.1.1.4 正确使用连接器

在频谱分析仪进行各项测试过程中，经常会用到连接器，尽管测试电缆和分析仪测量端口的连接器都是按照最高的标准进行设计制造，但是所有这些连接器的使用寿命都是有限的。由于正常使用时不可避免的存在磨损，导致连接器的性能指标下降甚至不能满足测量要求，因此正确的进行连接器的维护和测量连接不但可以获得精确的、可重复的测量结果，还可以延长连接器的使用寿命，降低测量成本，在实际使用过程中需注意以下几个方面：

#### 1) 连接器的检查

在进行连接器检查时，应该佩带防静电腕带，建议使用放大镜检查以下各项：

- a) 电镀的表面是否磨损，是否有深的划痕；
- b) 螺纹是否变形；

### 3.1 准备使用

- c) 连接器的螺纹和接合表面上是否有金属微粒;
- d) 内导体是否弯曲、断裂;
- e) 连接器的螺套是否旋转不良。

## 小心

### 连接器检查防止损坏仪器端口

任何已损坏的连接器即使在第一次测量连接时也可能损坏与之连接的良好连接器, 为保护信号发生器本身的各个接口, 在进行连接器操作前务必进行连接器的检查。

## 2) 连接方法

测量连接前应该对连接器进行检查和清洁, 确保连接器干净、无损。连接时应佩带防静电腕带, 正确的连接方法和步骤如下:

**步骤 1.** 如图 3.1, 对准两个互连器件的轴心, 保证阳头连接器的插针同心地滑移进阴头连接器的接插孔内。



图 3.1 互连器件的轴心在一条直线上

**步骤 2.** 如图 3.2, 将两个连接器平直地移到一起, 使它们能平滑接合, 旋转连接器的螺套 (注意不是旋转连接器本身) 直至拧紧, 连接过程中连接器间不能有相对的旋转运动。




图 3.2 连接方法

**步骤 3.** 如图 3.3, 使用力矩扳手拧紧完成最后的连接, 注意力矩扳手不要超过起始的折点, 可使用辅助的扳手防止连接器转动。




图 3.3 使用力矩扳手完成最后连接

### 3) 断开连接的方法

- 步骤 1. 支撑住连接器以防对任何一个连接器施加扭曲、摇动或弯曲的力量；
- 步骤 2. 可使用一支开口扳手防止连接器主体旋转；
- 步骤 3. 利用另一支扳手拧松连接器的螺套；
- 步骤 4. 用手旋转连接器的螺套，完成最后的断开连接；
- 步骤 5. 将两个连接器平直拉开分离。

### 4) 力矩扳手的使用方法

力矩扳手的使用方法如图 3.4 所示，使用时应注意以下几点：

- 使用前确认力矩扳手的力矩设置正确；
- 加力之前确保力矩扳手和另一支扳手（用来支撑连接器或电缆）相互间夹角在 90° 以内；
- 轻抓住力矩扳手手柄的末端，在垂直于手柄的方向上加力直至达到扳手的折点。




图 3.4 力矩扳手的使用方法

### 5) 连接器的使用和保存

- a) 连接器不用时应加上保护护套；
- b) 不要将各种连接器、空气线和校准标准散乱的放在一个盒子内，这是引起连接器损坏的一个最常见原因；

### 3.1 准备使用

- c) 使连接器和分析仪保持相同的温度, 用手握住连接器或用压缩空气清洁连接器都会显著改变其温度, 应该等连接器的温度稳定下来后再使用它进行校准;
- d) 不要接触连接器的接合平面, 皮肤的油脂和灰尘微粒很难从接合平面上去除;
- e) 不要将连接器的接触面向下放到坚硬的台面上, 与任何坚硬的表面接触都可能损坏连接器的电镀层和接合表面;
- f) 佩戴防静电腕带并在接地的导电工作台垫上工作, 这可以保护分析仪和连接器免受静电释放的影响。

### 6) 连接器的清洁

清洁连接器时应该佩戴防静电腕带, 按以下步骤清洁连接器:

- a) 使用清洁的低压空气清除连接器螺纹和接合平面上的松散颗粒, 对连接器进行彻底检查, 如果需要进一步的清洁处理, 按以下步骤进行;
- b) 用异丙基酒精浸湿 (但不浸透) 不起毛的棉签;
- c) 使用棉签清除连接器接合表面和螺纹上的污物和碎屑。当清洁内表面时, 注意不要对中心的内导体施加外力, 不要使棉签的纤维留在连接器的中心导体上;
- d) 让酒精挥发, 然后使用压缩空气将表面吹干净;
- e) 检查连接器, 确认没有颗粒和残留物;
- f) 如果经过清洁后连接器的缺陷仍明显可见, 表明连接器可能已经损坏, 不应该再使用, 并在进行测量连接前确认连接器损坏的原因。

### 7) 连接器的接合平面

微波测量中的一个重要概念是参考平面, 对于分析仪来说, 它是所有测量的基准参考面。在进行校准时, 参考平面被定义为测量端口和校准标准接合的平面, 良好连接和校准取决于连接器间在接合面的各点上是否可以完全平直的接触。




图 3.5 校准平面

#### 3.1.1.5 保险丝的更换

4042 频谱分析仪如需更换保险丝, 支持的电源保险丝规格为额定电压 250V, 额定电流 1.6A。


## 注意

### 保险丝更换前检查:


更换保险丝之前, 请确保仪器已关闭并且断开与电源的连接, 且确保更换的保险丝符合要求。

### 3.1.1.6 用户检查

#### 1) 频谱分析仪开机

将 4042 频谱分析仪外接供电, 观察此时前面板的电源指示灯为黄色, 表示待机电源工作正常。将前面板软电源开关  轻按, 观察前面板电源指示灯变为白色, 显示器背光灯点亮, 显示启动过程大约需等待 30 秒, 显示正常开机状态界面。开机预热 30 分钟后, 显示界面内应无任何告警指示。

#### 2) 频谱分析仪关机

将前面板软电源开关  轻按, 可在弹出的对话框中选择关机和取消。选择关机后, 频谱分析仪将自动退出测量应用程序, 关闭电源。

### 3.1.2 例行维护

该节介绍了 4042 频谱分析仪的日常维护方法。

- [清洁方法](#) ..... 19
- [测试端口维护](#) ..... 20

#### 3.1.3.1 清洁方法

##### 1) 清洁仪器表面

清洁仪器表面时, 请按照下面的步骤操作:

**步骤 1.** 关机, 断开与仪器连接的电源线;

**步骤 2.** 用干的或稍微湿润的软布轻轻擦拭表面, 禁止擦拭仪器内部;

**步骤 3.** 请勿使用化学清洁剂, 例如: 酒精、丙酮或可稀释的清洁剂等。

### 3.2 前面板、后面板接口说明

#### 2) 清洁显示器

使用一段时间后，需要清洁液晶显示器。请按照下面的步骤操作：

- 步骤 1. 关机，断开与仪器连接的电源线；
- 步骤 2. 用干净柔软的棉布蘸上清洁剂，轻轻擦拭显示面板；
- 步骤 3. 再用干净柔软的棉布将显示擦干；
- 步骤 4. 待清洗剂干透后方可接上电源线。

### 注意

#### 显示器清洁

显示屏表面有一层防静电涂层，切勿使用含有氟化物、酸性、碱性的清洗剂。切勿将清洗剂直接喷到显示面板上，否则可能渗入机器内部，损坏仪器。

#### 3.1.3.2 测试端口维护

4042频谱分析仪前面板有一个N型端口（阴头）。若该接头损伤或内部存在灰尘会影响射频波段测试结果，请按照的下面的方法维护该类接头：

- 接头应远离灰尘，保持干净；
- 为防止静电泄露（ESD），不要直接接触接头表面；
- 不要使用损伤的接头；
- 请使用电吹风清洁接头，不要使用例如砂纸之类的工具研磨接头表面。

### 注意

#### 端口阻抗匹配

4042频谱分析仪前面的射频端口是50 Ω N型接头（阴头）。若连接不匹配阻抗连接器会损伤该接头。

## 3.2 前面板、后面板接口说明

该章节介绍了4042频谱分析仪的前、后面板及操作界面的元素组成及其功能。

- [前面板说明](#) ..... 20
- [后面板说明](#) ..... 24

### 3.2.1 前面板说明

本节介绍了4042频谱分析仪的前面板组成及功能，前面板如下（图3.6），列项说明如表3.4。

## 3.2 前面板、后面板接口说明



图 3.6 4042 前面板

- 触屏显示区..... 21
- 按键区..... 21
- USB 接口区..... 23
- 防静电腕带插孔..... 23

## 3.2.1.1 触屏显示区

采用12.1英寸多点触控液晶一体屏，分辨率为1280×800。显示区划分如下表。




图 3.7 触摸屏显示区

表 3.4 触摸屏显示区功能说明

序号	名称	说明
1	结果显示区	该区域能够显示测量数据以及中心频率、扫宽等基本信息。在不同的测量模式下，显示区所显示的内容不同。
2	系统功能区	该区域主要用于文件操作、切换测量模式、系统设置和快速截屏。
3	系统信息显示区	该区域主要显示日期时间、GPS、WiFi 等系统信息。
4	软件菜单显示区	该区域主要用于显示当前功能的菜单，功能键区不同的功能按键对应不同的菜单。
5	功能键区	该区域主要用于显示当前测量模式下有关的功能，不同的功能按键可激活不同的菜单。
6	左侧信息显示区	该区域主要显示参考电平、衰减器值、RBW、VBW 和扫描时间等信息，同时可通过轻触对相应参数进行快捷设置。

其中功能键区位于屏幕下方，用于改变测量的参数设置，包括频率、扫宽、幅度、带宽、标记、峰值、扫描、迹线、极限、测量和配置共十一个按键，其中，功能键区各按键的功能介绍如下表所示。

表 3.5 功能键区功能说明

序号	名称	说明
1	频率	用于设置测量的频率范围、频率步进、信号标准等。
2	扫宽	用于设置测量的扫宽、中频输出。
3	幅度	用于设置显示测量结果的幅度参数，包括显示格式、显示刻度、前置放大器的控制等。
4	带宽	用于设置测量的分辨率带宽、视频带宽、检波类型、平均等参数。
5	标记	用于打开与标记相关的功能菜单。当标记打开时，也可通过拖拽、点击等触摸方式对标记进行操作。
6	峰值	用于打开峰值搜索功能。
7	扫描	用于设置扫描时间、扫描类型、扫描方式和触发等。
8	迹线	用于设置最大保持、最小保持、刷新迹线等。
9	极限	用于设置极限线、存储和调用极限等。
10	测量	用于选择该测量模式下的测量功能。例如在普通频谱模式下具有场强测量、通道功率、占用带宽等测量功能。
11	配置	在打开某测量功能后，按此键可快速跳转到测量功能设置菜单。

### 3.2.1.2 标签显示区

显示产品名称、型号、工作频率范围。

### 3.2.1.3 按键区

按键包括方向键、旋钮、功能键、数字键、退格键、取消键和确认键。键区各按键的功能介绍如下表所示。

表 3.6 数字键区功能说明

序号	名称	说明
1	方向键	上/下键用来增大或减小数值，左右键用来选择位数，上下键的步进值与每个参数的步进量相对应。
2	旋钮	用来增大或减小数值。旋钮的步进量与上/下键相同。
3	功能键	用于显示当前编辑项目的名称及内容
4	数字键	置入数字（含负号）。
5	退格键	根据置数状态可以逐位撤消最后置入的数据。
6	取消键 Esc	取消当前置入的未生效的数据。
7	确认键 Enter	确认当前参数设置。

其中功能键区各按键的功能介绍如下表所示。

表 3.7 功能键区功能说明

序号	名称	说明
1	频率	用于设置测量的频率范围、频率步进、信号标准等。
2	带宽	用于设置测量的分辨率带宽、视频带宽、检波类型、平均等参数。
3	复位	用于重置测量参数至初始状态
4	扫宽	用于设置测量的扫宽、中频输出。
5	扫描	用于设置扫描时间、扫描类型、扫描方式和触发等。
6	迹线	用于设置最大保持、最小保持、刷新迹线等。
7	幅度	用于设置显示测量结果的幅度参数，包括显示格式、显示刻度、前置放大器的控制等。
8	标记	用于打开与标记相关的功能菜单。当标记打开时，也可通过拖拽、点击等触摸方式对标记进行操作。
9	峰值	用于打开峰值搜索功能。

### 3.2.1.4 电源键


电源开/关键 ( 键) 用于4042频谱分析仪的开机、关机。当仪器处于“待机”状态，电源开关附近黄色指示灯亮；轻按电源开关，指示灯变为白色，表示仪器处于“工作”状态。工作状态下，轻按电源开关，可在弹出的对话框中选择关机和取消。选择关机后，仪器退出程序并关闭电源；选择取消后，退出当前菜单。电源指示灯的颜色对应仪器的物理状态如下表所示。

表 3.8 指示灯状态说明

仪器状态	指示灯状态	频谱分析仪物理状态
关机状态	不亮	未接入电源。
	黄色常亮	接入电源。
开机状态	白色常亮	接入电源。

### 3.2.1.5 USB 接口区

提供USB2.0、USB3.0的A型接口。

### 3.2.1.6 射频输入接口

射频输入端口是50 Ω N型接头（阴头）

### 3.2.1.7 防静电腕带插孔

将机壳地与测试人员通过防静电腕带连接。

## 3.2.2 后面板说明

本节介绍了4042频谱分析仪的后面板组成和接口功能。4042频谱分析仪的后面板接口如下图所示，可分为电源接口、测试端口及数字接口三部分。




图 3.8 后面接口说明图

- [电源接口](#) ..... 25
- [测试端口](#) ..... 25
- [数字接口](#) ..... 26

### 3.2.2.1 电源接口

仪器供电接口，可通过利用AC-DC适配器的直流输出或外部直流电源为信号发生器供电。外部电源接口内导体为正极，外导体接地。

### 3.2.2.2 测试端口

测试端口包括射频输入端口、触发输入、中频输出、GPS、WiFi、参考输入/输出。其中，各测试端口的功能介绍如下表所示。

表 3.9 测试端口说明

序号	名称	说明
1	接地孔	使用接地导线将机壳地和大地相连。
2	WiFi 端口	连接 WiFi 天线设备，频谱仪可与外部进行通信。（选件）
3	GPS 端口	连接 GPS 天线设备，可对频谱仪当前位置进行定位。（选件）
4	10MHz 参考输入/输出	可外接其它设备的 10MHz 信号作为频谱仪的参考信号；也可将频谱仪内部 10MHz 参考信号输出，供外部设备使用。
5	中频输出	零扫宽情况下，可通过软件配置提供中频信号输出，供外部设备使用。（选件）
6	触发输入	4042 可设置为外部触发方式。外触发源与频谱分析仪的触发输入端口相连接，源的输出范围必须是-5V~+5V。可由软件设定是采用上升沿触发，还是下降沿触发。

### 3.2.2.3 数字接口

数字接口包括LAN接口、USB A/B/C型接口、HMDI等接口。其中，各数字接口的功能介绍如下表所示。

表 3.9 数字接口说明

序号	名称	说明
1	LAN 接口	为一个 100/1000Mbps 网络接口，可通过网线连接计算机(PC机)，PC 机通过程控指令或程控函数库对 4042 频谱分析仪进行远程控制或数据传输。
2	USB3.0 B 型接口 (预留)	预留扩展接口。
3	USB2.0 A 型接口	连接 USB 外设，如 USB A 存储设备、USB A 功率探头等。
4	USB2.0 C 型接口	连接外部PC机，PC机通过程控指令对4042频谱分析仪进行远程控制。
5	HDMI 接口	连接显示器，方便清晰的观察所测信号及其特性

## 3.3 基本测量方法

本节介绍了4042频谱分析仪的基本的设置和测量方法，包括：

- [基本设置说明](#) ..... 27
- [操作示例](#) ..... 28

## 提示

### 前面板按键说明

前面板硬按键和菜单软按键，在以下内容中的描述形式为：

- 1) 功能键描述形式：【XXX】，XXX 为功能键名称；
- 2) 其他键描述形式：[XXX]，XXX 为键名称。

（注：功能键包括电源键、功能键区和系统功能区的按键，其他键为除上述区域的所有按键。）

若软键数值对应多种状态，那么被选中的数值的背景色高亮的选项表示其状态有效。例如：[前置放大器 **关** 开]，表示前置放大器为关闭状态。

### 3.3.1 基本设置说明

本节介绍了4042频谱分析仪的用户操作界面主要特征及基本测量设置方法，后续的不同测量任务都会用到这些基本的测量设置方法。本节包括：

- [设置频率范围](#) ..... 27
- [设置 RBW 和 VBW](#) ..... 28

#### 3.3.1.1 设置频率范围

把频率范围设置为1~3GHz，有以下两种方法。

操作方法 1：

- a) 按【频率】，此时软件菜单显示区会显示频率菜单，按[中心频率]，在键盘区依次点击[2]、[GHz]，此时中心频率设置为 2GHz。
- b) 按【扫宽】，此时软件菜单显示区会显示频率菜单，按【扫宽】，在键盘区依次点击[2]、[GHz]，此时扫宽设置为 2GHz，频率范围变为 1~3GHz。

操作方法 2：

- a) 按【频率】，此时软件菜单显示区会显示频率菜单，按[起始频率]，在键盘区依次点击[1]、[GHz]，此时起始频率设置为 1GHz。
- b) 按[终止频率]，在键盘区依次点击[3]、[GHz]，此时终止频率设置为 3GHz，频率范围变为 1~3GHz。

## 提示

4042 支持滑动调整中心频率、扫宽和参考位置，用户只需左右拖动迹线即可改变中心频率，上下拖动即可改变参考位置；双指放大、缩小可改变扫宽。

### 3.3 基本测量方法

#### 3.3.1.2 设置 RBW 和 VBW

把分辨率带宽RBW设置为1MHz，视频带宽设置为100kHz。

操作步骤：

- a) 按【带宽】，此时软件菜单显示区会显示带宽菜单，按[分辨率带宽]，在键盘区依次点击[1]、[MHz]，此时分辨率带宽频率设置为 1MHz。
- b) 按[视频带宽]，在键盘区依次点击[1]、[0]、[0]、[kHz]，此时视频带宽设置为 100kHz。

**提示**

点击左侧信息显示区的[分辨率带宽]或[视频带宽]也会激活对应的数字键盘。

#### 3.3.2 操作示例

本节通过示例按步骤详细介绍了 4042 频谱分析仪的一些常用且重要的基本设置和功能，目的是使用户快速了解仪器的特点、掌握基本测量方法。

首先，频谱分析仪按照下面的步骤完成操作前预准备工作：

- 步骤 1. 加电开机；
- 步骤 2. 进入系统后初始化设置；
- 步骤 3. 预热 30min 后；
- 步骤 4. 前面板操作主界面无任何错误信息提示后，再开始下面的操作。

**基本的测量**，主要包括：通过操作频谱分析仪的前面板用户界面，完成基本信号的测量，以及小信号测量和分辨频率相距很近的信号。本章主要针对频谱分析模式进行介绍，其他具体各个选件模式的详细操作请参考相应章节。

- [基本信号测量](#) ..... 28
- [提高频率测量精度](#) ..... 32

##### 3.3.2.1 基本信号测量

基本测量包括在频谱分析仪屏幕上用标记标出信号的频率和幅度。按以下步骤即可测量输入信号，并利用文件菜单保存当前的测量结果：

首先，信号发生器按照下面的步骤完成操作前预准备工作：

**步骤 1. 设置中心频率：**

- 按【射频开关】→[切换到 射频 开]，输出射频信号。设置外部信号发生器的频率为 1GHz。设置频谱分析仪中心频率：按【频率】，选择[中心频率]，设置中心频率为 1GHz，用键盘依次点击[1][GHz]，这些数字键可对当前参数设置确切的值，步进键（上下键）和滑动轴也可用于改变中心频率值，如图 3.9 所示。




图 3.9 中心频率为 1GHz

#### 步骤 2. 设置扫宽:

- 按【扫宽】。注意结果显示区上方是否显示扫宽数据，以确定当前激活的参数。减小扫宽，例如至 10MHz，用键盘键入[1][0]，选择单位 [MHz]，或者用[↓]键步进减小至此值（滑动轴和步进键都可用于改变当前参数的数值）。显示结果如图 3.10。注意分辨率带宽和视频带宽与扫宽是自适应的，它们根据给定的扫宽值自动调整到合适的值。扫描时间也具有自适应功能。

### 3 操作指南

#### 3.3 基本测量方法




图 3.10 中心频率为 1GHz，扫宽 10MHz




图 3.11 激活标记

#### 步骤 3. 设置扫描时间:

- 按【扫描】键，选择[扫描时间 自动 手动] 软键。该软键可用于设置扫描时间的控制方式为自动控制或手动控制，蓝色指明当前激活的选项。例如，

当“自动”标记蓝色时，扫描时间会自适应其它相关参数设置。

#### 步骤 4. 激活标记:

- 按【标记】，该操作激活普通标记并显示在水平坐标的中央位置（由标记可读出频率和幅度值并显示在活动功能区。此时标记读数频率为 1GHz，幅度约为-20dBm，如图 3.11 所示。
- 如果标记不在信号的峰值点上，可按【峰值】键使标记自动跳至信号峰值点上，或手动拖动标记使其位于信号的最大值点上。

#### 步骤 5. 调整幅度参数:

- 通常，将信号峰值置于参考电平位置可获得最佳的幅度测量精度，如图 3.12 所示。按【幅度】→[参考电平]，将参考电平设置为标记幅度值。




图 3.12 -20dBm 参考电平

#### 步骤 6. 保存测试结果:

- 按【文件】→[快速存储调用]→[快速存储 1]，即可快速完成保存。



图 3.13 文件保存

### 3.3.2.2 提高频率测量精度

本节将以测量外部 1GHz 信号为例，介绍如何利用频谱分析仪的标记计数功能，提高测量的频率读出准确度。测试步骤如下：

#### 步骤 1. 复位频谱分析仪：

- 轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

#### 步骤 2. 设置中心频率：

- 设置外部信号发生器的频率为 1GHz。设置频谱分析仪中心频率。按【频率】，选择[中心频率]，设置中心频率为 1GHz。用按键直接输入[1][GHz]，这些数字键可对当前参数设置确切的值，步进键和旋钮也可用于改变中心频率值。

#### 步骤 3. 打开标记计数功能：

- 按【标记】，激活标记。按【标记】→[计数器 关 开]打开标记计数功能。
- 按【峰值】，使标记位于信号频率上，观察此时标记读数，频率项的数值分辨率可达 0.001Hz。如图 3.14 所示。




图 3.14 利用标记功能提高频率测量精度

- 标记计数功能只能测量连续波信号或者离散频谱分量，信号幅度大于  $-50\text{dBm}$ ，且信号幅度须高于噪声电平  $30\text{dB}$ 。

#### 步骤 4. 关闭标记计数功能:

- 按【标记】→[计数器 关 开]，关闭标记计数功能。

## 注意

#### 计数打开时扫描速度降低:

在执行频率计数功能时，如果用户发现频谱分析仪扫描速度降低，是因为频谱分析仪正在后台花费较长时间进行信号精确定位和中频计数，这属于正常现象!

## 注意

#### 计数打开时共时基:

在执行频率计数功能时，为了精确测量频率，应该将被测信号发生器和频谱分析仪共时基!

## 3.4 数据管理

本节介绍了 4042 频谱分析仪的工作状态存储/调用、测量结果数据输入/输出方法及打印/存储屏幕快照方法。

- [存储/调用工作状态](#) ..... 34
- [文件管理](#) ..... 37
- [存储屏幕快照](#) ..... 40

### 3.4.1 存储/调用工作状态

- [仪器复位状态](#) ..... 34
- [存储/调用状态](#) ..... 34
- [关机状态自动保存](#) ..... 36

#### 3.4.1.1 仪器复位状态

4042 频谱分析仪提供给用户加电复位状态的选项（厂家、用户）。通常仪器测量出错时，通过复位仪器状态还原仪器正常工作时初始状态。信号发生器复位状态的设置如下：

##### 1. 复位类型为用户：

###### 步骤 1. 打开工作状态存储调用窗口设置复位类型为用户：

- 按【系统】进入系统配置窗口，点击上方的[复位]软键进入工作状态存储调用窗口，点击[用户复位 关 开]，将复位类型选为“用户”；

###### 步骤 2. 保存默认状态：

- 按[保存用户复位]，把仪器当前设置存储为默认状态。下次复位时，将按照用户保存的默认状态参数设置仪器初始状态。

##### 2. 复位类型为厂家：

###### 步骤 1. 打开工作状态存储调用窗口设置复位类型为厂家：

- 按【系统】进入系统配置窗口，点击上方的[复位]软键进入工作状态存储调用窗口，点击[用户复位 关 开]，将复位类型选为“厂家”。下次复位时，将按照厂家保存的默认状态参数设置仪器初始状态。

#### 3.4.1.2 存储/调用状态

4042 频谱分析仪提供存储和调用仪器测量状态功能，方便用户还原需要的测量状态再次观测评估，以便进一步分析。

### 步骤 1.: 打开文件配置窗口:

- 按【文件】进入文件配置窗口，上方的[快速存储调用]、[存储设置]和[调用设置]三个菜单用于工作状态的存储与调用；

### 步骤 2. 选择存储位置:

- 点击[存储设置]→[存储位置]，弹出上（下）拉列表，如果未接外部存储设备，则下拉列表中只有“内部”一个选项；如果插入 USB 存储设备，则下拉列表中会增加“USB”的选项；

### 步骤 3. 存储状态:

- 点击[存储]，弹出文件名输入对话框，输入文件名，点击[Enter]，对话框消失，对应文件名称的文件在屏幕中间显示，如图 3.15 所示；
- 点击[快速存储调用]→[快速存储]→[快速存储 1]，可快速存储当前状态，并自动保存为“QuikeSave1.sadata”的文件。

### 步骤 4. 调用状态:

- 点击[调用设置]，弹出仪器状态文件列表对话框，如图 3.16 所示，选中需要调用的仪器状态文件，然后点击[调用]，对话框消失，仪器加载状态文件。
- 点击[快速存储调用]→[快速调用]→[快速调用 1]，对话框消失，仪器加载状态文件。



图 3.15 存储设置窗口



图 3.16 调用设置窗口

## 提示

### 快速存储调用的最多仪器状态数目

快速存储调用仪器状态存储数量上限为 8，其状态文件名为“QuickSave1.sadata”~“QuickSave8.sadata”。

## 注意

[快速调用 1]~[快速调用 8]默认为灰色，无法选择，只有当对应的[快速存储 1]~[快速存储 8]存储后才能激活。

### 3.4.1.3 关机状态自动保存

4042 频谱分析仪提供自动存储和调用仪器测量状态（数据）功能，方便用户下次开机时自动还原上次的测量状态再次观测评估，以便进一步分析。

#### 步骤 1.: 打开复位配置窗口:

- 按【系统】进入系统配置窗口，点击上方的[复位]软键进入工作状态存储调用窗口，点击[关机状态自动保存 关 开]，在关机时将自动保存此时的工作

状态并在下次开机时自动加载；

**步骤 2.: 重启:**

- 按电源键 **【⏻】**，在弹出的对话框中选择[关机]，等待几秒钟后电源键指示灯熄灭，仪器关机，再次点击电源键，等待仪器开机进入系统后已自动加载上次关机时的工作状态；

### 3.4.2 文件管理

4042 频谱分析仪具备文件管理功能，提供：文件输入/输出功能、文件浏览及目录（文件）的复制、剪切、粘贴和删除操作。数据文件可通过前面板按键、鼠标或者远程控制访问操作（具体请参考 4042 频谱分析仪程控手册）。

- [测量数据文件类型](#) ..... 37
- [文件保存/调用方法](#) ..... 38
- [文件目录管理](#) ..... 39
- [文件格式说明](#) ..... 40

#### 3.4.2.1 测量数据文件类型

文件管理相关的数据文件类型如下表：

表 3.10 数据文件类型表

文件类型	存储数据说明
.png	屏幕快照图片类型
.csv	表格类型
.iq	IQ 捕获数据
.sadata	频谱分析状态和数据文件
.iasdata	干扰分析状态和数据文件
.dmdata	音频解调状态和数据文件
.pmstate	功率计状态文件
.ppmdata	峰值功率计状态和数据文件
.csdata	信道扫描状态和数据文件
.fstdata	场强测量状态和数据文件
.directdata	定向分析状态和数据文件
.rtsdata	实时频谱状态和数据文件
.gsmdata	GSM状态和数据文件
.ltdata	LTE状态和数据文件
.nrdata	5GNR状态和数据文件

## 3.4.2.2 文件保存/调用方法

4042 频谱分析仪提供了数据文件保存/调用功能，文件保存是将测量数据按照约定的格式存储到文件中（例如：ASCII, \*.sadata）；文件调用是指打开选择的数据文件，刷新测量参数、列表参数等显示信息，方便用户观测评估。按照信息类型和管理方式的不同，频谱分析仪提供四种文件的保存功能和两种文件的调用功能。可保存的四种文件分别为：数据文件、CSV、图像和 IQ 数据文件。可供调用的文件类型为：数据文件，可选择调用状态或数据。用户只需进入到对应的菜单，弹出对话框，指定需要保存的文件名或选择相应的文件即可实现文件的保存和调用操作。具体说明如下：

## 1) 文件保存方法

## 步骤 1.: 设置文件保存类型:

- 按【文件】键。
- 按上方菜单中[存储设置]，保存类型为“数据”，可选择是否保存 CSV 文件，除了保存数据文件外还额外保存一份 CSV 文件。

## 步骤 2.: 保存文件:

- 按[存储设置]下的[保存]或[快速存储调用]下的[快速存储\*]（\*代表 1~8 的整数）。
- 弹出文件另存为对话框，选择需要存储文件的路径和文件名，点击保存即可，如图 3.17 所示。



图 3.17 存储设置菜单

## 2) 文件调用方法

### 步骤 1.: 设置文件调用类型:

- 按【文件】键。
- 按[调用设置]中的[调用类型]，进行文件类型的选择。如果需要调用测量状态文件，则选择下拉菜单[状态]，将当前的调用类型更换为“状态”，如果需要调用轨迹数据，则将调用类型更改为“数据”，此时将文件中轨迹数据调用到当前轨迹中，并且将当前轨迹的显示方式更改为“静态显示”。

### 步骤 2.: 调用文件:

- 选择需要调用的文件名，点击[调用]即可，如图 3.16 所示。

### 3.4.2.3 文件目录管理

4042 频谱分析仪提供了类似于 Windows 资源管理器功能，用户可方便的浏览文件，实现复制、剪切、粘贴和删除等文件操作。

#### 步骤 1.: 打开文件管理窗口:

- 按【文件】进入文件配置窗口，点击上方的[文件管理]打开文件管理窗口。

#### 步骤 2. 选择文件目录:

焦点在左侧文件目录上，此时按前面板上下按键切换同级文件目录，左右按键展开/收缩子目录。切换目录时，右侧同步刷新当前目录下包含文件列表。

#### 步骤 3. 复制/移动/删除文件:

- 选择文件 → 选择“复制” → 选择“粘贴”;
- 选择文件 → 选择“剪切” → 选择“粘贴”;
- 选择文件 → 选择“删除”。



图 3.18 复制/移动/删除文件

#### 3.4.2.4 文件格式说明

4042 频谱分析仪存储的文件均采用直接存储的方式进行。除了 IQ 数据外，其它文件均为二进制文件格式，文件的后缀由具体文件类型决定。

#### 3.4.3 存储屏幕快照

4042 频谱分析仪提供了存储屏幕快照到图形文件 (png) 功能。

##### 步骤 1. 截屏

- 点击【截屏】按键，弹出“文件已保存到 (文件名)”对话框；完成存储屏幕到文件的操作。

### 提示

#### 屏幕快照图形文件的命名

系统自动按照当前的系统时间对存储的屏幕快照进行命名。

## 3.5 数据分析与显示

- 分析与显示方式 ..... 41
- 迹线配置 ..... 42
- 标记功能 ..... 43
- 极限线 ..... 45

### 3.5.1 分析与显示方式

- 迹线图 ..... 41
- 标记列表 ..... 41
- 结果汇总 ..... 41
- 余辉/瀑布图 ..... 41

#### 3.5.1.1 迹线图

用户可调用已保存的测量数据或测量状态，当选择调用类型为数据时，可得到轨迹图。

#### 3.5.1.2 标记列表

4042 共支持 6 个标记，通过【标记】[标记列表 关 开]来打开标记列表。

#### 3.5.1.3 结果汇总

4042 支持解调分析、信道扫描等功能，其解调结果以汇总的形式显示。

#### 3.5.1.4 余辉/瀑布图

4042 支持实时频谱（选件）功能，在此模式下提供余辉图和瀑布图两种显示模式。

##### 1) 余辉图

余辉图显示如图所示，表示固定时间内频谱出现的概率。在频谱显示区域中，横轴代表频率，纵轴代表幅度，颜色代表信号出现的概率，屏幕的左下方信息显示区标识颜色显示说明，红色代表频谱出现概率为 100%，蓝色代表概率为 0，红色至蓝色的颜色渐变按照图示概率等级递减。在频谱显示区域可通过标记功能标记查看图像内的任意位置的三维信息。

步骤 1.: 切换实时频谱测量模式:

- 按【模式】键。

### 3.5 数据分析与显示

- 在弹出的窗口中选择[实时频谱]。系统切换为“实时频谱”分析模式。

#### 步骤 2.: 测量模式切换为余辉:

- 按【测量】[测量模式 余辉 瀑布], 将测量模式切换为余辉。

## 提示

### 默认模式

当第一次打开“实时频谱”模式时，默认测量模式为余辉。

## 2) 瀑布图

瀑布图是所有频谱图随时间的显示方式，可以实时无缝显示频谱的变化过程。如下图所示，横轴代表频率，纵轴代表时间，颜色显示方式代表幅度，瀑布图连续不断地向上滚动，最新的频谱数据总是显示在瀑布图的底部。

#### 步骤 1.: 切换实时频谱测量模式:

- 按【模式】键。
- 在弹出的窗口中选择[实时频谱]。等待几秒钟后，系统切换为“实时频谱”分析模式。

#### 步骤 2.: 测量模式切换为瀑布:

- 按【测量】[测量模式 余辉 瀑布], 将测量模式切换为瀑布图模式。

## 3.5.2 迹线配置

该节讲述轨迹及其配置方法（设置、运算），包括：

- [迹线配置方法](#) ..... 42
- [迹线配置示例](#) ..... 43

### 3.5.2.1 迹线配置方法

#### 步骤 1. 复位频谱分析仪:

- 轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

#### 步骤 2. 关闭迹线 1:

- 按【迹线】，选择[迹线 1 2 3]，表示已选中“迹线 1”。
- 按[隐藏迹线]可看到屏幕上黄色迹线消失。

#### 步骤 2. 打开迹线 2:

- 按【迹线】，选择[迹线 1 2 3]，表示已选中“迹线 2”。此时默认为“隐藏迹线”
- 按[刷新迹线]可看到屏幕上显示一条绿色迹线。

## 提示

4042 可同时显示 3 条迹线。

### 3.5.2.2 轨迹配置示例

#### 步骤 1. 设定迹线 1 检波方式为均值:

- 按【迹线】，选择[迹线 1 2 3]，激活“迹线 1”。
- 按[刷新迹线]。可看到屏幕上出现黄色迹线。
- 按[检波 [标准]]→[均值]。设置迹线 1 检波器为平均值检波模式。平均值检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的平均值。

#### 步骤 1. 设定迹线 2 为最大保持:

- 按【迹线】，选择[迹线 1 2 3]，激活“迹线 2”。
- 按[最大保持]。可看到屏幕上出现绿色迹线，对所选择的迹线上的点保持其最大值，并用每次扫描中检波出的新的最大值进行更新，若检波为自动时，会切换为正峰值检波方式。。

#### 步骤 1. 设定迹线 3 为最大保持:

- 按【迹线】，选择[迹线 1 2 3]，激活“迹线 3”。
- 按[最小保持]。可看到屏幕上出现蓝色迹线，对所选择的迹线上的点保持其最小值，并用每次扫描中检波出的新的最小值进行更新，若检波为自动时，会切换为负峰值检波方式。

### 3.5.3 标记功能

该节讲述标记及其功能概念及配置使用方法，包括：

- [标记及功能](#)..... 43
- [标记配置](#)..... 44
- [标记功能配置](#)..... 44
- [标记分析示例](#)..... 45

#### 3.5.3.1 标记及功能

用于选择不同的标记，激活单个标记，并将标记置于迹线的中心位置，并且在屏幕右上角的标记显示区内显示出这些值。

## 提示

### 移动标记

4042 支持手指拖拽标记，用户需点击已激活的标记，此时屏幕上出现一条垂直方向的绿线用于指示标记的位置，此时可进行左右移动从而改变标记位置。若手指未指向标记，则绿色的指示线不会出现，此时手指移动则会被仪器识别为改变中心频率或参考位置操作。

### 3.5.3.2 标记配置

#### 1) 普通模式

按【标记】→[普通模式]，用于显示标记的频率与幅度。用滑动轴、步进键或数字键可移动活动标记。显示的幅度默认以 dB 为单位。

#### 2) 差值模式

按【标记】→[差值模式]，用于显示两标记间的幅度差和频差（扫宽为零的情况下为时间差）。用滑动轴、步进键或数字键可移动活动标记。显示的幅度差值默认以 dB 为单位。

### 3.5.3.3 标记功能配置

#### 1) 噪声标记

按【标记】→[噪声标记 **关** 开]，选择噪声标记的开关。当菜单开关为开时，激活噪声标记。读出激活标记附近将噪声归一化到 1Hz 带宽的噪声功率，此时检波器自动时为均方根检波模式。

#### 2) 计数器

按【标记】→[计数器 **关** 开]，用于打开或者关闭标记计数功能。如果当前没有激活标记，打开标记计数功能时，将在屏幕中间激活一个活动标记。

#### 3) 标记→

按【标记】→[标记→]，弹出与标记功能相关的软菜单，这些菜单与频谱分析仪的频率、扫宽和标记是否处于正常或差值标记模式相关，这些标记功能允许用户用标记作为参考改变频谱分析仪设置。

### 3.5.3.4 标记分析示例

用噪声标记和差值模式测量相位噪声:



图 3.19 连接方式

#### 步骤 1. 设置信号源:

- 如上图连接信号源与频谱仪。
- 设置信号源输出频率 1GHz, 功率为-10dBm。

#### 步骤 2. 设定频谱仪:

- 双击【频率】, 弹出中心频率设置后依次输入[1][GHz]。
- 双击【扫宽】, 弹出扫宽设置后依次输入[3][MHz]。

#### 步骤 3. 设置标记:

- 按【标记】[噪声标记 关 开], 打开噪声标记。
- 按【峰值】, 标记自动打开并定位到最大峰值。
- 按【标记】[差值模式], 在弹出小键盘后依次输入[1][MHz], 可在屏幕右上角读出载波 1GHz, 偏移 1MHz 处的相位噪声。

## 3.5.4 极限线

极限线功能可以用来对某一频段中的信号进行监测, 频谱分析仪提供了上、下两种极限线, 用户可设置极限, 当某一频段中有信号的幅度超过设定的上极限线或者小于设定的下极限线时, 频谱分析仪发出声音报警信号。详细使用说明请参考“4.4.9 极限菜单”节。

## 3.6 功能操作指南

这部分主要介绍了 4042 频谱分析仪测量模式、通用测量参数设置与分析显示等相关的操作方法。

- [测量模式与测量功能介绍](#) ..... 46
- [通用测量参数设置操作指导](#) ..... 46
- [通用分析与显示功能操作指导](#) ..... 59

### 3.6.1 测量模式与测量功能介绍

本节主要介绍 4042 频谱分析仪的主要测量模式以及它们的主要用途。

用户可以通过前面板【模式】键进行测量模式选择。4042 频谱分析仪的每一种测量模式可能包含多个测量功能，在选定的测量模式下，可以通过前面板【测量】键进行测量功能的选择。4042 频谱分析仪具有以下模式：

- 频谱分析
- 干扰分析
- 解调分析
- 功率测量
- 信道扫描
- 场强测量
- 实时频谱
- 峰值功率测量
- 时间门扫描
- IQ 分析

下面以频谱分析模式为例介绍其测量功能，其他模式请参考本手册 5-13 章。

频谱分析模式是一种常规的通用频谱分析测量环境，具有非常灵活的频谱分析能力，包括传统的扫频频谱分析和 FFT 频谱分析；具有信号频谱峰值搜索，标记功能以及多种轨迹检波与轨迹处理能力，可以让用户方便的查找和测量不同类型的信号。

频谱分析模式还提供了一些针对特殊类型信号和常用测量应用的一键式测量功能，4042 频谱分析仪针对这些测量功能预先配置了仪器的测量设置参数，从而为用户减少大量繁琐的测量设置操作，方便用户进行测量。一键式测量功能还集成了许多针对仪器特点的测量算法，以优化测量结果。

在频谱分析模式下，通过按前面板【测量】键，即可选择您想执行的测量功能。4042 频谱分析仪的一键式测量功能包括：

- 场强测量
- 通道功率
- 占用带宽
- 邻道功率
- 频谱发射模板
- 载噪比
- 音频解调
- 谐波失真
- 杂散发射模板
- 多载波邻道功率
- 三阶交调

### 3.6.2 通用测量参数设置操作指导

本节主要介绍频谱分析模式中常用的基本测量设置的概念及其对测量结果的影响，同时

介绍其设置方法。无论进入哪种测量模式或执行哪些测量任务，这些概念和设置方法对于您熟悉并熟练使用 4042 频谱分析仪都是有很大帮助的。如果您正在使用其他测量模式，其中的某些测量设置方法可能略有不同，请参考本手册相应的测量模式。

- [频率和扫宽/横轴参数设置](#) ..... 47
- [带宽、滤波器和扫描设置](#) ..... 49
- [幅度/纵轴参数设置](#) ..... [错误!未定义书签。](#)
- [触发参数设置](#) ..... [错误!未定义书签。](#)
- [输入输出设置](#) ..... [错误!未定义书签。](#)

### 3.6.2.1 频率和扫宽/横轴参数设置

前面板的【频率】键和【扫宽】键可以用于设置频谱分析仪当前激活窗口横轴显示的范围。在非零扫宽下（扫宽大于零），频谱分析模式的激活窗口通常显示信号频谱轨迹，横轴是频率轴，通过前面板的【频率】键和【扫宽】键可以对频率测量范围进行设置；在零扫宽下（扫宽等于零），显示信号功率随时间的变化轨迹，横轴为时间轴。操作【扫宽】键相应软菜单，只能改变扫宽。

#### 1) 【频率】键设置参数说明

频率范围（频率测量范围）指的是频谱分析仪测量频率轴的显示范围。频率范围在屏幕下方信息显示区进行显示，通常采用中心频率值和扫宽值或起始频率值和终止频率值两种方式显示。前面板【频率】键对应的设置参数包括[中心频率]、[起始频率]、[终止频率]、[步进频率 自动 手动]、[步进频率]、[信号标准]、[信道号]和[信号跟踪]。

- [中心频率] 用于设置和指示频谱分析仪频谱测量显示窗口中间位置的频率值；
- [起始频率] 用于设置和指示频谱分析仪频谱测量显示窗口最左侧位置的频率值；
- [终止频率] 用于设置和指示频谱分析仪频谱测量显示窗口最右侧位置的频率值；
- [步进频率 自动 手动] 用于切换步进频率为自动或手动；
- [步进频率] 用于更改步进频率；
- 按下[信号标准]菜单，弹出信号标准选择窗口，4042 共提供 404 种信号标准，用户可根据测试需求进行选择，点击[立即调用]后中心频率与扫宽会设置为信号标准中定义的中心频率和扫宽值。
- [信道号] 用于设置已经选择的信号标准的信道编号。
- [信号跟踪] 用于跟踪测量漂移信号，可以针对输入端口信号的最大峰值频率自动调整频谱分析仪的中心频率。

#### 2) 【扫宽】键设置参数说明

扫宽指的是频谱分析仪测量终止频率和起始频率的差值。在频谱分析模式下，前面板【扫宽】键对应的设置参数包括[扫宽]、[全扫宽]、[零扫宽]、[上次扫宽]等，在中心频率保持不变的情况下，用于设置频谱分析仪测量的频率范围。其他模式可能会有不同，具体操作请参考相关手册。

[全扫宽] 用于设置频率测量范围为最大频率范围。注意此时中心频率将自动变为仪器

### 3.6 功能操作指南

标称最高上限频率的 1/2。该设置对于观测整个测量频率范围的信号非常有用。

[零扫宽] 用于设置扫宽为 0Hz，此时横轴将变成时间轴，时间长度自动为当前频谱分析仪的扫描时间。

[上次扫宽] 用于将扫宽设置成前一次设置的数值。该功能可以帮助用户在全扫宽测量和较窄扫宽下细节测量之间快速切换。

[中频输出 关 开] 可打开或关闭中频输出。

[中频带宽] 用于设置中频带宽。4042 系列标准型号支持 10MHz 和 40MHz 两种带宽输出，配有 120MHz 带宽实时频谱分析选件的型号支持 20MHz 和 120MHz 两种带宽输出。

## 注意

全扫宽和零扫宽功能在某些测量功能打开时无效。

中频输出菜单作为功能选件，只能在零扫宽模式下才可使用。

频谱分析仪在不同波段采用不同的变频方案，因此中频输出的信号频谱与射频输入信号频谱相比可能出现翻转现象，即信号频谱以中心频率为中心，左右频谱相互交换。

### 3) 如何设置频率测量范围

通过【频率】、【扫宽】键和相应软菜单设置频谱分析仪的频率测量范围包括以下几种常用的方法，程控方式下的编程方法请参考程控手册：

方法 1. 通过[中心频率]和[扫宽]设置频率测量范围。

方法 2. 通过[起始频率]和[终止频率]设置频率测量范围。

方法 3. 如果您要执行时域功率测量，可通过[中心频率]和[零扫宽]进行设置。

方法 4. 如果您要执行整个频率范围的测量，可通过[全扫宽]进行设置。

## 注意

手动输入扫宽为 0Hz 时，频谱分析仪将自动进入零扫宽状态，执行时域功率测量。

方法 5. 如果您要进行前一次设置的频率范围测量，可通过[上次扫宽]进行快速设置。

方法 6. 如果您已知射频输入的信号标准，可通过[信号标准]进行快速调用。

中心频率、起始频率和终止频率均可手动采用数字键进行设置，也可以通过前面板上下键和旋钮进行调整。

### 4) 如何调整频率测量范围

在当前频率范围执行测量时，通过以下几种方法可以帮助用户迅速调整频率测量范围：

方法 1. 通过前面板上下键和滑动轴调整中心频率、起始频率和终止频率。

#### 步骤 1. 设置频率步进。

按前面板【频率】键，按[频率步进 自动 手动]，通过键盘手动输入您期望设置的频率步进值。

## 注意

频率步进自动时，前面板上下键和滑动轴对应的频率步进为 1MHz。

**步骤 2.** 按下需要调整的[中心频率]、[起始频率]或[终止频率]软菜单。

**步骤 3.** 按下前面板上下键或旋转滑动轴进行调整。

如果需要调整中心频率，按下前面板向上键一次，中心频率将自动调整为当前中心频率值加上频率步进量。按下前面板向下键一次，中心频率将自动调整为当前中心频率值减去频率步进量。起始频率和终止频率的调整与中心频率的调整过程相似。

**方法 2.** 通过前面板上下键和旋钮调整测量扫宽。4042 频谱分析仪前面板上下键对应的扫宽步进按 1-2-5-8-10 方式步进，滑动轴对应的步进量与上下键相同。

**方法 3.** 如果显示信号的频率在漂移，您可以打开信号跟踪功能，频谱分析仪将根据信号的峰值自动调整中心频率。

## 提示

**改变中心频率时，扫宽可能会自动改变**

4042 频谱分析仪频率显示范围最小值为 0Hz，显示范围 0Hz~频率上限：

当中心频率调整到接近最低频率下限时，如果当前扫宽 $> 2 \times$ 中心频率，则当前扫宽将自动修改为 $=2 \times$ 中心频率值。当中心频率调整到接近频谱分析仪标称的最高频率上限时，如果扫宽 $> 2 \times$ （显示范围最大值—中心频率值），则当前扫宽将自动修改为 $=2 \times$ （显示范围最大值—中心频率值）。

自动改变的扫宽最小为 10Hz。

## 提示

**信号跟踪规则**

当信号跟踪功能开启时，频谱分析仪将自动以当前标记频率值为中心，以当前测量扫宽为搜索扫宽，将搜索到的信号峰值对应的频率值设置成下一次测量的中心频率。

**方法 4.** 利用【标记→】键调整中心频率、起始频率和终止频率。

### 3.6.2.2 带宽、滤波器和扫描设置

本节主要描述【带宽】和【扫描】键对应设置参数的含义，并给出操作指导。频谱分析仪在进行频谱测量时，可以用前面板【带宽】键和【扫描】键进行分辨率带宽、视频带宽、扫描时间、扫描类型等参数的设置，这些参数用于确定频谱分析仪频谱数据的获取方式及滤波器的类型。其他工作模式下可能有所不同，请参考相关章节。

## 1) 【带宽】键设置参数说明

前面板【带宽】键对应的设置菜单包括[分辨率带宽]、[视频带宽]、[VBW/RBW]、[SPAN/RBW]、[平均]和[视频类型 线性 对数]。[分辨率带宽]用于设置和指示频谱分析仪执行频谱测量的频率分辨能力。分辨率带宽 (Resolution Bandwidth, RBW) 参数决定了频谱区分两个信号的最小频率间隔。分辨率带宽越小, 分辨能力越高。

对于一个单频信号, 扫描频谱分析显示的轨迹是被选中的中频滤波器的频率响应形状, 当改变滤波器带宽时, 分析仪显示的轨迹宽度同时改变。对于两个幅度相等并且频率非常接近的信号, 如果选择较宽的滤波器, 两个信号的频谱轨迹显示为一个信号; 如果使用足够窄的滤波器, 这两个输入信号就可以被分辨出来且显示为两个单独的谱峰。因此信号分辨能力是由分析仪的中频滤波器来决定的。

改变分辨率带宽设置时, 分析仪内部的中频滤波器同时发生改变。通常分辨率带宽定义为滤波器的 3dB 带宽, 但有时分辨率带宽也被定义为滤波器的 6dB 带宽。通常为了分辨两个等幅信号, 分辨率带宽必须小于或者等于信号频率间隔。如果分辨率带宽等于信号间隔, 且视频带宽小于分辨率带宽, 在频谱轨迹上的两个信号之间将出现一个 3dB 的凹陷。分辨率带宽越小, 凹陷越深, 两个相邻信号区分的越明显。

为了实现期望的分辨率带宽, 4042 频谱分析仪在扫频频谱测量方式下, 采用中频滤波器实现; 在 FFT 频谱测量方式下, 采用 FFT 滤波器实现。FFT 滤波可以理解为执行 FFT 频谱运算之前的窗函数运算。

视频滤波器 (Video Bandwidth Filter) 是在频谱轨迹上执行的低通滤波运算或平均运算, 可以对显示的频谱轨迹进行平滑。扫频频谱测量方式下, [视频带宽] (VBW) 是指在频谱轨迹上执行的低通滤波器的带宽。FFT 频谱测量方式下, 视频带宽是对多次 FFT 频谱轨迹执行平均处理后, 等效的低通滤波器带宽。

[RBW/VBW]用于设置和指示当前频谱测量采用的分辨率带宽和视频带宽的比值。该参数既可以自动设置, 也可以手动设置。频谱分析仪自动设置为 1, 即分辨率带宽和视频带宽相同。该参数仅仅影响视频带宽的设置。视频带宽自动情况下, 频谱分析仪 VBW 的值将依据当前的 RBW 和[RBW/VBW]来确定。

[SPAN/RBW]用于设置和指示当前扫宽与分辨率带宽的比值。该参数既可以自动设置, 也可以手动设置。频谱分析仪自动设置为 100, 即分辨率带宽近似等于当前扫宽的 1/100。该参数仅仅影响分辨率带宽的设置。分辨率带宽自动的情况下, 频谱分析仪的分辨率带宽将依据当前的扫宽和[SPAN/RBW]来确定。

[视频类型 线性 对数] 用于设置视频滤波器输出的数据尺度是线性或对数。

[平均 关 开] 选择平均功能。此功能对迹线进行连续平均从而达到平滑迹线的效果。

[平均 16] 用于设置平均次数。系统默认为 16 次, 平均次数越高迹线越平滑。

## 提示

## 4042 频谱分析仪中的平均运算

轨迹平均是针对多次扫描产生的多条轨迹的信号电平进行平均运算。

均值检波是针对一条轨迹某一点的数据反应的时间段或频率间隔数据进行平均运算。

噪声标记是针对同一轨迹的多个测量点数据进行的平均运算, 用于减小幅度波动。

视频滤波也可认为是对同一测量轨迹进行的类似平均运算。

## 2) 【扫描】键设置参数说明

前面板【扫描】键对应的设置参数包括[扫描时间]、[扫描类型 连续 单次]、[扫描方式]、[触发]、[扫描点数]和时间门。

[扫描时间] 用于设置和指示频谱分析仪执行一次测量需要花费的时间。该参数信息显示在屏幕轨迹显示区的下方中间位置。扫描时间自动时，频谱分析仪将根据设置的扫描类型和规则自动执行扫描。

[扫描类型 连续 单次] 用于控制频谱分析仪在完成一次测量后，需要用户手动启动下一次测量，还是自动重新测量。

### 提示

#### 单次测量和单次扫描

当[平均 关 开]（【带宽】菜单）时，单次扫描和单次测量是等效的。按[扫描 单次 连续]切换为“单次”后，频谱分析仪在执行一次扫描测量后停止测量，进入空闲状态。

当[平均 关 开]（【带宽】菜单）时，按[扫描 单次 连续]切换为“单次”后，频谱分析仪将执行多次扫描或多次数据捕获操作，在达到规定的平均次数后停止测量，进入空闲状态。

[重新扫描] 用于重新启动当前的扫描或测量，当轨迹平均/保持功能开启时，按[重新扫描]菜单，频谱分析仪将重新设置当前的平均次数，清除以前的保持结果。

[扫描方式] 用于决定频谱分析仪采用扫频方式还是 FFT 方式执行频谱测量。其中[快速]对应 FFT 方式，[默认]对应扫频方式。

### 注意

只有当分辨率带宽小于等于 1MHz 时，FFT 模式才可以激活！

[扫描点数] 用于设置频谱分析仪执行一次测量需要获取的轨迹数据个数。

## 3) 带宽、滤波器与扫描时间的相互作用

带宽、滤波器与扫描时间有着紧密的关系，且相互关联。分辨率带宽和视频带宽的数值依赖于所选择的滤波器类型，同时这些设置对其他测量参数也有一定的影响。由于使用了模拟或数字滤波器，扫描速度会受到中频和视频滤波器的瞬态响应时间的限制。

在扫频方式下，若  $VBW > RBW$ ，则视频滤波器的瞬态时间没有影响。在这种情况下，需要的瞬态响应时间与  $RBW$  的平方成反比，关系如下：

$$T_{\text{sweep}} = k \times \text{Span} / \text{RBW}^2$$

这里， $T_{\text{sweep}}$  为给定扫宽与分辨率带宽下所需的最小扫描时间，单位 s；

$RBW$  为分辨率带宽，单位 Hz；

$\text{Span}$  为显示扫宽，单位 Hz；

$K$  表示滤波器常数，取决于滤波器类型和允许的瞬态响应误差。默认情况下，信

### 3.6 功能操作指南

号/频谱分析仪使用高斯滤波器。

若  $VBW < RBW$ ，则所需的最小的扫描时间受视频滤波器瞬态时间的影响。与中频滤波器相似，减小带宽会使瞬态时间增加。如果采用模拟技术，视频滤波器通常是一阶低通或简单的 RC 电路，因此在 VBW 与扫描时间之间存在一个线性关系。以系数  $n$  减小视频带宽，扫描时间  $n$  倍延长。

在 FFT 方式下，扫描时间与分辨率带宽、视频带宽也存在制约关系。扫描时间大约为数据获取时间和执行 FFT 频谱运算花费的时间之和。在 FFT 测量方式下，扫描时间不能任意设置，频谱分析仪根据当前的分辨率带宽、视频带宽值以及 FFT 步进设置提供了一个扫描时间的大概值。

#### 4) 如何设置分辨率带宽参数

4042 频谱分析仪通常依据[SPAN/RBW]的比值，以及当前扫宽自动设置分辨率带宽。4042 频谱分析仪分辨率带宽共有 37 档设置，1Hz~10MHz 之间以 1-2-3-5-8-10 步进变化，10MHz 以上取 20MHz。如果希望改变分辨率带宽，可以通过以下两种途径进行：

**方法 1.** 按前面板【带宽】键，按[SPAN/RBW]，手动改变扫宽与分辨率带宽的比值，分辨率带宽将根据该比值自动选更改设置。自动设置的 RBW 最大值为 3MHz。

**方法 2.** 按前面板【带宽】键，按[分辨率带宽]，通过数字键盘手动输入期望的分辨率带宽，或通过上下键和转动滑动轴设置分辨率带宽。通过数字键手动输入分辨率带宽数值时，频谱分析仪会自动将分辨率带宽设置到与输入值最接近的一档。上下键设置分辨率带宽时，频谱分析仪的分辨率带宽将按照 1-2-3-5-8-10 步进的方式进行改变。

#### 5) 如何设置视频带宽参数

4042 频谱分析仪通常依据[VBW/RBW]的比值，根据当前分辨率带宽自动选择视频带宽。4042 频谱分析仪视频带宽与分辨率带宽的档数相同。如果希望改变视频带宽，可以通过以下两种途径进行。

**方法 1.** 按前面板【带宽】键，按[VBW/RBW]，手动改变 RBW 和 VBW 的比值，视频带宽将根据该比值自动选择。

**方法 2.** 按前面板【带宽】键，按[视频带宽]，通过数字键盘手动输入期望的视频带宽，或通过上下键和转动滑动轴设置视频带宽。通过数字键手动输入视频带宽数值时，频谱分析仪会自动将视频带宽设置到与输入值最接近的一档。上下键设置视频带宽时，频谱分析仪的视频带宽将按照 1-2-3-5-8-10 步进的方式进行。

#### 6) 手动设置扫描参数

手动设置合适的扫描参数，可以更好的帮助您执行测量任务。

##### ➤ 手动设置扫描时间

4042 频谱分析仪当扫描时间自动时，仪器通常自动选择最快的扫描时间执行测量，相比于较长时间的扫描测量来说，最大测量误差小于 0.1dB。

## 提示

### 设置扫描时间的限制条件

扫描类型为扫频（并且扫宽 $>0\text{Hz}$ ）时，频谱分析仪根据分辨率带宽、视频带宽以及滤波器类型等参数自动计算出最小扫描时间。当手动设置的扫描时间小于最小扫描时间时，频谱分析仪自动按照最小扫描时间执行测量。当手动设置的扫描时间大于 6000 秒时，频谱分析仪自动按照 6000 秒的扫描时间执行测量。

扫描类型为零扫宽时，频谱分析仪扫描时间与分辨率带宽、视频带宽以及滤波器类型等参数无关。当手动设置的扫描时间小于最小扫描时间（1 $\mu\text{s}$ ）时，频谱分析仪自动按照最小扫描时间执行测量。当手动设置的扫描时间大于 6000 秒时，频谱分析仪自动按照 6000 秒的扫描时间执行测量。

扫描类型为 FFT 时，扫描时间不能手动设置。

通过前面板【扫描】键，选择[扫描时间 自动 手动]，可以通过数字键、前面板上/下键或滑动轴手动设置扫描时间。

### 如何切换连续与单次扫描

连续扫描指的是频谱分析仪自动根据设置的触发事件执行测量任务。连续扫描是频谱分析仪的默认状态。

单次扫描指的是用户手动控制频谱分析仪根据设置的触发事件执行测量任务。在轨迹平均功能打开的状态下，只有达到指定的轨迹平均次数后，频谱分析仪才会停止测量。

4042 频谱分析仪可通过如下方法在连续扫描和单次扫描直接切换。

按前面板【扫描】键，按[扫描类型 连续 单次]软菜单进行切换。

### 手动配置扫描类型

通过【扫描】→[扫描方式]键，进入扫描方式设置菜单，用户就可以手动设置当前频谱分析仪的扫描类型为扫频（对应[默认]方式）或 FFT（对应[快速]方式）类型。

“默认”方式的规则如下：当 RBW 大于 300kHz 时，扫描类型选择为扫频；当 RBW 小于等于 300kHz 时，扫描类型选择为 FFT。

“快速”方式的规则如下：当 RBW 大于 1MHz 时，扫描类型选择为扫频；当 RBW 小于等于 1MHz 时，扫描类型选择为 FFT。

通过前面板【扫描】键，进入扫描设置菜单，用户可以手动设置扫描类型。

## 提示

### 通过改变扫描类型判断频谱分析仪的寄生响应或剩余响应

4042 频谱分析仪可以采用扫描和 FFT 两种方式进行频谱测量。当您在测量数据上发现存在较小的寄生响应或剩余响应，可以尝试通过手动改变扫描类型，判断该响应是信号频谱分析仪自身产生的还是输入信号带入的。如果在不同的扫描类型下，响应信号消失或变小，可以认为是频谱分析仪的硬件测量通路造成了一定的信号失真。

### 3.6.2.3 幅度/纵轴参数设置

本节主要描述了【幅度】键对应设置参数的含义，并给出操作指导。前面板【幅度】键及对应的设置软菜单用于设置频谱分析仪激活窗口的纵轴参考和显示范围，在多个测量模式和测量功能中均可使用。在频谱分析模式下，主要用于设置频谱分析仪参考电平、衰减器、电平显示范围和幅度单位等。其他测量模式或测量功能下，作用可能略有不同，请参考相应章节。

#### 1) 【幅度】键设置参数说明

前面板【幅度】键对应的菜单包括[参考电平]、[参考位置]、[衰减器 自动 手动]、[刻度类型 对数 线性]、[刻度/格]、[幅度单位]、[前置放大器 关 开]。

[参考电平]是指在保证测量结果无失真情况下，频谱分析仪测量硬件能够接受的信号最大值。输入电平高于这个最大值的信号可能会产生失真，这种情况发生时，4042 频谱分析仪信息栏将显示“中频过载”的提示信息。

[参考位置] 用于将参考电平显示增加一个偏移量，在不改变参考电平的情况下更改迹线的纵向位置，参考电平代表的是轨迹显示区纵轴顶格代表的绝对幅度值。

[衰减器 自动 手动] 子菜单的主要作用是控制频谱分析仪射频接收硬件的增益分配，可设置衰减器的衰减值。

[衰减值] 用于设置衰减器的衰减量。

[刻度类型 对数 线性]用于选择显示区轨迹数据是线性还是对数。当选择成“对数”类型刻度时，纵轴格线以对数方式分割，顶格的线对应的是参考电平（参考位置为零时），其他纵轴格线对应的数值可以通过幅度刻度来设置。当选择成“线性”类型刻度时，纵轴格线以线性方式分割，顶格的线对应的是参考电平（参考电平偏移为零时），底部格线对应的是 0V，纵轴中间格线分别对应的是参考电平的 1/10。

[刻度/格]用于设置轨迹显示区纵轴格线之间的增益值。该参数仅仅在[刻度类型 对数 线性]为对数时有效。当刻度类型为线性时，该菜单自动变成灰色，处于无效状态。

[幅度单位]用于改变轨迹显示区的纵轴显示的刻度单位。默认设置下，当刻度类型设置成“对数”时，纵轴刻度单位是 dBm，在默认设置下，当刻度类型设置成“线性”时，纵轴刻度单位是 V。无论刻度类型是对数还是线性，纵轴刻度单位均可以设置成 dBm、dBmV、dBmA、W、V、A、dBuV、dBuA 中的任何一种。

[前置放大器 关 开] 用于设置前置放大器的工作状态。该菜单默认为灰色，处于无效状态，只有当参考点平为-20dBm 及以下时才被激活。

#### 2) 正确设置参考电平

参考电平表示的是轨迹显示区纵轴顶格代表的绝对幅度值，与频谱分析仪射频输入端口可接收的最大信号电平和内部混频器可接收的最大输入电平密切相关。参考电平设置不合理，将造成严重的信号失真，直接影响测量结果。

## 注意

设置参考电平时，应考虑和了解射频输入端口的所有输入信号的总功率，并设置参考电平大于所有输入信号的总功率。

参考电平可以通过前面板【幅度】键，激活[参考电平]软菜单进行设置。如果您手动设置参考电平，频谱分析仪会重新开始扫描。

通常来说，4042 频谱分析仪测量的是输入信号的电平值，测量结果显示的是经过校准和修正的未调整正弦信号电平的有效值。在默认状态下，假定 50Ω 输入阻抗情况，参考电平为转换的功率值=1mW (0dBm)。

### 3) 合理进行衰减器设置优化测量结果

4042 频谱分析仪的衰减器处于射频输入端口的后端，直接与射频输入端口相连。主要用于保证衰减器后端的混频器不会因输入高功率的射频信号造成损坏。因此 4042 频谱分析仪在默认状态下，会根据设置的参考电平自动设置衰减器。混频器输入电平可以通过以下公式进行计算：

$$\text{混频器输入电平} = \text{信号输入电平} - \text{衰减器值}$$

最大混频器输入电平为-10dBm。输入到混频器的信号电平如果超过-10dBm，可能会造成错误的测量结果，甚至会造成混频器损坏。

频谱分析仪的测量灵敏度和衰减器密切相关，设置较大的衰减量会造成频谱分析仪内部固有噪声的增大，轨迹显示区的噪声基底变高，频谱分析仪测量灵敏度降低。为了获得高的测量灵敏度通常将衰减器设置成 0dB。衰减量每增加 10dB，测量灵敏度将下降 10dB，对应的显示平均噪声电平提高 10dB。因此为了提高测量信号的信噪比，通常应该减小衰减器的衰减量。但设置较大的衰减量，会避免频谱分析仪产生交调或谐波失真，当然这样情况下混频器后面的射频放大电路可将信号重新放大。因此可以通过手动设置衰减器在失真测量和高灵敏度测量之间进行选择，以更好的完成复杂的测量任务。如果您对衰减器作用的理解还不够深入，建议将衰减器设置成自动关联方式。

## 提示

### 手动设置衰减器带来的好处

当您执行失真测量时，例如谐波失真或交调失真时，将衰减器设置成较大的衰减值是非常有帮助的，并且有助于确定测量的失真分量是否是频谱分析仪引起的。

当您执行微弱信号测量时，将衰减器设置成 0dB，对于提高频谱分析仪的测量灵敏度也是非常有效的方法。

在 4042 频谱分析仪中配置电子衰减器，它最小可以 2dB 步进，最大衰减量为 30dB。

#### 4) 如何设置幅度/纵轴显示范围

##### ➤ 设置刻度类型

通过按前面板【幅度】键，激活[刻度类型 对数 线性]菜单，可以选择刻度类型。通常频谱分析仪设置为对数刻度类型。

当[刻度类型 对数 线性]选择成线性时，测量数值在显示方格中始终成线性分布。线性刻度对于精确显示小范围的信号电平非常有用。但是如果将信号的最大值和最小值同时显示在屏幕上，精确显示每一个数值或者区分接近的两个信号电平是非常困难的。线性刻度类型通常应用于幅度调制信号的解调波形显示。

当[刻度类型 对数 线性]选择成对数时，较小的测量数值显示会占据屏幕显示区的大部分，因此对于区分低电平的信号非常有效。如果希望将信号电平范围较大的测量数据显示到同一个屏幕上，选择对数刻度类型非常有用。对数刻度类型通常选择单位是对数的数据(例如 dBm 或 dB)。

##### ➤ 通过幅度刻度和参考电平设置纵轴显示范围

当刻度类型为对数时，通过按前面板【幅度】键，激活[刻度/格]菜单，可以通过数字键盘、上下键或滑动轴设置纵轴每格代表的幅度值，单位是 dB。通常频谱分析仪设置为 10dB。

通过按前面板【幅度】键，激活[参考电平]菜单，可以通过数字键盘、上下键或滑动轴设置改变参考电平，纵轴显示范围将发生变化，此时屏幕顶格代表的测量数值为：参考电平+参考位置×刻度/格，底格代表的测量数值为：参考电平+参考位置×刻度/格-10×刻度/格。

##### ➤ 通过改变参考电平改变纵轴显示范围造成的影响

由于改变参考电平时，对应的频谱分析仪射频接收通路中的衰减器和中频增益也有可能发生改变，对应的测量性能例如动态范围或灵敏度将发生变化。如果您不希望这种情况发生，可以通过幅度刻度和参考电平偏移设置纵轴显示范围。

##### ➤ 通过幅度刻度和参考位置设置纵轴显示范围

通过按[参考位置]，改变参考电平偏移可以帮助您改变屏幕显示区顶格代表的对数幅度值。

通过按[刻度/格]，改变每单元格代表的刻度大小从而改变纵轴显示范围。

#### 5) 打开前置放大器

通过按前面板【幅度】键，可以看到[前置放大器 关 开]，当参考电平 $\leq -20$ dBm 时菜单为有效状态，否则该菜单显示为灰色，为无效状态。通过设置该菜单，可以打开频谱分析仪内置的前置放大器。

打开前置放大器，频谱分析仪可以获得更好的噪声系数，提高测量灵敏度，但同时也会恶化频谱分析仪的动态范围性能，例如 TOI 指标。

4042 频谱分析仪配置前置放大器。扫描过程中，频谱分析仪测量结果会自动将前置放大器增益考虑进去。

### 3.6.2.4 触发参数设置

在频谱测量模式的默认设置下，当您通过【单次】和【连续】启动执行测量任务时，频谱分析仪将立即执行测量，此时通常称为自由触发。但有时需要在一定的测量条件满足时，才能执行测量。例如当信号电平超过某一值时执行测量或按照一定的时间周期执行测量。这种情况下，您就需要用到触发测量。

触发测量是指当满足一定测量条件时（也称触发事件）执行测量或捕获感兴趣信号的某段数据，设置不同的触发方式和合适的触发参数可以帮助检测不同的信号事件。[触发]键设置参数说明通过按前面板【扫描】→[触发]键，选择不同的触发方式（也称触发源），可以让频谱分析仪执行不同的触发测量任务。4042 频谱分析仪在频谱分析模式下，有多种触发方式，包括自由触发、视频触发、外部触发（TTL）。

[视频触发]指的是依据视频信号电平进行触发测量；[外部触发]指的是依据前面板的触发输入端口信号进行触发测量。

[外部触发]具有[触发极性]参数的设置，4042 频谱分析仪可以为这些触发方式分别设置触发极性，[触发极性 正 负]菜单位于每种触发方式的子菜单中。正极性是指触发输入信号电平上升到触发电平后产生触发事件，负极性是指触发输入信号电平下降到触发电平后产生触发事件。

[外部触发]具有触发延迟参数的设置，4042 系列频谱分析仪可以为这些触发方式分别设置触发延迟状态，频谱分析仪在触发事件发生后，会延迟一段时间再执行测量。触发延迟时间可以通过数字键盘、上下键或滑动轴进行设置。

#### 1) 执行视频触发测量

视频触发对应的触发输入信号是显示在屏幕上的中频信号包络。触发电平可以通过前面板【扫描】→[触发]键，弹出触发菜单后，点击[视频触发]，采用数字键盘、上下键或滑动轴进行设置。当进入[视频触发]后，频谱分析仪自动进行视频触发测量，默认状态下，视频触发电平为-25dBm，并且屏幕上会显示触发电平显示线（浅蓝色）和触发电平数值，对应的状态信息指示栏中显示“视频触发”，如图 3.20 所示。




图 3.20 视频触发设置界面

## 提示

### 视频触发适用条件

视频触发通常仅适用于零频宽下的时域功率测量，在非零频宽（频宽 $>0\text{Hz}$ ）下，设置视频触发可能无法执行正确的频谱测量，此时可以采用突发信号触发代替视频触发。

### 2) 执行外部触发测量

外部触发对应的触发输入信号是顶部触发输入，触发输入端口为 SMA。输入端口可以接收外部设备提供的信号，电平范围为 $-5\text{V}\sim+5\text{V}$ 。触发输入信号可以为正弦交流信号也可以为 TTL 电平信号。当输入正弦交流信号时，频谱分析仪内部的比较器电路将与设置的触发电平值进行比较，转成 TTL 电平信号。

外部触发电平可以通过【扫描】→[触发]键，弹出触发菜单后，点击[外部触发 TTL]，采用数字键盘、上下键或滑动轴进行设置。

## 提示

信号在外部触发测量状态下，如果频谱分析仪不能正确执行测量，请仔细检查仪器是否与外部设备正确连接，并确保提供了正确的外部触发输入信号。

### 3.6.2.5 输入输出设置

#### 1) 设置频率参考

按前面板【系统】键，可通过[频率参考 内 外]菜单选择频谱分析仪采用的频率参考信号来自内部还是外部。

当频率参考设置成内部时，将[参考输出 关 开]设置为“开”时，顶部面板的 10MHz In/Out 输出为仪器内部的 10MHz 信号；当[频率参考 内 外]设置成外部时，顶部面板的 10MHz In/Out 输接收为外部输入的 10MHz 信号作为参考信号；当频谱分析仪设置频率参考为内部时，即使后面板外部参考输入端口与外部设备相连，频谱分析仪依然使用内部 10MHz 的参考信号。

#### 2) 设置中频输出

4042 频谱分析仪将仪器内部中频信号连接到顶部面板的中频输出端口（SMA 阴型）。按前面板【扫宽】键，可通过[中频输出 关 开]菜单打开或关闭该功能。只有当零扫宽时[中频输出]菜单才被激活。当选择为开时，可以通过面板设置中频输出的频率，可设频率为 10MHz 和 40MHz。

### 3.6.3 通用分析与显示功能操作指导

本节主要介绍 4042 频谱分析仪在频谱分析模式下，利用轨迹和标记等进行通用分析和显示的操作说明。这些操作无论在何种测量模式或执行哪些测量任务，对于您熟悉并熟练使用 4042 频谱分析仪都有很大帮助。如果您正在使用其他测量模式，测量分析方法可能不同，请参阅相应的测量模式使用手册。

- [轨迹检波](#) ..... 59
- [使用标记](#) ..... 62

#### 3.6.3.1 轨迹检波

轨迹是指一组数据样点，每一个数据点  $(x, y)$  都有一个  $x$  值和一个  $y$  值， $x$  值通常表示的是频率或者时间， $y$  值通常表示的幅度。每一个数据点也称为轨迹点。任何一条轨迹中，第一个数据点称为轨迹 0，最后一个数据点称为轨迹（扫描点数-1），轨迹点数也称为扫描点数。对于频谱轨迹，通常一个轨迹点与一个频率间隔相对应，有时称为一个 Bucket，测量值  $Y$  表示一个 Bucket 对应的测量数据。前面板【迹线】键对应的菜单可以帮助您进行测量轨迹的配置。

每一条轨迹都可以认为是一次对测量数据的分析。4042 频谱分析仪可以显示 3 条轨迹。轨迹配置决定了测量数据如何分析和显示。本节主要描述如何进行轨迹的配置。

### 1) 轨迹检波的概念

在频谱分析模式下，当扫描类型为扫频时，频谱分析仪通过数字方式控制本振以极小的频率步进扫描，在整个扫描期间，数字中频电路中的 ADC 捕获的采样点数通常远远大于频谱分析仪用于显示的扫描点数。当扫描类型为 FFT 时，频谱分析仪将本振调谐为固定频率点，在整个测量期间，数字中频电路中的 ADC 捕获的采样点数执行 FFT 计算后，也可能大于频谱分析仪用于显示的扫描点数。例如，我们假定 ADC 采样速率为 100MSa/s，扫描点数为 1000，扫描时间为 100ms，频宽为 1GHz。当执行一次扫描，频谱分析仪捕获了  $100 \times 10^5$  个采样点数，需要将其转变成 1001 个轨迹数据。相当于每 100000 个采样数据对应一点轨迹数据，每一个轨迹数据代表频率范围为 1MHz 内出现的信号。如果增加扫描点数，每一个轨迹数据对应的频宽也越窄，测量结果越稳定，频率读出准确度越高。

由以上分析可以看出，轨迹显示需要将较多的采样数据点数处理成较少的扫描轨迹点数，这就是轨迹检波需要做的事情。

轨迹检波方式有多种类型，4042 频谱分析仪的轨迹检波方式有 6 种：

- 标准检波

从分配到每个轨迹点的采样数据中取最大值和最小值，并同时显示出来。

- 正峰值检波

从分配到每个轨迹点的采样数据中取一个最大值显示出来。

- 负峰值检波

从分配到每个轨迹点的采样数据中取一个最小值显示出来。

- 取样值检波

从分配到每个轨迹点的采样数据中取最后一个值显示出来。

- 均值检波 (AVG)

也称平均值检波或电压平均检波，对分配到每个轨迹点的所有采样数据做线性平均；4042 频谱分析仪对射频输入信号包络检波后得到线性电压值，对这些电压值求和后，除以每个轨迹点对应的采样数据点数。显示刻度类型为对数时，对这些均方根值进行 20 倍的以 10 为底的对数变换后，得到轨迹数据。显示刻度类型为线性时，这些平均值即为轨迹数据。

- 均方根检波 (RMS)

也称有效值检波或功率平均检波检波，计算分配到每个轨迹点的所有采样数据的均方值；4042 频谱分析仪对射频输入信号包络检波后得到线性电压值，对这些电压值平方后求和，再除以每个轨迹点对应的采样数据点数，最后进行开方运算。显示刻度类型为对数时，对这些均方根值进行 20 倍的以 10 为底的对数变换后，得到轨迹数据。显示刻度类型为线性时，这些均方根值就是轨迹数据。

当选择[自动检波]时仪器会根据当前测量功能自动选择最合适的检波方式。

### 2) 轨迹处理的概念

当频谱分析仪处于连续扫描状态或连续进行了多次扫描测量时，轨迹处理方式决定了当前测量轨迹如何与前几次的测量轨迹进行处理，从而得到新的轨迹。

4042 频谱分析仪轨迹处理方式有四种：

- 刷新迹线

新的轨迹直接被赋值为当前测量轨迹，与以前的测量轨迹无关。

➤ 平均

根据设置的平均次数 N，对测量轨迹执行指数平均处理后得到更新轨迹。

具体算法如下：

新的轨迹 = ((K-1) 前次轨迹 + 当前测量轨迹) /K

其中，K 为累计的平均次数。

在连续测量状态下，一旦 K 值累计到设置的平均次数 N，K 将一直等于 N。在单次测量状态下，一旦 K 值累计到【测量设置】中设置的平均次数 N，测量将停止。

➤ 最大保持

新的轨迹数据被赋值为以往测量轨迹数据的最大值。

➤ 最小保持

新的轨迹数据被赋值为以往测量轨迹数据的最小值。

每次激活一条轨迹，4042 频谱分析仪默认轨迹处理方式为刷新。

### 3) 轨迹显示/隐藏

轨迹显示/隐藏表示轨迹是否进行处理并在前面板显示区进行显示。4042 频谱分析仪有三种类型：

➤ 刷新显示

新的轨迹在应用程序内部（称为后台）执行刷新处理，并在前面板显示区进行显示。

➤ 静态显示

当轨迹【迹线】设置成“保持迹线”时，频谱分析仪将保持最近一次的轨迹，不再进行轨迹处理，同时将最近一次轨迹显示到前面板显示区。

➤ 隐藏

频谱分析仪既不进行后台轨迹处理，也不进行显示，相当于轨迹没有被激活，处于关闭状态。

每次激活一条轨迹，4042 频谱分析仪默认轨迹显示/隐藏方式为刷新显示。

### 4) 如何激活并配置轨迹

4042 频谱分析仪最大可同时激活 3 条轨迹，分别表示为轨迹 1，轨迹 2，轨迹 3。默认状态下，频谱分析仪仅激活轨迹 1，轨迹 1 处理方式为“刷新”，轨迹 1 设置为“刷新迹线”，轨迹 1 检波默认为自动，其他 2 条轨迹处于隐藏（关闭）状态。

按前面板【迹线】[轨迹 1 2 3]子菜单，可以选择并激活配置多条轨迹。为了更好的帮您理解并合理配置轨迹，我们假定频谱分析仪处于默认状态，即仅激活了轨迹 1，轨迹 1 处理方式为“刷新”，轨迹 1 显示/隐藏设置为“刷新显示”，轨迹 1 检波方式自动选择为正常检波。请根据以下步骤激活轨迹 2，并配置轨迹 2：

#### 步骤 1. 选择轨迹 2:

按前面板【迹线】键，进入[轨迹 1 2 3]子菜单，选择轨迹 2。下面设置轨迹处理方式和轨迹显示/隐藏操作仅针对轨迹 2 进行。

#### 步骤 2. 选择轨迹 2 的处理方式，并激活轨迹 2:

### 3.6 功能操作指南

按[刷新迹线]键，此时频谱分析仪将自动激活轨迹 2，并将轨迹 2 处理方式设置为刷新方式，轨迹 2 检波方式为自动。

#### 步骤 3. 选择轨迹 2 处理方式为最大保持，检波方式为取样检波：

按[最大保持]键，此时轨迹 2 将设置成最大保持处理，同时轨迹 2 检波方式自动设置成与轨迹 1 相同的自动选择检波，且检波方式相同。

进入[检波]子菜单，选择检波为[取样]，“\*”字符出现在[检波 \*取样]键，轨迹 2 检波将改变为手动取样检波。

## 提示

由于 4042 频谱分析仪支持多种检波类型共存，因此当改变任何一条轨迹检波方式时，处于激活状态的其他轨迹的检波类型不会改变。

### 3.6.3.2 使用标记

标记可以帮助您快速选择并读取特定的轨迹数据，它可以精确的定位到某个测量数据在轨迹中的位置，获得该数据信息，并将其位置指示出来。4042 频谱分析仪每一个激活窗口最多可以激活设定 6 个标记。

标记功能是在标记测量的基础上，执行的更加复杂的测量过程和计算功能，可以帮助您进行噪声测量、信号解调以及高精度频率测量等测试任务。

本节主要描述了标记和标记功能的基本概念和操作方法。标记功能并不是在所有测量模式和测量功能下都可以使用。在没有标记或标记功能的测量功能中，对应的菜单不会显示。

#### 1) 标记类型

4042 频谱分析仪有两种标记模式：

##### ➤ 普通模式

表示标记为位置型标记，普通标记可以通过指定横轴坐标值在轨迹点上移动，对应的轨迹数值为纵轴绝对值。

##### ➤ 差值标记

表示标记为数值型标记，差值标记指示的是选定的标记和其参考标记之间的相对值。差值标记可以通过指定与其参考标记之间的横轴坐标相对值在轨迹数据上移动。

#### 2) 激活标记

激活的标记在对应的屏幕位置以绿色三角形指示。

默认情况下，按前面板【标记】按键，4042 频谱分析仪自动激活标记 1，标记类型为正常标记，标记 1 对应的轨迹为当前选择的轨迹，并将标记的位置放置当显示区中心位置，即 x 轴坐标的中心位置。按前面板【峰值】按键，4042 频谱分析仪自动激活标记 1，标记类型为正常标记，标记 1 对应的轨迹为当前选择的轨迹，并将标记的位置放置当显示区最

大峰值位置。

进入【标记】菜单，通过软按键[标记 1 2 3 4 5 6]选择其他标记后，频谱分析仪自动激活该标记，并将其设置为普通模式。

## 3.7 高级操作指南

这部分介绍了 4042 频谱分析仪相对复杂一些的测量操作过程。

- 测量小信号 ..... 63
- 分辨频率相距很近的信号 ..... 68

### 3.7.1 测量小信号

频谱分析仪内部产生的噪声决定着频谱分析仪测量小信号的能力，以下几种方法改变测量设置可以提高频谱分析仪的测量灵敏度。

- 减小射频衰减器的衰减量测量小信号 ..... 63
- 减小分辨率带宽测量小信号 ..... 65
- 使用均值检波和增加扫描时间测量小信号 ..... 66
- 使用视频平均测量小信号 ..... 67

#### 3.7.1.1 减小射频衰减器的衰减量测量小信号

输入衰减器影响着输入仪器的信号电平，如果输入信号非常接近于噪声基底，减小衰减器的衰减量，可以将信号从噪声中提取出来。

#### 注意

频谱输入信号最大功率需注意：

输入频谱分析仪的所有信号的总功率要确保小于+27dBm!

#### 步骤 1. 复位频谱分析仪：

- 轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

#### 步骤 2. 设定中心频率、扫宽和参考电平：

- 设置外部信号发生器的频率为 300MHz，幅度为-80dBm，连接信号发生器的射频输出端到频谱分析仪的射频输入端。设置频谱分析仪中心频率。按【频率】，选择[中心频率]，设置中心频率为 300MHz，选择【扫宽】，设置扫宽为 5MHz。按【幅度】，选择[参考电平]，设置参考电平为-40dBm。

#### 步骤 3. 移动信号峰值到中心频率（本例为 300MHz）：

- 按【峰值】、[标记→中心频率]移动信号峰值到中心频率。

## 步骤 4. 减小带宽:

- 按【带宽】，设置分辨率带宽为 30kHz，必要的话，可重复步骤 3 保证信号峰值在频谱分析仪的中心频率。显示如图 3.21 所示。




图 3.21 参考-40dBm，前放关闭时的小信号

## 步骤 5. 打开前置放大器:

- 在此基础上可以进一步打开前置放大器开关，【幅度】→[前置放大器 关 开]，显示如图 3.22 所示。




图 3.22 参考-40dBm，前放打开时的小信号

## 注意

频谱输入端口使用完需注意：

该测试完成后，请记住将频谱分析仪的衰减量增加以保护频谱分析仪的射频输入端口。

### 3.7.1.2 减小分辨率带宽测量小信号

分辨率带宽影响着频谱分析仪内部噪声基底，但对测量的连续波信号的电平没有影响。噪声减小量和分辨率带宽之间的关系可以由下面公式来表述：

$$\Delta L = 10 \log \frac{BW_1}{BW_2}$$

其中： $\Delta L$ —噪声幅度变化量，单位为 dB。

$BW_1$ ,  $BW_2$ —不同的分辨率带宽，单位为 Hz。

所以当分辨率带宽减小 10 倍，噪声基底下降 10dB。

**步骤 1. 复位频谱分析仪：**

- 轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

**步骤 2. 设定中心频率、扫宽和参考电平：**

## 3.7 高级操作指南

- 设置外部信号发生器的频率为 300MHz，幅度为-80dBm，连接信号发生器的射频输出端到频谱分析仪的射频输入端。设置频谱分析仪中心频率。按【频率】，选择[中心频率]，设置中心频率为 300MHz，选择【扫宽】，设置扫宽为 5MHz。按【幅度】，选择[参考电平]，设置参考电平为-40dBm。

## 步骤 3. 用步进键【↓】减小分辨率带宽:

- 如图 3.23 所示，因为噪声基底降低了，可以看到信号逐渐变得清楚了。




图 3.23 减小分辨率带宽测量小信号

- 由于降低分辨率带宽，会造成扫描时间的增加，4042 频谱分析仪中，分辨率带宽 1Hz~20MHz 是以 1-2-3-5-8-10 步进的，选择合适的分辨率带宽，可以在扫描时间和分辨率带宽间作出更加精细的折衷。

## 3.7.1.3 使用均值检波和增加扫描时间测量小信号

当频谱分析仪噪声基底掩盖了小信号时，采用均值检波方式和增加扫描时间可以平滑噪声从而提高信号的可见度。更慢的扫描速度可以得到更好的平均噪声方差。

## 步骤 1. 复位频谱分析仪:

- 轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

## 步骤 2. 设定中心频率、扫宽和参考电平:

- 设置外部信号发生器的频率为 300MHz，幅度为-80dBm，连接信号发生器的射频输出端到频谱分析仪的射频输入端。设置频谱分析仪中心频率。按【频

率】，选择[中心频率]，设置中心频率为 300MHz，选择【扫宽】，设置扫宽为 5MHz。按【幅度】，选择[参考电平]，设置参考电平为-40dBm。

#### 步骤 3. 选择频谱分析仪的检波方式为均值检波：

- 按【带宽】→[检波]→[均值]选择均值检波方式。此时，显示屏幕左侧信息条显示出“检波 均值”的字样，说明检波方式以手动设置为均值检波。

#### 步骤 4. 增加频谱分析仪的扫描时间：

- 按【扫描】→[扫描时间 自动 手动]，用步进键【↑】增加扫描时间。增加扫描时间可以有更多的时间平均每一个轨迹像素点的数据。

### 3.7.1.4 使用视频平均测量小信号

视频平均是采用数字处理的方法将当前扫描的轨迹点和以前相同轨迹位置的平均值再做平均。打开视频平均，可以设置视频平均的次数。视频平均功能和平均检波得到的效果是不同的。

#### 步骤 1. 复位频谱分析仪：

- 轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

#### 步骤 2. 设定中心频率、扫宽和参考电平：

- 设置外部信号发生器的频率为 300MHz，幅度为-80dBm，连接信号发生器的射频输出端到频谱分析仪的射频输入端。设置频谱分析仪中心频率。按【频率】，选择[中心频率]，设置中心频率为 300MHz，选择【扫宽】，设置扫宽为 5MHz。按【幅度】，选择[参考电平]，设置参考电平为-40dBm。

#### 步骤 3. 打开视频平均功能打开：

- 按【带宽】、[平均 开 关]。随着平均程序对轨迹的平均，小信号变得越来越清晰。默认的平均次数是 16 次。

#### 步骤 4. 设定平均次数为 n 次：

- 从前面板的数字输入区输入数字，按【确定】，或软菜单中[确认]键，如图 3.24。此时显示屏幕区左侧的注释窗口将显示平均的次数，一旦达到您设置的平均次数，频谱分析仪将继续在该数据基础上进行平均运算。如果您希望达到平均次数后测量停止，可以使用单扫功能。按【扫描】、[扫描类型 连续 单次]。




图 3.24 采用轨迹平均测量小信号

### 3.7.2 分辨频率相距很近的信号

- 分辨率带宽说明 ..... 68
- 分辨两个等幅信号的测量 ..... 68

#### 3.7.2.1 分辨率带宽说明

信号分辨能力是由频谱分析仪中频 (IF) 滤波器带宽即分辨率带宽 (RBW) 决定的。当有信号通过中频滤波器时, 频谱分析仪就利用信号扫描出中频滤波器的带通形状。因此, 当频谱分析仪接收到两个幅度相等而频率相距很近的信号时, 就会出现其中一个信号扫描出的带通滤波器波形的顶部几乎覆盖了另一个信号, 从而使两个信号看起来像一个信号。如果两个信号不等幅而频率仍然靠的很近时, 则有可能出现小信号被大信号的响应淹没的现象。

#### 3.7.2.2 分辨两个等幅信号的测量

通常, 要分辨两个等幅信号, 分辨率带宽必须小于等于两个信号的频率间隔。以分辨两个相距 100kHz 的等幅信号为例, 用户应选择频谱分析仪的分辨率带宽小于等于 100kHz。




图 3.25 测试两个输入信号的仪器连接图

**步骤 1. 复位频谱分析仪:**

- 轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

**步骤 2. 设定信号发生器:**

- 利用一个 T 型连接器，将两台信号发生器的输出连接到频谱分析仪的射频输入端口，如图 3.25 所示。设置其中一台信号发生器的频率为 300MHz，另一台信号发生器的频率为 301MHz，两台信号发生器的输出幅度均设置为 -20dBm，调节两台信号发生器的信号输出幅度，观察频谱分析仪的显示信号，使得频谱分析仪显示的两个信号幅度相等。

**步骤 3. 设置频谱分析仪中心频率、扫宽、分辨率带宽:**

- 按【频率】→[中心频率]设置频谱分析仪中心频率为 300MHz，选择【扫宽】设置扫宽为 20MHz，按【带宽】→[分辨率带宽 自动 手动]设置分辨率带宽为 3MHz。

**步骤 4. 在频谱分析仪中观测信号:**

- 此时可以看到频谱分析仪显示屏幕中只有一个信号峰值，还无法区分两个频率间隔很近的信号，如图 3.26 所示。

**步骤 5. 调整分辨率带宽:**

- 按【带宽】、[分辨率带宽 自动 手动]调整分辨率带宽为 1MHz，使分辨率带宽小于或等于两个信号的频率间隔。此时可以看到屏幕上信号峰值变平坦了，说明可能存在两个信号。

**步骤 6. 降低视频带宽:**

- 按【带宽】、[视频带宽 自动 手动]调整视频带宽为 500kHz。此时可以看到屏幕上出现两个信号，如图 3.27 所示。使用前面板的滑动轴或【↓】键继续降低分辨率带宽，可以更清楚的看到两个信号，如图 3.28 所示。
- 对于分辨率带宽按照 1-2-3-5-8-10 步进的频谱分析仪，要分辨两个频率间

### 3 操作指南

#### 3.7 高级操作指南

隔为 150kHz 的信号，必须用 100kHz 的分辨率带宽。因为频谱分析仪上一级滤波器为 200kHz，大于 150kHz 的频率间隔，故不能分辨两个信号。




图 3.26 不能区分两个等幅信号




图 3.27 区分两个等幅信号




图 3.28 明显区分两个等幅信号

## 4 频谱分析模式

本章主要介绍 4042 频谱分析仪的频谱分析模式相关内容，包括频谱分析模式下的一些典型的测量功能和测量方法，使初次使用的用户阅读本小节后能够对频谱分析模式的一些典型应用以及测试操作过程有一个大致的了解，能够熟悉地使用频谱分析模式。

### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择频谱分析模式的前提下，后面不再单独说明。

● 功能参数介绍	72
● 典型测量介绍	75
● 频谱分析菜单结构	107
● 频谱分析菜单说明	116

### 4.1 功能参数介绍

4042 频谱模式，测量功能非常丰富，因此其包含的参数也非常多且复杂，除了包含频率参数、幅度参数、带宽平均参数、迹线参数、扫描参数、标记参数等最基本的功能参数之外，它还有其他特色功能参数，包括信号跟踪、噪声标记、峰值跟踪、计数器、列表扫描、触发、极限线、场强测量、通道功率、占用带宽、邻道功率、载噪比、频谱/杂散发射模板、IQ 捕获、音频解调、室内外地图、谐波失真、多载波邻道功率等。

● 信号跟踪	73
● 噪声标记	73
● 峰值跟踪	73
● 计数器	73
● 列表扫描	73
● 触发	73
● 极限线	73
● 场强测量	74
● 载噪比	74
● 频谱发射模板	74
● 音频解调	74
● 谐波失真	74
● 多载波邻道功率	74

### 4.1.1 信号跟踪

如果被测信号是漂移信号，利用频谱分析仪的信号跟踪功能，将已激活的标记放置在信号的峰值点上，标记峰值将一直显示在频谱分析仪的中心频率上，可以方便地进行测量。

### 4.1.2 噪声标记

噪声标记显示的是激活标记附近将噪声归一化到 1Hz 带宽的噪声功率。打开噪声标记后，检波器设置为均方根检波模式，当幅度单位选择对数方式

(dBm, dBmV, dBμV, dBW, dBV, dBA, dBmA, dBμA) 时，标记读数的单位自动切换为 dBm/Hz，当幅度单位选择 V 时读数的单位自动切换为 V/(Hz) $\sqrt{\quad}$ ，选择 A 时读数单位自动切换为 A/(Hz) $\sqrt{\quad}$ ，选择 W 时读数单位自动切换为 W/(Hz) $\sqrt{\quad}$ 。

### 4.1.3 峰值跟踪

打开峰值跟踪功能时，标记将在每次扫描结束后，进行一次峰值搜索操作。

### 4.1.4 计数器

打开频率计数器功能时，频率计数器功能将使标记的读数变得更精确，有利于提高频率测量的精度。测量的精度能达到 Hz 级，误差为 10Hz 以内。

### 4.1.5 列表扫描

列表扫描功能下，支持用户编辑扫描频段，频谱分析仪以编辑好的列表按设定的频率范围和其它参数进行扫描。

### 4.1.6 触发

选择扫描菜单的触发方式，包括[自由触发]、[视频触发]、[外部触发]、[触发极性]、[触发延时]。用户可根据不同的需求，选择相应的模式。当上一次连续扫描或单扫结束后设置自由触发则开始一次新的扫描或测量。将触发模式设置为视频触发。只要输入触发信号的正斜坡部分通过了由[触发极性 正 负]命令设定的视频触发电平，就会触发扫描。当设置为外部触发模式，选择扫描和测量与下一个电压周期同步。

### 4.1.7 极限线

极限线功能可以用来对某一频段中的信号进行监测，频谱分析仪提供了上、下两种极限线，用户可设置极限，当某一频段中有信号的幅度超过设定的上极限线或者小于设定的下极限线时，频谱分析仪发出声音报警信号。

#### 4.1.8 场强测量

频谱分析仪提供了场强测量功能，包括[场强 关 开]、[调用天线]、[编辑天线]、[保存天线]等相关的子菜单，配合相应测试天线，可快速进行场强测试。

#### 4.1.9 载噪比

载噪比功能测量载波功率与噪声功率的比值，包括[载波带宽]、[噪声带宽]、[频率偏移]、[扫宽]、[中心频率]、[载噪比 关 开]等参数。

#### 4.1.10 频谱发射模板

频谱发射模板功能是调用极限线作为模板来测量信号功率是否通过模板的限制，模板参数是一条极限线，通过调用极限线赋值。模板依据中心频率和参考功率可以左右上下移动。模板总是将极限线的中心点左右移动到中心频率，同时依据计算出的参考功率将中心点上下移动到参考功率值点。参考功率分为峰值功率和通道功率，选择哪一个由参考功率类型决定。

#### 4.1.11 音频解调

频谱分析仪具有音频解调功能，可用于电台的监听。当解调声音差时可以通过调节分辨率带宽来改善声音效果，解调模式下，分辨率带宽设置在 30kHz~300kHz 范围内效果最佳。

#### 4.1.12 谐波失真

设置基波频率，设置谐波次数，仪器根据当前参数进行测量基波后，对每个有效的范围表，中心频率设置为范围表的频率，对谐波进行测量。

#### 4.1.13 多载波邻道功率

与邻道功率测量模式不同的是，此模式也可测量两个载波的邻道功率比。

## 4.2 典型测量介绍

4042 频谱分析仪的频谱分析模式是本产品的基本工作模式，《4042 频谱分析仪快速使用指南》中已经介绍了该工作模式的一些典型测量方法，包括基本信号测量、如何提高频率测量精度、如何测量小信号、如何分辨频率相距很近的信号等几种基本测量方法，除此之外，本节将就 4042 频谱分析仪的频谱分析模式展开一些进阶的典型测量功能和方法介绍，主要包含如下：

- 1) 通道功率测量
- 2) 占用带宽测量
- 3) 邻道功率测量
- 4) 三阶交调失真测量
- 5) 漂移信号测量
- 6) 噪声信号测量
- 7) 失真测量
- 8) 脉冲射频信号测量
- 9) 载噪比
- 10) 频谱发射模板
- 11) 音频解调
- 12) 谐波失真
- 13) 杂散发射模板
- 14) 多载波邻道功率

### 注意

轻按【复位】键，使仪器恢复默认，频谱分析仪会复位运行。在以下的例子中，除非特别说明，都是从点击【复位】键开始的。

● 通道功率测量	76
● 占用带宽测量	78
● 邻道功率测量	79
● 三阶交调失真测量	81
● 漂移信号测量	85
● 噪声信号测量	86
● 失真测量	89
● 脉冲射频信号测量	95
● 载噪比	99
● 频谱发射模板	100
● 音频解调	102
● 谐波失真	103
● 杂散发射模板	104
● 多载波邻道功率	105

## 4.2.1 通道功率测量

本节以测量调频信号的通道功率为例，说明如何使用 4042 频谱分析仪的通道功率测量功能，进行信号的通道功率测量。

- [通道功率定义](#) ..... 76
- [测量步骤](#) ..... 76

## 4.2.1.1 通道功率定义

通道功率测量是射频传输系统最常见的测量之一，通道功率定义为在特定的时间间隔内，通过某一频率范围的信号所传输的功率。在功率放大器和滤波器电路的测试中，如果测量不到特定的功率就说明系统有问题。通道功率测量可以用来评估通信发射机，通过与特定的通信协议比较以确定射频传输的质量。

4042 频谱分析仪可以用来测量调频信号的通道功率。由于调频信号和连续波信号在许多方面存在着差异，所以准确的设置可以使测得的调频信号更精确。

## 4.2.1.2 测量步骤

使用 4042 频谱分析仪测量一个调频信号通道功率的操作步骤为：

- a) 设置信号发生器以输出调频信号：

使用信号发生器产生一个调频信号，设置频率为 1GHz，功率为 -10dBm，调频频偏为 500kHz，调制率为 10kHz，通过电缆将信号发生器的输出连接到频谱分析仪射频输入端，如图 4.1 所示。打开调制输出开关和射频开关。



图 4.1 信号发生器与频谱分析仪的连接示意图

- b) 复位频谱分析仪使其为默认状态：

轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

- c) 打开通道功率测量功能：

按【测量】→[通道功率]→[通道功率 关 开]。打开通道功率测量功能。

- d) 设置中心频率：

按【测量】→[通道功率]→[中心频率]，用数字键设置中心频率，将频谱分析仪的中心频率设置为被测信号的频率，设置为 1GHz。

- e) 设置通道功率带宽：  
按【测量】→[通道功率]→[通道带宽]，用数字键设置通道功率带宽，设置为 1MHz。
- f) 设置通道功率扫宽：  
按【测量】→[通道功率]→[通道扫宽]，用数字键设置通道功率扫描带宽，设置为 2 MHz。
- g) 设置频谱仪的分辨率带宽和视频带宽：  
按【带宽】→[分辨率带宽 自动 手动]，设置分辨率带宽为 30kHz；  
按【带宽】→[视频带宽 自动 手动]，设置视频带宽为 30kHz 或者更小。

## 注意

### 通道功率带宽

通道功率带宽表示频谱分析仪在此带宽内显示功率的一个频率宽度，而通道功率扫宽则是频谱分析仪进行扫描的频率范围。通道功率扫宽设置应大于或等于通道功率带宽，如果不是，频谱分析仪会自动设置通道扫宽等于通道功率带宽。通道功率扫宽与通道功率带宽的比保持一个恒定值（比值最大为 10，最小为 1）。当通道功率带宽改变时，这个比值保持不变。改变通道功率扫宽可以改变此比值。例如，当通道功率带宽加倍时，频谱分析仪也将使通道功率扫宽增加相同的倍数。

- h) 打开平均功能：

按【带宽】→[平均 关 开]，设置平均次数为 16 次，打开平均功能。

打开通道功率测量功能后，检波方式如果为自动检波方式，则会被设置为均方根检波方式。显示于屏幕上的两根垂直白线标示了通道功率的带宽，测量结果显示在屏幕的下方。通道功率测量界面如图 4.2 所示。




图 4.2 调频信号通道功率测量

## 4.2.2 占用带宽测量

本节以测量调频信号的占用带宽为例，说明如何使用 4042 频谱分析仪的占用带宽测量功能，进行信号的占用带宽测量。

- [占用带宽的定义](#) ..... 78
- [测量步骤](#) ..... 78

## 4.2.2.1 占用带宽的定义

占用带宽是指以指定信道的中心频率为中心，包含总发射功率一定比值的能量时对应的频带宽度。4042 频谱分析仪的占用带宽测量可以快速、清晰、准确地给出测量结果，根据调制方式的不同，有两种方法可用来计算占用带宽：

功率百分比法：

通过计算包含整个传输信号功率的某一特定百分数的那部分频率的带宽，得到信号的占用带宽，功率的百分比可以由用户设定。

功率下降 XdB 法：

该计算方法将占用带宽定义为：在信号峰值功率所在频率点的两边，信号功率分别下降 XdB 时，两频率点之间的距离间隔。信号功率下降的 XdB 由用户自行设定。

## 4.2.2.2 测量步骤

使用 4042 频谱分析仪进行占用带宽的测量的操作步骤如下：

a) 设置信号发生器以输出调频信号：

使用信号发生器产生一个调频信号，设置频率为 1GHz，功率为 -10dBm，调频频偏为 500kHz，调制率为 10kHz，通过电缆将信号发生器的输出连接到频谱分析仪射频输入端。打开调制输出开关和射频开关。

b) 复位频谱分析仪使其为默认状态：

轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

c) 设置中心频率：

按【频率】→[中心频率]，用数字键设置中心频率，将频谱分析仪的中心频率设置为被测信号的频率，设置为 1GHz。

d) 设置分辨率带宽：

按【带宽】→[分辨率带宽 自动 手动]，设置分辨率带宽到合适值。

e) 设置视频带宽：

按【带宽】→[视频带宽 自动 手动]，设置视频带宽到合适值。

为了提高测量准确度，建议分辨率带宽和视频带宽的比值大于 10，按[RBW/VBW]可以改变分辨率带宽和视频带宽的比值。

f) 将频谱分析仪切换到占用带宽测量模式：

按【测量】→[占用带宽]→[占用带宽 关 开]。

打开占用带宽测量功能后频谱分析仪切换到占用带宽测量界面，测量结果显示在屏幕的下方，占用带宽测量示意图如图 4.3 所示。当打开占用带宽测量功能后，频谱分析

## 4.2 典型测量介绍

仪器的检波方式如果为自动，会自动切换到均方根检波模式。用户可以通过相应菜单来改变测量方法、占用带宽扫宽等参数，以得到更精确的测量结果。




图 4.3 占用带宽测量

g) 选择测量方法:

按【测量】→[占用带宽]→[测量方法 百分比 XdB]，选择占用带宽的测量方法。测量方法可以设置为功率百分比法，或者功率下降 XdB 法，下划线标记了当前选择的模式，默认为百分比法。

h) 改变百分比:

当选择测量方法为百分比法时，按【测量】→[占用带宽]→[百分比 99%]，用数字键或者上下键可以改变百分比值。百分比的设置范围 10%到 99.99%，最小步进为 0.01%，默认值为 99%。

i) 改变 X dB 值:

当选择了测量方法为 XdB 法时，按【测量】→[占用带宽]→[XdB -3.00dB]，可以用数字键或者上下键来改 XdB 的值。XdB 值的设置范围是 -0.1dB~-100dB，最小步进为 0.01dB，默认值为 -3dB。

j) 改变占用带宽扫宽:

按【测量】→[占用带宽]→[通道扫宽]，用数字键输入占用带宽扫宽，按对应软键输入单位，默认值为 3MHz。

k) 关闭占用带宽测量:

按【测量】→[占用带宽]→[占用带宽 关]，选择关退出占用带宽测量，界面切换回频谱测量界面。

## 4.2.3 邻道功率测量

本节以测量调频信号的邻道功率比为例，介绍使用 4042 频谱分析仪进行邻道功率比测量的操作方法。

## 4.2 典型测量介绍

- 邻道功率比定义 ..... 80
- 测量步骤 ..... 80

## 4.2.3.1 邻道功率比定义

邻道功率比 (ACPR: Adjacent Channel Power Ratio), 也被称为邻道功率泄露比 (ACLR: Adjacent Channel Leakage power Ratio), 是指某信道的发射功率与其落到相邻信道辐射功率的比值。通常用相邻信道不同频偏处指定带宽内的功率与信道总功率之比来表示。邻道功率的大小主要取决于已调边带的扩展和发射机的噪声。

邻道功率比测量方法可以取代传统的双音频互调失真测量方法应用于非线性系统测试, 邻道功率比的测量结果可以被表示成功率比或者功率密度这两种不同的方式。

## 4.2.3.2 测量步骤

传统测量中, 对于窄带信号, 常用双音信号互调测量来评估发射机的失真性能。而宽带调制信号, 不仅具有非常紧密的频谱分量, 还具有很高的尖峰信号 (称作波峰因子), 这些来自于信号自身频谱分量的互调产物往往会落在频谱周围。宽带调频信号的互调测量十分复杂, 而邻道功率比 (ACPR) 与非线性失真引起的互调产物密切相关, 所以邻道功率比 (ACPR) 是一种测量宽带调频信号非线性失真的更好的方法。

使用 4042 频谱分析邻道功率比测量功能进行宽带调频信号邻道功率比测量的操作步骤为:

- a) 设置信号发生器输出宽带调频信号:
 

使用信号发生器产生一个调频信号, 设置频率为 1GHz, 功率为 -10dBm, 调频频偏为 500kHz, 调制率为 10kHz, 通过电缆将信号发生器的输出连接到频谱分析仪射频输入端, 如图 4.1 所示。打开调制输出开关和射频开关。
- b) 复位频谱分析仪使其为默认状态:
 

轻按【复位】键, 使仪器恢复默认状态。
- c) 设置频谱分析仪参考电平:
 

按【幅度】→[参考电平]→-10[dBm];  
按【幅度】→[刻度/格]设刻度为 10dB/格。
- d) 设置分辨率带宽和视频带宽:
 

按【带宽】→[分辨率带宽 自动 手动], 设置分辨率带宽为 30kHz;  
按【带宽】→[视频带宽 自动 手动], 设置视频带宽为 30kHz 或者更小。
- e) 切换到邻道功率比测量:
 

按【测量】→[邻道功率]→[邻道功率 关 开], 切换到邻道功率比测量界面。
- f) 设置主信道的中心频率:
 

按[中心频率], 用数字键设置主信道的中心频率, 中心频率设置为 1GHz。
- g) 设置主信道带宽:
 

按[主信道带宽], 用数字键设置主信道的带宽, 信道带宽为设置为 1MHz。

- h) 设置邻道带宽:  
按[邻道带宽], 用数字键设置所需要的邻道带宽, 邻道带宽为设置为 2MHz。
- i) 设置信道偏移:  
按[信道偏移], 用数字键设置所需要的信道偏移, 输入 1MHz。
- j) 打开邻道功率比测试:  
按[邻道功率 关 开], 此时在屏幕的下方显示出测量结果。邻道功率比测量示意图如图 4.4 所示。




图 4.4 邻道功率比测量

- k) 门限设置:  
可以使用门限测试功能, 方便用户观测邻道功率是否超过设定的范围。按【测量】→[邻道功率]→[上邻道门限], 用数字键输入上邻道门限; 按[下邻道门限], 用数字键输入下邻道门限。
- l) 打开门限测试功能:  
按[门限测试 关 开], 打开门限测试功能, 若邻道功率比超过设定的门限, 屏幕上将用红色背景进行标记。

#### 4.2.4 三阶交调失真测量

- 三阶交调失真定义 ..... 81
- 测量步骤 ..... 82

##### 4.2.4.1 三阶交调失真定义

在通信系统工作拥挤的环境中, 设备间的相互干扰是普遍存在的问题。例如在窄带系统中常遇到二阶、三阶交调失真的问题。当一个系统中存在两个信号 ( $F_1$  和  $F_2$ ) 时, 它们与产生的二次谐波失真信号 ( $2F_1$  和  $2F_2$ ) 混频生成与原始信号靠的很近的三阶交调产物  $2F_2 - F_1$

## 4.2 典型测量介绍

和  $2F_1-F_2$ 。高阶交调失真也会发生。这些失真产物大多是由系统中的放大器和混频器等器件产生的。

下面讲述如何测量三阶交调失真。其中将举例说明如何在频谱分析仪屏幕上同时显示两个信号，并介绍如何设置分辨率带宽、混频器电平和参考电平，以及结合一些标记功能的使用。

### 4.2.4.2 测量步骤

- a) 将被测仪器如图 4.5 与频谱分析仪相连：

本例中用到一个 6dB 定向耦合器和两个分别设置为 3GHz 和 3.0001GHz 的信号发生器。当然，信号发生器的频率也可以是其它值，但在本例中频率间隔须保持在 0.1MHz 左右。




图 4.5 连接三阶交调失真测量系统

设置其中一台信号发生器输出频率为 4GHz，另一台信号发生器输出频率为 4.0001GHz，使输入频谱分析仪的两个信号频率间隔为 0.1MHz。

设置两台信号发生器的输出幅度相等（在本例中设置为 -20dBm）。

- b) 设置频谱分析仪，使两个信号同时显示在频谱分析仪屏幕上：

轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

按【频率】→[中心频率]→4.00005[GHz]。

按【扫宽】→[扫宽]→500[kHz]。

可以看到两个信号在屏幕中央，如图 4.6 所示。如果所用频率间隔与本例不同，应选择大于信号发生器频率间隔三倍的扫宽。




图 4.6 信号在频谱分析仪显示器中央

- c) 减小分辨率带宽直至可以看到失真产物：  
按【带宽】→[分辨率带宽]，按步进键[▼]减小分辨率带宽。
- d) 调整两台信号发生器以确定输入信号幅度相等：  
按【标记】→[差值模式]→[峰值]→[次峰值]或[左邻峰值]或[右邻峰值]。调整标记相对应的信号发生器直至幅度差值读数为零。如果需要，减小视频带宽。
- e) 设置参考电平，将信号峰值置于参考电平处：  
按【峰值】→[最大峰值]，读取峰值的功率值。  
按【幅度】→[参考电平]。  
为了得到最佳测量精度，应将信号发生器信号峰值置于参考电平处，如图 4.7 所示。




图 4.7 将信号峰值置于参考电平处

- f) 设置第二标记并测量失真产物：

## 4.2 典型测量介绍

标记一旦被激活，差值标记功能就可生成第二标记并显示两个标记的差。此时可方便地进行相对测量。

按【峰值】，激活一标记。

按【标记】→[差值模式]激活第二标记。

按【峰值】→[左邻峰值]或[右邻峰值]将第二标记设置在信号发生器信号旁的失真产物峰值点上，如图 4.8 所示。两标记的频率和幅度差显示在标记显示区，标记幅度差即为三阶交调失真测量值。




图 4.8 对内部调制失真进行相对测量

g) 三阶截获点 TOI 的计算方法：

失真分量电平与信号电平之比（以 dB 表示）规定系统的失真意义并不大，除非信号电平也被规定。截获点的概念可以用来规定并预先估计系统的失真电平，三阶失真分量电平与基波信号电平之差是基波信号电平与三阶截获点之差的两倍。因此按照下式可计算出三阶截获点 TOI：

$$TOI = L_{in} - \frac{\Delta dB_{im3}}{2}$$

式中：

$L_{in}$ ：表示两个输入信号电平，单位为 dBm。

$\Delta dB_{im3}$ ：表示三阶互调产物与输入信号电平的差值，单位为 dB。

如图 4-8 中，差值标记读数为 -68.71dB，信号电平为 -20.24dBm，则输入三阶截获点 TOI 为：

$$TOI = -20.24 - (-68.71/2) = 14.12(\text{dBm})$$

## 4.2.5 漂移信号测量

- 漂移信号的定义 ..... 85
- 测量信号发生器的频率漂移 ..... 85

### 4.2.5.1 漂移信号的定义

如果被测信号是漂移信号，用频谱分析仪测量时，在不同的时间需要不停地变换中心频率才能观察到。如果利用频谱分析仪的信号跟踪功能，标记峰值将一直显示在频谱分析仪的中心频率上，可以方便地进行测量。

本部分将介绍如何测量漂移信号，将用到频谱分析仪信号跟踪、标记功能及最大保持功能来观察漂移信号的幅度轨迹和占有的带宽。

### 4.2.5.2 测量信号发生器的频率漂移

频谱分析仪能够测量信号发生器的短期稳定性和长期稳定性，使用轨迹最大保持功能频谱分析仪能显示输入信号的最大峰值幅度和频率漂移。如果您想测量信号占用带宽也可使用轨迹最大保持功能。

该实例将使用频谱分析仪的信号跟踪功能来保持漂移信号一直显示在中心位置，使用频谱分析仪的轨迹最大保持功能捕获漂移。

- a) 设置信号发生器输出信号：
 

将信号发生器输出频率为 300MHz，幅度为 -20dBm 的信号，连接信号发生器输出到频谱分析仪的输入端口，如图 4.1 所示，将其射频输出打开。
- b) 设置频谱分析仪的中心频率、扫宽和参考电平：
 

轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

按【频率】→[中心频率]→300[MHz]。

按【扫宽】→[扫宽]→10[MHz]。

按【幅度】→[参考电平]→-10[dBm]。
- c) 将标记放到信号峰值位置，打开信号跟踪功能：
 

按【峰值】→[峰值跟踪 关 开]。

按【频率】→[信号跟踪 关 开]。
- d) 减小扫宽：
 

按【扫宽】→[扫宽]→500[kHz]，可以看到信号一直保持在中心位置。
- e) 关闭信号跟踪功能：
 

按【频率】→[信号跟踪 关 开]。
- f) 使用最大保持功能测量信号漂移：
 

按【迹线】→[最大保持]。

当信号变化时，最大保持功能将维持对输入信号的最大响应。
- g) 激活迹线 2，并设置为连续刷新模式：
 

按【迹线】→[迹线 1 2 3]→[刷新迹线]。
- h) 改变信号发生器的输出频率：

## 4.2 典型测量介绍

慢慢改变信号发生器的输出频率，使其以 1kHz 步进，在 $\pm 50\text{kHz}$  变化，频谱分析仪显示如图 4.9 所示。




图 4.9 使用最大保持观测漂移信号

## 4.2.6 噪声信号测量

- 噪声信号的定义 ..... 86
- 测量信噪比 ..... 86
- 用噪声标记功能测量噪声 ..... 87

## 4.2.6.1 噪声信号的定义

通信系统中通常用信噪比来表征噪声的大小，系统中加入的噪声电平越大，信噪比越差，对调制信号的解调也就越困难。在通信系统中，通常信噪比测量也指载波与噪声的比值测量。

下面介绍如何使用 4042 频谱分析仪的标记功能来测量信噪比、噪声。实例中描述的是信号（载波）为单一频点情况下的信噪比测量。如果被测系统中是调制信号，该测试过程需要修改以修正调制信号的电平。

## 4.2.6.2 测量信噪比

- a) 设置信号发生器输出信号：
 

设置信号发生器的频率为 1GHz，功率为 $-10\text{dBm}$ ，连接信号发生器输出到频谱分析仪的输入端口，如图 4.1 所示，打开射频开关。
- b) 设定中心频率、扫宽、参考电平和衰减器。
 

轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

按【频率】→[中心频率]→1[GHz]。

按【扫宽】→[扫宽]→5[MHz]。

按【幅度】→[参考电平]→-10[dBm]。

按【幅度】→[衰减器 自动 **手动**]→30[dB]（4042 最大衰减值为 30dB，仅设置 30dB 档衰减）。

c) 将标记放置于信号峰值位置，然后放置差值标记位于频偏 200kHz 的噪声位置：

按【峰值】→[最大峰值]。

按【标记】→[差值模式]→200[kHz]。

d) 打开噪声标记功能观看信噪比：

按【标记】→[噪声标记 关 **开**]。如图 4.10 所示。

读得的信噪比是以 dB/Hz 为单位，因为该噪声值是归一化到 1Hz 的噪声带宽的数值。该比值是按照  $10 \times \log(BW)$  下降的。如果希望得到不同信道带宽下的噪声值，则测量结果需要根据当前带宽进行修正。例如，若频谱分析仪读得的数据是 -85dB/Hz，如果此时信道带宽为 30kHz，则信噪比为：

$$S/N = 85 \text{dB/Hz} - 10 \times \log(30 \text{kHz}) = 40.2 \text{dB} / (30 \text{kHz})$$

此时如果差值标记小于信号峰值到响应的边沿距离的四分之一，那么噪声测量会存在潜在的误差。




图 4.10 测量信噪比

#### 4.2.6.3 用噪声标记功能测量噪声

该实例将使用噪声标记功能测量 1Hz 带宽的噪声，采用 1GHz 的外部信号进行测量。

a) 设置信号发生器输出信号：

设置信号发生器的频率为 1GHz，功率为 -10dBm，连接信号发生器输出到频谱分析仪的输入端口，打开射频开关。

b) 设定中心频率、扫宽、参考电平和衰减器。

## 4 频谱分析模式

### 4.2 典型测量介绍

轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

按【频率】→[中心频率]→999.98[MHz]。

按【扫宽】→[扫宽]→1[MHz]。

按【幅度】→[参考电平]→-10[dBm]。

按【幅度】→[衰减器 自动 手动]→30[dB] (4042 最大衰减值为 30dB, 仅设置 30dB 档衰减)。

c) 激活噪声标记。

按【标记】→[噪声标记 关 开]。

注意此时的检波方式将自动设置为均方根检波, 如果希望得到不同带宽下的噪声功率值, 应根据当前带宽按照  $10 \times \log(BW)$  进行修正。例如, 若想得到 1kHz 带内的噪声功率, 应在读出数据上加上  $10 \times \log(1000)$  或者 30dB。

d) 通过平均减小测量误差。

按【带宽】→[分辨率带宽 自动 手动]→100[kHz]。

按【带宽】→[平均 关 开]。

打开平均功能, 减小测量误差。

e) 移动标记到 1GHz。

按【标记】→[普通模式], 设置噪声标记读数为 1GHz。

噪声标记数值是基于整个扫描轨迹点数的 5% 计算得到, 这些点以标记位置为中心。噪声标记的位置不会位于信号的峰值点处, 因为信号峰值位置没有足够的轨迹点进行计算, 因此当分辨率带宽较窄时, 噪声标记也会平均信号峰值以下的轨迹点。如图 4.11 所示。




图 4.11 使用噪声标记功能测量噪声

f) 以标记位置为中心设定频谱分析仪为零扫宽。

按【峰值】→[标记→中心频率]。

按【扫宽】→[零扫宽]。

按【标记】。

此时噪声标记的幅值读数是正确的, 因为所有点的平均都是基于同一个频率上, 不受分辨率带宽滤波器形状的影响。噪声标记是基于感兴趣的频率点的平均计算得到的。当要进行离散频点的功率测量时, 首先应将频谱分析仪调谐到感兴趣的频点上, 然后在零扫宽下进行测量。

### 4.2.7 失真测量

在通信系统工作拥挤的环境中，设备间的相互干扰是普遍存在的问题。例如在窄带系统中常遇到二阶、三阶交调失真的问题。当一个系统中存在两个信号（ $F_1$  和  $F_2$ ）时，它们与产生的二次谐波失真信号（ $2F_1$  和  $2F_2$ ）混频生成与原始信号靠的很近的三阶交调产物  $2F_2-F_1$  和  $2F_1-F_2$ 。高阶交调失真也会发生。这些失真产物大多是由系统中的放大器和混频器等器件产生的。大多数传输装置和信号发生器都含有谐波，谐波成分是常常需要测量的。

- 识别频谱分析仪产生的失真 ..... 89
- 快速谐波测量方法 ..... 90
- 精确谐波测量方法 ..... 93

#### 4.2.7.1 识别频谱分析仪产生的失真

当频谱分析仪输入大信号时，会引起频谱分析仪产生失真从而影响真实信号的失真测量结果。使用衰减器设置，您可以确定哪台信号是频谱分析仪内部产生的失真信号。本实例将使用信号发生器产生的输入信号，讲解频谱分析仪是否产生了谐波失真。

a) 设置信号发生器输出信号：

设置信号发生器的频率为 200MHz，功率为 0dBm，连接信号发生器输出到频谱分析仪的输入端口，如图 4.1 所示，打开射频开关。

b) 设置频谱分析仪的中心频率和扫宽：

轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

按【频率】→[中心频率]→400[MHz]。

按【扫宽】→[扫宽]→500[MHz]。

从频谱分析仪轨迹上可以看到信号产生的谐波失真距离原始 200MHz 信号有 200MHz 频偏，如图 4.12 所示。




图 4.12 观测谐波失真

## 4 频谱分析模式

### 4.2 典型测量介绍

- c) 将频谱分析仪中心频率设置到第一个谐波失真的位置。  
按【峰值】→[次峰值]。  
按【峰值】→[标记→中心频率]。
- d) 设置扫宽到 50MHz，重新设置中心频率。  
按【扫宽】→[扫宽]→50[MHz]。  
按【峰值】→[标记→]→[标记→中心频率]。
- e) 设置衰减器为 0dB。  
按【幅度】→[衰减器 自动 手动]→0[dB]。  
按【峰值】→[峰值跟踪 关 开]。  
按【标记】→[差值模式]。
- f) 将衰减器设置增加到 10dB：  
按【幅度】→[衰减器 自动 手动]→10[dB]。

注意观测差值标记的读数，如图 4.13 所示，该读数是衰减器 0dB 和 10dB 时产生的失真差值。当衰减器改变时，如果差值标记读数大于等于 1dB，说明频谱分析仪产生了一定的失真。当差值标记读数不明显时，也可增大衰减。




图 4.13 衰减器设置为 10dB

差值标记的幅度读数有两个来源：第一，增加射频衰减会造成信噪比降低，会造成该读数偏正；第二，频谱分析仪电路产生的谐波失真减小，会引起该读数偏负。该读数越大，说明测量误差越大，可以通过改变衰减器来减小该差值标记读数的绝对幅度。

#### 4.2.7.2 快速谐波测量方法

本例测量信号发生器产生的频率 1GHz、功率-10dBm 的信号的谐波成分。

- a) 设置信号发生器输出信号：

设置信号发生器的频率为 1GHz，功率为-10dBm，连接信号发生器输出到频谱分析仪的输入端口，如图 4.1 所示，打开射频开关。

- b) 设置频谱分析仪起始频率和终止频率。  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。  
按【频率】→[起始频率]→800[MHz]→[终止频率]→2.5[GHz]。  
如图 4.14 所示，基波和二次谐波显示在屏幕上。




图 4.14 输入信号和谐波

- c) 设置视频带宽平滑噪声以提高分辨率。  
按【带宽】→[视频带宽 自动 手动]使手动有效。  
按[视频带宽]，用步进递减键[▼]减小视频带宽。
- d) 为提高测量精度，设置基波峰值电平值为参考电平。  
按【峰值】→[最大峰值]，读出峰值的功率。  
按【幅度】→[参考电平]，设置为峰值的功率，结果如图 4.15 所示。




图 4.15 将信号峰值置于参考电平处以获得最高精度

#### 4 频谱分析模式

##### 4.2 典型测量介绍

e) 激活第二标记。

按【标记】→[差值模式]，【峰值】→[次峰值]。

此时固定标记标注在基波上，活动标记位于二次谐波的峰值点上，如图 4.16 所示。




图 4.16 用差值标记测量二次谐波

f) 测量谐波失真（方法 1）。

图中显示基波与二次谐波幅度差约为-50dB, 或百分之 0.3 的谐波失真(参看图 4.3)。




图 4.17 谐波失真幅度百分比变换

要测量三次谐波，再按[右邻峰值]键，继续读取想要测量的其它谐波与基波的幅度比值。

g) 测量谐波失真（方法 2）。

按【幅度】→[幅度单位]→[Volt]。

此时差值标记单位自动变为伏特。确定失真百分比的简便方法是将单位改为伏特。

将差值标记所示比例的小数点向右移动两位就得到失真百分比。所能显示的最小比例为 0.01 或百分之一。

### 4.2.7.3 精确谐波测量方法

该方法步骤略长，但因为每个信号都在较小的扫宽和分辨率带宽下进行测量，提高了信噪比，测量结果则更加精确。下面讲述如何测量 1GHz 信号的谐波。

- 设置信号发生器输出信号：  
设置信号发生器的频率为 1GHz，功率为 -10dBm，连接信号发生器输出到频谱分析仪的输入端口，如图 4.1 所示，打开射频开关。
- 设置频谱分析仪起始频率和终止频率：  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。  
按【频率】→[起始频率]→800[MHz]→[终止频率]→2.5[GHz]。
- 设置视频带宽平滑噪声以提高分辨率：  
按【带宽】→[视频带宽 自动 手动]使手动有效。  
按[视频带宽]，用步进递减键[▼]减小视频带宽。
- 利用信号跟踪功能减小扫宽：  
按【峰值】，激活标记搜索信号峰值。  
按【频率】→[信号跟踪 关 开]。  
按【扫宽】→[扫宽]→100[kHz]。
- 关闭信号跟踪。  
按【频率】→[信号跟踪 关 开]。
- 将信号峰值移到顶格格线处可得到最佳幅度测量精度。  
按【峰值】→[最大峰值]，读出峰值的功率。  
按【幅度】→[参考电平]，设置为峰值的功率。结果如图 4.18 所示。




图 4.18 100kHz 扫宽下显示的输入信号

## 4.2 典型测量介绍

g) 设置中心频率步进量为基波信号频率值。

按【频率】→[频率步进 自动 **手动**]→1[GHz]。

h) 测量二次谐波。

按【峰值】→[标记→]→[标记→中心频率]和步进键[▲]。步进操作将频谱分析仪中心频率变换到二次谐波处。按[峰值]→[最大峰值]，读出峰值的功率。

按【幅度】→[参考电平]，设置为峰值的功率。调整谐波峰值至参考电平，二次谐波幅度如图 4.19 所示。




图 4.19 二次谐波幅度

i) 计算谐波失真。

用图 4.19 来变换二次谐波与基波间的失真百分比。单位可再变换成伏特以便读出两信号的电压比。

j) 测量其它谐波。

对想要测量的其它谐波重复 (i) 至 (j) 步。计算各次谐波失真百分比。

信号总的谐波失真百分比也是经常需要测试的参量。要测试该参量，必须在线性单位下（如伏特）测出每一谐波的幅度，不能用相对单位 dBc。按【幅度】→[幅度单位]→[Volt]，幅度单位即为伏特。可将测量得到的信号幅度值用于下面的等式中计算出总的谐波失真：

$$\text{总谐波失真} = \frac{100 \times \sqrt{(A_2)^2 + (A_3)^2 + \dots + (A_n)^2}}{A_1} \%$$

式中：

$A_1$  —— 基波幅度，单位伏特

$A_2$  —— 二次谐波幅度，单位伏特

$A_3$  —— 三次谐波幅度，单位伏特

$A_n$  —— n 次谐波幅度，单位伏特

如果能按照前面的例子对信号幅度进行仔细地测量，该过程测得的谐波失真百分比是非常精确的。

## 4.2.8 脉冲射频信号测量

- 脉冲射频信号定义 ..... 95
- 脉冲射频信号中心频率、旁瓣比和脉冲宽度测量 ..... 95
- 脉冲重复频率 (PRF) 测量 ..... 98
- 峰值脉冲功率测量 ..... 99

### 4.2.8.1 脉冲射频信号定义

脉冲射频信号是一重复频率相同、脉宽恒定、形状和幅度恒定的射频脉冲串。在本节中，将介绍几种测量脉冲射频信号参数的方法。方法中将说明如何测量中心频率、脉冲宽度和脉冲重复频率。另外，还要讨论峰值脉冲功率的测量等问题。

分辨率带宽对脉冲射频信号测量的影响是很大的。必须要理解分辨率带宽与脉冲重复频率之间的关系。当分辨带宽比脉冲重复频率窄时，屏幕上只出现组成脉冲射频信号的个别频率成分，这称之为窄带模式。当分辨率带宽比脉冲重复频率宽时称为宽带模式，这时可以看到被脉冲重复频率等分的脉冲段描绘出的频谱包络。

### 4.2.8.2 脉冲射频信号中心频率、旁瓣比和脉冲宽度测量

a) 设置信号发生器输出信号：

设置信号发生器的频率为 1GHz，功率为-20dBm，连接信号发生器输出到频谱分析仪的输入端口，如图 4.1 所示。脉冲调制设置为重复频率 1kHz，脉冲宽度 900ns，打开脉冲调制，打开射频输出。

b) 设置频谱分析仪：

脉冲射频信号的测量一般是在宽带模式下进行。为了保证视频滤波器不影响测量结果，设置视频带宽为 3MHz。

轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。

按【频率】→[中心频率]→1[GHz]。

按【扫宽】→[扫宽]→10[MHz]，【扫描】→[扫描时间 自动 手动]→60[ms]。

按【带宽】→[分辨率带宽 自动 手动]→100[kHz]，[视频带宽 自动 手动]→100[kHz]。

按【迹线】→[检波]→[正峰值]激活正峰值检波。

选择中心频率功能，调整扫描宽度使中心旁瓣和至少一对旁瓣出现在屏幕上如图 4.20。




图 4.20 主瓣和旁瓣

增加扫描时间（扫描变慢）直到图形填实并变成一条实线，如图 4.21。如果谱线填不进来，则仪器不是在宽带模式，在这种情况下，后面对旁瓣比例、脉冲宽度和峰值脉冲功率的测量步骤都不适用了，需要将分辨率带宽设置成大于 1kHz。




图 4.21 轨迹显示为实线

- c) 读出脉冲中心频率和主瓣幅度：  
按【峰值】。  
此时标记读数就是脉冲中心频率和主瓣幅度。
- d) 在标记位于主瓣中心频率处时，测量旁瓣比：  
按【标记】→[差值模式]→[峰值]→[次峰值]。  
主瓣与旁瓣之间的幅度差就是旁瓣比，如图 4.22 所示。




图 4.22 标记显示旁瓣比例

e) 测量脉冲宽度，脉冲宽度等于两个旁瓣包络峰值点之间频率差的倒数：

按【标记】→[差值模式]→[峰值]→[左邻峰值]→[左邻峰值]。

此时读出的差值标记的频率差的倒数就是脉冲宽度，如图 4.23 所示。要获得最准确的脉宽值，可以手动调节标记位置测量出两个相邻旁瓣过零点之间的距离。如果减小分辨率带宽以使过零点更尖锐，测量精度更高。




图 4.23 利用标记显示脉宽

## 4.2.8.3 脉冲重复频率 (PRF) 测量

脉冲重复间隔 (PRI) 是任意两个相邻脉冲响应之间的时间间距。

a) 设置信号发生器输出信号:

设置信号发生器的频率为 1GHz, 功率为 -20dBm, 连接信号发生器输出到频谱分析仪的输入端口, 脉冲调制设置为重复频率 1kHz, 脉冲宽度 900ns, 打开脉冲调制, 打开射频输出。

b) 设置频谱分析仪:

轻按【复位】键, 使仪器恢复默认状态。

按【频率】→1[GHz]。

按【扫宽】→[扫宽]→10[MHz], 【扫描】→[扫描时间 自动 手动]→1.705[s]。

按【带宽】→[分辨率带宽 自动 手动]→1[kHz]。

按【带宽】→[视频带宽 自动 手动]→3[MHz]。

按【带宽】→[检波]→[正峰值]激活正峰值检波。

调整扫宽使主瓣和至少一对旁瓣出现在屏幕上。

重新调整信号发生器输出幅度, 使之位于屏幕上, 减小扫描时间(即加快扫描速度)直到显示与图 4.24 所示。

c) 测量脉冲重复间隔。

按【扫描】→[扫描类型 连续 单次]。

按【标记】→[差值模式], [峰值]→[次峰值]。所显示的两个标记差值就等于脉冲重复间隔 PRI, 其倒数就是脉冲重复频率 PRF。




图 4.24 测量脉冲重复频率

#### 4.2.8.4 峰值脉冲功率测量

现在已经知道了主瓣幅度、脉冲宽度，并且能很容易知道频谱分析仪的分辨率带宽，根据这些参量可得峰值脉冲功率。

当频谱分析仪处于宽带测量模式下：

$$\text{峰值脉冲功率} = (\text{主瓣幅度}) - (20 \log T_{\text{eff}} \times BW_i)$$

式中：

$T_{\text{eff}}$  ——脉冲宽度，单位：秒

$BW_i$  ——冲击带宽，单位：赫兹（值为  $1.5 \times$  测量脉冲宽度所用的分辨率带宽）

当频谱分析仪处于窄带测量模式下：

$$\text{峰值脉冲功率} = (\text{主瓣幅度}) - (20 \log T_{\text{eff}}/T)$$

式中：

$T_{\text{eff}}$  ——脉冲宽度，单位：秒

$T$  ——脉冲重复频率

峰值脉冲功率与主瓣幅度不相等的现象叫作脉冲失敏。脉冲信号不会降低频谱分析仪敏感度，确切地说，表面上出现失敏是由于脉冲调制的连续波（CW）载波的功率被分配给大量的频谱成分（即载波和边带）。因此，每个频谱成分所包含的只是总功率的一部分。

### 注意

#### 测量主瓣幅度

在测量主瓣幅度时，改变频谱分析仪衰减器并验证主瓣幅度不随之而改变。如果变化超过 1dB，则频谱分析仪处于增益压缩状态，必须增大衰减器的衰减量。

#### 4.2.9 载噪比

- 载噪比的定义 ..... 99
- 测量步骤 ..... 100

##### 4.2.9.1 载噪比的定义

载噪比（信噪比）是用来标示载波与载波噪声关系的标准测量尺度，通常记作 C/N (dB)。高的载噪比可以提供更好的网络接受率、更好的网络通信质量以及更好的网络可靠率。载噪比中，载波功率用  $P_C$  表示，噪声功率用  $P_N$  表示。那么载噪比的分贝单位公式表示为：

$$C/N = 10 \text{Log} \left( \frac{P_C}{P_N} \right)$$

上式表明载噪比为载波功率与噪声功率的比值。

## 4.2.9.2 测量步骤

- 复位频谱分析仪使其为默认状态：  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。
- 设置中心频率：  
按【频率】→[中心频率]→875[MHz]。
- 设置载波带宽：  
按【测量】→[载噪比]→[载波带宽]，用数字键或者上下键设置载波带宽，将频谱分析仪的载波带宽设置为载波信号的带宽，设置为 20MHz。
- 设置噪声带宽：  
按【测量】→[载噪比]→[噪声带宽]，用数字键或者上下键设置噪声带宽，将频谱分析仪的噪声带宽设置为噪声信号的带宽，设置为 20MHz。
- 设置频率偏移：  
按【测量】→[载噪比]→[频率偏移]，用数字键或者上下键设置频率偏移，将频谱分析仪的偏移频率设置为噪声信号相对于载波信号的偏移量，设置为 20MHz。
- 打开载噪比功能：  
按【测量】→[载噪比]→[载噪比 关 开]，打开载噪比测量功能，此时载波功率、噪声功率及载噪比的测量结果将在屏幕下方显示，载噪比测量界面如图 4.25 所示。




图 4.25 载噪比测量功能

## 4.2.12 频谱发射模板

- 频谱发射模板定义 ..... 101
- 测量步骤 ..... 101

### 4.2.12.1 频谱发射模板定义

频谱发射模板测量包括带内和带外的杂散发射，简称 SEM。针对较靠近载波信号的频段范围内杂散信号进行测量，同时对相对于载波偏移不同频率范围的杂散测量的分析带宽可能不同，为方便观察和判断指标，按照标准从载波信号开始给出各个频率范围的杂散门限电平，连接起来后就是频谱模板，而信号杂散的分布必须落在这个频谱模板以内才能通过测量。因此，频谱模板可以非常直观的观察和判断信号的杂散分量是否超过标准。

### 4.2.12.2 测量步骤

使用 4042 频谱分析仪进行频谱发射模板的测量操作步骤如下：

- a) 复位频谱分析仪使其为默认状态：  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。
- b) 编辑极限：  
按【极限】→[极限 上 下]，选择上极限，频谱发射模板只调用上极限，因此不必编辑下极限；  
按【极限】→[编辑极限]，弹出编辑极限软菜单，通过[频率]、[幅度]、[增加点]、[删除点]等操作来确定上极限线的形状。
- c) 保存极限：  
按【极限】→[存储极限]，保存已设置好的极限信息。
- d) 调用极限文件到模板：  
按【测量】→[频谱发射模板]→[调用极限文件到模板]，在弹出的表格中选择极限，并点击[立即调用]。
- e) 打开频谱发射模板功能：  
按【测量】→[频谱发射模板]→[频谱发射 关 开]，开启频谱发射模板功能，此时调用的极限线会显示在主屏幕上，如图 4.26 所示。




图 4.26 频谱发射模板测量

## 4.2 典型测量介绍

f) 选择参考功率:

按【测量】→[频谱发射模板]→[参考功率 **峰值** 通道], 选择参考功率类型。当选择峰值时, 极限中心点功率就是当前频率范围的峰值功率; 当选择通道时, 极限线中心点的功率为通道内的的最大功率。

g) 开始测试:

当上述步骤设置完毕后, 仪器会自动开始测试: 当有信号超过模板功率时, 则在主屏幕下方表格对应频段的状态栏显示“失败”; 相反频段内信号功率均未超过模板功率, 则对应频段状态栏显示“通过”。

### 4.2.13 音频解调

- [音频解调定义](#) ..... 102
- [测量步骤](#) ..... 102

#### 4.2.13.1 音频解调定义

调制就是将低频或基带信号(声音、音乐、数据)转换成高频信号。在调制过程中, 载波信号的某些特征(通常是频率或幅度)随基带信号幅度的瞬时变化做相应比例变化。而解调就是将高频信号转换成基带信号, 通过扬声器播放。

#### 4.2.13.2 测量步骤

a) 将鞭状天线与射频输入接口连接。

b) 复位频谱分析仪使其为默认状态:

轻按【复位】键, 使仪器恢复默认状态。

c) 设置中心频率:

按【频率】→[中心频率], 用数字键设置中心频率, 将频谱分析仪的中心频率设置为被测信号的频率, 设置为 94.4MHz。

d) 设置扫宽:

按【扫宽】→[扫宽], 用数字键设置中心频率, 将频谱分析仪的扫宽设置为 500kHz。

e) 选择解调类型:

按【测量】→[翻页 1/2]→[音频解调]→[解调类型], 可以在弹出的子菜单中选择[调频]、[调幅]、[上边带]和[下边带], 然后点击[返回], 本例选择[调频]。

f) 设置解调时间:

按【测量】→[翻页 1/2]→[音频解调]→[解调时间], 用数字键设置解调时间, 默认为 100ms。

g) 设置解调模式:

按【测量】→[翻页 1/2]→[音频解调]→[解调模式 间歇 **连续**], 当设置为[间歇]时, 仪器按照解调时间来进行解调, 以扫描时间为间隔, 进行解调; 当设置为[连续]时, 仪器会连续解调, 选择[连续]。

h) 设置音量:

按【测量】→[翻页 1/2]→[音频解调]→[音量]，用数字键设置音量，默认为 50，可自行调节至合适音量。

i) 开启音频解调功能:

按【测量】→[翻页 1/2]→[音频解调]→[音频解调 关 开]，打开音频解调，此时已可以收到当前电台的广播内容，如图 4.27 所示。




图 4.27 音频解调测试

#### 4.2.14 谐波失真

设置基波频率，设置谐波次数，仪器根据当前参数进行测量基波后，对每个有效的范围表，中心频率设置为范围表的频率，对各谐波进行测量。如果当前的频宽设置为 0，幅度通过对轨迹上的功率平均计算得到，并且显示在结果窗口列表中。测量完指定的谐波个数和幅度之后，总的谐波失真结果(Harmonics&THD)将在窗口的下部显示出来。仪器将连续不断地测量基波和谐波的幅度差。

- 测量步骤 ..... 103

##### 4.2.14.1 测量步骤

- 复位频谱分析仪使其为默认状态：  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。
- 设置基波频率：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[谐波失真]→[基波频率]，用数字键设置基波频率，将频谱分析仪的基波频率设置为被测信号的频率，设置为 1GHz。
- 设置谐波次数：

## 4.2 典型测量介绍

- 按【测量】→[翻页 1/2]→[谐波失真]→[谐波数]，用数字键设置基波次数，设置为4。
- d) 设置分辨率带宽：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[谐波失真]→[分辨率带宽]，用数字键设置分辨率带宽，默认为3MHz。
- e) 设置视频带宽：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[谐波失真]→[视频带宽]，用数字键设置视频带宽，默认为3MHz。
- f) 设置谐波次数：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[谐波失真]→[谐波失真 关 开]，开启谐波失真测试功能。

### 4.2.15 杂散发射模板

杂散发射模板功能，最多可设置八个波段，各个波段可编辑起始频率、终止频率、分辨率带宽、视频带宽、起始极限和终止极限。测量完指定的波段，结果将在窗口的下部显示出来。仪器将连续不断地测量各波段是否超过门限值。

- 测量步骤 ..... 104

#### 4.2.15.1 测量步骤

- a) 复位频谱分析仪使其为默认状态：  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。
- b) 编辑模板：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[杂散发射模板]→[模板编辑]，弹出模板编辑窗口，可根据需要设置波段数量及每个波段的起始频率、终止频率、分辨率带宽、视频带宽、起始极限和终止极限，设置完成后点击[完成编辑]。
- c) 存储模板：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[杂散发射模板]→[存储模板]，保存当前模板信息。
- d) 调用模板：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[杂散发射模板]→[调用模板]，调用已保存的模板信息。
- e) 设置扫描类型：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[杂散发射模板]→[扫描类型 连续 单次]，用于设置连续扫描模式或单次扫描模式。
- f) 设置扫描模式：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[杂散发射模板]→[扫描模式 单段 全段]，当设置单段时，会根据[当前段号]来持续扫描此频段；当设置为全段时，会一次扫描模板中设置的各个频段。
- g) 设置当前段号：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[杂散发射模板]→[当前段号]，用数字键设置当前段号。
- h) 打开杂散发射模板功能：

按【测量】→[翻页 1/2]→[杂散发射模板]→[杂散发射模板 关 开]，打开杂散发射模板功能，此时各个波段的测量结果将在屏幕下方显示，如图 4.28 所示。




图 4.28 杂散发射模板测试

### 4.2.16 多载波邻道功率

与邻道功率测量模式不同的是，此模式也可测量两个载波的邻道功率比。

- 测量步骤 ..... 105

#### 4.2.16.1 测量步骤

- 复位频谱分析仪使其为默认状态：  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。
- 设置中心频率：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[多载波邻道功率]→[中心频率]，用数字键设置中心频率，将频谱分析仪的中心频率设置为被测信号的频率，设置为 1GHz。
- 选择载波号：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[多载波邻道功率]→[载波 1 2]，选择载波号。
- 设置载波频率：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[多载波邻道功率]→[载波频率]，用数字键设置载波频率，将频谱分析仪的载波频率设置为被测信号的频率，设置为 800MHz，将载波 2 的载波频率设置为 1.2GHz。
- 设置载波带宽：  
按【测量】→[翻页 1/2]→[多载波邻道功率]→[载波带宽]，用数字键设置载波带宽，

## 4.2 典型测量介绍

将频谱分析仪的载波带宽设置为被测信号的带宽，设置为 20MHz，将载波 2 的载波频率设置为 20MHz。

f) 邻道设置:

按【测量】→[翻页 1/2]→[多载波邻道功率]→[邻道设置]，在弹出的邻道设置软菜单中，可设置[邻道偏移]、[邻道带宽]、[上邻道门限]、[下邻道门限]，按[门限测试 关 **开**]打开门限测试功能。

g) 打开多载波邻道功率功能:

按【测量】→[翻页 1/2]→[多载波邻道功率]→[多载波邻道功率 关 **开**]打开多载波邻道功率功能，此时各个邻道的测量结果将在屏幕下方显示。

### 4.3 频谱分析菜单结构

本节详细介绍频谱分析模式菜单结构。

● 频率菜单 .....	108
● 扫宽菜单 .....	108
● 幅度菜单 .....	109
● 带宽菜单 .....	109
● 标记菜单 .....	110
● 峰值菜单 .....	110
● 扫描菜单 .....	111
● 迹线菜单 .....	112
● 极限菜单 .....	112
● 测量菜单 .....	113

4.3.1 频率菜单



图 4.29 频谱分析模式频率菜单结构框图

4.3.2 扫宽菜单



图 4.30 频谱分析模式扫宽菜单结构框图

## 4.3.3 幅度菜单




图 4.31 频谱分析模式幅度菜单结构框图

## 4.3.4 带宽菜单

带宽
分辨率带宽 自动 手动
分辨率带宽 3.000 MHz
视频带宽 自动 手动
视频带宽 3.000 MHz
视频类型 线性 对数
平均 关 开
平均 16
SPAN/RBW 100
RBW/VBW 1

图 4.32 频谱分析模式带宽菜单结构框图

4.3 频谱分析菜单结构

4.3.5 标记菜单



图 4.33 频谱分析模式标记菜单结构框图

4.3.6 峰值菜单



图 4.34 频谱分析模式峰值菜单结构框图

## 4.3.7 扫描菜单




图 4.35 频谱分析模式扫描菜单结构框图

4.3.8 迹线菜单



图 4.36 频谱分析模式迹线菜单结构框图

4.3.9 极限菜单




图 4.37 频谱分析模式极限菜单结构框图

4.3.10 测量菜单




图 4.38 频谱分析模式测量菜单结构框图




图 4.39 频谱分析模式测量菜单结构框图 (续 1)




图 4.40 频谱分析模式测量菜单结构框图 (续 2)

## 4.4 频谱分析菜单说明

本节详细介绍频谱分析模式菜单项功能，参数等信息。

● 频率菜单	116
● 扫宽菜单	119
● 幅度菜单	121
● 带宽菜单	123
● 标记菜单	125
● 峰值菜单	128
● 扫描菜单	131
● 迹线菜单	140
● 极限菜单	145
● 测量菜单	147
● 配置菜单	166

### 4.4.1 频率菜单

单击用户界面底部菜单项【频率】，弹出与频率相关的菜单，用于设置与频率相关的参数，具体包括：[中心频率]、[起始频率]、[终止频率]、[步进频率 **自动** 手动]、[步进频率]、[信号标准 >]、[信道号]和[信号跟踪 **关** 开]。菜单项说明如下：

#### 提示

##### 频率单位

所有频率参数，都接受以赫兹（Hz）为单位的参数。所以数字输入必须以四个频率单位（GHz、MHz、kHz 或 Hz）作为终止键。当输入结束后，自动以合适的单位显示出新的频率值。

#### 注意

##### 终止频率不能超过起始频率

如果输入的起始频率大于终止频率，那么终止频率将等于起始频率；如果输入的终止频率小于起始频率，那么起始频率将自动调整为与终止频率相同的频率值。

#### 4.4.1.1 中心频率

**功能说明:**

设置中心频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

**参数说明:**

10.05GHz [ 5Hz ~ 20.1GHz-5Hz ]。

#### 4.4.1.2 起始频率

**功能说明:**

设置起始频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入起始频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成起始频率设置。

**参数说明:**

0Hz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

#### 4.4.1.3 终止频率

**功能说明:**

设置终止频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入终止频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成终止频率设置。

**参数说明:**

20.1GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

#### 4.4.1.4 频率步进 自动 手动

**功能说明:**

点击该菜单项，设置频率步进手动和自动状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

自动 [ 自动 手动 ]。

#### 4.4.1.5 频率步进

**功能说明:**

设置频率步进，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频率步进。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成频率步进设置。

**参数说明:**

1MHz [ 1Hz ~ 5GHz ]。

4.4.1.6 信号标准 >

**功能说明:**

该菜单项用于选择需要的信号标准文件，单击菜单进入下级菜单，具体菜单项包括:

表 4.1 信号标准

菜 单	
◇	表头
◇	表尾
◇	上一页
◇	下一页
◇	立即调用
◇	取消

1) 表头

**功能说明:**

点击该菜单项，可以使信号标准列表返回到表头位置，即信号标准列表第一行。

2) 表尾

**功能说明:**

点击该菜单项，可以使信号标准列表返回到表尾位置，即信号标准列表最后一行。

3) 上一页

**功能说明:**

点击该菜单项，可以实现信号标准列表上翻一页功能。

4) 下一页

**功能说明:**

点击该菜单项，可以实现信号标准列表下翻一页功能。

5) 立即调用

**功能说明:**

在屏幕中信号标准列表选中所需信号标准，点击该菜单项，可完成对该信号标准的频率参数的设置。

#### 6) 取消

**功能说明:**

点击该菜单项，将返回到频率菜单栏。

#### 4.4.1.7 信道号

**功能说明:**

显示已经选择的信号标准的编号，点击该菜单项，会显示信号标准的详细内容。

### 提示

信道号的设置要在加载信号标准的前提下进行，否则会弹出“请先加载信号标准文件!”提示。

#### 4.4.1.8 信号跟踪 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置信号跟踪功能开、关状态，选择是否信号跟踪，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。信号跟踪功能在每次扫描完成后会将已激活的标记放置在信号的峰值点上，并将此峰值频率设置为中心频率。打开[信号跟踪 关 开]会自动使得缓慢漂移的信号保持在显示屏幕的中心位置。

**参数说明:**

关[ 关 开 ]。

#### 4.4.2 扫宽菜单

单击用户界面底部菜单项【扫宽】，弹出与扫宽相关的菜单，用于设置扫宽参数，具体包括：[扫宽]、[全扫宽]、[零扫宽]、[上次扫宽]、[中频输出 关 开]和[中频带宽 >]。菜单项说明如下：

##### 4.4.2.1 扫宽

**功能说明:**

设置扫宽值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中数字键输入中心频率，在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成扫宽设置。或者点击[▲]或[▼]，扫宽按照1-2-3-5-8-10进行步进。

**参数说明:**

20.1GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz]。

#### 4.4.2.2 全扫宽

**功能说明:**

设置当前测量状态的扫宽为最大扫宽值，4042 频谱分析仪全扫宽下扫宽值设置为 20.1GHz。

#### 4.4.2.3 零扫宽

**功能说明:**

点击该菜单项，设置当前测量状态的扫宽为最小扫宽值，零扫宽下扫宽值设置为 0Hz。

### 提示

全扫宽和零扫宽功能在某些测量功能打开时无效。

#### 4.4.2.4 上次扫宽

**功能说明:**

点击该菜单项，设置当前测量状态的扫宽为上次设置的扫宽值。

#### 4.4.2.5 中频输出 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置中频输出开、关状态，打开或者关闭中频输出，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

关[ 关 开 ]。

#### 4.4.2.6 中频带宽 >

**功能说明:**

设置中频输出带宽。单击菜单项进入下级菜单，具体菜单项包括：

表 4.2 中频带宽

#### 菜 单

- ◇ 10MHz
- ◇ 40MHz
- ◇ 返回

## 1) 10MHz

**功能说明:**

设置中频带宽 10MHz。

## 2) 40MHz

**功能说明:**

设置中频带宽 40MHz。

## 3) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项，将返回到“扫宽”菜单栏。

**提示**

中频输出菜单作为功能选件，只能在零扫宽模式下才可使用。

### 4.4.3 幅度菜单

单击用户界面底部菜单项【幅度】，弹出与幅度相关的菜单，用于设置幅度参数，具体包括：[参考电平]、[参考值]、[幅度偏移]、[衰减器 **自动** 手动]、[衰减值]、[刻度/格]、[刻度类型 **对数** 线性]、[幅度单位 >]和[前置放大器 **关** 开]。菜单项说明如下：

#### 4.4.3.1 参考电平

**功能说明:**

设置参考电平，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考电平。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成参考电平设置。

**参数说明:**

0dBm [ -150dBm ~ 30dBm ]。

#### 4.4.3.2 参考值

**功能说明:**

设置参考值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成参考值设置。

**参数说明:**

0dB [ -100dB ~ 100dB ]。

## 4.4 频谱分析菜单说明

### 4.4.3.3 幅度偏移

**功能说明:**

设置幅度偏移，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入幅度偏移。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成幅度偏移设置。

**参数说明:**

0dB [ -150dB ~ 150dB ]。

### 4.4.3.4 衰减器 自动 手动

**功能说明:**

点击该菜单项，设置衰减器手动、自动状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。在自动模式中，输入衰减器与参考电平相关联。在手动模式中，可用数字键或步进键调整衰减器的衰减量，衰减量的范围为 0dB ~30dB。

**参数说明:**

自动 [ 自动 手动 ]。

### 4.4.3.5 衰减值

**功能说明:**

设置衰减值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入衰减值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成衰减值设置。衰减器自动状态下设置衰减值会自动将衰减器设置为手动状态。

**参数说明:**

10dB [ 0dB ~ 30dB ]。

### 4.4.3.6 刻度/格

**功能说明:**

设置屏幕纵坐标格线大小，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成刻度设置。

**参数说明:**

10dB [ 0.01dB ~ 100dB ]。

### 4.4.3.7 刻度类型 对数 线性

**功能说明:**

点击该菜单项，设置纵轴刻度类型对数或线性刻度，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。对数刻度默认以 dBm 为单位，线性刻度默认以 mV 为单位。

**参数说明:**

对数 [ 对数 线性 ]。

#### 4.4.3.8 幅度单位 >

##### 功能说明:

点击该菜单项, 打开幅度单位选择子菜单, 可选择的纵轴单位包括[dBm]、[dBmV]、[dBμV]、[V]、[W]、[A]、[dBW]、[dBV]、[dBA]、[dBmA]、[dBμA]等。

#### 4.4.3.9 前置放大器 关 开

##### 功能说明:

点击该菜单项, 设置前置放大器开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当参考电平小于-40dBm 时, 该功能才会被激活。

##### 参数说明:

关 [ 关 开 ]。

## 注意

前置放大器打开时需注意不能输入>+13dBm 的信号, 否则会导致仪器损坏。

#### 4.4.4 带宽菜单

单击用户界面底部菜单项【带宽】, 弹出与带宽相关的菜单, 用于设置与带宽相关的参数, 具体包括: [分辨率带宽 **自动** 手动]、[分辨率带宽]、[视频带宽 **自动** 手动]、[视频带宽]、[视频类型 **线性** 对数]、[平均 **关** 开]、[平均]、[SPAN/RBW]和[RBW/VBW]。菜单项说明如下:

##### 4.4.4.1 分辨率带宽 自动 手动

##### 功能说明:

点击该菜单项, 设置分辨率带宽手动、自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。手动时, 可通过数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键设置分辨率带宽, 自动模式时按照SPAN/RBW 比例随扫宽变化。10 MHz 分辨率带宽不与扫宽自动关联, 需手动设置。

##### 参数说明:

自动 [ 自动 手动 ]。

##### 4.4.4.2 分辨率带宽

##### 功能说明:

#### 4.4 频谱分析菜单说明

设置分辨率带宽，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的数字键输入分辨率带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。或者点击[▲]或[▼]，分辨率带宽按照 1-2-3-5-8-10 进行步进。

**参数说明：**

3MHz [ 1Hz ~ 20MHz ]。

#### 4.4.4.3 视频带宽 自动 手动

**功能说明：**

点击该菜单项，可以实现视频带宽手动和自动的状态切换，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。手动时，可通过数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键设置视频带宽，自动时按照 RBW/VBW 比例跟随分辨率带宽变化。

**参数说明：**

自动 [ 自动 手动 ]。

#### 4.4.4.4 视频带宽

**功能说明：**

设置视频带宽，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的数字键输入视频带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。或者点击[▲]或[▼]，视频带宽按照 1-2-3-5-8-10 进行步进。

**参数说明：**

3MHz [ 1Hz ~ 20MHz ]。

#### 4.4.4.5 视频类型 线性 对数

**功能说明：**

点击该菜单项，设置纵轴刻度类型为线性、对数状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。对数刻度默认以 dBm 为单位，线性刻度默认以 mV 为单位。

**参数说明：**

线性 [ 线性 对数 ]。

#### 4.4.4.6 平均 关 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置平均功能开、关状态切换，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。此功能对迹线进行连续平均从而达到平滑迹线的效果。

**参数说明：**

关 [ 关 开 ]。

#### 4.4.4.7 平均

##### 功能说明:

设置平均次数, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入比率。在使用数字键输入值后, 要通过点击[Enter]完成比率设置。

##### 参数说明:

16 [ 1 ~ 1000 ]。

#### 4.4.4.8 SPAN/RBW

##### 功能说明:

设置当前频宽和分辨率带宽的比率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入比率。在使用数字键输入值后, 要通过点击[Enter]完成比率设置。该比率用于分辨率带宽的关联模式中。

##### 参数说明:

100 [ 1 ~ 500 ]。

#### 4.4.4.9 RBW/VBW

##### 功能说明:

设置当前分辨率带宽和视频带宽的比值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入比率。在使用数字键输入值后, 要通过点击[Enter]完成比率设置。当分辨率带宽改变时, 视频带宽为自动时会自动改变以满足该比值。比值显示在输入区内, 用于两种带宽的关联模式中。当选择新的比值时, 将改变视频带宽来满足新的比值, 而分辨率带宽不变。

##### 参数说明:

1 [ 1 ~ 100 ]。

#### 4.4.5 标记菜单

单击用户界面底部菜单项【标记】, 弹出与标记相关的菜单, 用于设置与标记相关的参数, 具体包括: [标记 1 2 3 4 5 6]、[普通模式]、[差值模式]、[噪声标记 关 开]、[标记迹线 1 2 3]、[标记关闭]、[全部关闭]、[N dB 测量 关 开]、[N dB 值]、[计数器 关 开]、[计数器时间]和[标记列表 关 开]。菜单项说明如下:

#### 4.4.5.1 标记

##### 功能说明:

点击该菜单项, 用于选择不同的频标, 激活单个频标, 并将频标置于迹线的中心位置, 并且在屏幕右上角的频标显示区内显示出这些值。

#### 4.4 频谱分析菜单说明

**参数说明:**

1 [ 1 2 3 4 5 6 ]。

##### 4.4.5.2 普通模式

**功能说明:**

显示标记的频率与幅度。点击该菜单项，通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记位置。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成标记设置。

**参数说明:**

10.05GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

##### 4.4.5.3 差值模式

**功能说明:**

显示两频标间的幅度差和频差（频宽为零的情况下为时间差）。点击该菜单项，通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记差值位置。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成标记差值设置。

**参数说明:**

0Hz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

##### 4.4.5.4 噪声标记 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置噪声标记功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当菜单开关为开时，激活噪声标记。读出激活标记附近将噪声归一化到 1Hz 带宽的噪声功率，此时检波器自动时为均方根检波模式。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

##### 4.4.5.5 标记迹线

**功能说明:**

点击该菜单项，设置当前标记所绑定的迹线 ID。

**参数说明:**

1 [ 1 2 3 ]。

##### 4.4.5.6 标记关闭

**功能说明:**

点击该菜单项，关闭当前选中的标记以及与所选标记相关的功能

#### 4.4.5.7 全部关闭

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭所有的标记以及与所选标记相关的功能如: [噪声标记]。

#### 4.4.5.8 N dB 测量 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置 N dB 测量开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态, 在屏幕显示 NdB 标记的详细信息。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

#### 4.4.5.9 N dB 值

**功能说明:**

设置 N dB 值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入测量值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成 N dB 值设置。

**参数说明:**

3.00dB [ 1.00dB ~ 60.00dB ]。

#### 4.4.5.10 计数器 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置计数器开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

#### 4.4.5.11 计数器时间

**功能说明:**

设置计数器时间, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入计数器时间。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成计数器时间设置。

**参数说明:**

100.000ms [ 1.000ms ~ 1.000s ]。

#### 4.4.5.12 标记列表 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置标记列表开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。打开

#### 4.4 频谱分析菜单说明

标记列表，在屏幕显示各标记的详细信息。

**参数说明：**

关 [ 关 开 ]。

#### 4.4.6 峰值菜单

单击用户界面底部菜单项【峰值】，弹出与峰值相关的菜单，用于设置与峰值相关的参数，具体包括：[最大峰值]、[次峰值]、[左邻峰值]、[右邻峰值]、[差值模式]、[峰值跟踪 **关** 开]、[标记->]、[标记->中心频率]、[最大值]、[最小值]、[峰值列表 **关** 开]、[峰值频率更新 **连续** 单次]、[重置峰值列表]、[峰值排序 **幅度** 频率]和[峰值序号 **关** 开]。菜单项说明如下：

##### 4.4.6.1 最大峰值

**功能说明：**

点击该菜单项，将当前活动标记设置到测量迹线的最大峰值点，并在屏幕的右上角显示此标记的频率和幅度。

##### 4.4.6.2 次峰值

**功能说明：**

点击该菜单项，将当前活动标记移到迹线上与当前标记位置相联系的下一个最高峰值点处，当此键被重复按下时，可快速的找到较低的峰值点。

##### 4.4.6.3 左邻峰值

**功能说明：**

点击该菜单项，寻找当前标记位置左边的下一个峰值。

##### 4.4.6.4 右邻峰值

**功能说明：**

点击该菜单项，寻找当前标记位置右边的下一个峰值。

##### 4.4.6.5 差值模式

**功能说明：**

同章节 4.4.5.3。

#### 4.4.6.6 峰值跟踪 关 开

##### 功能说明:

点击该菜单项，设置峰值跟踪功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当峰值跟踪为开时，当前标记将在每次扫描结束后，进行一次峰值搜索操作。峰值跟踪为关时，不进行任何操作。

##### 参数说明:

关 [ 关 开 ]。

#### 4.4.6.7 标记-> >

##### 功能说明:

点击该菜单项，弹出与标记功能相关的菜单，这些菜单与频谱分析仪的频率、频宽和频标是否处于正常或差值频标模式相关，这些标记功能允许用户用标记作为参考改变频谱分析仪设置。具体菜单包括：

表 4.3 标记->

##### 菜 单

- ◇ 标记->中心频率
- ◇ 标记->频率步进
- ◇ 标记->起始频率
- ◇ 标记->终止频率
- ◇ 返回

#### 1) 标记->中心频率

##### 功能说明:

点击该菜单项，标记会移动到中心频率处，并在屏幕上显示中心频率处的读数。

#### 2) 标记->频率步进

##### 功能说明:

点击该菜单项，设置中心频率的步进量，即频率步进的值等于标记频率，差值标记功能激活时，频率步进值等于差值标记的频率。

#### 3) 标记->起始频率

##### 功能说明:

点击该菜单项，设置起始频率等于标记频率。

#### 4.4 频谱分析菜单说明

##### 4) 标记->终止频率

**功能说明:**

点击该菜单项，设置终止频率等于标记频率。

##### 5) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项，将返回到“峰值”菜单栏。

#### 4.4.6.8 标记->中心频率

**功能说明:**

点击该菜单项，设置标记频率等于中心频率，此功能可快速将信号移到屏幕的中心位置。

#### 4.4.6.9 最大值

**功能说明:**

点击该菜单项，将当前活动标记放置到迹线的最高点，并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。

#### 4.4.6.10 最小值

**功能说明:**

点击该菜单项，将当前活动标记放置到迹线的最低点，并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。

#### 4.4.6.11 峰值列表 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置峰值列表开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当峰值列表为开时，打开峰值列表。峰值列表为关时，关闭峰值列表。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

#### 4.4.6.12 峰值频率更新 连续 单次

**功能说明:**

点击该菜单项，设置峰值频率连续、单次更新状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当峰值频率更新为连续时，峰值列表频率和幅度不断更新；当峰值频率更新为单次时，

峰值列表频率固定为切换为单次更新状态时第一次扫描的 12 个频率值, 幅度仍不断更新。

**参数说明:**

连续 [ 连续 单次 ]。

#### 4.4.6.13 重置峰值列表

**功能说明:**

点击该菜单项, 无论峰值频率更新设置是连续还是单次, 峰值列表都会再进行一次扫描更新。

#### 4.4.6.14 峰值排序 幅度 频率

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置峰值排序幅度和频率状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。该功能在峰值列表开时有效, 设置为幅度时, 峰值列表中各峰值点按照幅度大小排序; 设置为频率时, 峰值列表中各峰值点按照频率大小排序。

**参数说明:**

幅度 [ 幅度 频率 ]。

#### 4.4.6.15 峰值序号 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置峰值序号开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当峰值序号为开时, 显示峰值序号。峰值序号为关时, 关闭峰值序号显示。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

### 4.4.7 扫描菜单

单击用户界面底部菜单项【扫描】, 弹出与扫描相关的菜单, 用于设置与扫描相关的参数, 具体包括: [扫描时间 **自动** 手动]、[扫描时间]、[扫描类型 **连续** 单次]、[重新扫描]、[扫描方式 >]、[触发 >]、[扫描点数]、[时间门 >]、[扫描模式 **线性** 列表]、[编辑列表 >]、[存储列表]和[调用列表 >]。菜单项说明如下:

#### 4.4.7.1 扫描时间 自动 手动

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置扫描时间自动、手动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当选择自动状态时, 扫描时间将根据分辨率带宽、频宽和视频带宽的设置进行自动关联。

**参数说明:**

#### 4.4 频谱分析菜单说明

自动 [ 自动 手动 ]。

##### 4.4.7.2 扫描时间

**功能说明：**

设置频谱分析仪的扫描时间。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入扫描时间。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成扫描时间设置。

**参数说明：**

32ms [ 32ms ~ 8000s ]。

##### 4.4.7.3 扫描类型 连续 单次

**功能说明：**

点击该菜单项，设置扫描类型连续、单次状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明：**

连续 [ 连续 单次 ]。

##### 4.4.7.4 重新扫描

**功能说明：**

点击该菜单项，用于重新扫描。

##### 4.4.7.5 扫描方式 >

**功能说明：**

设置扫描方式。点击该菜单项弹出与扫描方式相关的菜单，具体菜单包括：

表 4.4 扫描方式

菜 单
◇ 扫频
◇ 性能
◇ 速度
◇ 返回

##### 1) 扫频

**功能说明：**

点击该菜单项，设置扫描方式为扫频，此时不使用 FFT 扫描。

## 2) 性能

**功能说明:**

点击该菜单项，设置扫描方式为性能，此时根据 RBW 自动切换 FFT 扫描，优先保证精度。

## 3) 速度

**功能说明:**

点击该菜单项，设置扫描方式为速度，此时根据 RBW 自动切换 FFT 扫描，优先保证速度。

## 4) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项，返回到扫描菜单栏。

**4.4.7.6 触发 >****功能说明:**

设置触发方式。点击该菜单项弹出与扫描的触发方式相关的菜单，具体菜单包括：

表 4.5 触发

**菜 单**

- ◇ 自由触发
- ◇ 视频触发
- ◇ 外部触发
- ◇ 触发极性
- ◇ 触发延时
- ◇ 返回

## 1) 自由触发

**功能说明:**

点击该菜单项，设置触发方式为自由触发，当上一次连续扫描或单扫结束后设置自由触发则开始一次新的扫描或测量。

4.4 频谱分析菜单说明

2) 视频触发

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置触发方式为视频触发, 只要输入信号超过了设定的视频触发电平, 就会触发扫描。触发电平值可通过数字键或[▲]、[▼]进行设置, 屏幕上的绿线提示选择的触发电平。

3) 中频触发

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置触发方式为中频触发并弹出与中频触发相关的菜单,具体菜单包括:

表 4.6 中频触发

菜 单	
◇	触发电平
◇	触发迟滞
◇	触发极性 负 正
◇	保持时间
◇	跌落时间
◇	触发时延
◇	返回

3.1) 触发电平

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置中频触发的触发电平。只要输入信号超过设定的触发电平, 就会触发测量。触发电平值可通过数字键或[▲]、[▼]进行设置, 屏幕上的蓝线提示当前触发电平。

**参数说明:**

0dBm [ -300dBm 180dBm ]。

3.2) 触发迟滞

**功能说明:**

触发迟滞, 定义了触发上升沿被检测到前, 信号必须低于触发电平的值, 或者下降沿被检测到前, 信号必须高于触发电平的值。单击该菜单, 通过弹出的数字键盘设置触发迟滞值。

**参数说明:**

3dBm[-150dBm 150dBm]。

3.3) 触发极性 负|正

**功能说明:**

点击该菜单项，控制电平触发极性的正负，正极性时是利用上升沿进行触发，负极性则利用下降沿进行触发，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明：**

负 [ 负 | 正 ]。

### 3.4) 保持时间

**功能说明：**

单击该菜单，设置保持时间，在触发保持时间内，不执行触发。

**参数说明：**

100ms [ 1us 10s ]。

### 3.5) 跌落时间

**功能说明：**

单击该菜单，通过弹出的数字键盘设置跌落时间，触发之前实测信号电平低于触发电平的持续时间门限，如果实际持续时间低于门限，不执行触发。

**参数说明：**

1ms [ 1us , 10s ]。

### 3.6) 触发时延

**功能说明：**

设置电平触发的时间时延。点击该菜单项，频谱分析仪将在接收到外部触发信号后等待该时间段后再进行扫描。

**参数说明：**

1us [ 1us ~ 500ms ]。

### 3.7) 返回

**功能说明：**

点击该菜单项，返回到触发菜单栏。

## 4) 外部触发 TTL

**功能说明：**

点击该菜单项，设置触发方式为外部触发，选择扫描和测量与下一个电压周期同步。

## 5) 触发极性 正 负

**功能说明：**

点击该菜单项，控制电平触发极性的正负，正极性时是利用上升沿进行触发，负极性则

#### 4.4 频谱分析菜单说明

利用下降沿进行触发，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明：**

正 [ 正 负 ]。

#### 6) 触发时延

**功能说明：**

设置电平触发的时间时延。点击该菜单项，频谱分析仪将在接收到外部触发信号后等待该时间段后再进行扫描。

**参数说明：**

1us [ 1us ~ 500ms ]。

#### 7) 返回

**功能说明：**

点击该菜单项，返回到扫描菜单栏。

#### 4.4.7.7 扫描点数

**功能说明：**

设置频谱分析仪的扫描点数。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入扫描点数。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成扫描点数设置。

**参数说明：**

1001 [ 101 ~ 4001 ]。

#### 4.4.7.8 时间门 >

**功能说明：**

点击该菜单项，弹出与时间门参数相关的菜单，时间门功能实现对脉冲射频信号、时分多址（CDMA）信号、间歇信号等进行频谱分析，用户能够定义执行测量的时间窗口，时间门允许在指定时间段内测量信号，并排除或屏蔽干扰信号，具体菜单包括：

表 4.7 时间门菜单

菜单	子菜单
◇ 门预览 <u>关</u> 开	
◇ 预览时间	
◇ 时间门 <u>关</u> 开	
◇ 门延迟	
◇ 门宽度	
◇ 触发源 外 内 <u>GPS</u>	
◇ 触发间隔 >	10ms
	20ms
	50ms
	100ms
	200ms
	500ms
	1s
	返回
◇ 边沿极性 <u>正</u> 负	
◇ 返回	

## 1) 门预览 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置门预览功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

## 2) 时间门 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置时间门功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

**注意**

当时间门功能打开时，扫宽自动设置为 0，横坐标变为时间。

#### 4.4 频谱分析菜单说明

##### 3) 门延迟

**功能说明:**

设置时间门的延迟时间, 当接收到触发信号后, 经过一定的延迟时间后打开时间门。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入门延迟时间。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成门延迟时间设置。

**参数说明:**

1ms [ 1us ~ 20s ]。

##### 4) 门宽度

**功能说明:**

设置时间门的宽度, 即时间门的开启时间。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入门宽度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成门宽度设置。

**参数说明:**

5ms [ 1us ~ 20s ]。

##### 5) 触发源 外 内 GPS

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置外部触发、内部触发或 GPS 触发, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

内 [ 外 内 GPS ]。

##### 6) 触发间隔 >

**功能说明:**

设置触发间隔。点击菜单项进入下级菜单, 可供选择的触发间隔包括 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1s。

##### 7) 边沿极性 正 负

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置触发时间门的边沿极性, 正极性时是利用上升沿进行触发, 负极性则利用下降沿进行触发, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

正 [ 正 负 ]。

#### 4.4.7.9 扫描模式 线性 列表

##### 功能说明:

点击该菜单项，设置线性模式或列表模式，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。线性扫描是指以线性频率间隔扫描，相邻测量点的频率间隔相等。列表模式为选件，在列表扫描模式下，是以编辑好的列表所设定的频率范围和其它参数进行扫描。

##### 参数说明:

线性 [ 线性 列表 ]。

#### 4.4.7.10 编辑列表 >

##### 功能说明:

点击该菜单项，弹出与编辑列表相关的菜单，具体菜单包括：

表 4.8 编辑列表

##### 菜 单

- ◇ 增加段
- ◇ 删除段
- ◇ 清空列表
- ◇ 完成编辑
- ◇ 取消编辑

#### 1) 增加段

##### 功能说明:

点击该菜单项，在列表选中行上方增加一行。

#### 2) 删除段

##### 功能说明:

点击该菜单项，删除列表选中行。

#### 3) 清空列表

##### 功能说明:

点击该菜单项，删除列表所有行。

#### 4) 完成编辑

##### 功能说明:

点击该菜单项，确认之前对扫描列表进行的管理和操作，并返回到扫描菜单栏。

#### 4.4 频谱分析菜单说明

##### 5) 取消编辑

**功能说明:**

点击该菜单项，取消之前对扫描列表进行的管理和操作，并返回到扫描菜单栏。

##### 4.4.7.11 存储列表

**功能说明:**

点击该菜单项，可以将当前所编辑的列表存储在频谱分析仪中，以方便以后调用。

##### 4.4.7.12 调用列表 >

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出与调用列表相关的菜单，具体菜单项包括：

表 4.9 调用列表

菜 单
◇ 表头
◇ 表尾
◇ 上一页
◇ 下一页
◇ 立即调用
◇ 删除
◇ 全部删除
◇ 取消

[表头]、[表尾]、[上一页]、[下一页]、[立即调用]、[取消]功能同 4.4.1.6 节。

##### 1) 删除

**功能说明:**

删除选中的列表行。

##### 2) 全部删除

**功能说明:**

删除全部列表行。

#### 4.4.8 迹线菜单

单击用户界面底部菜单项【迹线】，弹出与迹线相关的菜单，用于设置与迹线相关的参

数，具体包括：[迹线 1 2 3]、[刷新迹线]、[最大保持]、[最小保持]、[保持迹线]、[隐藏迹线]、[检波 >]和[轨迹运算 >]。菜单项说明如下：

#### 4.4.8.1 迹线 1 2 3

**功能说明：**

点击该菜单项，用于选择轨迹，频谱分析仪提供 1、2、3 轨迹线，菜单选项值点亮部分表示选择的迹线序号。

**参数说明：**

1 [ 1 2 3 ]。

#### 4.4.8.2 刷新迹线

**功能说明：**

点击该菜单项，用于刷新先前显示的轨迹的所有数据并持续显示频谱分析仪在扫描状态接收的信号。

#### 4.4.8.3 最大保持

**功能说明：**

点击该菜单项，用于对所选择的迹线上的点保持其最大值，并用每次扫描中检波出的新的最大值进行更新，若检波为自动时，会切换为正峰值检波方式。

#### 4.4.8.4 最小保持

**功能说明：**

点击该菜单项，用于对所选择的迹线上的点保持其最小值，并用每次扫描中检波出的新的最小值进行更新，若检波为自动时，会切换为负峰值检波方式。

#### 4.4.8.5 保持迹线

**功能说明：**

点击该菜单项，用于保持和显示所选迹线的幅度数据，但在频谱分析仪扫描时并不进行更新。

#### 4.4.8.6 隐藏迹线

**功能说明：**

点击该菜单项，用于对信号只做后台处理而不再在屏幕上显示。

4.4.8.7 检波 >

**功能说明:**

设置检波模式。单击菜单项进入下级菜单，具体菜单项包括:

表 4.10 检波

菜 单
◇ 自动
◇ 标准
◇ 正峰值
◇ 负峰值
◇ 取样
◇ 均值
◇ 均方根
◇ 返回

1) 自动

**功能说明:**

进入检波菜单后，自动默认为标准模式。

2) 标准

**功能说明:**

此模式中，当检测到噪声时，同时显示正峰值和负峰值的测量结果，以达到与模拟仪器相类似的显示效果，检测信号时则只显示正峰值。这是最常用的检波方式，能够同时看见信号和噪声基底，而不丢失任何信号。

3) 正峰值

**功能说明:**

用于选择正峰值检波模式。用该模式可确保不漏掉任何峰值信号，利于测量非常靠近噪声基底的信号。[最大保持]时选择的的就是正峰值检波器。

4) 负峰值

**功能说明:**

用于选择负峰值检波模式。用该模式可使迹线显示负峰值电平。绝大多数情况下都用于宽带毫米波频谱分析仪的自检中，而很少用在测量中，能很好地重现 AM 信号的调制包络。[最小保持]时选择的的就是负峰值检波器。

## 5) 取样

**功能说明:**

用于设置检波器为取样检波模式。该模式利于测量噪声信号，与正常检波方式相比，它能更好地测量噪声，通常用于视频平均和噪声频标功能。

## 6) 均值

**功能说明:**

用于设置检波器为平均值检波模式。平均值检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的平均值。

## 7) 均方根

**功能说明:**

用于设置检波器为均方根检波模式。均方根检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的均方根。

## 8) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项，将返回到带宽菜单栏。

**4.4.8.8 迹线运算 >****功能说明:**

设置轨迹运算。单击菜单项进入下级菜单，具体菜单项包括：

表 4.11 轨迹运算

菜 单	
◇	算子 1+算子 2->算子 3
◇	算子 1-算子 2->算子 3
◇	关
◇	算子 1 迹线选择 1 2 3
◇	算子 2 迹线选择 1 2 3
◇	算子 3 迹线选择 1 2 3
◇	运算规则 对数 线性
◇	返回

#### 4.4 频谱分析菜单说明

##### 1) 算子 1+算子 2->算子 3

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置当前迹线运算模式为加法, 按照选择的运算规则, 将算子 1 选择的迹线与算子 2 选择的迹线相加, 并将结果显示在算子 3 所选择的迹线上。

##### 2) 算子 1-算子 2->算子 3

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置当前迹线运算模式为减法, 按照选择的运算规则, 将算子 1 选择的迹线与算子 2 选择的迹线相加, 并将结果显示在算子 3 所选择的迹线上。

##### 3) 关

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭迹线运算, 不对当前任何迹线做运算处理。

##### 4) 算子 1 迹线选择 1 2 3

**功能说明:**

点击该菜单项, 选择算子 1 所选择的迹线。

**参数说明:**

1[1 2 3]。

##### 5) 算子 2 迹线选择 1 2 3

**功能说明:**

点击该菜单项, 选择算子 2 所选择的迹线。

**参数说明:**

2[1 2 3]。

##### 6) 算子 3 迹线选择 1 2 3

**功能说明:**

点击该菜单项, 选择算子 3 所选择的迹线。

**参数说明:**

2[1 2 3]。

##### 7) 运算规则 对数 线性

**功能说明:**

点击该菜单项, 选择迹线运算参照对数、线性规则来进行。

**参数说明:**

对数 [ 对数 线性 ]。

#### 4.4.9 极限菜单

单击用户界面底部菜单项【极限】，弹出与极限相关的菜单，用于设置与极限相关的参数，具体包括：[极限 上 下]、[极限 关 开]、[测试 关 开]、[编辑极限 >]、[偏移]、[声音报警 关 开]、[存储极限]和[调用极限 >]。菜单项说明如下：

##### 4.4.9.1 极限 上 下

**功能说明:**

点击该菜单项，设置当前极限线上、下状态，菜单选项值点亮部分表示选择的状态。

**参数说明:**

上 [ 上 下 ]。

##### 4.4.9.2 极限 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置极限功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示极限功能的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

##### 4.4.9.3 测试 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置极限测试开、关状态，菜单选项值点亮部分表示极限测试的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

##### 4.4.9.4 编辑极限 >

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出与编辑极限相关的菜单，用于查看极限点的频率、幅度，以及增加或删除极限点，具体菜单包括：

表 4.12 编辑极限

菜 单
◇ 频率
◇ 幅度
◇ 增加点
◇ 删除点
◇ 上一点
◇ 下一点
◇ 设为默认
◇ 返回

#### 4.4.9.5 偏移

**功能说明:**

设置偏移余量。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入偏移余量。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成偏移余量设置。

**参数说明:**

0dB [ -40dB ~ 0dB ]。

#### 4.4.9.6 声音报警 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置声音报警开、关状态，菜单选项值点亮部分表示极限功能的状态。当声音报警打开时，当上下极限线测试开关打开时有效，当上下极限线在当前一屏扫描完毕时，如果有越界情况则蜂鸣器会发出一短促声音。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

#### 4.4.9.7 存储极限

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出对话框，用于存储极限。

#### 4.4.9.8 调用极限 >

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出与调用极限相关的菜单，每个菜单项功能同 4.4.7.12。

#### 4.4.10 测量菜单

单击用户界面底部菜单项【测量】，弹出与测量相关的菜单，菜单项说明如下：

##### 4.4.10.1 场强测量

功能说明：

频谱分析仪提供了场强测量功能，配合相应测试天线，可快速进行场强测试。点击[场强测量]菜单项，弹出与场强测量相关的菜单，菜单项说明如下：

表 4.13 场强

菜 单	子菜单
◇ 场强 关 开	
◇ 调用天线 >	表头
	表尾
	上一页
	下一页
	立即调用
	删除
	全部删除
	取消
◇ 编辑天线 >	增加编辑点
	删除编辑点
	清空所有点
	完成编辑
	取消编辑
◇ 保存天线	

##### 1) 场强 关 开

功能说明：

点击该菜单项，设置场强测量开、关状态，菜单选项值点亮部分表示场强测量功能的状态。

参数说明：

关 [ 关 开 ]。

##### 2) 调用天线 >

功能说明：

点击该菜单项，可以弹出调用天线>菜单栏，每个菜单项功能同 4.4.9.8。

#### 4.4 频谱分析菜单说明

##### 3) 编辑天线 >

**功能说明:**

点击该菜单项，可以弹出编辑天线>菜单栏，每个菜单项功能同 4.4.7.10。

##### 4) 保存天线

**功能说明:**

点击该菜单项，保存天线因子。

#### 4.4.10.2 通道功率

**功能说明:**

频谱分析仪提供了通道功率测量功能，通过设置功能菜单中的相关参数，选择合适的分辨率带宽和扫宽，就能实现测量信号的通道功率。点击[通道功率]菜单项，弹出与通道功率相关的菜单，菜单项说明如下：

表 4.14 通道功率

菜 单	
◇ 通道功率	关 开
◇ 中心频率	
◇ 通道带宽	
◇ 通道扫宽	

##### 1) 通道功率 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置通道功率测量功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示通道功率测量功能的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

##### 2) 中心频率

**功能说明:**

设置通道功率测量的中心频率。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

**参数说明:**

10.05GHz [ 5Hz ~ 20.1GHz-5Hz ]。

## 3) 通道带宽

**功能说明:**

设置通道功率测量的通道带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入通道带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成通道带宽设置。

**参数说明:**

2MHz [ 5Hz ~ 20.1GHz ]。

## 4) 通道扫宽

**功能说明:**

设置通道功率测量的通道扫宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入通道扫宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成通道扫宽设置。

**参数说明:**

2MHz [ 2MHz ~ 20MHz ]。

**注意**

通道功率带宽表示频谱分析仪在此带宽内显示功率的一个频率宽度，而通道功率扫宽则是频谱分析仪进行扫描的频率范围。通道功率扫宽设置应大于或等于通道功率带宽，如果不是，频谱分析仪会自动设置通道带宽等于通道功率扫宽。通道功率扫宽与通道功率带宽的比保持一个恒定值不变。当通道功率扫宽改变时，这个比值保持不变。改变通道功率带宽可以改变此比值。例如，当通道功率扫宽加倍时，频谱分析仪也将使通道功率带宽增加相同的倍数。

**4.4.10.3 占用带宽****功能说明:**

频谱分析仪的占用带宽测量可以快速、清晰、准确地给出测量结果，根据调制方式的不同，有两种方法用来计算占用带宽：功率百分比法与功率下降 XdB 法。用户可根据自身需求，选择合适的占用带宽测量方法。点击[占用带宽]菜单项，弹出与占用带宽相关的菜单，菜单项说明如下：

表 4.15 占用带宽

**菜单**

- |        |         |
|--------|---------|
| ◇ 占用带宽 | 关 开     |
| ◇ 测量方法 | 百分比 XdB |
| ◇ 百分比  |         |
| ◇ X dB |         |
| ◇ 通道扫宽 |         |

#### 4.4 频谱分析菜单说明

##### 1) 占用带宽 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置占用带宽测量功能开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示占用带宽测量功能的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

##### 2) 测量方法 百分比 XdB

**功能说明:**

点击该菜单项, 选择相应的测试方法, 包括百分比法或者下降 XdB 法, 菜单选项值点亮部分表示选择的占用带宽测量方法。

**参数说明:**

百分比 [ 百分比 XdB ]。

##### 3) 百分比

**功能说明:**

百分比法是通过计算包含整个传输信号功率的某一特定百分数的那部分频率的带宽, 得到信号的占用带宽, 当测量方法选择为百分比时, 功率的百分比可以由用户设定。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入百分比。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成百分比设置。

**参数说明:**

99% [ 10% ~ 99.99% ]。

##### 4) XdB

**功能说明:**

下降 XdB 法计算方法将占用带宽定义为: 在信号峰值功率所在频率点的两边, 信号功率分别下降 XdB 时, 两频率点之间的距离间隔, 当测量方法设置为 XdB 时, 信号功率下降的 XdB 由用户自行设定。点击该菜单, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入下降 dB。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成下降 dB 设置。

**参数说明:**

-3dB [ -100dB ~ -0.1dB ]。

##### 5) 通道扫宽

**功能说明:**

设置占用带宽测量的通道扫宽。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入通道扫宽。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成通道扫宽设置。

**参数说明:**

3MHz [ 10Hz ~ 20.1GHz ]。

#### 4.4.10.4 邻道功率

##### 功能说明：

频谱分析仪提供了邻道功率比的测量功能，用户通过设置信道相关参数，可以获得邻道功率比的测量结果。用户使用门限测试功能，自定义邻道门限，可以方便观测邻道功率是否超过设定的范围。点击[邻道功率]菜单项，弹出与邻道功率相关的菜单，菜单项说明如下：

表 4.16 邻道功率

菜 单	
◇ 邻道功率	<input checked="" type="checkbox"/> 关 <input type="checkbox"/> 开
◇ 中心频率	
◇ 主信道带宽	
◇ 邻道扫宽	
◇ 信道偏移	
◇ 门限测试	<input checked="" type="checkbox"/> 关 <input type="checkbox"/> 开
◇ 上邻道门限	
◇ 下邻道门限	

##### 1) 邻道功率 关 开

##### 功能说明：

点击该菜单项，设置邻道功率测量功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示邻道功率测量功能的状态。

##### 参数说明：

关 [ 关 开 ]。

##### 2) 中心频率

##### 功能说明：

设置邻道功率测量的中心频率。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

##### 参数说明：

10.05GHz [ 5Hz ~ 21GHz-5Hz ]。

##### 3) 主信道带宽

##### 功能说明：

设置邻道功率测量的主信道带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]

#### 4.4 频谱分析菜单说明

及数字键输入主信道带宽。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成主信道带宽设置。

**参数说明:**

3MHz [ 300Hz ~ 1GHz ]。

#### 4) 邻道带宽

**功能说明:**

设置邻道功率测量的邻道带宽。点击该菜单项,通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入邻道带宽。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成邻道带宽设置。

**参数说明:**

3MHz [ 300Hz ~ 1GHz ]。

#### 5) 信道偏移

**功能说明:**

设置邻道功率测量的信道偏移。点击该菜单项,通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入信道偏移。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成信道偏移设置。

**参数说明:**

3MHz [ 0Hz ~ 1GHz ]。

#### 6) 门限测试 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项,设置邻道功率门限测量功能开、关状态,菜单选项值点亮部分表示邻道功率门限测量功能的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

#### 7) 上邻道门限

**功能说明:**

设置邻道功率测量的上邻道门限。点击该菜单项,通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入上邻道门限。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成上邻道门限设置。

**参数说明:**

0dB [ -200dB ~ 200dB ]。

#### 8) 下邻道门限

**功能说明:**

设置邻道功率测量的下邻道门限。点击该菜单项,通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入下邻道门限。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成下邻道门

限设置。

参数说明：

0dB [ -200dB ~ 200dB ]。

## 注意

打开门限测试功能时，若邻道功率比超过设定的门限，屏幕上将用红色背景进行标记。

### 4.4.10.5 频谱发射模板

功能说明：

频谱发射模板功能是指通过调用极限线作为模板来测量信号功率是否通过模板的限制。模板依据中心频率和参考功率可以左右上下移动。模板总是将极限线的中心点左右移动到中心频率，同时依据计算出的参考功率将中心点上下移动到参考功率值点。点击[频谱发射模板]菜单项，弹出与频谱发射模板相关的菜单，菜单项说明如下：

表 4.17 频谱发射模板

菜单	子菜单
◇ 频谱发射 <b>关</b> 开	
◇ 参考信道带宽	
◇ 调用极限文件到模板 >	表头
	表尾
	上一页
	下一页
	立即调用
	删除
	全部删除
	取消
◇ 功率参考 <b>峰值</b> 通道	
◇ 峰值标记 <b>关</b> 开	
◇ 上页信息	
◇ 下页信息	

#### 1) 频谱发射 关 开

功能说明：

点击该菜单项，设置频谱发射模板功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示频谱发射模板功能的状态。

#### 4.4 频谱分析菜单说明

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

2) **参考信道带宽**

**功能说明:**

设置参考信道带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考信道带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成参考信道带宽设置。

**参数说明:**

1MHz [ 1kHz ~ 20.1GHz ]。

3) **调用极限文件到模板 >**

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出调用极限文件到模板>菜单栏，每个菜单项功能同 4.4.9.8。

4) **参考功率 峰值 通道**

**功能说明:**

点击该菜单项，设置参考功率为峰值模式或通道模式，菜单选项值点亮部分表示选择其模式。

**参数说明:**

峰值 [ 峰值 通道 ]。

5) **峰值标记 关 开**

**功能说明:**

点击该菜单项，可以实现峰值标记功能开、关的状态切换，菜单选项值点亮部分表示峰值标记功能的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

6) **上页信息**

**功能说明:**

点击该菜单项，查看上页信息。

7) **下页信息**

**功能说明:**

点击该菜单项，查看下页信息。

#### 4.4.10.6 载噪比

##### 功能说明:

频谱分析仪提供了载噪比功能测量，该功能用于测量载波功率与噪声功率的比值。点击[载噪比]菜单项，弹出与载噪比相关的菜单，菜单项说明如下：

表 4.18 载噪比

菜 单	
◇	载噪比 <u>关</u> 开
◇	中心频率
◇	载波带宽
◇	噪声带宽
◇	频率偏移

##### 1) 载噪比 关 开

##### 功能说明:

点击该菜单项，设置载噪比功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示载噪比功能的状态。

##### 参数说明:

关 [ 关 开 ]。

##### 2) 中心频率

##### 功能说明:

设置载噪比测量的中心频率。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

##### 参数说明:

10.05GHz [ 5Hz ~ 20.1GHz-5Hz ]。

##### 3) 载波带宽

##### 功能说明:

设置载噪比测量的载波带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入载波带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成载波带宽设置。

##### 参数说明:

3MHz [ 300Hz ~ 1GHz ]。

##### 4) 噪声带宽

##### 功能说明:

4.4 频谱分析菜单说明

设置载噪比测量的噪声带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入噪声带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成噪声带宽设置。

参数说明：

3MHz [ 300Hz ~ 1GHz ]。

5) 频率偏移

功能说明：

设置载噪比测量的频率偏移。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频率偏移。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成频率偏移设置。

参数说明：

3MHz [ 0Hz ~ 1GHz ]。

4.4.10.7 音频解调

功能说明：

点击该菜单项，弹出与音频解调相关的菜单，菜单项说明如下：

表 4.19 音频解调

菜单	子菜单
◇ 音频解调 <b>关</b> 开	
◇ 解调类型 >	调频
	调幅
	上边带
	下边带
	返回
◇ 解调时间	
◇ 解调模式 间歇 <b>连续</b>	
◇ 音量	

1) 音频解调 关 开

功能说明：

点击该菜单项，设置音频解调功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示音频解调功能的状态。

参数说明：

关 [ 关 开 ]。

## 2) 解调类型 >

### 功能说明:

点击该菜单项，弹出解调类型菜单，可以设置解调类型。

### a) 调频

#### 功能说明:

点击该菜单项，设置解调类型为调频。

### b) 调幅

#### 功能说明:

点击该菜单项，设置解调类型为调幅。

### c) 上边带

#### 功能说明:

点击该菜单项，设置解调类型为上边带。

### d) 下边带

#### 功能说明:

点击该菜单项，设置解调类型为下边带。

### e) 返回

#### 功能说明:

点击该菜单项，返回到音频解调菜单。

## 3) 解调时间

### 功能说明:

设置解调时间。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入解调时间。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成解调时间设置。

### 参数说明:

100ms [ 1us ~ 400s ]。

## 4) 解调模式 间歇 连续

### 功能说明:

点击该菜单项，设置解调模式间歇或连续，间歇模式为数据扫描完一屏然后按照解调时间间歇解调一段时间，然后数据再扫描完一屏，再按照解调时间间歇解调一段时间，如此往复循环；连续模式为数据扫描完一屏之后就一直连续解调，数据不再扫描。菜单选项值点亮部分表示解调模式的状态。

### 参数说明:

连续 [ 间歇 连续 ]。

## 4.4 频谱分析菜单说明

## 5) 音量

**功能说明:**

设置解调功能模式下扬声器的音量。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入音量。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成音量设置。

**参数说明:**

50 [ 0 ~ 100 ]。

## 4.4.10.8 IQ 捕获

**功能说明:**

IQ 捕获功能可通过用户设置的捕获时间、采样率、捕获模式等参数来实现原始的 IQ 数据捕获并保存为数据文件, 用于数据分析。点击[IQ 捕获]菜单项, 弹出与 IQ 捕获相关的菜单, 菜单项说明如下:

表 4.20 IQ 捕获

菜 单	子菜单
◇ IQ 捕获 <u>关</u> 开	
◇ 开始捕获	
◇ 捕获时间	
◇ 捕获模式 <u>单次</u> 连续	
◇ 采样率 >	立即调用
	取消
◇ 触发	自由触发
	外部触发 TTL
	触发极性 <u>正</u> 负
	触发延迟
	返回
◇ 存储名称	

## 1) IQ 捕获 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置 IQ 捕获功能开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示 IQ 捕获功能的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

## 2) 开始捕获

### 功能说明:

点击该菜单项, 开始 IQ 捕获。

## 3) 捕获时间

### 功能说明:

设置 IQ 捕获时间。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入捕获时间。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成捕获时间设置。

### 参数说明:

1us [ 1us ~ 1ms ]。

## 4) 捕获模式 单次 连续

### 功能说明:

点击该菜单项, 设置捕获模式单次或连续, 若捕获模式设为单次, 则仅捕获一次就结束, 若捕获模式为多次, 则扫描线程每扫描完一次, 就捕获一次, 只有当用户设置停止捕获才会停止, 菜单选项值点亮部分表示选择其捕获模式。

### 参数说明:

单次 [ 单次 连续 ]。

## 5) 采样率 >

### 功能说明:

点击该菜单项, 设置 IQ 捕获的采样率。

## 6) 触发 >

### 功能说明:

点击该菜单项, 弹出触发菜单, 可以设置触发方式。

### a) 自由触发

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置触发方式为自由触发。

### b) 外部触发

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置触发方式为外部触发。选择该触发方式时, 可以设置触发极性和触发延迟。

#### 4.4 频谱分析菜单说明

##### c) 触发极性 正 负

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置外部触发的触发极性, 菜单选项值点亮部分表示外部触发的触发极性。

**参数说明:**

负 [ 正 负 ]。

##### d) 触发延迟

**功能说明:**

设置外部触发的触发延迟。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入触发延迟。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成触发延迟设置。

**参数说明:**

1us [ 1us ~ 500ms ]。

##### e) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 返回 IQ 捕获菜单。

##### 7) 存储名称

**功能说明:**

点击该菜单项, 弹出对话框, 用于设置捕获数据的文件名。

#### 4.4.10.9 谐波失真

**功能说明:**

点击该菜单项, 弹出与谐波失真相关的菜单, 菜单项说明如下:

表 4.21 谐波失真

菜 单	
◇ 谐波失真	关 开
◇ 基波频率	
◇ 谐波数	
◇ 分辨率带宽	
◇ 视频带宽	

##### 1) 谐波失真 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置谐波失真功能开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示谐波失真功能

的状态。

**参数说明：**

关 [ 关 开 ]。

## 2) 基波频率

**功能说明：**

设置谐波的基波频率。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入基波频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成基波频率设置。

**参数说明：**

1GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

## 3) 谐波数

**功能说明：**

设置谐波次数。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入谐波次数。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成谐波次数设置。

**参数说明：**

4 [ 1 ~ 10 ]。

## 4) 分辨率带宽

**功能说明：**

设置分辨率带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入分辨率带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。

**参数说明：**

3MHz [ 1Hz ~ 20MHz ]。

## 5) 视频带宽

**功能说明：**

设置视频带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入视频带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成视频带宽设置。

**参数说明：**

3MHz [ 1Hz ~ 20MHz ]。

### 4.4.10.10 杂散发射模板

**功能说明：**

点击该菜单项，弹出与杂散发射模板相关的菜单，菜单项说明如下：

表 4.22 杂散发射模板

菜单	子菜单
◇ 杂散发射模板 <b>关</b> 开	
◇ 扫描类型 <b>单次</b> 连续	
◇ 扫描模式 <b>单段</b> 全段	
◇ 当前段号	
◇ 模板编辑 >	增加段
	删除段
	清空列表
	完成编辑
	取消编辑
◇ 存储模板	
◇ 调用模板 >	表头
	表尾
	上一页
	下一页
	立即调用
	删除
	全部删除
	取消

## 1) 杂散发射模板 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置杂散发射模板功能开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示杂散发射模板功能的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

## 2) 扫描类型 连续 单次

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置扫描类型为单次或连续, 菜单选项值点亮部分表示扫描类型的状态。

**参数说明:**

连续 [ 连续 单次 ]。

## 3) 扫描模式 单段 全段

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置扫描模式为单段或全段, 菜单选项值点亮部分表示扫描模式的状态。

**参数说明:**

单段 [ 单段 全段 ]。

#### 4) 当前段号

**功能说明:**

设置扫描的频段号。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入段号。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成段号设置。

**参数说明:**

4 [ 1 ~ 4 ]。

#### 5) 模板编辑 >

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出模板编辑菜单栏，每个菜单项功能同 4.4.7.10。

#### 6) 存储模板

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出对话框，用于设置存储模板的文件名。

#### 7) 调用模板 >

**功能说明:**

点击该菜单项，显示模板列表，并弹出调用模板菜单栏，每个菜单项功能同 4.4.9.8。

### 4.4.10.11 多载波邻道功率

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出与多载波邻道功率相关的菜单，菜单项说明如下:

表 4.23 多载波邻道功率

菜 单	子菜单
◇ 多载波邻道功率 <u>关</u> 开	
◇ 中心频率	
◇ 载波 <u>1</u> 2	
◇ 载波频率	
◇ 载波带宽	
◇ 邻道设置 >	邻道 <u>1</u> 2 3
	邻道偏移
	邻道带宽
	上邻道门限
	下邻道门限
	门限测试 <u>关</u> 开
	返回

## 1) 多载波邻道功率 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置多载波邻道功率功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示多载波邻道功率功能的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

## 2) 中心频率

**功能说明:**

设置中心频率。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

**参数说明:**

10.5GHz [ 5Hz ~ 20.1GHz-5Hz ]。

## 3) 载波 1 2

**功能说明:**

点击该菜单项，设置载波号，菜单选项值点亮部分表示选择的载波号。

**参数说明:**

1 [ 1 2 ]。

## 4) 载波频率

**功能说明:**

设置当前载波号下的载波频率。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入载波频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成载波频率设置。

**参数说明：**

10.5GHz [ 100MHz ~ 20.1GHz ]。

5) **载波带宽**

**功能说明：**

设置当前载波号下的载波带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入载波带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成载波带宽设置。

**参数说明：**

3M [ 1kHz ~ 1GHz ]。

6) **邻道设置 >**

**功能说明：**

点击该菜单项，弹出邻道设置菜单栏，菜单栏中可最多设置 3 个邻道的偏移量、带宽、上邻道门限和下邻道门限以及门限测试是否打开。菜单项说明如下：

a) **邻道 1 2 3**

**功能说明：**

点击该菜单项，选择邻道，菜单选项值点亮部分表示选择的邻道。

b) **邻道偏移**

**功能说明：**

设置选中邻道的邻道偏移。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入邻道偏移。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成邻道偏移设置。

**参数说明：**

3MHz [ 0Hz ~ 1GHz ]。

c) **邻道带宽**

**功能说明：**

设置选中邻道的邻道带宽。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入邻道带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成邻道带宽设置。

**参数说明：**

3MHz [ 1kHz ~ 1GHz ]。

d) **上邻道门限**

**功能说明：**

设置选中邻道的上邻道门限。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入上邻道门限。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成上邻道门限设置。

**参数说明：**

#### 4.4 频谱分析菜单说明

0dB [ -200dB ~ 200dB ]。

##### e) 下邻道门限

###### 功能说明:

设置选中邻道的下邻道门限。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入下邻道门限。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成下邻道门限设置。

###### 参数说明:

0dB [ -200dB ~ 200dB ]。

##### f) 门限测试 关 开

###### 功能说明:

点击该菜单项，设置门限测试功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示门限测试功能的状态。

###### 参数说明:

关 [ 关 开 ]。

##### g) 返回

###### 功能说明:

点击该菜单项，返回多载波邻道功率菜单。

#### 4.4.11 配置菜单

###### 功能说明:

点击该菜单项，可以打开上一次测量菜单中选择的功能菜单。

## 5 干扰分析模式 (选件)

本章简要的介绍了在干扰分析测量模式下的瀑布图测量和 RSSI 测量，给出了干扰分析的菜单结构并进行了说明。

- 典型测量介绍 ..... 167
- 干扰分析菜单结构 ..... 170
- 干扰分析菜单说明 ..... 176

### 5.1 典型测量介绍

干扰分析测量模式是对频谱测量模式的扩展，4042 频谱分析仪干扰分析模式分为以下三种不同的测量模式：

- 频谱测量（具体操作可以参照频谱分析一章，本章节不再重复说明）；
- 瀑布图测量；
- 接收信号强度指示（RSSI）测量。

#### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择干扰分析模式的前提下，后面不再单独说明。

- 瀑布图测量 ..... 167
- RSSI 测量 ..... 169

#### 5.1.1 瀑布图测量

瀑布图使用频率-幅度-时间三维的显示方式，可以方便地观察周期性或者间断的信号。在瀑布图显示中颜色的不同反映的信号幅度的强弱。

为了方便更好地观察测量信号，可以采取以下几个步骤：

- a) 复位频谱分析仪使其为默认状态：  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。
- b) 设置中心频率：  
按【扫宽】→[全扫宽]，然后按[峰值]，得到当前测量信号的最大值点，然后按下[标记]→[中心频率]将当前峰值点设置为中心频率，此时最大值会显示在迹线区域的中心位置。
- c) 设置带宽：  
按【带宽】→[分辨率带宽 自动 手动]，通过数字键或者上下键来设置合适的分辨率带宽，同理设置合适的视频带宽值。
- d) 设置参考电平：  
按【幅度】→[参考电平]将当前最大值点接近显示区域最上方位置，按[刻度/格]设置合适的刻度/格值方便查看。

## 5 干扰分析模式（选件）

### 5.1 典型测量介绍

e) 设置自动存储参数:

按【自动存储】→[扫描间隔]，设置扫描间隔值。

### 注意

当扫描间隔大于 0 时，迹线会设置为最大保持状态，以保证每次扫描得到的信号的最大值都会被显示在界面上。

f) 按[扫宽时间]设置需要记录时间，然后[自动存储 关 开]，可以设置自动存储，自动存储在每完成一屏后自动存储。

g) 按【自动存储】→[时间标记]，通过数字键或者上下键在瀑布图垂直方向上移动水平直线，下面频谱图会显示直线位置上的迹线信息。

### 注意

当时间标记值大于 0 时，迹线不再刷新显示，瀑布图区域也不再更新。

h) 设置标记:

4042 频谱分析仪干扰分析提供了六个独立的标记，用于读出标记位置的幅度值和频率值，具体使用方法为：【标记】→[标记 1 2 3 4 5 6]。

i) 保存图片:

如果想将当前瀑布图测量信息保存为图片，可以使用[文件]→[保存图片]。

瀑布图测试结构如图 5.1 所示:




图 5.1 干扰分析瀑布图

### 5.1.2 RSSI 测量

RSSI 测量主要用于测量一个点频信号在一段时间内的强度变化情况。

为了方便更好的观察测量信号，可以采取以下的几个步骤：

a) 设置扫描间隔时间：

按【自动存储】→[扫描间隔]，扫描间隔时间表征每次扫描相邻两点扫描时间；

b) 设置扫宽记录时间：

按【自动存储】→[扫宽时间]，设置需要记录显示的时间，在到达设定的扫宽时间后，显示界面不再刷新显示。

c) 打开自动存储开关：

按【自动存储】→[自动存储 关 开]，数据在每完成一屏后会自动存储到文件中。

## 注意

在设置完扫宽时间后，屏幕上显示的数据点只记录最近时间内的数据点，而非整个扫宽时间内的数据点。

RSSI 测试结构如图 5.2 所示：




图 5.2 干扰分析 RSSI 测试图

## 5.2 干扰分析菜单结构

本节详细介绍干扰分析模式菜单结构。

- 频率菜单 ..... 170
- 扫宽菜单 ..... 171
- 幅度菜单 ..... 171
- 带宽菜单 ..... 172
- 标记菜单 ..... 172
- 峰值菜单 ..... 173
- 扫描菜单 ..... 173
- 自动存储菜单 ..... 174
- 迹线菜单 ..... 174
- 测量菜单 ..... 175

### 5.2.1 频率菜单



图 5.3 干扰分析模式频率菜单结构框图

## 5.2.2 扫宽菜单

扫宽
扫宽
全扫宽
零扫宽
上次扫宽

图 5.4 干扰分析模式扫宽菜单结构框图

## 5.2.3 幅度菜单

幅度
参考电平 0.0 dBm
参考值 0.00 dB
幅度偏移 0.00 dB
衰减器 <u>自动</u> 手动
衰减值 10 dB
刻度/格 20.00 dB
幅度单位 dBm
前置放大器 关 开

图 5.5 干扰分析模式幅度菜单结构框图

### 5.2.4 带宽菜单



图 5.6 干扰分析模式带宽菜单结构框图

### 5.2.5 标记菜单



图 5.7 干扰分析模式标记菜单结构框图

## 5.2.6 峰值菜单



图 5.8 干扰分析模式峰值菜单结构框图

## 5.2.7 扫描菜单



图 5.9 干扰分析模式扫描菜单结构框图

### 5.2.8 自动存储菜单

自动存储
扫描间隔 关 开
扫描间隔 100.000 ms
扫宽时间 关 开
扫宽时间 1 Min
自动存储 关 开
时间标记 0
重启测量

图 5.10 干扰分析模式自动存储菜单结构框图

### 5.2.9 迹线菜单

迹线
刷新迹线
最大保持
最小保持

图 5.11 干扰分析模式迹线菜单结构框图

## 5.2.10 测量菜单

测量
频谱测量
瀑布图
RSSI

图 5.12 干扰分析模式测量菜单结构框图

## 5.3 干扰分析菜单说明

● 频率菜单	176
● 扫宽菜单	179
● 幅度菜单	180
● 带宽菜单	182
● 标记菜单	185
● 峰值菜单	187
● 扫描菜单	188
● 自动存储菜单	189
● 迹线菜单	191
● 测量菜单	191

### 5.3.1 频率菜单

单击用户界面底部菜单项【频率】，弹出与频率相关的菜单，用于设置与频率相关的参数，具体包括：[中心频率]、[起始频率]、[终止频率]、[频率步进 **自动** 手动]、[频率步进]、[信号标准 >]和[信道号]。菜单项说明如下：

#### 提示

##### 频率单位

所有频率参数，都接受以赫兹（Hz）为单位的参数。所以数字输入必须以四个频率单位（GHz、MHz、kHz 或 Hz）作为终止键。当输入结束后，自动以合适的单位显示出新的频率值。

#### 注意

##### 终止频率不能超过起始频率

如果输入的起始频率大于终止频率，那么终止频率将等于起始频率；如果输入的终止频率小于起始频率，那么起始频率将自动调整为与终止频率相同的频率值。

#### 5.3.1.1 中心频率

##### 功能说明：

设置中心频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

##### 参数说明：

10.05GHz [ 5Hz ~ 20.1GHz-5Hz ]。

### 5.3.1.2 起始频率

**功能说明:**

设置起始频率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入起始频率。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成起始频率设置。

**参数说明:**

0Hz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

### 5.3.1.3 终止频率

**功能说明:**

设置终止频率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入终止频率。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成终止频率设置。

**参数说明:**

20.1GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

### 5.3.1.4 频率步进 自动 手动

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置频率步进手动和自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

自动 [ 自动 手动 ]。

### 5.3.1.5 步进频率

**功能说明:**

设置频率步进值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频率步进值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成频率步进设置。

**参数说明:**

1MHz [ 1Hz ~ 5GHz ]。

### 5.3.1.6 信号标准 >

**功能说明:**

该菜单项用于选择需要的信号标准文件, 单击菜单进入下级菜单, 具体菜单项包括:

表 5.1 信号标准

菜 单
◇ 表头
◇ 表尾
◇ 上一页
◇ 下一页
◇ 立即调用
◇ 取消

1) 表头

**功能说明：**

点击该菜单项，可以使信号标准列表返回到表头位置，即信号标准列表第一行。

2) 表尾

**功能说明：**

点击该菜单项，可以使信号标准列表返回到表尾位置，即信号标准列表最后一行。

3) 上一页

**功能说明：**

点击该菜单项，可以实现信号标准列表上翻一页功能。

4) 下一页

**功能说明：**

点击该菜单项，可以实现信号标准列表下翻一页功能。

5) 立即调用

**功能说明：**

在屏幕中信号标准列表选中所需信号标准，点击该菜单项，可完成对该信号标准的频率参数的设置。

6) 取消

**功能说明：**

点击该菜单项，将返回到频率菜单栏。

**注 意**

加载信号标准后，中心频率与扫宽会设置为信号标准中定义的中心频率和扫宽值。

### 5.3.1.7 信道号

#### 功能说明:

显示已经选择的信号标准的编号, 点击该菜单项, 会显示信号标准的详细内容。

#### 提示

信道号的设置要在加载信号标准的前提下进行, 否则会弹出“请先加载信号标准文件!”提示。

## 5.3.2 扫宽菜单

单击用户界面底部菜单项【扫宽】, 弹出与扫宽相关的菜单, 用于设置扫宽参数, 具体包括: [扫宽]、[全扫宽]、[零扫宽]和[上次扫宽]。菜单项说明如下:

### 5.3.2.1 扫宽

#### 功能说明:

设置扫宽值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中数字键输入中心频率, 在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成扫宽设置。或者点击[▲]或[▼], 扫宽按照 1、2、5 进行步进。

#### 参数说明:

20.1GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz]。

#### 注意

RSSI 模式只能为零扫宽模式。

### 5.3.2.2 全扫宽

#### 功能说明:

设置当前测量状态的扫宽为最大扫宽值, 4042 频谱分析仪全扫宽下扫宽值设置为 20.1GHz。

### 5.3.2.3 零扫宽

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置当前测量状态的扫宽为最小扫宽值, 零扫宽下扫宽值设置为 0Hz。

## 5.3 干扰分析菜单说明

### 5.3.2.4 上次扫宽

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置当前测量状态的扫宽为上次设置的扫宽值。

### 5.3.3 幅度菜单

单击用户界面底部菜单项【幅度】, 弹出与幅度相关的菜单, 用于设置幅度参数, 具体包括: [参考电平]、[参考值]、[幅度偏移]、[衰减器 **自动** 手动]、[衰减值]、[刻度/格]、[幅度单位]和[前置放大器 **关** 开]。菜单项说明如下:

#### 5.3.3.1 参考电平

**功能说明:**

设置参考电平, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考电平。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成参考电平设置。

**参数说明:**

0dBm [ -150dBm ~ 30dBm ]。

### 注意

在使用[▲]或[▼]时, 步进是 10dB。

#### 5.3.3.2 参考值

**功能说明:**

设置参考值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成参考值设置。

**参数说明:**

0dB [ -100dB ~ 100dB ]。

#### 5.3.3.3 幅度偏移

**功能说明:**

设置幅度偏移, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入幅度偏移。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成幅度偏移设置。

**参数说明:**

0dB [ -150dB ~ 150dB ]。

#### 5.3.3.4 衰减器 自动 手动

##### 功能说明:

点击该菜单项, 设置衰减器手动、自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。在自动模式中, 输入衰减器与参考电平相关联。在手动模式中, 可用数字键或步进键调整衰减器的衰减量, 衰减量的范围为 0dB ~30dB。

##### 参数说明:

自动 [ 自动 手动 ]。

#### 5.3.3.5 衰减值

##### 功能说明:

设置衰减值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入衰减值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成衰减值设置。衰减器自动状态下设置衰减值会自动将衰减器设置为手动状态。

##### 参数说明:

10dB [ 0dB ~ 30dB ]。

#### 5.3.3.6 刻度/格

##### 功能说明:

设置屏幕纵坐标格线大小, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成刻度设置。

##### 参数说明:

10dB [ 0.01dB ~ 100dB ]。

#### 5.3.3.7 幅度单位

##### 功能说明:

干扰分析模式下幅度单位统一采用 dBm 为单位的显示。

#### 5.3.3.8 前置放大器 关 开

##### 功能说明:

点击该菜单项, 设置前置放大器开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

##### 参数说明:

关 [ 关 开 ]。

### 5.3 干扰分析菜单说明

#### 5.3.4 带宽菜单

单击用户界面底部菜单项【带宽】，弹出与带宽相关的菜单，用于设置与带宽相关的参数，具体包括：[分辨率带宽 **自动** 手动]、[分辨率带宽]、[视频带宽 **自动** 手动]、[视频带宽]、[视频类型 **线性** 对数]、[平均 **关** 开]、[平均]、[SPAN/RBW]、[RBW/VBW]和[检波 >]。菜单项说明如下：

##### 5.3.4.1 分辨率带宽 自动 手动

###### 功能说明：

点击该菜单项，设置分辨率带宽手动、自动状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。手动时，可通过数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键设置分辨率带宽，自动模式时按照SPAN/RBW 比例随扫宽变化。10 MHz 分辨率带宽不与扫宽自动关联，需手动设置。

###### 参数说明：

自动 [ 自动 手动 ]。

##### 5.3.4.2 分辨率带宽

###### 功能说明：

设置分辨率带宽，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的数字键输入分辨率带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。或者点击[▲]或[▼]，分辨率带宽按照 1-2-3-5-8-10 进行步进。

###### 参数说明：

3MHz [ 1Hz ~ 20MHz ]。

## 注意

分辨率带宽是由中频滤波器带宽决定的，迹线的形状取决于中频带宽滤波器，本仪器支持可变的分辨率带宽设置，范围为 1Hz~10MHz，以 1-2-3-5-8-10 步进改变。

##### 5.3.4.3 视频带宽 自动 手动

###### 功能说明：

点击该菜单项，可以实现视频带宽手动和自动的状态切换，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。手动时，可通过数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键设置视频带宽，自动时按照RBW/VBW 比例跟随分辨率带宽变化。

###### 参数说明：

自动 [ 自动 手动 ]。

#### 5.3.4.4 视频带宽

**功能说明:**

设置视频带宽, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的数字键输入视频带宽。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。或者点击[▲]或[▼], 视频带宽按照 1-2-3-5-8-10 进行步进。

**参数说明:**

3MHz [ 1Hz ~ 20MHz ]。

### 注意

视频带宽滤波器用于平滑迹线, 以提高在噪声信号中检测微弱信号的能力。本仪器支持可变的分辨率带宽设置范围从 1Hz~10MHz, 以 1-2-3-5-8-10 步进改变。

#### 5.3.4.5 视频类型 线性 对数

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置纵轴刻度类型为线性、对数状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。对数刻度默认以 dBm 为单位, 线性刻度默认以 mV 为单位。

**参数说明:**

线性 [ 线性 对数 ]。

#### 5.3.4.6 平均 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置平均功能开、关状态切换, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。此功能对迹线进行连续平均从而达到平滑迹线的效果。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

#### 5.3.4.7 平均

**功能说明:**

设置平均次数, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入比率。在使用数字键输入值后, 要通过点击[Enter]完成比率设置。

**参数说明:**

16 [ 1 ~ 1000 ]。

### 5.3 干扰分析菜单说明

#### 5.3.4.8 SPAN/RBW

**功能说明:**

设置当前频宽和分辨率带宽的比率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入比率。在使用数字键输入值后, 要通过点击[Enter]完成比率设置。该比率用于分辨率带宽的关联模式中。

**参数说明:**

100 [ 1 ~ 500 ]。

#### 5.3.4.9 RBW/VBW

**功能说明:**

设置当前分辨率带宽和视频带宽的比值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入比率。在使用数字键输入值后, 要通过点击[Enter]完成比率设置。当分辨率带宽改变时, 视频带宽为自动时会自动改变以满足该比值。比值显示在输入区内, 用于两种带宽的关联模式中。当选择新的比值时, 将改变视频带宽来满足新的比值, 而分辨率带宽不变。

**参数说明:**

1 [ 1 ~ 100 ]。

#### 5.3.4.10 检波 >

**功能说明:**

设置检波模式。单击菜单项进入下级菜单, 具体菜单项包括:

表 5.2 检波

**菜 单**

- ◇ 自动
- ◇ 标准
- ◇ 正峰值
- ◇ 负峰值
- ◇ 取样
- ◇ 均值
- ◇ 均方根
- ◇ 返回

1) **自动**

**功能说明:**

检波同频谱分析模式。

## 2) 标准

### 功能说明:

此模式中, 当检测到噪声时, 同时显示正峰值和负峰值的测量结果, 以达到与模拟仪器相类似的显示效果, 检测信号时则只显示正峰值。这是最常用的检波方式, 能够同时看见信号和噪声基底, 而不丢失任何信号。

## 3) 正峰值

### 功能说明:

用于选择正峰值检波模式。用该模式可确保不漏掉任何峰值信号, 利于测量非常靠近噪声基底的信号。

## 4) 负峰值

### 功能说明:

用于选择负峰值检波模式。用该模式可使迹线显示负峰值电平。绝大多数情况下都用于宽带毫米波频谱分析仪的自检中, 而很少用在测量中, 能很好地重现 AM 信号的调制包络。

## 5) 取样

### 功能说明:

用于设置检波器为取样检波模式。该模式利于测量噪声信号, 与正常检波方式相比, 它能更好地测量噪声。

## 6) 均值

### 功能说明:

用于设置检波器为平均值检波模式。平均值检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的平均值。

## 7) 均方根

### 功能说明:

用于设置检波器为均方根检波模式。均方根检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的均方根。

## 8) 返回

### 功能说明:

点击该菜单项, 将返回到带宽菜单栏。

### 5.3.5 标记菜单

单击用户界面底部菜单项【标记】, 弹出与标记相关的菜单, 用于设置与标记相关的参数, 具体包括: [标记 **1** 2 3 4 5 6]、[普通模式]、[差值模式]、[噪声标记 **关** 开]、[标记关闭]、[全部关闭]和[标记列表 **关** 开]。菜单项说明如下:

### 5.3 干扰分析菜单说明

#### 5.3.5.1 标记

**功能说明：**

点击该菜单项，用于切换不同的标记显示，选中的标记会有高亮显示。

**参数说明：**

1 [ 1 2 3 4 5 6 ]。

#### 5.3.5.2 普通模式

**功能说明：**

显示标记的频率与幅度。点击该菜单项，通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记位置。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成标记设置。

**参数说明：**

10.05GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

#### 5.3.5.3 差值模式

**功能说明：**

显示两频标间的幅度差和频差（频宽为零的情况下为时间差）。点击该菜单项，通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记差值位置。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成标记差值设置。

**参数说明：**

0Hz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

#### 5.3.5.4 噪声标记 关 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置噪声标记功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当菜单开关为开时，激活噪声标记。读出激活标记附近将噪声归一化到 1Hz 带宽的噪声功率，此时检波器自动时为均方根检波模式。默认状态下，打开噪声标记后，标记读数的单位自动切换为 dBm/Hz。

**参数说明：**

关 [ 关 开 ]。

#### 5.3.5.5 标记关闭

**功能说明：**

点击该菜单项，关闭当前激活的标记。

### 5.3.5.6 全部关闭

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭所有已经打开的标记。

### 5.3.5.7 标记列表 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置标记列表开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。打开标记列表, 在屏幕显示各标记的详细信息。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

## 注 意

RSSI 测量模式下无标记功能。

## 5.3.6 峰值菜单

单击用户界面底部菜单项【峰值】, 弹出与峰值相关的菜单, 用于设置与峰值相关的参数, 具体包括: [最大峰值]、[次峰值]、[左邻峰值]、[右邻峰值]、[最大值]、[最小值]、[标记->]和[标记->中心频率]。菜单项说明如下:

### 5.3.6.1 最大峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将当前活动标记设置到测量迹线的最大峰值点, 并在屏幕的中上位置显示此标记的频率和幅度。

### 5.3.6.2 次峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将活动标记移到迹线上与当前标记位置相联系的下一个最高点处。

### 5.3.6.3 左邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找当前频标位置左边的下一个峰值。

### 5.3 干扰分析菜单说明

#### 5.3.6.4 右邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找当前频标位置右边的下一个峰值。

#### 5.3.6.5 最大值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将一个标记放置到迹线的最高点, 并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。按下此键, 并不改变已激活的功能。

#### 5.3.6.6 最小值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将一个标记放置到迹线的最低点, 并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。按下此键, 并不改变已激活的功能。

#### 5.3.6.5 标记->

**功能说明:**

同 4.4.6.7 节。

#### 5.3.6.6 标记->中心频率

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置标记频率等于中心频率, 此功能可快速将信号移到屏幕的中心位置。

### 5.3.7 扫描菜单

单击用户界面底部菜单项【扫描】, 弹出与扫描相关的菜单, 用于设置与扫描相关的参数, 具体包括: [扫描时间 **自动** 手动]、[扫描时间]、[扫描类型 **连续** 单次]、[重新扫描]和[扫描点数]。菜单项说明如下:

#### 5.3.7.1 扫描时间 自动 手动

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置扫描时间自动、手动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当扫描时间为自动时, 根据当前仪器状态自动设置扫描时间到最快, 屏幕上显示为当前设置下的最快扫描时间; 当扫描时间为手动设置时, 此时可以输入扫描时间值; 用数字键输入扫

描时间值, 按对应软键选择时间单位完成设置。扫描时间自动情况下, 当改变 RBW 和 VBW 时, 扫频速度也随着改变。RBW 和 VBW 的值越大, 扫描速度越快, RBW 和 VBW 的值越小, 扫描速度越慢。4042 频谱分析仪扫描时间在满足最小扫描时间限制的情况下, 非零扫宽最大可以设置到 8000 秒, 零扫宽最大可以设置到 6000 秒。

**参数说明:**

自动 [ 自动 手动 ]。

### 5.3.7.2 扫描时间

**功能说明:**

设置频谱分析仪的扫描时间。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入扫描时间。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成扫描时间设置。

**参数说明:**

32ms [ 32ms ~ 8000s ]。

### 5.3.7.3 扫描类型 连续 单次

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置扫描类型连续、单次状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。扫描类型设置决定了仪器扫描的方式及何时停止扫描进入保持状态。

**参数说明:**

连续 [ 连续 单次 ]。

### 5.3.7.4 重新扫描

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于重启扫描。

### 5.3.7.5 扫描点数

**功能说明:**

设置频谱分析仪的扫描点数, 可设置 201、501、1001、2001、4001 点。

## 5.3.8 自动存储菜单

单击用户界面底部菜单项【自动存储】, 弹出与自动存储相关的菜单, 用于设置与自动存储相关的参数, 具体包括: [扫描间隔 **关** 开]、[扫描间隔]、[扫宽时间 **关** 开]、[扫宽时间]、[自动存储 **关** 开]、[时间标记]和[重启测量]。菜单项说明如下:

### 5.3 干扰分析菜单说明

#### 5.3.8.1 扫描间隔 关 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置扫描间隔开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

#### 5.3.8.2 扫描间隔

**功能说明：**

设置扫描间隔时间。点击该菜单项，设置扫描时间后，迹线会默认切换到最大保持状态，保证能记录到在扫描间隔时间内测量到的所有信号。

#### 5.3.8.3 扫宽时间 关 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置扫宽时间开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

#### 5.3.8.4 自动存储 关 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置扫描存储开、关状态。

---

**注意**

自动存储功能需要在设置扫宽时间后才能打开。

---

#### 5.3.8.5 时间标记

**功能说明：**

点击该菜单项，查看历史记录数据。

---

**注意**

只能在瀑布图测量模式下使用。

---

### 5.3.8.6 重启测量

**功能说明:**

点击该菜单项, 重新开始扫描。

#### 注意

该功能无法在频谱测量模式下使用。

### 5.3.9 迹线菜单

单击用户界面底部菜单项[迹线], 弹出与迹线相关的菜单, 用于设置与迹线相关的参数, 具体包括: [刷新迹线]、[最大保持]和[最小保持]。菜单项说明如下:

#### 5.3.9.1 刷新迹线

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于刷新先前显示的轨迹的所有数据并持续显示频谱分析仪在扫描状态接收的信号。

#### 5.3.9.2 最大保持

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于对所选择的迹线上的点保持其最大值, 并用每次扫描中检波出的新的最大值进行更新, 若检波为自动时, 会切换为正峰值检波方式。

#### 5.3.9.3 最小保持

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于对所选择的迹线上的点保持其最小值, 并用每次扫描中检波出的新的最小值进行更新, 若检波为自动时, 会切换为负峰值检波方式。

### 5.3.10 测量菜单

单击用户界面底部菜单项[测量], 弹出与测量相关的菜单, 用于设置与测量相关的参数, 具体包括: [频谱测量]、[瀑布图]和[RSSI]。菜单项说明如下:

#### 5.3.10.1 频谱测量

**功能说明:**

点击该菜单项, 切换测量模式频谱测量。

## 5 干扰分析模式（选件）

---

### 5.3 干扰分析菜单说明

#### 5.3.10.2 瀑布图

**功能说明：**

点击该菜单项，切换测量模式到瀑布图。

#### 5.3.10.3 RSSI

**功能说明：**

点击该菜单项，切换测量模式到 RSSI。

## 6 解调分析模式 (选件)

本章介绍了在解调分析测量模式下的典型测量方法以及解调分析结果图, 给出了解调分析的菜单结构并进行了说明。

- 典型测量介绍 ..... 193
- 解调分析菜单结构 ..... 195
- 解调分析菜单说明 ..... 200

### 6.1 典型测量介绍

解调分析测量模式提供对 AM、FM、PM 调制信号图谱的显示和相关参数的分析。主要的图谱和相关参数的测量如下所示:

射频图谱: 类似于频谱分析模式, 显示调制信号的频谱图, 可进行占用带宽的测量。

音频图谱: 显示解调后的音频信号的频谱图。

音频波形: 显示解调后的音频信号在时域的波形。

参数分析: 可对调制信号的载波功率、调制率、载波频偏、调制深度 (AM)、调制频偏 (FM)、调制相偏 (PM)、信纳比、调制失真、总谐波失真等参数进行测量分析。

#### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择解调分析模式的前提下, 后面不再单独说明。

解调分析可同时显示三种图谱, 也可每种图谱分别显示, 可按【测量】菜单, 并选择[射频图谱]、[音频图谱]、[音频波形]、[显示全部]来选择显示某一种图谱或是同时显示全部图谱。

为了方便更好的观察测量信号, 可以采取以下的几个步骤:

- 1) 按【测量】→[解调类型 AM FM PM], 选择要解调的模拟信号的类型;
- 2) 按【频率】→[中心频率]设置测量信号的中心频率;
- 3) 按【幅度】→[参考电平]设置射频图谱的参考电平, 按[刻度/格]设置合适的刻度/格值以方便查看射频图谱;
- 4) 按[音频图谱]→[扫宽], 设置合适的扫宽, 按[刻度/格]设置合适的刻度/格值以便查看音频信号的频谱图;
- 5) 按[音频波形]→[扫描时间], 设置音频信号波形的显示时间, 按[刻度/格]设置合适的刻度/格值以便查看音频信号的频谱图。

## 6 解调分析模式（选件）

### 6.1 典型测量介绍

下面以 FM 信号的的测量为例介绍解调分析的测量方法, 首先在仪器的射频输入端输入一个信号源产生的 FM 调制信号。信号的频率为 1GHz, 幅度-10dBm, 调制率为 3kHz, 调制频偏为 30kHz。测量步骤如下所示:

- 1) 按【测量】→[解调类型 AM FM PM], 选择 FM;
- 2) 按【频率】→[中心频率]设置测量信号的中心频率为 1GHz;
- 3) 按【音频图谱】→[扫宽], 设置扫宽 50kHz;
- 4) 按【音频波形】→[扫描时间], 设置 2ms。




图 6.1 解调分析模式界面显示图

## 6.2 解调分析菜单结构

本节详细介绍解调分析模式菜单结构。

● 频率菜单.....	195
● 幅度菜单.....	196
● 平均菜单.....	196
● 扫描菜单.....	197
● 标记菜单.....	197
● 峰值菜单.....	198
● 射频图谱菜单.....	198
● 音频图谱菜单.....	198
● 音频波形菜单.....	199
● 测量菜单.....	199

### 6.2.1 频率菜单



图 6.2 解调分析模式频率菜单结构框图

## 6.2 解调分析菜单结构

### 6.2.2 幅度菜单

幅度
参考电平 0.0 dBm
参考值 0.00 dB
幅度偏移 0.00 dB
衰减器 自动 手动
衰减值 10 dB
刻度/格 10.00 dB
前置放大器 关 开

图 6.3 解调分析模式幅度菜单结构框图

### 6.2.3 平均菜单

平均
平均 送 开
平均 16

图 6.4 解调分析模式平均菜单结构框图

### 6.2.4 扫描菜单




图 6.5 解调分析模式扫描菜单结构框图

### 6.2.5 标记菜单



图 6.6 解调分析模式标记菜单结构框图

### 6.2.6 峰值菜单

峰值
最大峰值
次峰值
左邻峰值
右邻峰值
最大值
最小值
标记-> 中心频率

图 6.7 解调分析模式峰值菜单结构框图

### 6.2.7 射频图谱菜单

射频图谱
占用宽带 送 开
测量方法 百分比 XdB
百分比 99.00%
XdB -3.0 dB

图 6.8 解调分析模式射频图谱菜单结构框图

## 6.2.8 音频图谱菜单

音频图谱
扫宽
刻度/格 10.00 dB
参考值 0.00 dB

图 6.9 解调分析模式音频图谱菜单结构框图

## 6.2.9 音频波形菜单

音频波形
扫描时间
刻度/格 20.0%

图 6.10 解调分析模式音频波形菜单结构框图

### 6.2.10 测量菜单



图 6.11 解调分析模式测量菜单结构框图

## 6.3 解调分析菜单说明

本节详细介绍解调分析模式菜单项功能，参数等信息。

- 频率菜单 ..... 201
- 幅度菜单 ..... 203
- 平均菜单 ..... 205
- 扫描菜单 ..... 206
- 标记菜单 ..... 206
- 峰值菜单 ..... 208
- 射频图谱菜单 ..... 209
- 音频图谱菜单 ..... 210
- 音频波形菜单 ..... 211
- 测量菜单 ..... 211

### 6.3.1 频率菜单

单击用户界面底部菜单项【频率】，弹出与频率相关的菜单，用于设置与频率相关的参数，具体包括：[中心频率]、[扫宽]、[起始频率]、[终止频率]、[步进频率 **自动** 手动]、[步进频率]、[信号标准 >]和[信道号]。菜单项说明如下：

#### 提示

##### 频率单位

所有频率参数，都接受以赫兹 (Hz) 为单位的参数。所以数字输入必须以四个频率单位 (GHz、MHz、kHz 或 Hz) 作为终止键。当输入结束后，自动以合适的单位显示出新的频率值。

#### 注意

##### 终止频率不能超过起始频率

如果输入的起始频率大于终止频率，那么终止频率将等于起始频率；如果输入的终止频率小于起始频率，那么起始频率将自动调整为与终止频率相同的频率值。

#### 6.3.1.1 中心频率

##### 功能说明：

设置中心频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

##### 参数说明：

10.05GHz [ 5Hz ~ 20.1GHz-5Hz ]。

#### 6.3.1.2 扫宽

##### 功能说明：

设置扫宽，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入扫宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位完成扫宽设置。

##### 参数说明：

10MHz [ 1kHz ~ 40MHz ]。

#### 6.3.1.3 起始频率

##### 功能说明：

设置起始频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入起始频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成起始频率设置。

### 6.3 解调分析菜单说明

#### 参数说明:

0Hz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

#### 6.3.1.4 终止频率

#### 功能说明:

设置终止频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入终止频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成终止频率设置。

#### 参数说明:

20.1GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

#### 6.3.1.5 频率步进 自动 手动

#### 功能说明:

点击该菜单项，设置频率步进手动和自动状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

#### 参数说明:

自动 [ 自动 手动 ]。

#### 6.3.1.6 频率步进

#### 功能说明:

设置步进频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入步进频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成频率步进设置。

#### 参数说明:

1MHz [ 1Hz ~ 5GHz ]。

#### 6.3.1.7 信号标准 >

#### 功能说明:

该菜单项用于选择需要的信号标准文件，单击菜单进入下级菜单，具体菜单项包括：

表 6.1 信号标准

#### 菜 单

- ◇ 表头
- ◇ 表尾
- ◇ 上一页
- ◇ 下一页
- ◇ 立即调用
- ◇ 返回

## 1) 表头

**功能说明:**

点击该菜单项, 可以使信号标准列表返回到表头位置, 即信号标准列表第一行。

## 2) 表尾

**功能说明:**

点击该菜单项, 可以使信号标准列表返回到表尾位置, 即信号标准列表最后一行。

## 3) 上一页

**功能说明:**

点击该菜单项, 可以实现信号标准列表上翻一页功能。

## 4) 下一页

**功能说明:**

点击该菜单项, 可以实现信号标准列表下翻一页功能。

## 5) 立即调用

**功能说明:**

在屏幕中信号标准列表选中所需信号标准, 点击该菜单项, 可完成对该信号标准的频率参数的设置。

## 6) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 将返回到频率菜单栏。

**6.3.1.8 信道号****功能说明:**

显示已经选择的信号标准的编号, 点击该菜单项, 会显示信号标准的详细内容。

**提示**

信道号的设置要在加载信号标准的前提下进行, 否则会弹出“请先加载信号标准文件!”提示。

**6.3.2 幅度菜单**

单击用户界面底部菜单项【幅度】, 弹出与幅度相关的菜单, 用于设置幅度参数, 具体包括: [参考电平]、[参考位置]、[衰减器 自动 手动]、[衰减值]、[刻度/格]、和[前置放大器]。菜单项说明如下:

## 6.3 解调分析菜单说明

### 6.3.2.1 参考电平

**功能说明:**

设置参考电平, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考电平。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位完成参考电平设置。

**参数说明:**

0dBm [ -150dBm ~ 30dBm ]。

### 6.3.2.2 参考值

**功能说明:**

设置参考位置对应的参考值。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应的单位完成参考值设置。

**参数说明:**

0 [ -100 ~ 100 ]。

### 6.3.2.3 幅度偏移

**功能说明:**

设置幅度偏移值。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入幅度偏移值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应的单位完成幅度偏移值设置。

**参数说明:**

0 [ -150 ~ 150 ]。

### 6.3.2.3 衰减器 自动 手动

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置衰减器手动、自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。在自动模式中, 输入衰减器与参考电平相关联。在手动模式中, 可用数字键或步进键调整衰减器的衰减量, 衰减量的范围为 0dB ~ 30dB。

**参数说明:**

自动 [ 自动 手动 ]。

### 6.3.2.4 衰减值

**功能说明:**

设置衰减值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入衰减值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成衰减值设置。衰减器自动状态下设置衰减值会自动将衰减器设置为手动状态。

**参数说明:**

10dB [ 0dB ~ 30dB ]。

**6.3.2.5 刻度/格****功能说明:**

设置屏幕纵坐标格线大小, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成刻度设置。

**参数说明:**

10dB [ 0.01dB ~ 100dB ]。

**6.3.2.6 前置放大器 关 开****功能说明:**

点击该菜单项, 设置前置放大器开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当参考电平小于-40dBm 时, 该功能才会被激活。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

**注 意**

前置放大器打开时需注意不能输入>+13dBm 的信号, 否则会导致仪器损坏。

**6.3.3 平均菜单**

单击用户界面底部菜单项【平均】, 弹出与平均相关的菜单, 用于设置平均参数, 具体包括: [平均 关 开]和[平均]。菜单项说明如下:

**6.3.3.1 平均 关 开****功能说明:**

点击该菜单项, 设置平均开、关状态, 选择是否打开平均开关, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

**6.3.3.2 平均****功能说明:**

设置平均次数。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入平均

## 6 解调分析模式（选件）

### 6.3 解调分析菜单说明

次数。在使用数字键输入值后，要通过点击[Enter]完成平均次数设置。

#### 参数说明：

16 [ 1 ~ 1000 ]。

### 6.3.4 扫描菜单

单击用户界面底部菜单项【扫描】，弹出与扫描相关的菜单，用于设置与扫描相关的参数，具体包括：[扫描类型 连续 单次]、[重新扫描]。菜单项说明如下：

#### 6.3.4.1 扫描类型 连续 单次

##### 功能说明：

点击该菜单项，设置扫描类型连续、单次状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

##### 参数说明：

连续 [ 连续 单次 ]。

#### 6.3.4.2 重新扫描

##### 功能说明：

点击该菜单项，用于重新扫描。

### 6.3.5 标记菜单

单击用户界面底部菜单项【标记】，弹出与标记相关的菜单，用于设置与标记相关的参数，具体包括：[标记 1 2 3 4 5 6]、[普通模式]、[差值模式]、[选择迹线 >]、[标记关闭]、[全部关闭]和[标记列表 关 开]。菜单项说明如下：

#### 6.3.5.1 标记

##### 功能说明：

点击该菜单项，用于选择不同的标记，激活单个标记，并将标记置于迹线的中心位置，并且在屏幕右上角的标记显示区内显示出这些值。

##### 参数说明：

1 [ 1 2 3 4 5 6 ]。

#### 6.3.5.2 普通模式

##### 功能说明：

显示标记的横坐标与纵坐标的值。点击该菜单项，通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记位置。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位完成标记设置。

**参数说明:**

10.05GHz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

**6.3.5.3 差值模式****功能说明:**

显示两标记间的幅度差和频差 (频宽为零的情况下为时间差)。点击该菜单项, 通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记差值位置。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成标记差值设置。

**参数说明:**

0Hz [ 0Hz ~ 20.1GHz ]。

**6.3.5.4 选择迹线 >****功能说明:**

点击该菜单项, 弹出与迹线选择相关的菜单, 用于选择在相应迹线进行标记操作。具体菜单包括:

表 6.2 选择迹线 >

菜 单	
◇	射频图谱
◇	音频图谱
◇	音频波形
◇	返回



## 1) 射频图谱

**功能说明:**

点击该菜单项, 选中射频图谱, 用于在该迹线进行标记操作。

## 2) 音频图谱

**功能说明:**

点击该菜单项, 选中音频图谱, 用于在该迹线进行标记操作。

## 3) 音频波形

**功能说明:**

点击该菜单项, 选中音频波形, 用于在该迹线进行标记操作。

## 4) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 将返回到“标记”菜单栏。

## 6.3 解调分析菜单说明

### 6.3.5.5 标记关闭

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭当前所选择的标记以及与所选标记相关的功能如: [噪声标记]。

### 6.3.5.6 全部关闭

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭所有的标记以及与所选标记相关的功能如: [噪声标记]。

### 6.3.5.7 标记列表 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置标记列表开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。打开标记列表, 在屏幕显示各标记的详细信息。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

## 6.3.6 峰值菜单

单击用户界面底部菜单项【峰值】, 弹出与峰值相关的菜单, 用于设置与峰值相关的参数, 具体包括: [最大峰值]、[次峰值]、[左邻峰值]、[右邻峰值]、[最大值]、[最小值]和[标记->中心频率]。菜单项说明如下:

### 6.3.6.1 最大峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将一个频标放置到迹线的最高峰值点, 并在屏幕的右上角显示此频标的频率和幅度。

### 6.3.6.2 次峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将活动频标移到迹线上与当前频标位置相联系的下一个最高峰值点处。当此键被重复按下时, 可快速的找到较低的峰值点。

### 6.3.6.3 左邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找当前频标位置左边的下一个峰值。

### 6.3.6.4 右邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找当前频标位置右边的下一个峰值。

### 6.3.6.5 最大值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将一个标记放置到迹线的最高点, 并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。

### 6.3.6.6 最小值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将一个标记放置到迹线的最低点, 并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。

### 6.3.6.7 标记->中心频率

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置标记频率等于中心频率, 此功能可快速将信号移到屏幕的中心位置。

## 6.3.7 射频图谱菜单

单击用户界面底部菜单项【射频图谱】, 弹出与射频图谱相关的菜单, 用于设置与射频图谱的参数, 具体包括: [占用带宽 关 开]、[测量方法 百分比 XdB]、[百分比]和[XdB]。菜单项说明如下:

### 6.3.7.1 占用带宽 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置占用带宽开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

## 6.3 解调分析菜单说明

### 6.3.7.2 测量方法 百分比 XdB

#### 功能说明：

选择不同的测量方法，包括百分比法或者下降 XdB 法。百分比法是通过计算包含整个传输信号功率的某一特定百分数的那部分频率的带宽，得到信号的占用带宽，功率的百分比可以由用户设定。下降 XdB 法计算方法将占用带宽定义为：在信号峰值功率所在频率点的两边，信号功率分别下降 XdB 时，两频率点之间的距离间隔。信号功率下降的 X dB 由用户自行设定。

### 6.3.7.3 百分比

#### 功能说明：

选择百分比测量法，点击该菜单项，设置百分比值。

### 6.3.7.3 XdB

#### 功能说明：

选择 XdB 测量法，点击该菜单项，设置 XdB 值。

## 6.3.8 音频图谱菜单

单击用户界面底部菜单项【音频图谱】，弹出与音频图谱相关的菜单，用于设置与音频图谱的参数，具体包括：[扫宽]、[刻度/格]和[参考值]。菜单项说明如下：

### 6.3.8.1 扫宽

#### 功能说明：

设置音频图谱的扫宽。此处扫宽要设置的足够大，以显示音频信号及相关谐波。

### 6.3.8.2 刻度/格

#### 功能说明：

设置音频图谱的刻度，以方便观察音频图谱迹线。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度/格数值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成刻度/格设置。

### 6.3.8.3 参考值

#### 功能说明：

设置音频图谱的参考值，以方便观察音频图谱迹线。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成参考值设置。

### 6.3.9 音频波形菜单

单击用户界面底部菜单项【音频波形】，弹出与音频图谱相关的菜单，用于设置与音频图谱的参数，具体包括：[扫描时间]和[刻度/格]。菜单项说明如下：

#### 6.3.9.1 扫描时间

功能说明：

设置音频波形的扫描时间。此处扫描时间设置的越大，采样点数越多，测量结果越稳定。

#### 6.3.9.2 刻度/格

功能说明：

设置音频波形的扫描时间。此处扫描时间设置的越大，采样点数越多，测量结果越稳定。

### 6.3.10 测量菜单

单击用户界面底部菜单项【测量】，弹出与测量相关的菜单，具体包括：[解调类型 AM FM PM]、[射频图谱]、[音频图谱]、[音频波形]和[显示全部]。菜单项说明如下：

#### 6.3.10.1 解调类型 AM FM PM

功能说明：

单击该菜单，在“AM”“FM”“PM”之间切换解调类型，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

#### 6.3.10.2 射频图谱

功能说明：

单击该菜单，仅显示射频图谱。

#### 6.3.10.3 音频图谱

功能说明：

单击该菜单，仅显示音频图谱。

## 6 解调分析模式（选件）

---

### 6.3 解调分析菜单说明

#### 6.3.10.4 音频波形

**功能说明：**

单击该菜单，仅显示音频波形。

#### 6.3.10.5 显示全部

**功能说明：**

单击该菜单，射频图谱、音频图谱、音频波形同时显示。

## 7 功率测量模式 (选件)

本章主要介绍 4042 频谱分析仪的功率测量模式相关内容, 包括功率测量模式下的一些典型的测量功能和测量方法, 使初次使用的用户阅读本小节后能够对功率测量模式的一些典型应用以及测试操作过程有一个大致的了解, 能够熟悉地使用功率测量模式。

### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择功率测量模式的前提下, 后面不再单独说明。

● 功能参数介绍	213
● 典型测量介绍	214
● 功率测量菜单结构	216
● 功率测量菜单说明	220

### 7.1 功能参数介绍

功率测量模式使用的功能参数主要包括频率、测量范围、功率偏移、最大保持、平均、校零、极限。

● 频率	213
● 测量范围	213
● 功率偏移	214
● 最大保持	214
● 平均	214
● 校零	214
● 极限	214

#### 7.1.1 频率

不同的 USB 功率探头支持的频率范围不同, 使用中电科思仪科技股份有限公司提供的 8723XUSB 功率探头, 可以测试高达 40GHz 的射频/微波信号。

#### 7.1.2 测量范围

测量范围指测量的功率范围, 通过仪器右侧幅度菜单可以自定义功率范围的上下限, 测量范围最大为 -60dBm ~ +20dBm。

## 7.2 典型测量介绍

### 7.1.3 功率偏移

当测量被测件的功率大于仪器所能测量的最大功率值时,可以通过连接衰减器以降低被测功率在正常测量范围内。功率偏移功能可以为增加的衰减器或连接电缆设置偏移值抵消衰减值或电缆损耗。同时也可增加放大器的增益设置功率偏移。正数值会对损耗进行补偿,负数值会对增益进行补偿。

### 7.1.4 最大保持

打开最大保持信号将显示测量的最大值。

### 7.1.5 平均

平均功能一般用在测量低功率信号或者接近噪声功率的信号时,可以平滑迹线减小随机噪声对测量的影响,提高测量精度,但是同时会降低测量速度。平均次数决定了读取平均的次数。平均次数越高,噪声降低的越多。

### 7.1.6 校零

校零是指测量并存储整个测量通道的噪声。在测量过程中,需要从实际测量值中扣除校零值,即扣除通道的噪声,此时的读数才是真实的通道输入信号电平。

### 7.1.7 极限

极限是指当被测件的功率值到达所设定的极限值时,根据极限开关状态判断是否发出提示或报警。

## 7.2 典型测量介绍

4042 系列频谱仪的功率测量模式采用 USB 接口通过 USB 电缆外接 USB 功率探头进行功率测试,使用中电科仪器仪表有限公司提供的 8723XUSB 功率探头,可以测试高达 40GHz 的射频/微波信号,可在  $-60\text{dBm} \sim +20\text{dBm}$  的高动态范围内进行真实的平均功率测量。测量读数显示在 4042 系列 USB 功率测量模式的显示界面上,测试框图如图 8.1 所示,衰减器根据需要添加。功率测量模式主界面如图 7.2 所示。




图 7.1 功率测量结构图



图 7.2 功率测量模式主界面图

4042 系列配备的 USB 功率探头推荐您购买使用由中电科思仪科技股份有限公司研制的基于 USB 接口的高性能微波功率探头，主要有以下几种，可根据您的测试需求选购：

## 注意

首先要观察 USB 功率探头标识的最大输入功率范围，确保输入在指定的范围内，避免过大功率引起探头的损坏或损毁。

表 7.1 8723XUSB 功率探头

型号	频率范围	输入功率范围	输入连接器方式
87230	9kHz~6GHz	-50dBm ~ +20dBm	N(m)
87231	10MHz ~ 18GHz	-60dBm ~ +20dBm	N(m)
87232	50MHz ~ 26.5GHz	-60dBm ~ +20dBm	3.5mm(m)
87233	50MHz ~ 40GHz	-60dBm ~ +20dBm	2.4mm(m)

## 连接功率探头

- 将 USB 电缆小口端接入 8723XUSB 功率探头。
- 并将 USB 电缆大口端接入频谱仪的 USB 接口，功率探头绿色指示灯稍后点亮。
- 若关机，拔下 USB 电缆，即可关闭 USB 功率探头，此时绿色 LED 指示灯熄灭。

## 注意

8723XUSB 功率探头随机配备 USB 电缆，用户可以使用自己的 USB 电缆，但是要保证电缆符合国际安全标准！

## 7.3 功率测量菜单结构

本节详细介绍功率测量模式菜单结构。

- [频率菜单](#).....217
- [幅度菜单](#).....218
- [平均菜单](#).....219
- [校零菜单](#).....219
- [极限菜单](#).....220

## 7.3.1 频率菜单

频率
频率
分辨率 0 1 2 3

图 7.3 功率测量模式频率菜单结构框图

### 7.3.2 幅度菜单

幅度
自动比例
最大值
最小值
相对测量 关 开
偏移 关 开
偏移 0 dB
最大保持 关 开

图 7.4 功率测量模式幅度菜单结构框图

### 7.3.3 平均菜单

平均
平均 送 开
平均 16

图 7.5 功率测量模式平均菜单结构框图

### 7.3.4 校零菜单

校零
校零

图 7.6 功率测量模式校零菜单结构框图

### 7.3.5 极限菜单

极限
极限 关 开
上极限 30.00 dBm
下极限 -70.00 dBm
极限报警 关 开

图 7.7 功率测量模式极限菜单结构框图

## 7.4 功率测量菜单说明

本节详细介绍功率测量模式菜单项功能，参数等信息。

● 频率菜单.....	220
● 幅度菜单.....	221
● 平均菜单.....	222
● 校零菜单.....	223
● 极限菜单.....	223

### 7.4.1 频率菜单

单击用户界面底部菜单项【频率】，弹出与频率相关的菜单，用于设置与频率相关的参数，具体包括：[频率]、[分辨率]，菜单项说明如下：

#### 提示

##### 频率单位

所有频率参数，都接受以赫兹 (Hz) 为单位的参数。所以数字输入必须以四个频率单位 (GHz、MHz、kHz 或 Hz) 作为终止键。当输入结束后，自动以合适的单位显示出新的频率值。

### 7.4.1.1 频率

#### 功能说明:

设置频率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频率。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成频率设置。频率修改的步进为 10MHz。

#### 参数说明:

频率的设置范围与所选用的 USB 功率探头有关, 具体范围可参照表 8.1 所述。

### 7.4.1.2 分辨率

#### 功能说明:

设置频率分辨率, 该菜单用来切换显示测量数据的精度, 0 表示只显示整数位, 1 表示 1 位小数, 2 表示 2 位小数, 3 表示 3 位小数。

## 7.4.2 幅度菜单

单击用户界面底部菜单项[幅度], 弹出与幅度相关的菜单, 用于设置幅度参数, 具体包括: [自动比例]、[最大值]、[最小值]、[相对测量 关 开]、[偏移]和[最大保持 关 开]。菜单项说明如下:

### 7.4.2.1 自动比例

#### 功能说明:

点击该菜单项, 将测量信号显示在 10dB 的范围内。

### 7.4.2.2 最大值

#### 功能说明:

设置显示信号的最大值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入最大值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成最大值设置, 默认修改的步进为 1dB。

### 7.4.2.3 最小值

#### 功能说明:

设置显示信号的最小值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入最小值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成最小值设置, 默认修改的步进为 1dB。

## 7.4 功率测量菜单说明

### 7.4.2.4 相对测量 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置相对测量开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。相对测量功能反应了已设定为参考信号的功率变化情况, 功率值变化的读数以 dB 和%表示, 当相对测量开关打开时, 仪器将会测量且存储当前的功率电平, 同时功率测量会显示一个相对于保存值的功率电平。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

### 7.4.2.5 偏移 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置功率偏移开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当测量被测件的功率大于仪器所能测量的最大功率值时, 可以通过连接衰减器以降低被测功率在正常测量范围内。功率偏移功能可以为增加的衰减器或连接电缆设置偏移值抵消衰减值或电缆损耗。同时也可为增加放大器的增益设置功率偏移。正数值会对损耗进行补偿, 负数值会对增益进行补偿。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

### 7.4.2.6 最大保持 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置最大保持开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。打开最大保持信号将显示测量的最大值。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

## 7.4.3 平均菜单

单击用户界面底部菜单项[平均], 弹出与平均相关的菜单, 用于设置平均参数, 具体包括: [平均 **关** 开]、[平均]。菜单项说明如下:

### 7.4.3.1 平均

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置平均开、关状态, 打开或关闭平均状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

### 7.4.3.2 平均

#### 功能说明:

设置平均次数, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入平均次数。在使用数字键输入值后, 要通过点击数字键盘中的[Enter]键完成平均次数设置, 平均修改的步进为 1。

## 7.4.4 校零菜单

单击用户界面底部菜单项【校零】弹出与校零相关的菜单, 用于设置校零参数, 具体包括: [校零]。菜单项说明如下:

### 7.4.4.1 校零

#### 功能说明:

点击该菜单项, 进行功率探头的校零。

#### 特别注意:

为了提高仪器的测量精度, 在利用 8723X 系列 USB 功率探头进行小信号功率测量之前, 有必要进行仪器的校零。校零是指测量并存储整个测量通道的噪声。在测量过程中, 需要从实际测量值中扣除校零值, 即扣除通道的噪声, 此时的读数才是真实的通道输入信号电平。USB 功率探头的校零与一般功率探头的校零一致。这里的校零指的 USB 功率探头的内部校零, 内部校零指在测量通道前端加入开关, 用户不需要把传感器与被测件断开, 测试测量并存储通道的噪声。在内部校零过程中, RF 信号始终施加到功率探头上, 可以减少探头连接器的磨损并缩短测试时间。

## 7.4.5 极限菜单

单击用户界面底部菜单项【极限】, 弹出与极限相关的菜单, 用于设置极限参数, 具体包括: [极限 关 开]、[上极限]、[下极限]和[极限报警 关 开]。菜单项说明如下:

### 7.4.5.1 极限 关 开

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置极限开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

### 7.4.5.2 上极限

#### 功能说明:

#### 7.4 功率测量菜单说明

设置显示信号的上极限值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入上极限值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成上极限值设置，极限值修改的步进为 1dB。

##### 7.4.5.3 下极限

###### 功能说明:

设置显示信号的下极限值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入下极限值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成上极限值设置，极限值修改的步进为 1dB。

##### 7.4.5.4 极限报警 关 开

###### 功能说明:

点击该菜单项，设置极限报警开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。极限报警需要在打开极限的前提下，如果测量数据超过设定的极限值，则仪器给出报警提示。

###### 参数说明:

关 [ 关 开 ]。

## 8 信道扫描模式 (选件)

本章主要介绍 4042 频谱分析仪的信道扫描模式相关内容, 包括信道扫描模式下的一些典型的测量功能和测量方法, 使初次使用的用户阅读本小节后能够对信道扫描模式的一些典型应用以及测试操作过程有一个大致的了解, 能够熟悉地使用信道扫描模式。

### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择信道扫描模式的前提下, 后面不再单独说明。

- [功能参数介绍](#) ..... 225
- [典型测量介绍](#) ..... 226
- [信道扫描菜单结构](#) ..... 228
- [信道扫描菜单说明](#) ..... 232

### 8.1 功能参数介绍

信道扫描测量模式提供对多个信道的信号功率的测量。信号功率以条形图的形式或是列表的形式来显示, 最多可测量 20 格信道的信号功率。该模式下使用的功能参数主要包括信号标准、信道带宽、信道数量等。

- [信号标准](#) ..... 225
- [信道带宽](#) ..... 225
- [信道数量](#) ..... 225

#### 8.1.1 信号标准

信号标准指信道扫描时所采用的划分频段的信号标准, 该模式下内置了信号标准列表, 具体内容请在该模式下点击【测量】→[信道扫描]→[信号标准], 即可查看所有列出的信号标准。

#### 8.1.2 信道带宽

该模式下可以设置扫描的每个信道的信道带宽, 各信道的带宽可以不同。

#### 8.1.3 信道数量

信道数量指该模式下扫描的信道的个数, 最多可以扫描 20 个信道。

## 8.2 典型测量介绍

信道扫描依据设置信道的方式分为三种测量方式：信道扫描、频率扫描、列表扫描。

**信道扫描：**通过设置信号标准、起始信道、信道步进来设置要测量的信道。

**频率扫描：**通过设置起始频率、频率步进来设置要测量的信道。

**列表扫描：**通过设置列表来设置要测量的信道。

三种测量方式均可设置信道的带宽和要测量的信道的数量。

- [信道扫描](#) ..... 226
- [频率扫描](#) ..... 227
- [列表扫描](#) ..... 227

### 8.2.1 信道扫描

以下是信道扫描的一个测量实例，主要操作步骤如下：

- 1) 按【测量】→[信道扫描]→[信号标准]，设置要测量的信号标准。
- 2) 按【测量】→[信道扫描]→[起始信道]，设置要测量的起始信道号,此起始信道要满足已经选定的信号标准的要求。
- 3) 按【测量】→[信道扫描]→[信道数量]，设置要测量的信道数量，最大可同时测量20个信道。
- 4) 按【测量】→[信道扫描]→[信道步进]，设置要测量的信道步进，仪器以起始信道号为初始测量信道，以设定的信道步进依次测量一定数量的信道。
- 5) 按【测量】→[显示图 表]，设置为图显示模式。
- 6) 按【测量】→[功率显示 实时 最大]，选择最大选项，设置显示每个信道的最大功率。

信道扫描模式的界面如图 8.1 所示：




图 8.1 信道扫描模式界面图

## 注意

只有在最大保持开关打开的时候才能设置功率显示为最大。

## 8.2.2 频率扫描

以下是频率扫描的一个测量实例，主要操作步骤如下：

按【测量】→[频率扫描]→[起始频率]，设置要测量的起始信道的中心频率。

按【测量】→[频率扫描]→[频率步进]，设置要测量的信道的频率步进。

按【测量】→[频率扫描]→[信道带宽]，设置要测量的信道的信道带宽。

按【测量】→[频率扫描]→[信道数量]，设置要测量的信道数量，最大可同时测量 20 个信道。

按【测量】→[显示 图表]，设置为图显示模式。

按【测量】→[功率显示 实时 最大]，选择实时选项，设置显示每个信道的实时功率。

按【测量】→[颜色 单 双]，选择双颜色选项。

按【测量】→[图表方向 垂直 平行]，选择平行图表显示模式。

频率扫描模式的界面如图 8.2 所示：




图 8.2 频率扫描模式界面图

## 8.2.3 列表扫描

以下是列表扫描的一个测量实例，主要操作步骤如下：

按【测量】→[列表扫描]→[编辑列表]，编辑要扫描的信道列表，在列表中可通过设置信号标准及信道号来设置每条信道的信息，也可以通过设置频率、带宽来设置信道信息。

## 8 信道扫描模式（选件）

### 8.3 信道扫描菜单结构

按【测量】→[列表扫描]→[信道数量]，设置要测量的信道数量，最大可同时测量 20 个信道。

按【测量】→[显示 图 表]，设置为图显示模式。

按【测量】→[功率显示 实时 最大]，选择实时选项，设置显示每个信道的实时功率。列表扫描模式的界面如图 8.3 所示：



图 8.3 列表扫描模式界面图

### 8.3 信道扫描菜单结构

本节详细介绍信道扫描模式菜单结构。

- 幅度菜单.....229
- 显示菜单.....230
- 测量及配置菜单.....231

## 8.3.1 幅度菜单

幅度
参考电平 0.0 dBm
幅度偏移 0.00 dB
衰减器 自动 手动
衰减值 10 dB
前置放大器 关 开
刻度/格 10.00 dB

图 8.4 信道扫描模式幅度菜单结构框图

### 8.3.2 显示菜单

显示
显示 图 表
单元 信道 频率
颜色 单 双
图表方向 垂直 平行
最大保持 关 开
功率显示 实时 最大

图 8.5 信道扫描模式显示菜单结构框图

## 8.3.3 测量及配置菜单




图 8.6 信道扫描模式测量及配置菜单结构框图

## 8.4 信道扫描菜单说明

本节详细介绍信道扫描模式菜单项功能，参数等信息。

● 幅度菜单.....	232
● 显示菜单.....	233
● 测量菜单.....	234
● 信道扫描菜单.....	235
● 频率扫描菜单.....	236
● 列表扫描菜单.....	237

### 8.4.1 幅度菜单

单击用户界面底部菜单项【幅度】，弹出与幅度相关的菜单，用于设置与幅度相关的参数，具体包括：[参考电平]和[刻度/格]。菜单项说明如下：

#### 8.4.1.1 参考电平

**功能说明：**

设置信道图的参考电平，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考电平值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成参考电平设置，参考电平修改的步进为 1dBm。

#### 8.4.1.2 幅度偏移

**功能说明：**

设置信道图的参考电平，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入幅度偏移的值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成刻度/格设置。

#### 8.4.1.3 衰减器 自动 手动

**功能说明：**

点击该菜单项，设置衰减器为自动或者手动，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明：**

自动 [ 自动 手动 ]。

#### 8.4.1.4 衰减值

**功能说明：**

手动设置衰减器的衰减值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度/格的值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成衰减值设置。

#### 8.4.1.5 前置放大器 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置前置放大器为关或者开, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

#### 8.4.1.6 刻度/格

**功能说明:**

设置信道图的刻度/格, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度/格的值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成刻度/格设置。

### 8.4.2 显示菜单

单击用户界面底部菜单项【显示】, 弹出与显示相关的菜单, 用于设置与显示相关的参数, 具体包括: [显示 图 表]、[单元 信道 频率]、[颜色 单 双]、[图表方向 垂直 平行]、[最大保持 关 开]、[功率显示 实时 最大], 菜单项说明如下:

#### 8.4.2.1 显示 图 表

**功能说明:**

点击该菜单项, 选择图表显示方式, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

图 [ 图 表 ]。

#### 8.4.2.2 单元 信道 频率

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置信道以信道号显示或以频率显示, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

信道 [ 信道 频率 ]。

#### 8.4.2.3 颜色 单 双

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置信道颜色单色显示或双色显示, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

## 8.4 信道扫描菜单说明

单 [ 单 双 ]。

### 8.4.2.4 图表方向 垂直 平行

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置信道图垂直显示或平行显示, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

垂直 [ 垂直 平行 ]。

### 8.4.2.5 最大保持 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置最大保持开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。打开最大保持信号将显示信道功率的最大值。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

### 8.4.2.6 功率显示 实时 最大

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置功率显示是实时显示或最大显示, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当且仅当最大保持打开时, 才可设置功率最大显示。

**参数说明:**

实时 [ 实时 最大 ]。

## 8.4.3 测量菜单

单击用户界面底部菜单项【测量】, 弹出与测量相关的菜单, 用于设置与测量相关的参数, 具体包括: [信道扫描]、[频率扫描]和[列表扫描]。菜单项说明如下:

### 8.4.3.1 信道扫描

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置信道扫描测量模式并激活用户界面底部菜单项【配置】为[信道扫描]子菜单, 可在[信道扫描]子菜单内设置扫描信道参数, 详见[信道扫描]子菜单。

### 8.4.3.2 频率扫描

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置频率扫描测量模式并激活用户界面底部菜单项【配置】为[频率扫

描]子菜单, 可在[频率扫描]子菜单内设置扫描信道参数, 详见[频率扫描]子菜单。

### 8.4.3.3 列表扫描

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置列表扫描测量模式并激活用户界面底部菜单项【配置】为[列表扫描]子菜单, 可在[列表扫描]子菜单内设置扫描信道参数, 详见[列表扫描]子菜单。

## 8.4.4 信道扫描菜单

点击用户界面底部菜单项【测量】, 然后在用户界面右侧点击[信道扫描]菜单项, 弹出[信道扫描]子菜单, 用于设置与信道扫描相关的参数, 具体包括: [信号标准]、[起始信道]、[信道数量]、[信道步进]和[信道带宽]。菜单项说明如下:

### 8.4.4.1 信号标准

#### 功能说明:

设置信道扫描所采用的信号标准, 点击该菜单项, 弹出已有信号标准列表, 通过上下滑动选择要调用的信号标准, 点击 [立即调用], 选择相应的信号标准。

### 8.4.4.2 起始信道

#### 功能说明:

设置信道扫描的起始信道, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入起始信道号。在使用数字键输入值后, 要通过点击数字键盘中的[Enter]键完成起始信道号设置, 起始信道号修改的步进为 1。此信道为测量的初始信道, 且此信道号需在选定信号标准的前提下才能设置。

### 8.4.4.3 信道数量

#### 功能说明:

设置要测量的信道的数量, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入信道数量。在使用数字键输入值后, 要通过点击数字键盘中的[Enter]键完成信道数量设置, 最多可测量 20 个信道。

### 8.4.4.4 信道步进

#### 功能说明:

设置要测量的信道之间的步进, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入信道步进。在使用数字键输入值后, 要通过点击数字键盘中的[Enter]键完成信道

## 8.4 信道扫描菜单说明

步进设置。

### 8.4.4.5 信道带宽

#### 功能说明：

设置要测量的信道的带宽，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入信道带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击数字键盘中的[Enter]键完成信道带宽设置。

## 8.4.5 频率扫描菜单

点击用户界面底部菜单项【测量】，然后在用户界面右侧点击[频率扫描]菜单项，弹出[频率扫描]子菜单，用于设置与信道扫描相关的参数，具体包括：[起始频率]、[频率步进]、[信道带宽]和[信道数量]。菜单项说明如下：

### 8.4.5.1 起始频率

#### 功能说明：

设置扫描的起始信道的中心频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入起始频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成起始频率设置。

### 8.4.5.2 频率步进

#### 功能说明：

设置信道之间的频率步进，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频率步进。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成频率步进设置。

### 8.4.5.3 信道带宽

#### 功能说明：

设置要测量的信道的带宽，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入信道带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成信道带宽设置。

### 8.4.5.4 信道数量

#### 功能说明：

设置要测量的信道的数量，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入信道数量。在使用数字键输入值后，要通过点击数字键盘中的[Enter]键完成信道数量设置。最多可测量20个信道。

### 8.4.6 列表扫描菜单

点击用户界面底部菜单项【测量】，然后在用户界面右侧点击[列表扫描]菜单项，弹出[列表扫描]子菜单，用于设置与信道扫描相关的参数，具体包括：[编辑列表]、[信道数量]、[存储列表]和[调用列表]，菜单项说明如下：

#### 8.4.6.1 编辑列表

##### 功能说明：

点击该菜单项，弹出相应的[编辑列表]子菜单。可在[编辑列表]子菜单内对扫描列表进行编辑，[编辑列表]子菜单项结构说明详见下表：

表 8.1 编辑列表

菜 单	
◇	信号标准
◇	信道号
◇	中心频率
◇	信道带宽
◇	完成编辑
◇	取消编辑

#### 1) 信号标准

##### 功能说明：

点击该菜单项，弹出信号标准列表，通过上下滑动选择要调用的信号标准，点击[立即调用]即可。

#### 2) 信道号

##### 功能说明：

点击该菜单项，显示所选信号标准、信道范围等信息，用户也可以编辑信道编号，并点击[完成编辑]，用于保存设置。

#### 3) 中心频率

##### 功能说明：

编辑所选信道的中心频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

#### 4) 信道带宽

##### 功能说明：

编辑所选信道的带宽，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入信道带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成信道带宽设置。

## 8.4 信道扫描菜单说明

### 5) 完成编辑

**功能说明：**

点击该菜单项，确认之前对扫描列表进行的管理和操作，并返回到列表扫描菜单栏。

### 6) 取消编辑

**功能说明：**

点击该菜单项，取消之前对扫描列表进行的管理和操作，并返回到列表扫描菜单栏。

### 8.4.6.2 信道数量

**功能说明：**

设置要测量的信道的数量，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入信道数量。在使用数字键输入值后，要通过点击数字键盘中的[Enter]键完成信道数量设置，最多可测量 20 个信道。

### 8.4.6.3 存储列表

**功能说明：**

点击该菜单项，存储完成编辑的信道扫描列表。

### 8.4.6.4 调用列表

**功能说明：**

点击该菜单项，弹出已有信道扫描列表，通过上下滑动选择要调用的信道扫描列表，点击 [立即调用]，选择相应的列表。

## 9 场强测量模式 (选件)

本章介绍了在场强测量模式下的典型测量的三种测量模式以及对应的示意图, 给出了场强测量的菜单结构并进行了说明。

- [典型测量介绍](#) ..... 239
- [场强测量菜单结构](#) ..... 242
- [场强测量菜单说明](#) ..... 248

### 9.1 典型测量介绍

场强测量在被测设备辐射强度测量中必不可少, 场强测量根据测量模式的不同可以分为: 点频测量, 频率扫描测量以及列表扫描测量三种模式。

点频测量: 通过设置点频频率来观察当前点的频偏以及幅度值和场强值。

频率扫描测量: 通过设置起始频率、步进频率以及扫描点数来观察一段频率范围内的幅度值和场强值变化情况。

列表扫描测量: 通过调用预先编辑或保存的列表来观察列表频率点的幅度值和场强值。

#### 注意

本章节所有的操作是基于场强测量的前提下, 后面不再单独说明。

#### 9.1.1 点频测量

点频测量的主要操作步骤如下:

- 1) 按【测量】→[点频测量], 选择点频测量模式;
- 2) 按【频率】→[点频频率], 设置点频频率值, 点频频率值的设置范围为[1MHz, 20.1GHz];
- 3) 按【带宽】→[带宽], 设置带宽值, 带宽值的设置为 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.5kHz, 2.4kHz, 6kHz, 9kHz, 15kHz, 30kHz, 50kHz, 120kHz, 150kHz;
- 4) 按【扫描/天线】→[调用天线], 选择天线因子文件;
- 5) 按【解调】设置解调类型和解调音量。

## 9.1 典型测量介绍




图 9.1 点频测量类型示意图

## 9.1.2 频率扫描测量

频率扫描的主要步骤如下:

- 1) 按【测量】→[频率扫描], 选择频率扫描模式;
- 2) 按【频率】→[起始频率], 设置频率扫描起始频率值;
- 3) 按【频率】→[步进频率], 设置频率扫描步进频率值;
- 4) 按【频率】→[扫描点数], 设置频率扫描扫描点数;
- 5) 按【带宽】→[带宽], 设置带宽值, 带宽值的设置为 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.5kHz, 2.4kHz, 6kHz, 9kHz, 15kHz, 30kHz, 50kHz, 120kHz, 150kHz;
- 6) 按【扫描/天线】→[调用天线], 选择天线因子文件;
- 7) 按【扫描/天线】→[驻留时间  $+\infty$  手动], 设置驻留时间;
- 8) 按【扫描/天线】→[停留时间 关 开], 设置停留时间开关;
- 9) 按【标记】→[标记 关 开], 打开或关闭标记;
- 10) 按【峰值】可直接将标记定位在最大值点处。

## 注意

驻留时间是指在极限开关打开后, 当前频率点的测量值超高设定的极限值后, 在该频率点上停留的时间。




图 9.2 频率测量类型示意图

### 9.1.3 列表扫描测量

列表扫描的主要操作步骤如下:

- 1) 按【列表编辑】→[编辑列表], 编辑当前列表;
- 2) 按【列表编辑】→[编辑列表]→[频率], 设置每一段的频率值;
- 3) 按【列表编辑】→[编辑列表]→[带宽], 设置带宽值, 带宽值的设置为 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.5kHz, 2.4kHz, 6kHz, 9kHz, 15kHz, 30kHz, 50kHz, 120kHz, 150kHz;
- 4) 按【测量】→[列表扫描], 将当前测量模式切换为列表扫描模式;
- 5) 按【扫描/天线】→[调用天线], 选择天线因子文件;
- 6) 按【扫描/天线】→[驻留时间 **+∞** 手动], 设置驻留时间;
- 7) 按【扫描/天线】→[停留时间 **关** 开], 设置停留时间开关。
- 8) 按【标记】→[标记 **关** 开], 打开或关闭标记;
- 9) 按【峰值】可直接将标记定位在最大值点处。

## 注意

列表扫描模式必须在列表存在的情况下才能切换。

## 9.2 场强测量菜单结构




图 9.3 列表测量类型示意图

## 9.2 场强测量菜单结构

本节详细介绍场强测量模式菜单结构。

● 频率菜单 .....	243
● 幅度菜单 .....	244
● 带宽菜单 .....	244
● 标记菜单 .....	245
● 峰值菜单 .....	245
● 扫描/天线菜单 .....	246
● 解调菜单 .....	246
● 列表编辑菜单 .....	247
● 测量菜单 .....	247

## 9.2.1 频率菜单



图 9.4 场强测量模式频率菜单结构框图: (a)点频测量; (b)频率测量



## 9.2.4 标记菜单

标记
标记 关 开
标记 0

图 9.7 场强测量模式标记菜单结构框图

## 9.2.5 峰值菜单

峰值
最大值
标记 0

图 9.8 场强测量模式峰值菜单结构框图

9.2.6 扫描/天线菜单




图 9.9 场强测量模式扫描/天线菜单结构框图

9.2.7 解调菜单



图 9.10 场强测量模式解调菜单结构框图

## 9.2.8 列表编辑菜单




图 9.11 场强测量模式列表编辑菜单结构框图

## 9.2.9 测量菜单



图 9.12 场强测量模式测量菜单结构框图

## 9.3 场强测量菜单说明

本节详细介绍场强测量模式菜单项功能，参数等信息。

● 频率菜单 (点频测量)	248
● 频率菜单 (频率测量)	249
● 幅度菜单	250
● 带宽菜单	252
● 标记菜单	253
● 峰值菜单	254
● 扫描/天线菜单	254
● 解调菜单	258
● 列表编辑菜单	259
● 测量菜单	262

### 9.3.1 频率菜单 (点频测量)

当测量模式选择点频测量时，单击用户界面底部菜单项【频率】，弹出点频测量模式下与频率相关的菜单，用于设置该测量模式下与频率相关的参数，具体包括：[点频频率]、[频率步进 自动 手动]、[步进频率]和[频率跟踪 关 开]。菜单项说明如下：

#### 提示

##### 频率单位

所有频率参数，都接受以赫兹 (Hz) 为单位的参数。所以数字输入必须以四个频率单位 (GHz、MHz、kHz 或 Hz) 作为终止键。当输入结束后，自动以合适的单位显示出新的频率值。

#### 9.3.1.1 点频频率

##### 功能说明：

设置点频频率。

点击该菜单项，通过弹出的数字键盘，滑动条和步进上下键设置点频频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成点频频率设置。

##### 参数说明：

500MHz [ 1MHz ~ 20.1GHz ]。

### 9.3.1.2 频率步进 自动 | 手动

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置频率步进的手动和自动状态, 菜单选项值点亮部分表示其选择状态。自动状态下频率步进设置为 1MHz。

#### 参数说明:

自动 [ 自动 | 手动 ]。

### 9.3.1.3 步进频率

#### 功能说明:

点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘, 滑动条和步进上下键设置步进频率。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成步进频率设置。

#### 参数说明:

1.000MHz [ 0Hz~5GHz ]。

### 9.3.1.4 频率跟踪 关 | 开

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置频率跟踪的开和关状态, 菜单选项值点亮部分表示其选择状态。频率跟踪打开状态下, 仪器可以自动跟踪峰值点的频率值, 并将跟踪到的峰值点的频率显示在当前屏幕频率显示区域上。

#### 参数说明:

关 [ 关 | 开 ]。

## 注意

频率跟踪到的峰值点是在当前带宽范围内搜索幅度信号的峰值点。

## 9.3.2 频率菜单 (频率测量)

当测量模式选择频率测量时, 单击用户界面底部菜单项【频率】, 弹出频率测量模式下与频率相关的菜单, 用于设置该测量模式下与频率相关的参数, 具体包括: [起始频率]、[步进频率]和[扫描点数]。菜单项说明如下:

### 9.3.2.1 起始频率

#### 功能说明:

设置起始频率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘, 滑动条和步进上下键设置起始频

### 9.3 场强测量菜单说明

率。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成起始频率设置。

#### 参数说明:

500MHz [ 1MHz ~ 20.1GHz ]。

#### 9.3.2.2 步进频率

##### 功能说明:

设置步进频率,点击该菜单项,通过弹出的数字键盘,滑动条和步进上下键设置步进频率。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成步进频率设置。

##### 参数说明:

1.000MHz [ 0Hz ~ 5GHz ]。

#### 9.3.2.3 扫描点数

##### 功能说明:

设置扫描点数,点击该菜单项,通过弹出的数字键盘,滑动条和步进上下键设置扫描点数。

##### 参数说明:

58 [ 2 ~ 58 ]。

### 9.3.3 幅度菜单

单击用户界面底部菜单项【幅度】,弹出与幅度相关的菜单,用于设置幅度参数,具体包括:[参考值]、[幅度偏移]、[衰减器 自动 手动]、[衰减值]、[刻度/格]、[前置放大器]、[极限 关 开]、[极限]、[声音报警 关 开]和[单位 >]。菜单项说明如下:

#### 9.3.3.1 参考值

##### 功能说明:

设置参考值,点击该菜单项,通过弹出的数字键盘,滑动条和步进上下键设置参考值。在使用数字键输入值后,要通过点击相应的单位完成参考值设置。单位包括[dBuV]、[-dBuV]、[mV]、[uV]。

##### 参数说明:

107.0dBuV [ -43dBuV ~ 147dBuV ]。

#### 9.3.3.2 幅度偏移

##### 功能说明:

设置幅度偏移,点击该菜单项,通过弹出的数字键盘,滑动条和步进上下键设置幅度偏移。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成幅度偏移设置。

**参数说明:**

0.0dB [ -150dB ~ 150dB ]。

**9.3.3.3 衰减器 自动 | 手动****功能说明:**

点击该菜单项, 设置衰减器手动、自动状态, 菜单选项值点亮部分表示其选择状态。在自动模式中, 衰减器会根据参考值自动调节衰减值。在手动模式中, 衰减器手动状态下, 衰减器将一直使用设置衰减值。

**参数说明:**

自动 [ 自动 | 手动 ]。

**9.3.3.4 衰减值****功能说明:**

设置衰减值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘, 滑动条和步进上下键设置衰减值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成衰减值设置。衰减器自动状态下设置衰减值会自动将衰减器设置为手动状态。

**参数说明:**

10dB [ 0dB ~ 30dB ]。

**9.3.3.5 前置放大器 关 | 开****功能说明:**

点击菜单项, 设置前置放大器的开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示其选中状态。

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

**9.3.3.6 刻度/格****功能说明:**

设置屏幕纵坐标格线大小, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘, 滑动条和步进上下键设置刻度/格。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成刻度设置。

**参数说明:**

20dB [ 1dB ~ 40dB ]。

**9.3.3.7 极限 关 | 开****功能说明:**

点击菜单项, 设置极限值功能的开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示其选中状态。

### 9.3 场强测量菜单说明

#### 参数说明：

关 [ 关 | 开 ]。

#### 9.3.3.8 极限

##### 功能说明：

设置极限值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘，滑动条和步进上下键设置极限值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应的单位完成参考值设置。单位包括[dBuV]、[-dBuV]、[mV]、[uV]。

##### 参数说明：

107dBuV [ -67dBuV ~ 157dBuV ]。

#### 9.3.3.9 声音报警 关 | 开

##### 功能说明：

点击菜单项，设置声音报警功能的开、关状态，菜单选项值点亮部分表示其选中状态。

##### 参数说明：

关 [ 关 | 开 ]。

#### 9.3.3.10 单位 >

##### 功能说明：

点击该菜单项，打开幅度单位选择子菜单，可选择的纵轴单位包括[dBm]、[dBmV]、[dBμV]、[V]、[W]、[A]、[dBW]、[dBV]、[dBA]、[dBmA]、[dBμA]等。

### 9.3.4 带宽菜单

单击用户界面底部菜单项【带宽】，弹出与带宽相关的菜单，用于设置带宽参数，具体包括：[带宽]，[检波]，具体菜单项说明如下：

#### 9.3.4.1 带宽

##### 功能说明：

设置带宽值，点击该菜单项，通过数字键盘，步进上下键设置带宽值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成带宽设置。

**注意**

带宽值的设置值只能为 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.5kHz, 2.4kHz, 6kHz, 9kHz, 15kHz, 30kHz, 50kHz, 120kHz, 150kHz, 300kHz, 1MHz, 3MHz, 10MHz, 20MHz, 输入的带宽值会自动匹配为与上述设置值最为接近的值。

**9.3.4.2 检波 >****功能说明:**

设置检波模式。单击菜单项进入下级菜单, 具体菜单项包括:

表 9.1 检波

**菜单**

- ◇ 峰值
- ◇ 均值
- ◇ 实时

1) **峰值****功能说明:**

将检波类型设置为峰值模式。

2) **均值****功能说明:**

将检波类型设置为均值模式。

3) **实时****功能说明:**

将检波类型设置为实时模式。

**9.3.5 标记菜单**

单击用户界面底部菜单项【标记】, 弹出与标记相关的菜单, 用于设置标记参数, 具体包括: [标记 **关** 开], [标记], 具体菜单项说明如下:

**注意**

标记菜单只能在频率扫描模式和列表模式下才有效。

### 9.3 场强测量菜单说明

#### 9.3.5.1 标记 关 | 开

**功能说明:**

点击菜单项, 设置标记的开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示其选中状态。

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

#### 9.3.5.1 标记

**功能说明:**

点击菜单项, 设置标记索引, 标记菜单会在标记处于打开状态时有效, 标记索引的最小值为零, 最大值与频率扫描或列表扫描内的数据数量有关。

### 9.3.6 峰值菜单

单击用户界面底部菜单项【峰值】, 弹出与峰值相关的菜单, 用于设置峰值参数, 具体包括: [最大值], [标记], 具体菜单项说明如下:

#### 注意

峰值菜单只能在频率扫描模式和列表扫描模式下才有效。

#### 9.3.6.1 最大值

**功能说明:**

点击菜单项可以将标记显示在最大值点位置。

#### 9.3.6.2 标记

**功能说明:**

点击菜单项, 设置标记索引, 标记菜单只在标记处于打开状态时有效, 标记索引的最小值为零, 最大值与频率扫描或列表扫描内的数据数量有关。

### 9.3.7 扫描/天线菜单

单击用户界面底部菜单项【扫描/天线】, 弹出与扫描/天线相关的菜单, 具体包括: [扫描类型 **连续** 单次]、[重新扫描]、[驻留时间 **+∞** 手动]、[停留时间 **关** 开]、[调用天线 >]、[编辑天线 >]和[保存天线], 具体菜单项说明如下:

### 9.3.7.1 扫描类型 连续 | 单次

**功能说明:**

点击菜单项, 设置连续扫描模式或单次扫描模式, 菜单选项值点亮部分表示其选中状态。

**参数说明:**

连续 [ 连续 | 单次 ]。

### 9.3.7.2 重新扫描

**功能说明:**

点击菜单项, 用于重新扫描。

### 9.3.7.3 驻留时间 $+\infty$ | 手动

**功能说明:**

用于设置极限测试失败后的驻留时间, 驻留时间是指在极限测试开关打开的情况下, 扫描频点的幅度超过极限值时在该频点上所停留的时间, 在驻留时间中, 会对该频点进行多次测量。

**参数说明:**

$+\infty$  [  $+\infty$  | 手动 ]。

驻留时间有默认和手动两种设置模式, 默认设置时驻留时间为无穷大, 手动设置时驻留时间的设置范围为 1ms~40s。

驻留时间设置为默认时, 极限测试会一直重复测试当前频点, 直到当前频点测试通过后, 才继续测试下一频点。驻留时间设置为手动时间时, 极限测试失败后, 会在当前频点驻留一段手动设置的时间, 在该时间内会对当前频点进行重复测试, 即使该频点已经通过测试, 也需要在该频点驻留设置的时间。

## 注意

驻留时间只在频率扫描模式和列表扫描模式的极限测试开关打开情况下才有效。

### 9.3.7.4 停留时间 关 | 开

**功能说明:**

点击菜单项, 设置停留时间, 停留时间是指扫描在每个频点上所停留的时间, 在停留时间内, 会对当前频点进行多次测量, 停留时间到达后会进行下一频点的扫描。

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

停留时间有默认和手动两种设置模式, 默认设置时会关闭停留时间, 手动设置时停留时间的设置范围为 1ms~40s。

## 注意

停留时间只在频率扫描模式和列表扫描模式下才有效。

### 9.3.7.5 调用天线 >

#### 功能说明:

点击该菜单项，打开已保存的天线因子文件列表并弹出与调用天线相关的菜单，具体菜单项包括：

表 9.2 调用天线

#### 菜单

- ◇ 表头
- ◇ 表尾
- ◇ 上一页
- ◇ 下一页
- ◇ 立即调用
- ◇ 删除
- ◇ 全部删除
- ◇ 取消

#### 1) 表头

##### 功能说明:

点击该菜单项，可以使列表返回到表头位置，即列表第一行。

#### 2) 表尾

##### 功能说明:

点击该菜单项，可以使列表返回到表尾位置，即列表最后一行。

#### 3) 上一页

##### 功能说明:

点击该菜单项，可以实现列表上翻一页功能。

#### 4) 下一页

##### 功能说明:

点击该菜单项，可以实现列表下翻一页功能。

#### 5) 立即调用

##### 功能说明:

在列表选中所需天线因子文件名，点击该菜单项，可完成对该天线因子文件的调用。

#### 6) 删除

**功能说明:**

删除选中的列表行。

#### 7) 全部删除

**功能说明:**

删除全部列表行。

#### 8) 取消

**功能说明:**

点击该菜单项，将返回到扫描/天线菜单栏。

### 9.3.7.6 编辑天线 >

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出与编辑天线相关的菜单，具体菜单包括：

表 9.3 编辑天线

#### 菜 单

- |   |       |
|---|-------|
| ◇ | 增加编辑点 |
| ◇ | 删除编辑点 |
| ◇ | 清空编辑点 |
| ◇ | 完成编辑  |
| ◇ | 取消编辑  |

#### 1) 增加编辑点

**功能说明:**

点击该菜单项，在列表选中行下方增加一行。

#### 2) 删除编辑点

**功能说明:**

点击该菜单项，删除列表选中行，若未选中，则默认删除列表最后一行。

#### 3) 清空编辑点

**功能说明:**

点击该菜单项，删除列表所有行。

#### 4) 完成编辑

**功能说明:**

### 9.3 场强测量菜单说明

点击该菜单项，确认之前对列表进行的管理和操作，并返回到扫描/天线菜单栏。

#### 5) 取消编辑

**功能说明：**

点击该菜单项，取消之前对天线列表进行的管理和操作，并返回到扫描/天线菜单栏。

### 9.3.8 解调菜单

单击用户界面底部菜单项【解调】，弹出与解调相关的菜单，用于设置解调参数，具体包括：[关]、[调频]、[调幅]、[上边带]、[下边带]、[音频啸叫 **关** 开]、[音量]和[静噪 **关** 开]，具体菜单项说明如下：

#### 9.3.8.1 关

**功能说明：**

点击菜单项，用于关闭解调方式。

#### 9.3.8.2 调频

**功能说明：**

点击菜单项，用于将解调切换为调频方式。

#### 9.3.8.3 调幅

**功能说明：**

点击菜单项，用于将解调切换为调幅方式。

#### 9.3.8.4 上边带

**功能说明：**

点击菜单项，用于将解调切换为上边带方式。

#### 9.3.8.5 下边带

**功能说明：**

点击菜单项，用于将解调切换为下边带方式。

### 9.3.8.6 音频啸叫 关 | 开

**功能说明:**

点击菜单项, 设置音频啸叫的开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示其选中状态。

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

## 注意

音频啸叫开关打开后, 解调方式[调频]、[调幅]、[上边带]、[下边带]等解调方式均不起作用。

### 9.3.8.7 音量

**功能说明:**

设置解调音量, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘, 滑动条和步进上下键设置音量值。

### 9.3.8.8 静噪 关 | 开

**功能说明:**

点击菜单项, 设置静噪的开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示其选中状态。

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

## 9.3.9 列表编辑菜单

单击用户界面底部菜单项【列表编辑】, 弹出与列表编辑相关的菜单, 具体包括: [编辑列表 >]、[保存列表]和[调用列表 >]具体菜单项说明如下:

### 9.3.9.1 编辑列表 >

**功能说明:**

点击该菜单项, 弹出与编辑列表相关的菜单, 具体菜单包括:

表 9.4 编辑列表

**菜 单**

- ◇ 增加编辑点
- ◇ 删除编辑点
- ◇ 清空编辑点
- ◇ 完成编辑
- ◇ 取消编辑

**1) 增加编辑点**

**功能说明:**

点击该菜单项，在列表选中行下方增加一行。

**2) 删除编辑点**

**功能说明:**

点击该菜单项，删除列表选中行，若未选中，则默认删除列表最后一行。

**3) 清空编辑点**

**功能说明:**

点击该菜单项，删除列表所有行。

**4) 完成编辑**

**功能说明:**

点击该菜单项，确认之前对列表进行的管理和操作，并返回到列表编辑菜单栏。

**5) 取消编辑**

**功能说明:**

点击该菜单项，取消之前对天线列表进行的管理和操作，并返回到列表编辑菜单栏。

**9.3.9.2 保存列表**

**功能说明:**

点击该菜单项，可以将当前所编辑的列表以文件的形式存储在频谱分析仪中，以方便以后调用。当编辑列表存在数据时，会弹出字符键盘为保存的列表文件命名，当编辑列表不存在数据时，会弹出提示框提醒没有列表数据。

**9.3.9.3 调用列表 >**

**功能说明:**

点击该菜单项，打开已保存的列表文件列表并弹出与调用列表相关的菜单，具体菜单项包括：

表 9.5 调用列表

**菜 单**

- ◇ 表头
- ◇ 表尾
- ◇ 上一页
- ◇ 下一页
- ◇ 立即调用
- ◇ 删除
- ◇ 全部删除
- ◇ 取消

## 1) 表头

**功能说明:**

点击该菜单项, 可以使列表返回到表头位置, 即列表第一行。

## 2) 表尾

**功能说明:**

点击该菜单项, 可以使列表返回到表尾位置, 即列表最后一行。

## 3) 上一页

**功能说明:**

点击该菜单项, 可以实现列表上翻一页功能。

## 4) 下一页

**功能说明:**

点击该菜单项, 可以实现列表下翻一页功能。

## 5) 立即调用

**功能说明:**

在列表选中所需列表文件名, 点击该菜单项, 可完成对该列表文件的调用。

## 6) 删除

**功能说明:**

删除选中的列表行。

## 7) 全部删除

**功能说明:**

删除全部列表行。

## 8) 取消

**功能说明:**

### 9.3 场强测量菜单说明

点击该菜单项，将返回到列表编辑菜单栏。

#### 9.3.10 测量菜单

场强测量模式提供了点频测量、频率扫描、列表扫描三种测量模式，通过单击用户界面底部菜单项【测量】，弹出三种测量模式的切换菜单，菜单项说明如下：

##### 9.3.10.1 点频测量

功能说明：

点击该菜单项，将场强测量模式切换为点频测量模式。

##### 9.3.10.2 频率扫描

功能说明：

点击该菜单项，将场强测量模式切换为频率扫描测量模式。

##### 9.3.10.3 列表扫描

功能说明：

点击该菜单项，将场强测量模式切换为列表扫描测量模式。

## 注意

列表扫描模式在切换前需要确保当前存在列表文件，如果列表文件不存在则会弹出提示框。可以通过【列表编辑】→[编辑列表]菜单查看。

## 10 实时频谱测量模式（选件）

本章主要介绍 4042 频谱分析仪的实时频谱测量模式相关内容，实时频谱测量模式是对频谱测量模式的扩展，4042 频谱分析仪实时频谱测量模式主要是对瞬态信号、突发信号的捕获和分析，该功能可以帮助用户解决各种瞬态信号的测量问题，实时频谱分析带宽高达 40MHz。

### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择实时频谱测量模式的前提下，后面不再单独说明。

---

随着信号越来越捷变，信号环境日益复杂。在单个屏幕上显示大量测量数据也变得越来越实用。余辉图和瀑布图是实时频谱分析模式中的最重要功能之一，形成的三维图谱能够让用户方便的观察根据收集统计数据和显示特殊测量值出现的频次，是具有大信息量的显示界面。在实时频谱测量模式下主要有两种图谱的显示和测量功能，分别是：余辉图和瀑布图。

- [典型测量介绍](#) ..... 264
- [实时频谱菜单结构](#) ..... 267
- [实时频谱菜单说明](#) ..... 274

## 10.1 典型测量介绍

- 余辉图 ..... 264
- 瀑布图 ..... 266

### 10.1.1 余辉图

#### 10.1.1.1 余辉图的定义

余辉图表示固定时间内频谱出现的概率。在频谱显示区域中，横轴代表频率，纵轴代表幅度，颜色代表信号出现的概率，屏幕的左下方信息显示区标识颜色显示说明，红色代表频谱出现概率为 100%，蓝色代表概率为 0，红色至蓝色的颜色渐变按照图示概率等级递减。在频谱显示区域可通过标记功能标记查看图像内的任意位置的三维信息。

通过实时频谱分析模式下的余辉图将各个频率和幅度对应位置的密度以不同颜色等级来演示，色彩表述了信号出现的概率，我们可以通过颜色的区别，很容易从余辉图中查看隐藏在强信号下的弱信号，可以更直观和具体的显示信号的变化趋势和频次。

默认状态下，余辉图中存在一条黄色的迹线，代表当前余辉图中所包含的所有频谱轨迹的检波轨迹，默认为正峰值检波，为当前余辉频谱的峰值包络线，可通过【迹线】菜单中对该检波轨迹的检波方式的更改和迹线的刷新、隐藏、保持等迹线功能的操作，在【测量】菜单中，可打开和隐藏余辉频谱显示，隐藏余辉频谱显示后即显示实时频谱迹线。

在使用余辉图进行实时频谱测量时，有时对于图像中概率的色彩接近而信号难以区分开来，由图中可观察到默认状态下的大概率的大范围颜色区间为黄绿色和小范围橙黄色，黄绿色难以分辨，颜色区间可观察信号出现的最大频次为橙黄色，概率均低于 30%，为了更准确的显示信号出现的频次，可更改【测量】菜单中颜色概率的上下限设置，整个测试信号实时数据的频次显示更为直观和精确，层次也更加明显。

#### 10.1.1.2 测量步骤

- a) 安装天线:  
将频谱仪的频谱输入接口接上接收天线，接收空间电磁信号。
- b) 复位频谱分析仪使其为默认状态:  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态。
- c) 设置中心频率:  
按【频率】→[中心频率]，设置中心频率。也可以按【频率】，然后分别设置[起始频率]和[终止频率]来选择您需要测量的频段。
- d) 设置扫宽:  
按【扫宽】→[扫宽]，设置扫宽，扫宽最大为 40MHz。
- e) 设置参考电平及分辨率带宽:  
按【幅度】→[参考电平]，设置参考电平。  
按【带宽】→[分辨率带宽]，设置分辨率带宽。

## 注意

分辨率带宽一般默认为自动状态,如果在分辨率带宽自动状态下时设置分辨率带宽,分辨率带宽会变为手动状态。

### f) 设置标记:

按【标记】,打开标记,点击[普通模式],设置标记到您需要的位置,在屏幕右上角会显示标记信息。

### g) 切换测量模式:

按【测量】→[测量模式],通过[测量模式]可以选择打开余辉图,通过[余辉频谱 关开]选择打开和关闭余辉频谱显示,通过[概率上限]和[概率下限]设置余辉图颜色刻度的上下限优化显示效果。

### h) 设置检波方式:

按【迹线】→[检波]→[自动],更改余辉图检波方式,并可在测量菜单中对频谱迹线进行相关的操作。




图 10.1 余辉图示意图

## 10.1 典型测量介绍

### 10.1.2 瀑布图

#### 10.1.2.1 瀑布图的定义

瀑布图是所有频谱图随时间的显示方式，可以实时无缝显示频谱的变化过程。横轴代表频率，纵轴代表时间，颜色显示方式代表幅度，瀑布图连续不断地向上滚动，最新的频谱数据总是显示在瀑布图的底部。

瀑布图与余辉图同样有四种检波方式，默认为正峰值检波，通过【迹线】菜单选择检波方式以及时间标记的显示开关和时间标记的设置，在【测量】菜单可通过颜色刻度的上下限设置达到最佳的显示效果。

#### 10.1.2.2 测量步骤

- a) 安装天线:  
将频谱仪的频谱输入接口接上接收天线，接收空间电磁信号。
- b) 复位频谱分析仪使其为默认状态:  
轻按【复位】键，使仪器恢复默认状态
- c) 设置中心频率:  
按【频率】→[中心频率]，设置中心频率，也可以按【频率】，然后分别设置[起始频率]和[终止频率]来选择您需要测量的频段。
- d) 设置扫宽:  
按【扫宽】→[扫宽]，设置扫宽，扫宽最大为 40MHz。
- e) 设置参考电平及分辨率带宽:  
按【幅度】→[参考电平]，设置参考电平。  
按【带宽】→[分辨率带宽]，通设置分辨率带宽。

### 注意

分辨率带宽一般默认为自动状态，如果在分辨率带宽自动状态下时设置分辨率带宽，分辨率带宽会变为手动状态。

- f) 设置标记:  
按【标记】，打开标记，点击[普通模式]，设置标记到您需要的位置，在屏幕右上角会显示标记信息。
- g) 切换测量模式:  
按【测量】→[测量模式]，通过[测量模式]可以选择打开瀑布图，通过[颜色刻度上限]和[颜色刻度下限]设置瀑布图颜色刻度上下限以优化显示效果。
- h) 设置检波方式:  
按【迹线】→[检波]→[自动]，更改瀑布图的检波方式，并可在测量菜单中对频谱迹线进行相关的操作，在瀑布图模式下可设置时间标记的开关以及具体数值。  
与余辉图类似，瀑布图也存在实时频谱测量时由于图像中信号幅度的色彩接近而难以区

分的问题, 图中可观察到默认状态下的大幅度颜色区间为黄绿色和蓝绿色, 这些颜色之间难以分辨, 最大幅度黄绿色对应的幅度颜色均低于-30dB, 更改【测量】菜单中颜色刻度上下限, 这里将颜色刻度上限由 0dBm 改为-30dBm, 颜色刻度下限由-100dBm 改为-95dBm, 可以更清楚的区分不同频率和幅度的信号。在【迹线】菜单中可打开时间标记功能, 方便读取任意时刻的频率与幅度值。




图 10.2 瀑布图示意图

## 10.2 实时频谱菜单结构

本节详细介绍实时频谱模式菜单结构。

● 频率菜单	268
● 扫宽菜单	268
● 幅度菜单	269
● 带宽菜单	269
● 标记菜单	270
● 峰值菜单	270
● 扫描菜单	271
● 余辉模式迹线菜单	271
● 瀑布模式迹线菜单	272
● 极限菜单	272
● 测量菜单	273

## 10.2 实时频谱菜单结构

### 10.2.1 频率菜单

频率
中心频率
起始频率
终止频率
频率步进 自动 手动
频率步进 1.000 MHz

图 10.3 实时频谱模式频率菜单结构框图

### 10.2.2 扫宽菜单

扫宽
扫宽
最大扫宽
最小扫宽
上次扫宽

图 10.4 实时频谱模式扫宽菜单结构框图

## 10.2.3 幅度菜单

幅度
参考电平 0.0 dBm
参考值 0.00 dB
幅度偏移 0.00 dB
衰减器 自动 手动
衰减值 10 dB
刻度/格 10.00 dB
幅度单位 dBm
前置放大器 关 开

图 10.5 实时频谱模式幅度菜单结构框图

## 10.2.4 带宽菜单

带宽
分辨率带宽 自动 手动
分辨率带宽 300.000 kHz
SPAN/RBW 100

图 10.6 实时频谱模式带宽菜单结构框图

10.2 实时频谱菜单结构

10.2.5 标记菜单




图 10.7 实时频谱模式标记菜单结构框图

10.2.6 峰值菜单



图 10.8 实时频谱模式峰值菜单结构框图

### 10.2.7 扫描菜单



图 10.9 实时频谱模式扫描菜单结构框图

### 10.2.8 余辉模式迹线菜单



图 10.10 实时频谱模式余辉图迹线菜单结构框图

10.2 实时频谱菜单结构

10.2.9 瀑布模式迹线菜单



图 10.11 实时频谱模式瀑布图迹线菜单结构框图

10.2.10 极限菜单




图 10.12 实时频谱模式极限菜单结构框图

## 10.2.11 测量菜单

测量
测量模式 余辉 瀑布
余辉频谱 关 开
概率上限 100.00 %
概率下限 0.00 %
余辉保持 关 开
保持方式 有限 无限
保持时间 100.000 ms
颜色刻度上限 0.00 dBm
颜色刻度下限 -100.00 dBm
恢复默认

图 10.13 实时频谱模式测量菜单结构框图

## 10.3 实时频谱菜单说明

本节详细介绍实时频谱模式菜单说明。

● 频率菜单	274
● 扫宽菜单	275
● 幅度菜单	276
● 带宽菜单	278
● 标记菜单	279
● 峰值菜单	280
● 扫描菜单	282
● 余辉模式迹线菜单	283
● 瀑布模式迹线菜单	286
● 极限菜单	286
● 测量菜单	288

### 10.3.1 频率菜单

单击用户界面底部菜单项【频率】，弹出与频率相关的菜单，用于设置与频率相关的参数，具体包括：[中心频率]、[起始频率]、[终止频率]、[步进频率 **自动** 手动]和[步进频率]。菜单项说明如下：

#### 提示

##### 频率单位

所有频率参数，都接受以赫兹 (Hz) 为单位的参数。所以数字输入必须以四个频率单位 (GHz、MHz、kHz 或 Hz) 作为终止键。当输入结束后，自动以合适的单位显示出新的频率值。

#### 注意

##### 终止频率不能超过起始频率

如果输入的起始频率大于终止频率，那么终止频率将等于起始频率；如果输入的终止频率小于起始频率，那么起始频率将自动调整为与终止频率相同的频率值。

#### 10.3.1.1 中心频率

功能说明：

设置中心频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

**参数说明：**

10.05GHz [ 500Hz ~ 20.1GHz-500Hz ]。

### 10.3.1.2 起始频率

**功能说明：**

设置起始频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入起始频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成起始频率设置。

**参数说明：**

10.03Hz [ 0Hz ~ 20.1GHz-1kHz ]。

### 10.3.1.3 终止频率

**功能说明：**

设置终止频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入终止频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成终止频率设置。

**参数说明：**

10.07GHz [ 1kHz ~ 20.1GHz ]。

### 10.3.1.4 频率步进 自动 手动

**功能说明：**

点击该菜单项，设置步进频率手动和自动状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明：**

自动 [ 自动 手动 ]。

### 10.3.1.5 频率步进

**功能说明：**

设置步进频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入步进频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成步进频率设置。

**参数说明：**

1MHz [ 1Hz ~ 5GHz ]。

## 10.3.2 扫宽菜单

单击用户界面底部菜单项【扫宽】，弹出与扫宽相关的菜单，用于设置扫宽参数，具体包括：[扫宽]、[最大扫宽]、[最小扫宽]和[上次扫宽]。菜单项说明如下：

## 10.3 实时频谱菜单说明

### 10.3.2.1 扫宽

#### 功能说明:

设置扫宽值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中数字键输入中心频率, 在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成扫宽设置。或者点击[▲]或[▼], 扫宽按照 1、2、5 进行步进。

#### 参数说明:

40MHz [ 1kHz ~ 40MHz]。

### 10.3.2.2 最大扫宽

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置当前测量状态的扫宽为最大扫宽值, 最大扫宽值为 40MHz。

### 10.3.2.3 最小扫宽

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置当前测量状态的扫宽为最小扫宽值, 最小扫宽值为 1kHz。

### 10.3.2.4 上次扫宽

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置当前测量状态的扫宽为上次设置的扫宽值。

## 10.3.3 幅度菜单

单击用户界面底部菜单项【幅度】, 弹出与幅度相关的菜单, 用于设置幅度参数, 具体包括: [参考电平]、[参考值]、[幅度偏移]、[衰减器 自动 手动]、[衰减值]、[刻度/格]、[幅度单位]和[前置放大器 关 开]。菜单项说明如下:

### 10.3.3.1 参考电平

#### 功能说明:

设置参考电平, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考电平。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成参考电平设置。

#### 参数说明:

0dBm [ -150dBm ~ 30dBm ]。

### 10.3.3.2 参考值

#### 功能说明:

设置参考值, 选择直角坐标图中参考线的位置。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成参考值设置。

#### 参数说明:

0 [ -100 ~ 100 ]。

### 10.3.3.3 幅度偏移

#### 功能说明:

设置幅度偏移, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘, 滑动条和步进上下键设置幅度偏移。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成幅度偏移设置。

#### 参数说明:

0.0dB [ -150dB ~ 150dB ]。

### 10.3.3.4 衰减器 自动 手动

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置衰减器手动、自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。在自动模式中, 输入衰减器与参考电平相关联。在手动模式中, 可用数字键或步进键调整衰减器的衰减量, 衰减量的范围为 0dB ~ 30dB。

#### 参数说明:

自动 [ 自动 手动 ]。

### 10.3.3.5 衰减值

#### 功能说明:

设置衰减值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入衰减值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成衰减值设置。衰减器自动状态下设置衰减值会自动将衰减器设置为手动状态。

#### 参数说明:

10dB [ 0dB ~ 30dB ]。

### 10.3.3.6 刻度/格

#### 功能说明:

设置屏幕纵坐标格线大小, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成刻度设置。

### 10.3 实时频谱菜单说明

#### 参数说明:

10dB [ 1dB ~ 20dB ]。

#### 10.3.3.7 幅度单位

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置幅度单位为[dBm]。

#### 10.3.3.8 前置放大器 关 开

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置前置放大器开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当参考电平小于等于-40dBm 时, 该功能才会被激活。

#### 参数说明:

关 [ 关 开 ]。

### 10.3.4 带宽菜单

单击用户界面底部菜单项【带宽】, 弹出与带宽相关的菜单, 用于设置与带宽相关的参数, 具体包括: [分辨率带宽 **自动** 手动]、[分辨率带宽]和[SPAN/RBW]。菜单项说明如下:

#### 10.3.4.1 分辨率带宽 自动 手动

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置分辨率带宽手动、自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。手动时, 可通过数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键设置分辨率带宽, 自动模式时按照SPAN/RBW 比例随扫宽变化。

#### 参数说明:

自动 [ 自动 手动 ]。

#### 10.3.4.2 分辨率带宽

#### 功能说明:

设置分辨率带宽, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的数字键输入分辨率带宽。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。或者点击[▲]或[▼], 步进改变分辨率带宽。

#### 参数说明:

300kHz [ 150kHz ~ 20MHz ]。

### 10.3.4.3 SPAN/RBW

#### 功能说明:

设置当前频宽和分辨率带宽的比率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入比率。在使用数字键输入值后, 要通过点击[Enter]完成比率设置。

#### 参数说明:

100 [ 1 ~ 200 ]。

## 10.3.5 标记菜单

单击用户界面底部菜单项【标记】, 弹出与标记相关的菜单, 用于设置与标记相关的参数, 具体包括: [标记 1 2 3 4 5 6]、[普通模式]、[差值模式]、[标记关闭]、[全部关闭]和[标记列表 关 开]。菜单项说明如下:

### 10.3.5.1 标记

#### 功能说明:

点击该菜单项, 用于选择不同的频标, 激活单个频标, 并将频标置于迹线的中心位置, 并且在屏幕右上角的频标显示区内显示出这些值。

#### 参数说明:

1 [ 1 2 3 4 5 6 ]。

### 10.3.5.2 普通模式

#### 功能说明:

设置标记为普通模式, 显示标记的频率与幅度。点击该菜单项, 通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记位置。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成标记设置。

### 10.3.5.3 差值模式

#### 功能说明:

设置标记为差值模式, 显示两标记间的幅度差和频差 (频宽为零的情况下为时间差)。点击该菜单项, 通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记差值位置。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成标记差值设置。

### 10.3.5.4 标记关闭

#### 功能说明:

点击该菜单项, 关闭当前所选择的标记。

## 10.3 实时频谱菜单说明

### 10.3.5.5 全部关闭

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭所有的标记。

### 10.3.5.6 标记列表 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置标记列表开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。打开标记列表, 在屏幕显示各标记的详细信息。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

## 10.3.6 峰值菜单

单击用户界面底部菜单项【峰值】, 弹出与峰值相关的菜单, 用于设置与峰值相关的参数, 具体包括: [最大峰值]、[次峰值]、[左邻峰值]、[右邻峰值]、[最大值]、[最小值]、[峰值跟踪 关 开]、[标记->]和[标记->中心频率]。菜单项说明如下:

### 10.3.6.1 最大峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将当前活动标记设置到测量迹线的最大峰值点并在屏幕的右上角显示此标记的频率和幅度。

### 10.3.6.2 次峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将活动标记移到迹线上与当前标记位置相联系的下一个最高点处。当此键被重复按下时, 可快速的找到较低的峰值点。

### 10.3.6.3 左邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找当前活动标记位置左边的下一个峰值。

### 10.3.6.4 右邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项，寻找当前活动标记位置右边的下一个峰值。

### 10.3.6.5 最大值

#### 功能说明:

点击该菜单项，将当前活动标记放置到迹线的最高点，并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。

### 10.3.6.6 最小值

#### 功能说明:

点击该菜单项，将当前活动标记放置到迹线的最低点，并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。

### 10.3.6.7 峰值跟踪 关 开

#### 功能说明:

点击该菜单项，设置峰值跟踪功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当峰值跟踪为开时，当前标记将在每次扫描结束后，进行一次峰值搜索操作。峰值跟踪为关时，不进行任何操作。

### 10.3.6.8 标记-> >

#### 功能说明:

点击该菜单项，弹出与标记功能相关的菜单，这些菜单与频谱分析仪的频率、频宽和频标是否处于正常或差值频标模式相关，这些标记功能允许用户用标记作为参考改变频谱分析仪设置。具体菜单包括：

表 10.1 标记->

#### 菜 单

- ◇ 标记->中心频率
- ◇ 标记->参考电平
- ◇ 标记->频率步进
- ◇ 标记->起始频率
- ◇ 标记->终止频率
- ◇ 返回

### 10.3 实时频谱菜单说明

#### 1) 标记->中心频率

**功能说明:**

点击该菜单项, 标记会移动到中心频率处, 并在屏幕上显示中心频率处的读数。

#### 2) 标记->参考电平

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置参考电平等于标记幅度。

#### 3) 标记->频率步进

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置中心频率的步进量, 即频率步进的值等于标记频率, 差值标记功能激活时, 频率步进值等于差值标记的频率。

#### 4) 标记->起始频率

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置起始频率等于标记频率。

#### 5) 标记->终止频率

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置终止频率等于标记频率。

#### 6) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 将返回到“峰值”菜单栏。

#### 10.3.6.9 标记->中心频率

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置标记频率等于中心频率, 此功能可快速将信号移到屏幕的中心位置。

### 10.3.7 扫描菜单

单击用户界面底部菜单项【扫描】, 弹出与扫描相关的菜单, 用于设置与扫描相关的参数, 具体包括: [扫描时间 **自动** 手动]、[扫描时间]、[扫描类型 **连续** 单次]和[重新扫描]。菜单项说明如下:

#### 10.3.7.1 扫描时间 自动 手动

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置扫描时间自动、手动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

当选择自动状态时, 扫描时间将根据分辨率带宽、频宽和视频带宽的设置进行自动关联。

**参数说明:**

自动 [ 自动 手动 ]。

### 10.3.7.2 扫描时间

**功能说明:**

设置频谱分析仪的扫描时间。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入扫描时间。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成扫描时间设置。

**参数说明:**

20ms [ 20ms ~ 1.193s ]。

### 10.3.7.3 扫描类型 连续 单次

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置扫描类型连续、单次状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

连续 [ 连续 单次 ]。

### 10.3.7.4 FFT 点数 1024 512

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置扫描所用 FFT 点数。

**参数说明:**

1024 [ 1024 512 ]。

### 10.3.7.5 重新扫描

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于重新扫描。

## 10.3.8 余辉模式迹线菜单

在余辉测量模式下, 单击用户界面底部菜单项【迹线】, 弹出与余辉模式迹线相关的菜单, 用于设置与迹线相关的参数, 具体包括: [迹线 1 2 3 4]、[刷新迹线]、[最大保持]、[最小保持]、[保持迹线]、[隐藏迹线]、[检波 >]和[恢复默认]。菜单项说明如下:

### 10.3.8.1 迹线 1 2 3 4

**功能说明:**

### 10.3 实时频谱菜单说明

点击该菜单项, 用于选择轨迹, 频谱分析仪提供 1、2、3、4 轨迹线, 菜单选项值点亮部分表示选择的迹线序号。

#### 参数说明:

1 [ 1 2 3 4 ]。

#### 10.3.8.2 刷新迹线

##### 功能说明:

点击该菜单项, 用于刷新先前显示的轨迹的所有数据并持续显示频谱分析仪在扫描状态接收的信号。

#### 10.3.8.3 最大保持

##### 功能说明:

点击该菜单项, 用于对所选择的迹线上的点保持其最大值, 并用每次扫描中检波出的新的最大值进行更新, 若检波为自动时, 会切换为正峰值检波方式。

#### 10.3.8.4 最小保持

##### 功能说明:

点击该菜单项, 用于对所选择的迹线上的点保持其最小值, 并用每次扫描中检波出的新的最小值进行更新, 若检波为自动时, 会切换为负峰值检波方式。

#### 10.3.8.5 保持迹线

##### 功能说明:

点击该菜单项, 用于保持和显示所选迹线的幅度数据, 但在频谱分析仪扫描时并不进行更新。

#### 10.3.8.6 隐藏迹线

##### 功能说明:

点击该菜单项, 用于对信号只做后台处理而不再在屏幕上显示。

#### 10.3.8.7 检波 >

##### 功能说明:

设置检波方式。单击菜单项进入下级菜单, 具体菜单项包括:

表 10.2 检波

## 菜 单

- ◇ 自动
- ◇ 正峰值
- ◇ 负峰值
- ◇ 取样
- ◇ 均值
- ◇ 返回

## 1) 自动

**功能说明:**

进入检波菜单后，自动默认为正峰值检波方式。

## 2) 正峰值

**功能说明:**

用于选择正峰值检波模式，每个轨迹点的采样数据中取一个最大值。用该模式可确保不漏掉任何峰值信号，利于测量非常靠近噪声基底信号。

## 3) 负峰值

**功能说明:**

用于选择负峰值检波模式，每个轨迹点的采样数据中取一个最小值。用该模式可使迹线显示负峰值电平。绝大多数情况下都用于宽带毫米波频谱分析仪的自检中，而很少用在测量中。能很好地重现 AM 信号的调制包络。

## 4) 取样

**功能说明:**

用于设置检波器为取样检波模式。该模式利于测量噪声信号，与正常检波方式相比，它能更好地测量噪声。通常用于视频平均和噪声频标功能。

## 5) 均值

**功能说明:**

用于设置检波器为平均值检波模式。平均值检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的平均值。

## 6) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项，将返回到“迹线”菜单栏。

**10.3.8.8 恢复默认****功能说明:**

### 10.3 实时频谱菜单说明

点击该菜单项，迹线设置回到默认状态。

#### 10.3.9 瀑布模式迹线菜单

在瀑布测量模式下，单击用户界面底部菜单项【迹线】，弹出与瀑布模式迹线相关的菜单，用于设置与迹线相关的参数，具体包括：[刷新迹线]、[最大保持]、[最小保持]、[隐藏迹线]、[时间标记 **关** 开]、[时间标记]、[检波 >]和[恢复默认]。此处仅描述时间标记功能，其余同余辉模式迹线菜单，菜单项说明如下：

##### 10.3.9.1 时间标记 关 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置时间标记开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明：**

关 [ 关 开 ]。

##### 10.3.9.2 时间标记

**功能说明：**

设置时间标记，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入时间标记。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成时间标记设置。

#### 10.3.10 极限菜单

单击用户界面底部菜单项【极限】，弹出与极限相关的菜单，用于设置与极限相关的参数，具体包括：[极限 **上** 下]、[极限 **关** 开]、[测试 **关** 开]、[声音报警 **关** 开]、[编辑极限 >]、[存储极限]和[调用极限 >]。菜单项说明如下：

##### 10.3.10.1 极限 上 下

**功能说明：**

点击该菜单项，设置当前极限线上、下状态，菜单选项值点亮部分表示选择的状态。

**参数说明：**

上 [ 上 下 ]。

##### 10.3.10.2 极限 关 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置极限功能开、关状态，菜单选项值点亮部分表示极限功能的状态。

**参数说明：**

关 [ 关 开 ]。

### 10.3.10.3 测试 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置极限测试开、关状态，菜单选项值点亮部分表示极限测试的状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

### 10.3.10.4 声音报警 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项，设置声音报警开、关状态，菜单选项值点亮部分表示极限功能的状态。当声音报警打开时，当上下极限线测试开关打开时有效，当上下极限线在当前一屏扫描完毕时，如果有越界情况则蜂鸣器会发出一短促声音。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

### 10.3.10.5 编辑极限 >

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出与编辑极限相关的菜单，用于查看极限点的频率、幅度，以及增加或删除极限点，具体菜单包括：

表 10.3 编辑极限

菜 单	
◇	频率
◇	幅度
◇	增加点
◇	删除点
◇	上一点
◇	下一点
◇	恢复默认
◇	返回

### 10.3.10.6 存储极限

**功能说明:**

点击该菜单项，弹出对话框，用于存储极限。

## 10.3 实时频谱菜单说明

### 10.3.10.7 调用极限 >

#### 功能说明:

点击该菜单项, 弹出与调用极限相关的菜单, 每个菜单项功能同 4.4.7.12。

### 10.3.11 测量菜单

单击用户界面底部菜单项【测量】, 弹出与测量相关的菜单, 用于设置与测量相关的参数, 具体包括: [测量模式 **余辉** 瀑布]、[余辉频谱 关 **开**]、[概率上限]、[概率下限]、[余辉保持 **关** 开]、[颜色刻度上限]、[颜色刻度下限]和[恢复默认]。菜单项说明如下:

#### 10.3.11.1 测量模式 余辉 瀑布

##### 功能说明:

点击该菜单项, 设置测量模式余辉、瀑布模式, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

##### 参数说明:

余辉 [ 余辉 瀑布 ]。

#### 10.3.11.2 余辉频谱 关 开

##### 功能说明:

点击该菜单项, 打开或关闭余辉频谱模式, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

##### 参数说明:

开 [ 关 开 ]。

#### 10.3.11.3 概率上限

##### 功能说明:

在余辉测量模式下, 设置概率上限值。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入概率上限值。在使用数字键输入值后, 点击[Enter]完成概率上限值设置。

##### 参数说明:

100% [ 0.1% ~ 100% ]。

#### 10.3.11.4 概率下限

##### 功能说明:

在余辉测量模式下, 设置概率下限值。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入概率下限值。在使用数字键输入值后, 点击[Enter]完成概率下限值设置。

##### 参数说明:

0% [ 0% ~ 99.9% ]。

### 10.3.11.5 余辉保持

**功能说明:**

点击该菜单项, 打开或关闭余辉保持功能, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

关 [ 关 开 ]。

### 10.3.11.6 保持方式

**功能说明:**

在余辉测量模式下, 余辉保持打开时, 点击该菜单项, 设置余辉保持有限、无限方式, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

有限 [ 有限 无限 ]。

### 10.3.11.7 保持时间

**功能说明:**

在余辉测量模式下, 余辉保持打开且保持方式为有限时, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入保持时间值。在使用数字键输入值后, 点击[Enter]完成保持时间设置。

**参数说明:**

100ms [ 1ns ~ 3.223s ]。

### 10.3.11.8 颜色刻度上限

**功能说明:**

在瀑布测量模式下, 设置颜色刻度上限值。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入颜色刻度上限值。在使用数字键输入值后, 点击[Enter]完成颜色刻度上限值设置。

**参数说明:**

0.00dBm [ -209.00dBm ~ 30.00dBm ]。

### 10.3.11.9 颜色刻度下限

**功能说明:**

在瀑布测量模式下, 设置颜色刻度下限值。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入颜色刻度下限值。在使用数字键输入值后, 点击[Enter]完成颜色刻度下限值设置。

**参数说明:**

10 实时频谱测量模式 (选件)

### 10.3 实时频谱菜单说明

-100.00dBm [ -210.00dBm ~ 29.00dBm ]。

#### 10.3.11.10 恢复默认

**功能说明:**

重置余辉模式和瀑布模式的系统默认设置。

## 11 峰值功率模式 (选件)

本章介绍了在峰值功率测量模式下的典型测量方法,给出了峰值功率测量的菜单结构并进行了说明。

- 典型测量介绍 .....291
- 峰值功率测量菜单结构 .....293
- 峰值功率测量菜单说明 .....296

### 11.1 典型测量介绍

4042 频谱仪的峰值功率测量模式采用 USB 接口通过 USB 电缆外接 USB 峰值功率探头进行功率测试,使用中电科思仪科技股份有限公司提供的 87234XUSB 峰值功率探头,可以测试高达 67GHz 的射频/微波信号,可实现大动态范围的的脉冲功率测量。测量读数显示在 4042 USB 峰值功率测量模式的显示界面上,测试框图如图 11.1 所示,衰减器根据需要添加。

#### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择峰值功率测量模式的前提下,后面不再单独说明,选择方法为:[模式]→[峰值功率测量]。



图 11.1 功率测量结构图

功率测量的界面如图 11.2 所示 (图 11.2 只作为举例说明):

## 11 峰值功率模式（选件）

### 11.1 典型测量介绍



图 11.2 峰值功率测量界面图

4042 配备的 USB 峰值功率探头推荐您购买使用由中电科思仪科技股份有限公司研制的基于 USB 接口的峰值功率探头，主要有以下几种，可根据您的测试需求选购：

### 注意

首先要观察 USB 功率探头标识的最大输入功率范围，确保输入在指定的范围内，避免过大功率引起探头的损坏或损毁。

表 11.1 8724XUSB 功率探头

型号	频率范围	输入功率范围	输入连接器方式
87234D	50MHz~18GHz	正常模式：	N(m)
87234E	50MH ~ 26.5GHz	-30dBm~+20dBm(50MHz~500MHz)	3.5mm(m)
87234F	50MHz ~ 40GHz	-35dBm~+20dBm(≥500MHz)	2.4mm(m)
87234L	500MHz ~ 67GHz	平均模式： -45dBm~+20dBm	1.85mm(m)

连接功率探头

- 将 USB 电缆小口端接入 87234XUSB 功率探头；
- 并将 USB 电缆大口端接入频谱仪的 USB 接口，功率探头绿色指示灯稍后点亮；
- 若关机，拔下 USB 电缆，即可关闭 USB 功率探头，此时绿色 LED 指示灯熄灭。

## 注意

87234XUSB 功率探头随机配备 USB 电缆，用户可以使用自己的 USB 电缆，但是要保证电缆符合国际安全标准!

## 11.2 峰值功率测量菜单结构

本节详细介绍峰值功率测量模式菜单结构。

- 频率菜单.....293
- 幅度菜单.....294
- 触发菜单.....294
- 门设置菜单.....295
- 迹线菜单.....295
- 测量菜单.....296

## 11.2.1 频率菜单

频率
频率
分辨率 0 1 2 3

图 11.3 峰值功率模式频率菜单结构框图

### 11.2.2 幅度菜单



图 11.4 峰值功率模式幅度菜单结构框图

### 11.2.3 触发菜单




图 11.5 峰值功率模式触发菜单结构框图

## 11.2.4 门设置菜单



图 11.6 峰值功率模式门设置菜单结构框图

## 11.2.5 迹线菜单



图 11.7 峰值功率模式迹线菜单结构框图



### 11.3.1.2 分辨率 0 1 2 3

#### 功能说明:

该菜单用来切换显示测量数据的精度, 0 表示只显示整数位, 1 表示 1 位小数, 2 表示 2 位小数, 3 表示 3 位小数。

## 11.3.2 幅度菜单

### 11.3.2.1 自动比例

#### 功能说明:

点击该菜单项, 将测量信号显示在 10dB 的范围内。

### 11.3.2.2 最大刻度

#### 功能说明:

设置功率指示界面的最大值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘输入最大刻度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成最大值设置, 默认修改的步进为 1dB。

### 11.3.2.3 最小刻度

#### 功能说明:

设置功率指示界面的最小值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘输入最小刻度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成最小值设置, 默认修改的步进为 1dB。

### 11.3.2.4 全刻度

#### 功能说明:

设置功率指示界面刻度范围为最小刻度至最大刻度。

## 11.3.3 触发菜单

### 11.3.3.1 触发方式

#### 功能说明:

弹出触发方式菜单, 用于选择触发方式, 具体菜单项包括:

表 11.2 触发方式

## 菜单

- ◇ 自由运行
- ◇ 连续触发
- ◇ 单次触发

## 1) 自由运行

## 功能说明:

点击该菜单, 设置触发方式为自由运行。“自由运行”方式不受触发信号影响。

## 2) 连续触发

## 功能说明:

点击该菜单, 设置触发方式为连续触发。“连续触发”方式是采样受触发信号控制。

## 3) 单次触发

## 功能说明:

点击该菜单, 设置触发方式为单次触发。“单次触发”方式时, 每按一次“单次触发”, 在有触发信号的情况下, 进行一次采样, 如果无触发信号, 按“单次触发”, 波形不变化。

## 11.3.3.2 触发源 外部 内部

## 功能说明:

单击该菜单, 选择触发源为“外部”或“内部”。

## 11.3.3.3 触发模式

## 功能说明:

弹出触发模式菜单, 用于选择触发模式, 具体菜单项包括:

表 11.3 触发模式

## 菜单

- ◇ 自动电平
- ◇ 正常
- ◇ 自动

## 1) 自动电平

## 功能说明:

点击该菜单, 设置触发模式为“自动电平”。“自动电平”模式下, 根据被测脉冲的幅度值, 自动设置出发电平为比顶部功率低 3dB, 从而保证波形能稳定显示。

## 2) 正常

### 功能说明:

点击该菜单, 设置触发模式为“正常”。“正常”模式下, 等待触发信号进行采样, 如果无触发信号, 则一直等待下去直至触发信号到来。

## 3) 自动

### 功能说明:

点击该菜单, 设置触发模式为“自动”。“自动”模式下, 在预定时间内, 如果没有触发信号, 仪器自动进行采样, 进行波形显示; 如果在预定时间内有触发, 则稳定显示波形。

### 11.3.3.4 触发电平

#### 功能说明:

单击该菜单, 设置触发信号的门限电平。触发电平必须处于顶部功率和底部功率之间才能实现有效的触发。在“自动电平”触发模式下, “触发电平”禁止操作。

### 11.3.3.5 触发延时

#### 功能说明:

单击该菜单, 设置触发点在屏幕中的位置。正的触发延时表示出发点在屏幕中的位置向左移, 显示更多的位于触发点之后的数据; 负的触发延时表示将触发点在屏幕中的位置右移, 显示更多的位于触发点之前的数据。

### 11.3.3.6 触发沿 正 负

#### 功能说明:

单击该菜单, 触发在“正”“负”之间切换, “正”代表上升沿触发; “负”代表下降沿触发。

### 11.3.3.7 触发位置 左 中 右

#### 功能说明:

单击该菜单, 触发位置在“左”“中”“右”之间切换, “左”触发位置可以观察紧跟在触发时刻之后的波形; “右”触发位置可以观察触发时刻之前的波形; “中”触发位置可以观察触发前后的波形。

### 11.3.3.8 触发释抑

#### 功能说明:

单击该菜单, 设置触发释抑时间, 在此时间内禁止触发。

### 11.3.3.9 触发迟滞

**功能说明:**

触发迟滞, 定义了触发上升沿被检测到前, 信号必须低于触发电平的值, 或者下降沿被检测到前, 信号必须高于触发电平的值。单击该菜单, 通过弹出的数字键盘设置触发迟滞值。

### 11.3.3.10 触发输出

**功能说明:**

单击该菜单, 打开或关闭触发输出, 输出信号为与输入信号同步的 TTL 电平。

## 11.3.4 门设置菜单

### 11.3.4.1 测量类型

**功能说明:**

弹出测量类型菜单, 用于选择测量类型, 具体菜单项包括:

表 11.4 测量类型

**菜 单**

- ◇ 峰值
- ◇ 均值
- ◇ 峰均比
- ◇ 最小值
- ◇ 测量门 1 2 3 4
- ◇ 返回

1) **峰值**

**功能说明:**

点击该菜单, 设置测量类型为峰值。

2) **均值**

**功能说明:**

点击该菜单, 设置测量类型为均值。

3) **峰均比**

**功能说明:**

点击该菜单, 设置测量类型为峰均比。

#### 4) 最小值

**功能说明:**

点击该菜单, 设置测量类型为最小值。

#### 5) 测量门 1 2 3 4

**功能说明:**

点击该菜单, 设置当前测量门 ID。

#### 6) 返回

**功能说明:**

点击该菜单, 返回上级菜单。

### 11.3.4.2 门设置

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于选择当前门。

**参数说明:**

1 [ 1 2 3 4 ]。

### 11.3.4.3 起始

**功能说明:**

点击该菜单, 设置测门起始时间。通过弹出的数字键盘设置门起始时间值。

### 11.3.4.4 长度

**功能说明:**

点击该菜单, 设置测门长度。通过弹出的数字键盘设置门长度。

### 11.3.4.5 自动门 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置自动门开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

### 11.3.4.6 左参考

**功能说明:**

## 11 峰值功率模式（选件）

### 11.3 峰值功率测量菜单说明

点击该菜单项，通过弹出的数字键盘设置自动门的左参考位置。

#### 11.3.4.7 右参考

功能说明：

点击该菜单项，通过弹出的数字键盘设置自动门的右参考位置。

#### 11.3.4.6 标记 关 开

功能说明：

点击该菜单项，设置门标记在迹线显示区域开关状态，[标记 关 开]时迹线显示区域不显示门迹线，[标记 关 开]时迹线显示区域显示门迹线。

### 11.3.5 迹线菜单

#### 11.3.5.1 水平起始

功能说明：

设置迹线窗口最左侧的起始时间。

#### 11.3.5.2 水平刻度/格

功能说明：

设置迹线窗口水平方向每隔代表的时间。

#### 11.3.5.3 垂直中心

功能说明：

设置迹线窗口垂直方向上中心代表的功率值。

#### 11.3.5.4 垂直刻度/格

功能说明：

设置迹线窗口垂直方向上每格代表的功率。

#### 11.3.5.5 迹线平均 关 开

功能说明：

打开或关闭迹线平均，迹线平均用于对迹线平滑处理，降低噪声。

### 11.3.5.6 迹线平均

**功能说明：**

设置迹线的平均次数。

### 11.3.5.7 视频带宽

**功能说明：**

弹出视频带宽菜单，选择不同的视频带宽。具体菜单项包括：

表 11.4 视频带宽

**菜 单**

- |      |
|------|
| ◇ 关  |
| ◇ 低  |
| ◇ 中  |
| ◇ 高  |
| ◇ 返回 |

1) 关

**功能说明：**

点击该菜单项，关闭视频带宽。

2) 低

**功能说明：**

点击该菜单项，设置视频带宽为低。

3) 中

**功能说明：**

点击该菜单项，设置视频带宽为中。

4) 高

**功能说明：**

点击该菜单项，设置视频带宽为高。

5) 返回

**功能说明：**

点击该菜单项，返回上级菜单。

### 11.3.6 测量菜单

#### 11.3.6.1 测量模式 平均 峰值

**功能说明:**

设置通道的测量模式为“平均”或“峰值”。“平均”进行平均功率测量,“峰值”进行峰值功率测量。

#### 11.3.6.2 测量平均

**功能说明:**

弹出测量平均菜单。具体菜单项包括:

表 11.5 测量平均

**菜 单**

- |        |
|--------|
| ◇ 自动   |
| ◇ 手动   |
| ◇ 关    |
| ◇ 平均次数 |
| ◇ 平均复位 |
| ◇ 返回   |

1) 自动

**功能说明:**

点击该菜单项, 自动设置平均次数。

2) 手动

**功能说明:**

点击该菜单项, 平均次数采用手动设置值。

3) 关

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭平均设置。

4) 平均次数

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置平均次数, 设置范围为 1~1024。

5) 平均复位

**功能说明:**

点击该菜单项, 清除缓冲区内的测量结果, 重新缓存并计算, 在平均次数较多时可有效减小测量时间。

#### 6) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 返回上级菜单。

#### 11.3.6.3 孔径

**功能说明:**

点击该菜单, 设置孔径大小。

#### 11.3.6.4 通道偏置 关 开

**功能说明:**

点击该菜单, 打开或关闭“通道偏置”。通道偏置是指对功率测量设置一相对偏移量, 可对功率探头与被测对象之间固定衰减或放大的一个测量补偿, 以便真实反映被测信号的功率值, 通道偏置对所有采用当前通道的测量窗口有效。

#### 11.3.6.5 通道偏置

**功能说明:**

点击该菜单, 设置通道偏置的大小。

#### 11.3.6.6 步进检测 关 开

**功能说明:**

点击该菜单, 打开或关闭“步进检测”。“步进检测”开时, 当被测功率出现较大变化时, 初始化滤波器提高测量速度。

#### 11.3.6.6 相对测量 关 开

**功能说明:**

点击该菜单, 打开或关闭“相对测量”。“相对测量”开时, 显示当前测量值与参考值的相对测量结果。

#### 11.3.6.7 校零

**功能说明:**

点击该菜单, 弹出校零菜单。具体菜单项包括:

表 11.6 校零

**菜 单**

- ◇ 内部校零
- ◇ 外部校零
- ◇ 返回

1) **内部校零**

**功能说明:**

点击该菜单项, 进行内部校零。采用内部开关, 不需要关闭信号源的输出即可实现校零操作。

2) **外部校零**

**功能说明:**

点击该菜单项, 进行外部校零。在仅平均模式下测量尤其是小信号测量时需要进行外部校零, 此时必须关闭信号源输出。

## 12 时间门扫描模式 (选件)

本章主要介绍 4042 频谱分析仪的时间门扫描模式的相关内容, 包括时间门扫描模式下的典型的测量方法和菜单结构说明, 使初次使用的用户阅读本小节后能够对时间门扫描模式的功能参数以及测试操作过程有一个大致的了解, 能够熟悉地使用频谱分析模式。

### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择时间门扫描模式的前提下, 后面不再单独说明。

时间门扫描模式能够对脉冲射频信号、时分多址 (CDMA) 信号、间歇信号等进行频谱分析, 用户能够定义执行测量的时间窗口, 时间门允许在指定时间段内测量信号, 并排除或屏蔽干扰信号。

- [典型测量介绍](#) ..... 307
- [时间门扫描菜单结构](#) ..... 309
- [时间门扫描菜单说明](#) ..... 314

### 12.1 典型测量介绍

#### 12.1.1 TDD 信号干扰排查

时间门扫描功能可以对 TDD 信号进行干扰排查。时间门扫描功能分为时域窗口和频域窗口, 时域窗口中可以通过设置【门延迟】和【门宽度】选取特定时间段的信号, 选取信号的频域结果会在频域窗口中显示, 时间门扫描模式是零扫宽状态, 搭配各种参数设置可从时域上区分 TDD 信号中的上行帧和下行帧, 通过设置【门延迟】和【门宽度】可以将上行信号选取出来, 从而达到“过滤”下行信号的效果 (下行信号会对干扰信号查找带来影响)。

具体操作过程分为两部分, 第一部分是上下行子帧的判断, 移动通信 TDD 技术标准中, 每个 TDD 信号无线帧分为 10 个子帧, 每个子帧时长为 1ms, 上下行子帧配比可以动态分配。较为常见的配比结构是 2 个子帧用做移动终端上行, 8 个子帧用做基站下行; 第二部分是利用时间门过滤下行信号, 通过设置【门延迟】和【门宽度】选取上行子帧信号, 又因上行子帧中往往包括特殊子帧 (一般在上行子帧的前半段), 所以需要利用时间门扫描模式的【门延迟】与【门宽度】选取上行子帧的后半段或者上行子帧中选取频谱较为稳定的一段, 调整合适的频域扫宽过滤下行信号。测量过程需要接上 GPS 天线, 并接收到 GPS 脉冲信号。

时间门扫描模式将整个窗口分为了时域窗口和频域窗口, 可以同时观察并设置时域信号和频域信号参数。

## 12.1.1.1 测量步骤

以移动 2.515GHz~2.615GHz 的信号为例介绍 TDD 信号干扰排查的操作步骤。

## a) 安装 GPS 天线:

将频谱仪的频谱输入接口接上 GPS 天线，接收信号。

## b) 将时间门扫描模式的触发调整到 GPS 触发:

按【扫描】→[触发>]→[触发源 外 内 GPS]选择 GPS 触发源。

## c) 设置中心频率:

按【频率】→[中心频率]，设置中心频率，输入 2.565GHz。

## d) 设置门延迟和门宽度:

按【时域窗】→[门延迟]，设置门延迟，点击[门宽度]，设置门宽度；也可以使用屏幕手势修改门延迟和门宽度，拖动时域窗口的门起始，门终止修改门延迟和们宽度。

## e) 设置频域扫宽:

按【频域窗】→[频域扫宽]，设置频域扫宽，LTE TDD 信号设置为 20MHz。

通过上述操作即可完成 TDD 信号干扰查找前的设置。调整天线方向的同时观察频域窗口信号的变化，确定干扰信号的位置。




图 12.1 TDD 信号干扰排查示意图

## 12.2 时间门扫描模式菜单结构

本节详细介绍时门扫描模式菜单结构。

● 频率菜单.....	309
● 幅度菜单.....	310
● 标记菜单.....	310
● 峰值菜单.....	311
● 扫描菜单.....	311
● 迹线菜单.....	312
● 时域窗菜单.....	312
● 频域窗菜单.....	313
● 显示菜单.....	313

### 12.2.1 频率菜单

频率
中心频率
频率步进 自动 手动
频率步进

图 12.2 时间门扫描模式频率菜单结构框图

## 12 时间门扫描模式（选件）

### 12.2 时间门扫描模式菜单结构

#### 12.2.2 幅度菜单




图 12.3 时间门扫描模式幅度菜单结构框图

#### 12.2.3 标记菜单



图 12.4 时间门扫描模式标记菜单结构框

## 12.2.4 峰值菜单

峰值
最大峰值
次峰值
左邻峰值
右邻峰值
标记-> 中心频率
最大值
最小值
峰值跟踪 关 开

图 12.5 时间门扫描模式峰值菜单结构框

## 12.2.5 扫描菜单




图 12.6 时间门扫描模式扫描菜单结构框

12.2.6 迹线菜单




图 12.7 时间门扫描模式迹线菜单结构框：(a)时域窗，(b)频域窗

12.2.7 时域窗菜单

时域窗	
时域参考窗	0.00 dB
时域刻度/格	10.00 dB
分辨率带宽	3.000 MHz
视频带宽	3.000 MHz
门延迟	2.000 ms
门宽度	1.000 ms

图 12.8 时间门扫描模式时域窗菜单结构框

## 12.2.8 频域窗菜单

频域窗
频域参考窗 0.00 dB
频域刻度/格 10.00 dB
频域扫宽 10.000 MHz
频域RBW <a href="#">自动</a> 手动
频域RBW 30.000 kHz
频域计数 <a href="#">关</a> 开
频域计数 20

图 12.9 时间门扫描模式频域窗菜单结构框

## 12.2.9 显示菜单

显示
时域窗口
频域窗口
全部显示

图 12.10 时间门扫描模式显示菜单结构框

## 12.3 时间门扫描模式菜单说明

本节详细介绍峰值功率测量模式菜单项功能，参数等信息。

● 频率菜单 .....	314
● 幅度菜单 .....	315
● 标记菜单 .....	316
● 峰值菜单 .....	318
● 扫描菜单 .....	319
● 迹线菜单 .....	321
● 时域窗菜单 .....	324
● 频域窗菜单 .....	324
● 显示菜单 .....	328

### 12.3.1 频率菜单

单击用户界面底部菜单项【频率】，弹出与频率相关的菜单，用于设置与频率相关的参数，具体包括：[中心频率]、[频率步进 自动 手动]、[频率步进]。菜单项说明如下：

#### 提示

##### 频率单位

所有频率参数，都接受以赫兹（Hz）为单位的参数。所以数字输入必须以四个频率单位（GHz、MHz、kHz 或 Hz）作为终止键。当输入结束后，自动以合适的单位显示出新的频率值。

#### 12.3.1.1 中心频率

##### 功能说明：

设置中心频率，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。

##### 参数说明：

10.05GHz [ 2.5kHz ~ 20.1GHz-2.5kHz ]。

#### 12.3.1.2 频率步进 自动 | 手动

##### 功能说明：

点击该菜单项，设置频率步进手动和自动状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

##### 参数说明：

自动 [ 自动 | 手动 ]。

### 12.3.1.3 频率步进

#### 功能说明:

设置频率步进, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频率步进。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成频率步进设置。

#### 参数说明:

1MHz [ 1Hz ~ 5GHz ]。

### 12.3.2 幅度菜单

单击用户界面底部菜单项【幅度】, 弹出与幅度相关的菜单, 用于设置幅度参数, 具体包括: [参考电平]、[衰减器 **自动** 手动]、[衰减值]、[幅度偏移]、[幅度单位 >]和[前置放大器 **关** 开]。菜单项说明如下:

#### 12.3.2.1 参考电平

##### 功能说明:

设置参考电平, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考电平。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成参考电平设置。

##### 参数说明:

0dBm [ -150dBm ~ 30dBm ]。

#### 12.3.2.2 衰减器 自动 | 手动

##### 功能说明:

点击该菜单项, 设置衰减器手动、自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。在自动模式中, 输入衰减器与参考电平相关联。在手动模式中, 可用数字键或步进键调整衰减器的衰减值, 衰减量的范围为 0dB ~30dB。

##### 参数说明:

自动 [ 自动 | 手动 ]。

#### 12.3.2.3 衰减值

##### 功能说明:

设置衰减值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入衰减值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成衰减值设置。衰减器自动状态下设置衰减值会自动将衰减器设置为手动状态。

##### 参数说明:

10dB [ 0dB ~ 30dB ]。

## 12.3 时间门扫描模式菜单说明

### 12.3.2.4 幅度偏移

**功能说明：**

设置幅度偏移，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入幅度偏移。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成参考电平设置。

**参数说明：**

0dB [ -150dB ~ 150dB ]。

### 12.3.2.5 幅度单位 >

**功能说明：**

点击该菜单项，打开幅度单位选择子菜单，可选择的纵轴单位包括[dBm]、[dBmV]、[dBμV]、[V]、[W]、[A]、[dBW]、[dBV]、[dBA]、[dBmA]、[dBμA]等。

### 12.3.2.6 前置放大器 关 | 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置前置放大器开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当参考电平小于-40dBm 时，该功能才会被激活。

**参数说明：**

关 [ 关 | 开 ]。

## 注意

前置放大器打开时需注意不能输入>+13dBm 的信号，否则会导致仪器损坏。

## 12.3.3 标记菜单

单击用户界面底部菜单项【标记】，弹出与标记相关的菜单，用于设置与标记相关的参数，具体包括：[标记 1 2 3 4 5 6]、[普通模式]、[差值模式]、标记->中心频率、[标记关闭]、[全部关闭]和[标记列表 关 开]。菜单项说明如下：

## 注意

该菜单属于时域窗口和频域窗口的公用菜单，会根据窗口的选择自动切换标记菜单，即当选择时域窗口时标记菜单设置的是时域窗口的标记参数，选择频域窗口时标记菜单设置的是频域窗口的标记参数。下面不再特别说明。

### 12.3.3.1 标记

#### 功能说明:

点击该菜单项, 用于选择不同的标记, 用于标记的一系列操作, 标记激活时会在屏幕右上角的标记显示区内显示出这些值。

#### 参数说明:

1 [ 1 2 3 4 5 6 ]。

### 12.3.3.2 普通模式

#### 功能说明:

选中时域窗口时显示标记的时间与幅度, 选中频域窗口时显示标记的频率和幅度。点击该菜单项, 通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记位置。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成标记设置。

#### 参数说明:

时域窗口: 标记值的范围受扫描时间的限制, 最小值为 0ns, 最大值为终止时间。

频域窗口: 标记值的范围受中心频率和频域扫宽的影响, 最小值为当前中心频率-当前频域扫宽/2, 最大值为中心频率+当前频域扫宽/2。

### 12.3.3.3 差值模式

#### 功能说明:

选中时域窗口时显示两标记间的幅度差和时间差, 选中频域窗口时显示两标记间的幅度差和频差。点击该菜单项, 通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记位置。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成标记设置。

#### 参数说明:

时域窗口: 标记值的范围受扫描时间的限制, 最小值为 0ns, 最大值为终止时间。

频域窗口: 标记值的范围受中心频率和频域扫宽的影响, 最小值为当前中心频率-当前频域扫宽/2, 最大值为中心频率+当前频域扫宽/2。

### 12.3.3.4 标记->中心频率

#### 功能说明:

将频域窗口的当前标记值位置的频率值设置为当前的中心频率。时域窗口不能设置。

### 12.3.3.5 标记关闭

#### 功能说明:

点击该菜单项, 关闭所选择窗口的当前标记。

### 12.3.3.6 全部关闭

**功能说明：**

点击该菜单项，关闭所选窗口的所有标记。

### 12.3.3.7 标记列表 关 | 开

**功能说明：**

点击该菜单项，设置标记列表开、关状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。打开标记列表，在屏幕显示各标记的详细信息。会根据窗口的选择自动切换相应的标记列表信息。

**参数说明：**

关 [ 关 | 开 ]。

## 12.3.4 峰值菜单

单击用户界面底部菜单项【峰值】，弹出与峰值相关的菜单，用于设置与峰值相关的参数，具体包括：[最大峰值]、[次峰值]、[左邻峰值]、[右邻峰值]、[标记->中心频率]、[最大值]、[最小值]、[峰值跟踪 **关 | 开**]。菜单项说明如下：

### 注意

该菜单属于时域窗口和频域窗口的公用菜单，会根据窗口的选择自动切换峰值菜单，即当选择时域窗口时标记菜单设置的是时域窗口的峰值参数，选择频域窗口时标记菜单设置的是频域窗口的峰值参数。下面不再特别说明。

### 12.3.4.1 最大峰值

**功能说明：**

点击该菜单项，将所选窗口当前活动标记设置到测量迹线的最大峰值点。选择时域窗口时，在屏幕的右上角显示此标记的时间和幅度，选择频域窗口时，在屏幕的右上角显示此标记的频率和幅度。

### 12.3.4.2 次峰值

**功能说明：**

点击该菜单项，将所选窗口当前活动标记移到迹线上与当前标记位置相联系的下一个最高峰值点处，当此键被重复按下时，可快速的找到较低的峰值点。

#### 12.3.4.3 左邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找所选窗口当前标记位置左边的下一个峰值。

#### 12.3.4.4 右邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找所选窗口当前标记位置右边的下一个峰值。

#### 12.3.4.5 标记->中心频率

同 12.3.3.5。

#### 12.3.4.6 最大值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将当前活动标记放置到迹线的最高点, 并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。

#### 12.3.4.7 最小值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将当前活动标记放置到迹线的最低点, 并在屏幕右上角显示标记的频率和幅度。

#### 12.3.4.8 峰值跟踪 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置所选窗口的峰值跟踪功能开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当峰值跟踪为开时, 当前标记将在每次扫描结束后, 进行一次峰值搜索操作。峰值跟踪为关时, 不进行任何操作。

### 12.3.5 扫描菜单

单击用户界面底部菜单项【扫描】, 弹出与扫描相关的菜单, 用于设置与扫描相关的参数, 具体包括: [扫描时间]、[扫描类型 连续 单次]、[重新扫描]、[触发 >]、[平均 关 开]和[平均]。菜单项说明如下:

12.3 时间门扫描模式菜单说明

12.3.5.1 扫描时间

功能说明:

设置频谱分析仪的扫描时间。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入扫描时间。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成扫描时间设置。

参数说明:

32ms [ 145.636us ~ 35s ]。

12.3.5.2 扫描类型 连续 | 单次

功能说明:

点击该菜单项，设置扫描类型连续、单次状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

参数说明:

连续 [ 连续 | 单次 ]。

12.3.5.3 重新扫描

功能说明:

点击该菜单项，用于重新扫描。

12.3.5.4 触发 >

功能说明:

点击该菜单项，弹出与时间门触发相关的菜单项，包括[触发源 外 内 GPS]、[触发间隔 >]和[边沿极性 正 负]。

表 12.1 触发菜单

菜 单	子菜单
◇ 触发源 外 <u>内</u> GPS	
◇ 触发间隔 >	5ms
	10ms
	20ms
	50ms
	100ms
	200ms
	500ms
	1s
◇ 边沿极性 <u>正</u> 负	返回
◇ 返回	

### 1) 触发源 外 内 GPS

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置外部触发、内部触发或 GPS 触发, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

#### 参数说明:

内 [ 外 内 GPS ]。

### 2) 触发间隔 >

#### 功能说明:

设置触发间隔。点击菜单项进入下级菜单, 可供选择的触发间隔包括 5ms, 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1s。

### 3) 边沿极性 正 | 负

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置触发时间门的边沿极性, 正极性时是利用上升沿进行触发, 负极性则利用下降沿进行触发, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

#### 参数说明:

正 [ 正 | 负 ]。

### 12.3.5.5 平均 关 | 开

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置平均功能开、关状态切换, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。此功能对迹线进行连续平均从而达到平滑迹线的效果。

#### 参数说明:

关 [ 关 | 开 ]。

### 12.3.5.6 平均

#### 功能说明:

设置平均次数, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入比率。在使用数字键输入值后, 要通过点击[Enter]完成比率设置。

#### 参数说明:

16 [ 1 ~ 1000 ]。

## 12.3.6 迹线菜单

单击用户界面底部菜单项【迹线】, 弹出与迹线相关的菜单, 用于设置与迹线相关的参数, 具体包括: [迹线 1 2 3]、[刷新迹线]、[最大保持]、[最小保持]、[保持迹线]、[隐藏迹线]和[检波 >]。菜单项说明如下:

## 注意

该菜单属于时域窗口和频域窗口的公用菜单，会根据窗口的选择自动切换迹线菜单，即当选择时域窗口时标记菜单设置的是时域窗口的迹线参数，选择频域窗口时标记菜单设置的是频域窗口的迹线参数。下面不再特别说明。

### 12.3.6.1 迹线 1 | 2 | 3

#### 功能说明：

点击该菜单项，用于选择当前窗口轨迹，频谱分析仪提供 1、2、3 轨迹线，菜单选项值点亮部分表示选择的迹线序号。

#### 参数说明：

1 [ 1 2 3 ]。

### 12.3.6.2 刷新迹线

#### 功能说明：

点击该菜单项，用于刷新先前显示的轨迹的所有数据并持续显示频谱分析仪在扫描状态接收的信号。

### 12.3.6.3 最大保持

#### 功能说明：

点击该菜单项，用于对所选择的迹线上的点保持其最大值，并用每次扫描中检波出的新的最大值进行更新，若检波为自动时，会切换为正峰值检波方式。

### 12.3.6.4 最小保持

#### 功能说明：

点击该菜单项，用于对所选择的迹线上的点保持其最小值，并用每次扫描中检波出的新的最小值进行更新，若检波为自动时，会切换为负峰值检波方式。

### 12.3.6.5 保持迹线

#### 功能说明：

点击该菜单项，用于保持和显示所选迹线的幅度数据，但在频谱分析仪扫描时并不进行更新。

### 12.3.6.6 隐藏迹线

#### 功能说明:

点击该菜单项, 用于对信号只做后台处理而不再在屏幕上显示。

### 12.3.6.7 检波 >

#### 功能说明:

设置所选窗口的检波模式。单击菜单项进入下级菜单, 具体菜单项包括:

## 注意

自动检波和均方根检波只有时域窗口才能设置, 频域窗口没有自动检波和均方根检波, 当切换窗口选择时, 检波弹出菜单会根据当前选择窗口是时域还是频域窗口有所变化。

表 12.2 检波

### 菜单

- ◇ 自动
- ◇ 正峰值
- ◇ 负峰值
- ◇ 取样
- ◇ 均值
- ◇ 均方根
- ◇ 返回

#### 1) 自动

#### 功能说明:

进入检波菜单后, 自动默认为正峰值模式, 只有时域窗口能设置自动检波。

#### 2) 正峰值

#### 功能说明:

用于选择正峰值检波模式。用该模式可确保不漏掉任何峰值信号, 利于测量非常靠近噪声基底的信号。[最大保持]时选择的的就是正峰值检波器。

#### 3) 负峰值

#### 功能说明:

用于选择负峰值检波模式。用该模式可使迹线显示负峰值电平。绝大多数情况下都用于

### 12.3 时间门扫描模式菜单说明

宽带毫米波频谱分析仪的自检中，而很少用在测量中，能很好地重现 AM 信号的调制包络。[最小保持]时选择的的就是负峰值检波器。

#### 4) 取样

##### 功能说明：

用于设置检波器为取样检波模式。该模式利于测量噪声信号，与正常检波方式相比，它能更好地测量噪声，通常用于视频平均和噪声频标功能。

#### 5) 均值

##### 功能说明：

用于设置检波器为平均值检波模式。平均值检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的平均值。

#### 6) 均方根

##### 功能说明：

用于设置检波器为均方根检波模式。均方根检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的均方根，只有时域窗口能设置自动检波。

#### 7) 返回

##### 功能说明：

点击该菜单项，将返回到带宽菜单栏。

### 12.3.7 时域窗菜单

单击用户界面底部菜单项【时域窗】，迹线窗口会选择时域窗口，同时弹出与时域窗相关的菜单，用于设置与时域窗相关的参数，具体包括：[时域参考值]、[时域刻度/格]、[分辨率带宽]、[视频带宽]、[门延迟]和[门宽度]。菜单项说明如下：

#### 12.3.7.1 时域参考值

##### 功能说明：

设置时域窗口的参考值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成时域参考值的设置。

##### 参数说明：

0dB [ -100dB ~ 100dB ]。

### 12.3.7.2 时域刻度/格

#### 功能说明:

设置时域窗口纵坐标格线大小, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成时域刻度/格设置。

#### 参数说明:

10dB [ 0.2dB ~ 40dB ]。

### 12.3.7.3 分辨率带宽

#### 功能说明:

设置分辨率带宽, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的数字键输入分辨率带宽。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。或者点击[▲]或[▼], 分辨率带宽按照 1-2-3-5-8-10 进行步进。

#### 参数说明:

3MHz [ 1Hz ~ 20MHz ]。

### 12.3.7.4 视频带宽

#### 功能说明:

设置视频带宽, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的数字键输入视频带宽。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。或者点击[▲]或[▼], 视频带宽按照 1-2-3-5-8-10 进行步进。

#### 参数说明:

3MHz [ 1Hz ~ 20MHz ]。

### 12.3.7.5 门延迟

#### 功能说明:

设置时间门的延迟时间, 当接收到触发信号后, 经过一定的延迟时间后打开时间门。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入门延迟时间。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成门延迟时间设置。

#### 参数说明:

1ms [ 0ns ~ 30s ]。

### 12.3.7.6 门宽度

#### 功能说明:

设置时间门的宽度, 即时间门的开启时间。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入门宽度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成门宽度

### 12.3 时间门扫描模式菜单说明

设置。

**参数说明：**

5ms [ 145.636us ~ 30s ]。

#### 12.3.8 频域窗菜单

单击用户界面底部菜单项【频域窗】，迹线窗口会选择频域窗口，同时弹出与频域窗相关的菜单，用于设置与频域窗相关的参数，具体包括：[频域参考值]、[频域刻度/格]、[频域扫宽]、[频域 RBW 自动 手动]、[频域 RBW]、[频域计数 关 开]和[频域计数]。菜单项说明如下：

#### 注意

时域窗一个时间门内，连续脉宽（连续有效数据时间）大于等于两倍一次完整 FFT 分析时间，才能保证频域窗中 FFT 分析后不会丢失信号。一次完整 FFT 分析时间=FFT 点数/采样频率，FFT 点数为 4096。扫宽为 20MHz~40MHz 时，采样频率为 56.25MHz；扫宽为 10MHz~20MHz 时，采样频率为 28.125MHz；扫宽为 5MHz~10MHz 时，采样频率为 14.0625MHz；以此类推。

##### 12.3.8.1 频域参考值

**功能说明：**

设置频域窗口的参考值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成频域参考值的设置。

**参数说明：**

0dB [ -100dB ~ 100dB ]。

##### 12.3.8.2 频域刻度/格

**功能说明：**

设置频域窗口纵坐标格线大小，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成频域刻度/格设置。

**参数说明：**

10dB [ 0.2dB ~ 40dB ]。

##### 12.3.8.3 频域扫宽

**功能说明：**

设置频域窗口的频域扫宽，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字

键输入频域扫宽。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成频域扫宽的设置。

**参数说明:**

6MHz [ 5kHz ~ 40MHz ]。

#### 12.3.8.4 频域 RBW 自动 | 手动

**功能说明:**

点击该菜单项,设置频域 RBW 手动、自动状态,菜单选项值点亮部分表示选择其状态。点击自动时,频域 RBW 值会设置为最合适的值。在手动模式中,可用数字键或步进键调整频域 RBW。

#### 12.3.8.5 频域 RBW

**功能说明:**

设置频域窗口的频域 RBW,点击该菜单项,通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频域 RBW。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成频域 RBW 的设置,频域 RBW 值受到频域扫宽的影响,实际频域 RBW 值和输入值不同,输入值会根据实际情况转换成仪器需要的频域 RBW 值。

**参数说明:**

150kHz [ 30Hz ~ 5MHz ]。

#### 12.3.8.6 频域计数 关 | 开

**功能说明:**

点击该菜单项,设置频域计数功能开、关状态切换,菜单选项值点亮部分表示选择其状态。此功能打开时频域窗口迹线会将频域计数次最大保持后的结果刷新在屏幕上。

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

#### 12.3.8.3 频域计数

**功能说明:**

设置频域窗口的频域计数的值,点击该菜单项,通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频域计数。在使用数字键输入值后,要通过点击相应单位菜单完成频域计数的设置。

**参数说明:**

5 [ 1 ~ 1000 ]。

### 12.3.9 显示菜单

单击用户界面底部菜单项【显示】，弹出与显示相关的菜单，用于设置与显示相关的参数，具体包括：[时域窗口]、[频域窗口]和[全部显示]。菜单项说明如下：

#### 12.3.9.1 时域窗口

界面全部显示时域窗口，只测量时间门扫描模式时域有关的测量。

#### 12.3.9.2 频域窗口

界面全部显示频域窗口，只测量时间门扫描模式频域有关的测量。

#### 12.3.9.3 全部显示

界面同时显示时域窗口和频域窗口，能够同时测量时域和频域。

## 13 IQ 分析模式 (选件)

本章主要介绍 4042 频谱分析仪的 IQ 分析模式的相关内容, 包括 IQ 分析模式下的典型的测量方法和菜单结构说明, 使初次使用的用户阅读本小节后能够对 IQ 分析模式的功能参数以及测试操作过程有一个大致的了解, 能够熟悉地使用 IQ 分析模式。

### 注意

本章节所有的操作是基于已经选择 IQ 分析模式的前提下, 后面不再单独说明。

● 典型测量介绍 .....	329
● IQ 分析菜单结构 .....	330
● IQ 分析菜单说明 .....	336

### 13.1 典型测量介绍

IQ 分析模式可以进行 IQ 数据的获取、基本信号分析和数据输出。当外部输入 RF 信号时, IQ 分析模式可以根据中心频率、采样率、测量时间等参数, 对输入信号进行采集, 得到 IQ 数据。然后根据需要, 对采集到的 IQ 数据进行基本的分析, 比如: FFT 运算、幅度运算, 计算结果经过插值或检波, 得到确定点数的轨迹数据。然后将 IQ 数据分析的结果通过频谱图、幅度时间图、IQ 时间图和 IQ 矢量图在界面表现, 供用户观察分析结果。同时还可以将采集到的原始 IQ 数据直接保存为文件。

在 IQ 数据获取过程中, 需要经过数字下变频滤波器的处理。数字滤波器的带宽决定了 IQ 分析功能的测量带宽。经过滤波器后, 测量带宽内的信号不会受到影响, 测量带宽外的信号会被压缩。通常来说, 被压缩的信号为噪声等不需要的信号。如果需要测量的信号也被压缩了, 则需要通过增大测量带宽来增加采样率。

#### 采样率、测量长度、测量带宽之间的关系

$$\text{采样率} = \text{测量带宽} \times 1.406$$

$$\text{测量长度} = \text{采样率} \times \text{测量时间}$$

#### 最大测量长度

IQ 分析功能中的 IQ 数据分析和 IQ 数据输出的最大数据样点是不同的, IQ 数据分析最大数据样点个数为 2M 而 IQ 数据保存输出的最大数据样点为 2G/8。

下面以采集频率为 1GHz, 功率为 -10dBm 的 RF 信号的 IQ 数据为例介绍 IQ 分析的基本操作步骤:

- 设置中心频率:  
按【频率】→[中心频率], 设置中心频率, 输入 1.0GHz。
- 设置触发采样时间:  
按【扫描】→[测量时间], 设置测量时间, 输入 1ms。
- 设置显示类型:

### 13.2 IQ 分析菜单结构

按【显示】→[显示全部]，选择显示类型。

d) 保存数据：

按【扫描】→[保存]，开始保存 IQ 数据。

IQ 分析模式的界面如图 13.1 所示：




图 13.1 IQ 分析模式界面图

如图 13.1 所示为当前输入的 RF 信号的 IQ 分析界面图。其中图 1 为 IQ 数据经 FFT 运算得到的频谱图，中间分析带宽所示范围为有效采样范围。图 2 为 IQ 数据经幅度运算得到的幅度 vs 时间图。图 3 为 IQ 数据随时间变化所得 IQvs 时间图。图 4 为 IQ 矢量图，其中横轴为 I 数据，纵轴为 Q 数据。

### 13.2 IQ 分析菜单结构

本节详细介绍峰值功率测量模式菜单结构。

● 频率菜单.....	331
● 带宽菜单.....	331
● 幅度菜单.....	332
● 标记菜单.....	332
● 峰值菜单.....	333
● 扫描菜单.....	333
● 迹线菜单.....	334
● 触发菜单.....	335
● 显示菜单.....	335
● 配置菜单.....	335

## 13.2.1 频率菜单

频率
中心频率
频率步进 自动 手动
频率步进 1.000 MHz

图 13.2 IQ 分析模式频率菜单结构框图

## 13.2.2 带宽菜单

带宽	
采样率 56.250 MHz	
最大采样率	
分辨率带宽 300.000 kHz	
FFT窗类型 高斯窗 >	FFT窗类型
	高斯窗
	汉宁窗
	平顶窗
	矩形窗
	凯撒窗
	布莱克曼- 哈里斯窗
	< 返回

图 13.3 IQ 分析模式带宽菜单结构框图

### 13.2.3 幅度菜单

幅度
参考电平 0.0 dBm
幅度偏移 0.00 dB
衰减器 自动 手动
衰减值 10 dB
前置放大器 关 开

图 13.4 IQ 分析模式幅度菜单结构框

### 13.2.4 标记菜单

标记
标记 1 2 3 4 5 6
普通模式
差值模式
标记关闭
全部关闭
标记列表 关 开

图 13.5 IQ 分析模式标记菜单结构框

## 13.2.5 峰值菜单

峰值
最大峰值
次峰值
左邻峰值
右邻峰值
差值模式
标记-> 中心频率
最大值
最小值
峰值跟踪 送 开

图 13.6 IQ 分析模式峰值菜单结构框

## 13.2.6 扫描菜单

扫描
测量 单次 连续
重新测量
采集时间 1.000 ms
扫描点数 1001
I/Q切换 送 开
存储名称 IQCapture
保存类型 单次 连续
保存

图 13.7 IQ 分析模式扫描菜单结构框



## 13.2.9 显示菜单

显示
默认
显示全部
IQvs时间
幅度vs时间
频谱
lvsQ

图 13.10 IQ 分析模式显示菜单结构框

## 13.2.10 配置菜单

lvsQ	IQvs时间	幅度vs时间	频谱
显示范围 223.60 mV	显示范围 223.60 mV	参考值 0.00 dB	参考值 0.00 dB
	显示 I/Q IQ	刻度/格 10.00 dB	刻度/格 10.00 dB

图 13.11 IQ 分析模式配置菜单结构框

## 13.3 IQ 分析菜单说明

本节详细介绍 IQ 分析模式菜单项功能, 参数等信息。

● 频率菜单 .....	336
● 带宽菜单 .....	337
● 幅度菜单 .....	340
● 标记菜单 .....	341
● 峰值菜单 .....	343
● 扫描菜单 .....	345
● 迹线菜单 .....	346
● 触发菜单 .....	349
● 显示菜单 .....	353
● 配置菜单 .....	354

### 13.3.1 频率菜单

单击用户界面底部菜单项【频率】, 弹出与频率相关的菜单, 用于设置与频率相关的参数, 具体包括: [中心频率]、[频率步进 自动 手动]、[频率步进]。菜单项说明如下:

#### 提示

##### 频率单位

所有频率参数, 都接受以赫兹 (Hz) 为单位的参数。所以数字输入必须以四个频率单位 (GHz、MHz、kHz 或 Hz) 作为终止键。当输入结束后, 自动以合适的单位显示出新的频率值。

#### 13.3.1.1 中心频率

##### 功能说明:

设置中心频率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入中心频率。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成中心频率设置。会根据频域扫宽的大小做关联改变, 当所设中心频率-频域扫宽/2 < 0 时, 会自动调整采样率来改变扫宽, 避免出现频率范围出现小于 0Hz 的情况。

##### 参数说明:

10.05GHz [ 859Hz ~ 20.0999999141GHz ]。

### 13.3.1.2 频率步进 自动 | 手动

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置频率步进手动和自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

自动 [ 自动 | 手动 ]。

### 13.3.1.3 频率步进

**功能说明:**

设置频率步进, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入频率步进。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成频率步进设置。

**参数说明:**

1MHz [ 1Hz ~ 5GHz ]。

## 13.3.2 带宽菜单

单击用户界面底部菜单项【带宽】, 弹出与带宽相关的菜单, 用于设置扫宽参数, 具体包括: [采样率]、[最大采样率]、[分辨率带宽]、[FFT 窗类型>]。菜单项说明如下:

### 13.3.2.1 采样率

**功能说明:**

设置采样率, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入采样率。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成采样率设置。

实际设置的采样率分为 31 档, 频谱仪会根据用户输入的采样率自动选择最临近的采样档位。采样率档位如下:

表 13.1 IQ 分析模式采样率

捕获带宽 (MHz)	捕获采样率 (MHz)
40.000000	56.250000
26.670000	37.500000
20.000000	28.125000
13.330000	18.750000
10.000000	14.062500
6.670000	9.375000
5.000000	7.031250
3.330000	4.687500
2.500000	3.515625
1.670000	2.343750
1.250000	1.757813
0.833000	1.171875
0.625000	0.878906
0.416670	0.585938
0.312500	0.439453
0.208330	0.292969
0.156250	0.219727
0.104167	0.146484
0.078125	0.109863

表 13.1 (续)

0.052083	0.073242
0.039063	0.054932
0.026042	0.036621
0.019531	0.027466
0.013021	0.018311
0.009766	0.013733
0.006510	0.009155
0.004883	0.006866
0.003255	0.004578
0.002441	0.003433
0.001628	0.002289
0.001221	0.001717

表 13.1 为 IQ 分析模式捕获采样率挡位列表，捕获采样率设置范围为 56.25MHz~1.717kHz 共 31 档，每档对应不同捕获带宽，即有效分析带宽。

### 13.3.2.2 最大采样率

#### 功能说明:

设置采样率参数为最大采样率，即 56.25MHz。

### 13.3.2.3 分辨率带宽

#### 功能说明:

设置分辨率带宽 (此时 FFT 窗类型为高斯窗)，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的数字键输入高斯窗分辨率带宽。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成分辨率带宽设置。或者点击[▲]或[▼]，分辨率带宽按照 1-2-3-5-8-10 进行步进。

### 13.3 IQ 分析菜单说明

#### 参数说明:

300kHz [ 5.841Hz ~ 18.75MHz ]。

## 注意

只有当 FFT 窗类型为高斯窗时才可设置分辨率带宽, 其他窗不可设置, 只显示当前分辨率带宽。

#### 13.3.2.4 FFT 窗类型>

#### 功能说明:

点击该菜单项, 打开 FFT 窗类型选择子菜单, 可选择的纵轴菜单包括[高斯窗]、[汉宁窗]、[平顶窗]、[矩形窗]、[凯撒窗]、[布莱克曼哈里斯窗]。

### 13.3.3 幅度菜单

单击用户界面底部菜单项【幅度】, 弹出与幅度相关的菜单, 用于设置幅度参数, 具体包括: [参考电平]、[衰减器 **自动** 手动]、[衰减值]、[幅度偏移]、[幅度单位 >]和[前置放大器 **关** 开]。菜单项说明如下:

#### 13.3.3.1 参考电平

#### 功能说明:

设置参考电平, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考电平。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成参考电平设置。

#### 参数说明:

0dBm [ -150dBm ~ 30dBm ]。

#### 13.3.3.2 幅度偏移

#### 功能说明:

设置幅度偏移, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入幅度偏移。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成参考电平设置。

#### 参数说明:

0dB [ -150dB ~ 150dB ]。

#### 13.3.3.3 衰减器 自动 | 手动

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置衰减器手动、自动状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。在自动模式中, 输入衰减器与参考电平相关联。在手动模式中, 可用数字键或步进键调整衰减器的衰减量, 衰减量的范围为 0dB ~30dB。

**参数说明:**

自动 [ 自动 | 手动 ]。

### 13.3.3.4 衰减值

**功能说明:**

设置衰减值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入衰减值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成衰减值设置。衰减器自动状态下设置衰减值会自动将衰减器设置为手动状态。

**功能说明:**

点击该菜单, 设置触发方式为单次触发。“单次触发”方式时, 每按一次“单次触发”, 在有触发信号的情况下, 进行一次采样, 如果无触发信号, 按“单次触发”, 波形不变化。

**参数说明:**

10dB [ 0dB ~ 30dB ]。

### 13.3.3.5 前置放大器 关 | 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置前置放大器开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当参考电平小于-40dBm 时, 该功能才会被激活。

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

## 注意

前置放大器打开时需注意不能输入>+13dBm 的信号, 否则会导致仪器损坏。

## 13.3.4 标记菜单

单击用户界面底部菜单项【标记】, 弹出与标记相关的菜单, 用于设置与标记相关的参数, 具体包括: [标记 1 2 3 4 5 6]、[普通模式]、[差值模式]、[标记关闭]、[全部关闭]和[标记列表 关 开]。菜单项说明如下:

## 注意

该菜单适用于频谱图窗口、幅度 vs 时间窗口和 IQvs 时间窗口的公用菜单, 会根据当前选中窗口类型自适应。若当前选中窗口为 IvsQ 窗口时不可用, 下面不再特别说明。

### 13.3.4.1 标记

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于选择不同的标记, 用于标记的一系列操作, 标记激活时会在屏幕右上角的标记显示区内显示出这些值。

**参数说明:**

1 [ 1 2 3 4 5 6 ]。

### 13.3.4.2 普通模式

**功能说明:**

选中频谱图窗口显示标记的频率和幅度。选中幅度 vs 时间窗口显示标记的时间和幅度。选中 IQvs 时间窗口显示标记的时间和 I/Q 电压。点击该菜单项, 通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成标记值设置。

**参数说明:**

频谱图窗口: 标记值的范围受中心频率和频域扫宽的影响, 最小值为当前中心频率-当前频域扫宽/2, 最大值为中心频率+当前频域扫宽/2。

幅度 vs 时间窗口/IQvs 时间窗口: 标记值的范围受当前起始时间和终止时间影响, 最小值为起始时间, 最大值为终止时间。

### 13.3.4.3 差值模式

**功能说明:**

选中频谱图窗口显示两标记间的幅度差和时间差。选中幅度 vs 时间窗口显示两标记间的时间差和幅度差。选中 IQvs 时间窗口显示两标记间的时间差和 I/Q 电压差。点击该菜单项, 通过实体键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入标记值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成标记值设置。

**参数说明:**

频谱图窗口: 标记值的范围受中心频率和频域扫宽的影响, 最小值为当前中心频率-当前频域扫宽/2, 最大值为中心频率+当前频域扫宽/2。

幅度 vs 时间窗口/IQvs 时间窗口: 标记值的范围受当前起始时间和终止时间影响, 最小值为起始时间, 最大值为终止时间。

### 13.3.4.4 标记关闭

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭所选择窗口的当前标记。

#### 13.3.4.5 全部关闭

**功能说明:**

点击该菜单项, 关闭所选窗口的所有标记。

#### 13.3.4.6 标记列表 关 | 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置标记列表开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。打开标记列表, 在屏幕显示各标记的详细信息。会根据窗口的选择自动切换相应的标记列表信息。

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

### 13.3.5 峰值菜单

单击用户界面底部菜单项【峰值】, 弹出与峰值相关的菜单, 用于设置与峰值相关的参数, 具体包括: [最大峰值]、[次峰值]、[左邻峰值]、[右邻峰值]、[差值模式]、[标记->中心频率]、[最大值]、[最小值]、[峰值跟踪 **关** | 开]。菜单项说明如下:

#### 注 意

该菜单适用于频谱图窗口、幅度 vs 时间窗口和 IQvs 时间窗口的公用菜单, 会根据当前选中窗口类型自适应。若当前选中窗口为 IvsQ 窗口时不可用, 下面不再特别说明。

#### 13.3.5.1 最大峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将所选窗口当前活动标记设置到测量迹线的最大峰值点。选中频谱图窗口时, 在屏幕的右上角显示此标记的频率和幅度。选中幅度 vs 时间窗口时, 在屏幕的右上角显示此标记的时间和幅度。选中 IQvs 时间窗口时, 在屏幕的右上角显示此标记的时间和 I/Q 电压。

#### 13.3.5.2 次峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将所选窗口当前活动标记移到迹线上与当前标记位置相联系的下一个最高峰值点处, 当此键被重复按下时, 可快速的找到较低的峰值点。

### 13.3.5.3 左邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找所选窗口当前标记位置左边的下一个峰值。

### 13.3.5.4 右邻峰值

**功能说明:**

点击该菜单项, 寻找所选窗口当前标记位置右边的下一个峰值。

### 13.3.5.5 差值模式

**功能说明:**

点击该菜单项, 将所选窗口的标记切换为差值模式。

### 13.3.5.6 标记->中心频率

**功能说明:**

将频谱图窗口的当前标记值位置的频率值设置为当前的中心频率。其他窗口不能设置。

### 13.3.5.7 最大值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将当前活动标记放置到迹线的最高点, 并在屏幕右上角显示当前标记的值。

### 13.3.5.8 最小值

**功能说明:**

点击该菜单项, 将当前活动标记放置到迹线的最低点, 并在屏幕右上角显示当前标记的值。

### 13.3.5.9 峰值跟踪 关 开

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置所选窗口的峰值跟踪功能开、关状态, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。当峰值跟踪为开时, 当前标记将在每次扫描结束后, 进行一次峰值搜索操作。峰值跟踪为关时, 不进行任何操作。

### 13.3.6 扫描菜单

单击用户界面底部菜单项【扫描】，弹出与扫描相关的菜单，用于设置与扫描相关的参数，具体包括：[测量 单次 连续]、[测量时间]、[扫描点数]、[I/Q 切换 关 开]、[存储标识]、[保存类型 单次 连续]和[保存]。菜单项说明如下：

#### 13.3.6.1 测量 单次|连续

**功能说明：**

点击该菜单项，设置测量类型单次、连续状态，菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明：**

连续 [单次 | 连续 ]。

#### 13.3.6.2 重新扫描

**功能说明：**

点击该菜单项，用于重新测量。

#### 13.3.6.3 采集时间

**功能说明：**

设置采集时间，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入采集时间。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成采集时间设置。

**参数说明：**

设置范围与当前选择的采样率有关（最大测量时间不超过 6000s）：

$1024 / \text{sampleRate\_kHz} \leq \text{measureTime\_ms} \leq 2G / 8 / \text{sampleRate\_kHz}$

#### 13.3.6.4 扫描点数

**功能说明：**

设置频谱分析仪的扫描显示点数。点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入扫描点数。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成扫描点数设置。

**参数说明：**

1001 [ 101 ~ 4001 ]。

#### 13.3.6.5 I/Q 切换 关|开

**功能说明：**

设置 I/Q 切换状态，点击该菜单项，设置是否交换 I 数据和 Q 数据。

### 13.3 IQ 分析菜单说明

**参数说明:**

关 [ 关 | 开 ]。

#### 13.3.6.6 存储标识

**功能说明:**

设置 IQ 数据保存文件名的标识, 点击该菜单可在弹出的键盘中输入存储标识。

**参数说明:**

IQCapture。

### 注意

IQ 数据保存文件的文件名除了存储标识还在括号中标注了文件中存储的数据个数。当为连续保存时还会在文件名后面添加存储时间信息。

#### 13.3.6.7 保存类型 单次|连续

**功能说明:**

设置 I/Q 数据保存方式, 点击该菜单项, 设置是单次保存数据还是连续保存数据。

**参数说明:**

单次 [ 单次 | 连续 ]。

#### 13.3.6.8 保存

**功能说明:**

设置保存状态, 点击该菜单项, 设置开始或结束保存。

**参数说明:**

保存 [ 保存 | 结束 ]。

### 注意

保存的文件存放在频谱仪整机路径“hoom/root/UserData/”下的 IQCapture 文件夹中, 文件存储成功时会在界面提示存储文件名称信息。

当存储空间不足时, 界面会出现提示存储空间不足并自动结束保存。

### 13.3.7 迹线菜单

单击用户界面底部菜单项【迹线】, 弹出与迹线相关的菜单, 用于设置与迹线相关的参数, 具体包括: [迹线 1 2 3]、[刷新迹线]、[最大保持]、[最小保持]、[保持迹线]、[隐藏迹线]和[检波 >]。菜单项说明如下:

## 注意

该菜单属于频谱窗口的菜单,会根据窗口的选择自动切换迹线菜单的状态,即当点击选择时频谱窗口时迹线菜单可用,其他不可用。下面不再特别说明。

### 13.3.7.1 迹线 1 | 2 | 3

#### 功能说明:

点击该菜单项,用于选择当前窗口轨迹,频谱分析仪提供 1、2、3 轨迹线,菜单选项值点亮部分表示选择的迹线序号。

#### 参数说明:

1 [ 1 2 3 ]。

### 13.3.7.2 刷新迹线

#### 功能说明:

点击该菜单项,用于刷新先前显示的轨迹的所有数据并持续显示频谱分析仪在扫描状态接收的信号。

### 13.3.7.3 最大保持

#### 功能说明:

点击该菜单项,用于对所选择的迹线上的点保持其最大值,并用每次扫描中检波出的新的最大值进行更新,若检波为自动时,会切换为正峰值检波方式。

### 13.3.7.4 最小保持

#### 功能说明:

点击该菜单项,用于对所选择的迹线上的点保持其最小值,并用每次扫描中检波出的新的最小值进行更新,若检波为自动时,会切换为负峰值检波方式。

### 13.3.7.5 保持迹线

#### 功能说明:

点击该菜单项,用于保持和显示所选迹线的幅度数据,但在频谱分析仪扫描时并不进行更新。

### 13.3.7.6 隐藏迹线

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于对信号只做后台处理而不再在屏幕上显示。

### 13.3.7.7 检波 >

**功能说明:**

设置频谱窗口的检波模式。单击菜单项进入下级菜单, 具体菜单项包括:

表 13.3 检波

菜 单
◇ 自动
◇ 正峰值
◇ 负峰值
◇ 取样
◇ 均值
◇ 返回

#### 1) 自动

**功能说明:**

进入检波菜单后, 频谱图自动默认为正峰值检波模式。

#### 2) 正峰值

**功能说明:**

用于选择正峰值检波模式。用该模式可确保不漏掉任何峰值信号, 利于测量非常靠近噪声基底的信号。

#### 3) 负峰值

**功能说明:**

用于选择负峰值检波模式。用该模式可使迹线显示负峰值电平。绝大多数情况下都用于宽带毫米波频谱分析仪的自检中, 而很少用在测量中, 能很好地重现 AM 信号的调制包络。

#### 4) 取样

**功能说明:**

用于设置检波器为取样检波模式。该模式利于测量噪声信号, 与正常检波方式相比, 它能更好地测量噪声。

## 5) 均值

**功能说明:**

用于设置检波器为平均值检波模式。平均值检波模式显示的是轨迹在每个取样区间中采样数据的平均值。

## 6) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 将返回到迹线菜单栏。

### 13.3.8 触发菜单

单击用户界面底部菜单项【触发】, 弹出与触发功能相关的菜单, 用于设置与触发相关的参数, 具体包括: [自由触发]、[视频触发]、[中频触发]、[外部触发]和[触发偏移]。菜单项说明如下:

#### 13.3.8.1 自由触发

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置触发方式为自由触发, 当上一次连续测量或单次测量结束后设置自由触发则开始一次新的测量。

#### 13.3.8.2 视频触发

**功能说明:**

点击该菜单项, 设置触发方式为视频触发并弹出与视频触发相关的菜单, 具体菜单包括:

表 13.4 视频触发

菜 单
◇ 触发电平
◇ 触发迟滞
◇ 保持时间
◇ 跌落时间
◇ 触发极性 负 正
◇ 返回



## 1) 触发电平

**功能说明:**

### 13.3 IQ 分析菜单说明

点击该菜单项, 设置视频触发的触发电平。只要输入信号超过设定的触发电平, 就会触发测量。触发电平值可通过数字键或[▲]、[▼]进行设置, 屏幕上的蓝线提示当前触发电平。

**参数说明:**

0dBm [ -300dBm 180dBm ]。

#### 2) 触发迟滞

**功能说明:**

触发迟滞, 定义了触发上升沿被检测到前, 信号必须低于触发电平的值, 或者下降沿被检测到前, 信号必须高于触发电平的值。视频触发的触发迟滞固定为 0dBm,不可设置。

**参数说明:**

0dBm。

#### 3) 保持时间

**功能说明:**

单击该菜单, 设置保持时间, 在触发保持时间内, 不执行触发。

**参数说明:**

100ms [ 1us , 10s ]。

#### 4) 跌落时间

**功能说明:**

单击该菜单, 通过弹出的数字键盘设置跌落时间, 触发之前实测信号电平低于触发电平的持续时间门限, 如果实际持续时间低于门限, 不执行触发。

**参数说明:**

1ms [ 1us , 10s ]。

#### 5) 触发极性 负|正

**功能说明:**

点击该菜单项, 控制电平触发极性的正负, 正极性时是利用上升沿进行触发, 负极性则利用下降沿进行触发, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

负 [ 负 | 正 ]。

#### 6) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 返回到触发菜单栏。

### 13.3.8.3 中频触发

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置触发方式为中频触发并弹出与中频触发相关的菜单, 具体菜单包括:

表 13.5 中频触发

#### 菜单

- ◇ 触发电平
- ◇ 触发迟滞
- ◇ 保持时间
- ◇ 跌落时间
- ◇ 触发极性 负|正
- ◇ 返回

#### 3.8) 触发电平

##### 功能说明:

点击该菜单项, 设置中频触发的触发电平。只要输入信号超过设定的触发电平, 就会触发测量。触发电平值可通过数字键或[▲]、[▼]进行设置, 屏幕上的蓝线提示当前触发电平。

##### 参数说明:

0dBm [ -300dBm 180dBm ]。

#### 3.9) 触发迟滞

##### 功能说明:

触发迟滞, 定义了触发上升沿被检测到前, 信号必须低于触发电平的值, 或者下降沿被检测到前, 信号必须高于触发电平的值。单击该菜单, 通过弹出的数字键盘设置触发迟滞值。

##### 参数说明:

3dBm[-150dBm 150dBm]。

#### 3.10) 保持时间

##### 功能说明:

单击该菜单, 设置保持时间, 在触发保持时间内, 不执行触发。

##### 参数说明:

100ms [ 1us 10s ]。

#### 3.11) 跌落时间

##### 功能说明:

单击该菜单, 通过弹出的数字键盘设置跌落时间, 触发之前实测信号电平低于触发电平

### 13.3 IQ 分析菜单说明

的持续时间门限, 如果实际持续时间低于门限, 不执行触发。

**参数说明:**

1ms [ 1us , 10s ]。

#### 3.12) 触发极性 负|正

**功能说明:**

点击该菜单项, 控制电平触发极性的正负, 正极性时是利用上升沿进行触发, 负极性则利用下降沿进行触发, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

负 [ 负 | 正 ]。

#### 3.13) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 返回到触发菜单栏。

### 13.3.8.4 外部触发 TTL

**功能说明:**

外触发信号需要脉冲宽度大于 17.8ns, 频率小于 28MHz。点击该菜单项, 设置触发方式为视频触发并弹出与视频触发相关的菜单,具体菜单包括:

表 13.6 外部触发

**菜 单**

- ◇ 触发极性 负|正
- ◇ 返回

#### 1) 触发极性 负|正

**功能说明:**

点击该菜单项, 控制外部触发极性的正负, 正极性时是利用上升沿进行触发, 负极性则利用下降沿进行触发, 菜单选项值点亮部分表示选择其状态。

**参数说明:**

负 [ 负 | 正 ]。

#### 2) 返回

**功能说明:**

点击该菜单项, 返回到触发菜单栏。

### 13.3.8.5 触发偏移

#### 功能说明:

设置触发偏移, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入触发前时间。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成触发前时间设置。

#### 参数说明:

设置范围与当前采样率有关 (最大偏移时间不超过 6000s:

$-1.9G / 8 / \text{sampleRate\_kHz} \leq \text{trigOffset\_ms} \leq 1.9G / 8 / \text{sampleRate\_kHz}$

## 13.3.9 显示菜单

单击用户界面底部菜单项【显示】, 弹出与显示相关的菜单, 用于设置与显示相关的参数, 具体包括: [默认]、[显示全部]、[IQvs 时间]、[幅度 vs 时间]、[频谱]、[IvsQ]。菜单项说明如下:

### 13.3.9.1 默认

#### 功能说明:

点击该菜单项, 设置当前迹线显示窗口为默认类型, 即显示频谱窗口、幅度 vs 时间窗口和 IQvs 时间窗口。

### 13.3.9.2 显示全部

#### 功能说明:

点击该菜单项, 频谱窗口、幅度 vs 时间窗口、IQvs 时间窗口和 IvsQ 窗口全部显示。

### 13.3.9.3 IQvs 时间

#### 功能说明:

点击该菜单项, 用于设置当前迹线显示窗口为 IQvs 时间窗口。

### 13.3.9.4 幅度 vs 时间

#### 功能说明:

点击该菜单项, 用于设置当前迹线显示窗口为幅度 vs 时间窗口。

### 13.3.9.5 频谱

#### 功能说明:

### 13.3 IQ 分析菜单说明

点击该菜单项, 用于设置当前迹线显示窗口为频谱窗口。图中 AnalysisBandwidth 所示区域为有效测量带宽。

#### 13.3.9.6 lvsQ

**功能说明:**

点击该菜单项, 用于设置当前迹线显示窗口为 lvsQ 窗口。

### 13.3.10 配置菜单

单击用户界面底部菜单项【配置】, 弹出配置相关的菜单, 用于设置与选中窗口迹线显示配置相关的参数, 具体包括: [频谱]、[幅度 vs 时间]、[IQ vs 时间]、[lvsQ]。菜单项说明如下:

#### 13.3.10.1 频谱

**功能说明:**

设置频谱窗口的显示配置。单击菜单项进入下级菜单, 具体菜单项包括:

表 13.7 频谱

菜 单
◇ 参考值
◇ 刻度/格

##### 1) 参考值

**功能说明:**

设置频谱窗口的参考值, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成频谱窗口参考值的设置。

**参数说明:**

0dB [ -100dB ~ 100dB ]。

##### 2) 刻度/格

**功能说明:**

设置频谱窗口纵坐标格线大小, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成频谱图刻度/格设置。**参数说明:**

10dB [ 0.2dB ~ 40dB ]。

### 13.3.9.2 幅度 vs 时间

#### 功能说明:

设置幅度 vs 时间窗口的显示配置。单击菜单项进入下级菜单，具体菜单项包括:

表 13.8 幅度 vs 时间

菜 单	
◇	参考值
◇	刻度/格

#### 1) 参考值

##### 功能说明:

设置幅度 vs 时间窗口的参考值，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入参考值。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成幅度 vs 时间窗口参考值的设置。

##### 参数说明:

0dB [ -100dB ~ 100dB ]。

#### 2) 刻度/格

##### 功能说明:

设置幅度 vs 时间窗口纵坐标格线大小，点击该菜单项，通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入刻度。在使用数字键输入值后，要通过点击相应单位菜单完成幅度 vs 时间图刻度/格设置。

##### 参数说明:

10dB [ 0.2dB ~ 40dB ]。

### 13.3.9.3 IQvs 时间

#### 功能说明:

设置 IQvs 时间窗口的显示配置。单击菜单项进入下级菜单，具体菜单项包括:

表 13.9 IQvs 时间

菜 单	
◇	显示范围
◇	显示 IvsQ   IQ

### 13.3 IQ 分析菜单说明

#### 1) 显示范围

**功能说明:**

设置 IQvs 时间窗口的显示范围。点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入显示范围。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成 IQvs 时间窗口的显示范围的设置。

**参数说明:**

223.6mv [ 7.07nV ~ 7.07V ]。

#### 2) 显示 IvsQ | IQ

**功能说明:**

设置 IQvs 时间窗口的迹线显示类型。

**参数说明:**

I/Q [I/Q | IQ]。

### 13.3.9.4 IvsQ

**功能说明:**

设置 IvsQ 窗口的显示配置。单击菜单项进入下级菜单, 具体菜单项包括:

表 13.10 IvsQ

**菜 单**

◇ 显示范围

#### 1) 显示范围

**功能说明:**

设置 IvsQ 窗口的显示范围, 即显示中心点到上下显示边界和左右显示边界的距离, 点击该菜单项, 通过弹出的数字键盘中的[▲]或[▼]及数字键输入显示范围。在使用数字键输入值后, 要通过点击相应单位菜单完成 IvsQ 窗口显示范围的设置。

**参数说明:**

223.6mv [ 7.07nV ~ 7.07V ]。

## 14 故障诊断与返修

本章将告诉您如何发现问题并接受售后服务。并说明频谱分析仪出错信息。

如果您购买的 4042 频谱分析仪，在操作过程中遇到一些问题，或您需要购买频谱分析仪相关部件或附件，本公司将提供完善的售后服务。

通常情况下，产生问题的原因来自硬件、软件或用户使用不当，一旦出现问题请您及时与我们联系。如果您所购买的频谱分析仪处于保修期，我们将按照保修单上的承诺对您的频谱分析仪进行免费维修；如果超过保修期，具体维修费用按照合同要求收取。

- [工作原理](#) ..... 357
- [故障诊断与排除](#) ..... 359
- [返修方法](#) ..... 361

### 14.1 工作原理

为了便于用户了解 4042 频谱分析仪的功能，更好的解决操作过程中遇到的问题，本节介绍频谱分析仪的基本工作原理及硬件原理框图。

#### 14.1.1 整机工作原理和硬件原理框图

4042 频谱分析仪选择了具有多级下变频结构的超外差式接收机方案作为本项目的硬件方案。在方案设计上重点突出了模块化和平台通用化的设计思想。根据硬件组成整机可划分为变频与接收模块、频率合成模块、中频处理模块、CPU 平台共四个模块，如图 14.1 所示。其中变频与接收模块主要完成微波输入信号的接收和下变频功能；频率合成模块主要为变频与接收模块内的两级混频器提供所需要的本振信号；中频处理模块的主要作用是将变频与接收模块输出的第二中频信号进行放大和中频增益调理；CPU 平台是控制各模块电路来协同完成频谱分析仪的各项测量操作以及测量数据的处理和显示。

14.1 工作原理




图 14.1 整机硬件总体方案框图

## 14.2 故障诊断与排除

### 提示

#### 故障诊断与指导

本部分是指导您当 4042 频谱分析仪出现故障时如何进行简单的判断和处理，如果必要请您尽可能准确的把问题反馈给厂家，以便我们尽快为您解决。

下面按照功能类型，分类列出故障现象和排除方法。

- [启动过程存在问题](#) ..... 359
- [仪器设置问题](#) ..... 360
- [信号频率读数异常](#) ..... 360
- [信号幅度读数异常](#) ..... 360

### 14.2.1 启动过程存在问题

4042 频谱分析仪如果在启动过程中出现故障，可能涉及电源、处理器硬件、仪器设置等多种方面。本节将按照 4042 频谱分析仪的上电启动步骤，分析启动过程可能出现的故障及原因。

#### 14.2.1.1 指示灯不亮

为仪器通电，仪器前面板左下角的电源指示灯会变黄。如果黄色待机灯没有点亮，首先检查频谱分析仪输入端的 220V 交流电是否正常，最大允许偏差  $220V \pm 10\%$ ，如果太高或太低都可能使仪器不能正常工作。如果不正常，检查外部线路，找出故障，排除后，重新给仪器上电，开机。若仍然无法开机则需要将频谱分析仪返厂维修。

#### 14.2.1.2 开机后风扇不转

4042 频谱分析仪加电开机后，仪器的全部风扇都应该开始工作。如果风扇都不工作，可能是仪器电源出了故障；如果个别风扇不工作，可能是风扇出了故障。请根据本手册提供的联系方式联系客服中心并提供收集的错误信息，我们将尽快协助您解决问题。

#### 14.2.1.3 黑屏

屏幕不显示的问题可能是仪器液晶相关部分出现故障，请根据本手册提供的联系方式联系客服中心并提供收集的错误信息，我们将尽快协助您解决问题。

### 14.2.2 仪器设置问题

当 4042 频谱分析仪进入测试界面，并成功完成全部开机校准操作后，仪器进入正常扫描测试状态，在界面上可以看到连续刷新的轨迹。但仪器的某些参数设置不当，用户可能就无法看到希望的轨迹或信号，如果轨迹的刷新或者信号显示出现故障，请首先查看以下设置。

#### 14.2.2.1 轨迹不刷新或刷新不正常

如果界面上的轨迹不刷新，或者刷新不正常，请按复位键进行复位或按开机键选择关机再重启，如果故障仍然不能消除，请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息，我们将尽快协助您解决问题。

#### 14.2.2.2 无信号显示

将终止频率设置为 10MHz，观察最左侧迹线是否存在零频信号，如果没有零频信号显示，那么可能是频谱分析仪硬件电路出现故障，请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息，我们将尽快协助您解决问题。

### 14.2.3 信号频率读数异常

如果在测量信号时发现信号在频谱分析仪的屏幕上左右晃动或者频率读数超出误差范围，首先检查输入频谱分析仪的信号频率是否是稳定的。如果输入信号频率稳定，再检查频谱分析仪的参考是否设置正确，根据不同的测试情况选择参考为内参考或外参考：按[系统]、[参考设置]、[频率参考 内 外]。如果此时频率读数还不准，那么可能是频谱分析仪内部本振发生了失锁，请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息，我们将尽快协助您解决问题。

### 14.2.4 信号幅度读数异常

幅度异常可能会出现以下几种情况：低波段读数异常，高波段读数正常；高波段读数正常，低波段读数异常；所有波段信号幅度读数都异常；衰减器设置不同档信号幅度读数差异很大等。如果信号幅度读数不准确，请根据本手册提供的联系方式联系客户服务中心并提供收集的错误信息，我们将尽快协助您解决问题。

## 14.3 返修方法

### 14.3.1 联系我们

若 4042 频谱分析仪出现问题，首先观察错误信息并保存，分析可能的原因并参考章节“14.2 故障诊断与排除”中提供的方法，予以先期排查解决问题。若未解决，请根据下面的联系方式与我公司服务咨询中心联系并提供收集的错误信息，我们将尽快协助您解决问题。

联系方式：

服务咨询： 0532-86889847 400-1684191

技术支持： 0532-86880796

传 真： 0532-86889056

网 址： [www.ceyear.com](http://www.ceyear.com)

电子信箱： [techbb@ceyear.com](mailto:techbb@ceyear.com)

邮 编： 266555

地 址： 中国山东省青岛市黄岛区香江路 98 号

### 14.3.2 包装与邮寄

当您的频谱分析仪出现难以解决的问题时，可通过电话或传真与我们联系。如果经联系确认是频谱分析仪需要返修时，请您用原包装材料和包装箱包装频谱分析仪，并按下面的步骤进行包装：

- 1) 写一份有关频谱分析仪故障现象的详细说明，与频谱分析仪一同放入包装箱。
- 2) 用原包装材料将频谱分析仪包装好，以减少可能的损坏。
- 3) 在外包装纸箱四角摆放好衬垫，将仪器放入外包装箱。
- 4) 用胶带密封好包装箱口，并用尼龙带加固包装箱。
- 5) 在箱体上标明“易碎！勿碰！小心轻放！”字样。
- 6) 请按精密仪器进行托运。
- 7) 保留所有运输单据的副本。

## 注 意

### 包装频谱分析仪需注意

使用其它材料包装频谱分析仪，可能会损坏仪器。禁止使用聚苯乙烯小球作为包装材料，它们一方面不能充分保护仪器，另一方面会被产生的静电吸入仪器风扇中，对仪器造成损坏。

## 提示

### 仪器的包装和运输

运输或者搬运本仪器时，请严格遵守章节“[3.1.1.1 开箱](#)”中描述的注意事项。

---

## 15 技术指标与测试方法

结合本章介绍 4042 频谱分析仪的技术指标和主要测试方法。

● 声明	363
● 产品特征	363
● 技术指标	364
● 接口	365
● 性能特性测试	366

### 15.1 声明

除非特别声明，所有的指标测试条件是：

- 温度：(25±10)°C。
- 湿度：(20 ~ 80)%RH
- 气压（海拔高度）：0 ~ 4600m。
- 电源：电源稳定正常。
- 状态：仪器正常工作位置。
- 用于验证仪器的测量设备应经检定、校准、计量合格，并在校准数据有效期内。
- 仪器在以上环境条件下存储 2h，开机预热 30min 以上，预热之后进行各种校准。

### 15.2 产品特征

表 15.1 产品特征

外形尺寸	377 mm (宽) ×250 mm (高) ×119.5 mm (深)
重量	典型值: 6.5kg
工作温度	0°C~+50°C
贮存温度	-40°C~+70°C
电磁兼容性	符合 GJB 3947A-2009 的 3.9.1 项相关要求
电源输入形式	交流电: 输入电压 100 至 240VAC, 50/60Hz
整机功耗	典型值 55W (取决于工作模式)

## 15.3 技术指标

## 15.3 技术指标

4042 频谱分析仪系列在环境温度下存放 2h，并在环境温度为  $25^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$  时开机预热 30min 以上。由于部分指标受频率范围限制，部分型号只测试到对应型号的最高频率上限。

表 15.2 技术指标

型号	4042B/D
频率范围	4042B: 9kHz~9GHz; 4042D: 9kHz~20GHz
频率参考	标称频率: 10MHz 老化率: $\pm 5 \times 10^{-7}$ /年 初始频率准确度: $\pm 3 \times 10^{-7}$ 温度稳定性: $\pm 1 \times 10^{-7}$ ( $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ , 相对于 $25^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ) 频率参考误差=± (至上次校准日期×老化率+温度稳定性+校准准确度) 注: 默认至上次校准时间为 1 年, 该指标由晶振生产厂家保证
扫描时间	范围: $1\mu\text{s} \sim 6000\text{s}$ (零扫宽) 准确度: $\pm 1.0\%$ (零扫宽)
频率读出准确度	± (频率读数×频率参考误差+1%×扫宽+10%×分辨率带宽)
扫频宽度	范围: 0Hz (零扫宽), 10Hz~频率范围上限 准确度: $\pm 1.0\%$
分辨率带宽	带宽范围: 1Hz~20MHz (以 1-2-3-5-8 步进)
视频带宽	带宽范围: 1Hz~20MHz (以 1-2-3-5-8 步进)
边带噪声 (载波 1GHz, $+15^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ )	$\leq -108\text{dBc}/\text{Hz}@10\text{kHz}$ , $\leq -110\text{dBc}/\text{Hz}@100\text{kHz}$ $\leq -118\text{dBc}/\text{Hz}@1\text{MHz}$ , $\leq -129\text{dBc}/\text{Hz}@10\text{MHz}$
显示平均噪声电平 (输入端接 50Ω 负载, 0dB 输入衰减, 均值检波, 视频类型对数, 分辨率带宽归一化到 1Hz, $+15^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$ )	前置放大器打开: $\leq -161\text{dBm}$ (2MHz~2.4GHz), $\leq -160\text{dBm}$ (2.4GHz~6GHz), $\leq -159\text{dBm}$ (6GHz~9GHz), $\leq -158\text{dBm}$ (9GHz~14GHz), $\leq -156\text{dBm}$ (14GHz~20GHz) 前置放大器关闭: $\leq -142\text{dBm}$ (2MHz~2.4GHz), $\leq -141\text{dBm}$ (2.4GHz~6GHz), $\leq -140\text{dBm}$ (6GHz~9GHz), $\leq -138\text{dBm}$ (9GHz~14GHz), $\leq -138\text{dBm}$ (14GHz~20GHz)
二次谐波失真 (衰减 0dB, -30dBm 输入, 前置放大器关闭)	$\leq -70\text{dBc}$ (50MHz~10GHz)

表 15.2 (续)

三阶交调失真 (-15dBm 双音信号, 100kHz 间隔, 0dB 衰减, 前放关)	$\geq +13\text{dBm}$ (50MHz~20GHz)
镜像、多重与带外响应 (-10dBm 混频器电平)	$< -65\text{dBc}$ (10MHz~7.5GHz), $< -60\text{dBc}$ (7.5GHz~10.5GHz), $< -65\text{dBc}$ (10.5GHz~20GHz)
剩余响应 (射频输入端接 50 $\Omega$ 负载, 0dB 输入衰减)	前置放大器开: $\leq -110\text{dBm}$ (10MHz~3GHz), $\leq -105\text{dBm}$ (3GHz~9GHz) $\leq -103\text{dBm}$ (9GHz~12GHz), $\leq -100\text{dBm}$ (12GHz~20GHz) 前置放大器关闭: $\leq -90\text{dBm}$ (10MHz~20GHz)
总电平不确定度 (频率 10MHz~20GHz, 衰减 10dB, 0dBm~-50dBm, 前 置放大器关闭, 分辨率带宽 1kHz, 其他参数自动)	$\pm 1.30\text{ dB}$ (工作温度+15 $^{\circ}\text{C}$ ~+35 $^{\circ}\text{C}$ )
输入衰减器	衰减范围 0~30dB, 2dB 步进
最大安全输入电平	+27dBm 连续波 (输入频率 $\geq$ 50MHz, $\geq$ 10dB 衰减, 前置放大器关)
参考电平	范围: -150dBm~+30dBm, 最小 1dB 步进 转换误差: $\pm 0.50\text{dB}$ (参考电平 0dBm~-60dBm)
检波方式	标准、正峰值、负峰值、取样、均值、均方根

## 15.4 接口

## 15.4 接口

表 15.3 接口

测试端口	射频输入：N 型阴连接器
其他接口	10MHz 参考输入/输出： BNC 阴 外触发输入接口： BNC 阴 GPS 天线接口： SMA 阴（选件） 中频输出接口： BNC 阴（选件） Wi-Fi 天线接口： SMA 阴（选件）
通信及辅助接口	前面板： USB3.0 A 型接口 1 个， USB2.0 A 型接口 1 个 后面板： USB2.0 A 型接口 2 个， USB3.0 Type B 型接口 1 个（预留）， USB2.0 Type C 型接口 1 个， LAN 接口： 标准 RJ-45 型， HDMI 接口 1 个

## 15.5 性能特性测试

- 推荐测试方法.....366
- 4042 频谱分析仪记录表.....393
- 性能特性测试推荐仪器.....401

## 15.5.1 推荐测试方法

## 15.5.1.1 频率参考

**描述：**频率参考是频谱分析仪频率测量的基础。频率参考的频率准确度及稳定度要求高，老化率和温度稳定度指标测试设备复杂，测试时间长，不适用于生产现场测试。在信号分析设备的验收、鉴定乃至生产检验过程，参考频率准确度检验为主要检验目标。可获得初始校准准确度是元器件设计额定值。老化率和温度稳定度由生产过程中每年按照生产批次抽取频率参考元器件送计量单位完成测试并出具的鉴定证书获得。具体测试方法参见《JJG 180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器》或其它等效测试方法。

- a) 测试设备
  - 合成信号发生器.....1464
  - 频率标准
- b) 转接器
  - 3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个
  - 3.5mm(f)-N(m)转接器 1个
- c) 电缆
  - 3.5mm(m-m)电缆 1根
  - BNC(m-m)电缆 1根

## d) 测试步骤




图 15.1 频率参考准确度测试

- 1) 如图 15.1 连接测试设备，频率标准输出至信号发生器的 10MHz 输入，由外部频率标准为合成信号发生器提供频率参考。合成信号发生器的射频输出接到 4042 的射频输入端口（如果没有频率标准，可用具有高稳定度频率参考选件的信号发生器替代）；
- 2) 设置合成信号发生器的输出频率  $f_0$  为待测试 4042 型号最高频率上限，输出功率为 -10dBm；
- 3) 4042 频谱分析仪设置扫宽为 100kHz，搜索信号峰值，打开频率计数标记功能，记录频率计数测量结果  $f_s$ ；
- 4) 按公式 1 计算频率参考准确度

$$S = (f_s - f_0) / f_0 \dots \dots \dots (1)$$

在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中记录频率参考准确度计算结果。

## 15.5.1.2 频率范围

**描 述:** 用一个频率为 9kHz 的信号和另一个频率为频谱分析仪频率上限的信号来测试频谱分析仪的频率测量范围。通过高频率稳定度的信号发生器产生 4042 频谱分析仪所标称的上下限频率范围内的信号，考察 4042 的频率测量能力是否满足要求。

- a) 测试设备
  - 合成信号发生器..... 1464
- b) 转接器
  - 3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个
  - 3.5mm(f)-N(m)转接器 1个
  - BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆
  - BNC(m-m)电缆 1 根
  - 3.5mm(m-m)电缆 2 根

15.5 性能特性测试

d) 测试步骤




图 15.2 频率范围的测试

- 1) 如图 15.2 虚线连接测试设备，1464 信号发生器为 4042 频谱分析仪（以下简称频谱分析仪）提供参考频率，合成信号发生器的低频输出端口接到频谱分析仪的射频输入端；
- 2) 如下设置设置合成信号发生器：[频率] [设置低频发生器] [设置频率] 9kHz，[设置幅度] -10dBm，[返回]，[低频输出 开关]；
- 3) 设置频谱分析仪的中心频率为 9kHz，扫宽 1kHz，参考电平 0dBm，分辨率带宽 10Hz，其它项自动。在频谱分析仪上按峰值键，标记应标记在最大信号响应处，标记幅度值无明显抖动，信号清晰可分辨，记录此时的中心频率作为频率范围下限测量值，否则记录为不符合要求；
- 4) 如图 15.2 实线所示，用转接器和电缆连接合成信号发生器 1464 的射频输出端口与频谱分析仪的射频输入端。将信号发生器的输出频率设置为频谱分析仪对应型号的最高频率，调制功能关闭，输出功率-10dBm；
- 5) 设置频谱分析仪的中心频率为对应型号的最高频率，扫宽 1kHz，参考电平 0dBm，分辨率带宽 10Hz，其它项自动。在频谱分析仪上按峰值键，标记应正确指示在最大信号响应处，标记幅度值无明显抖动，信号清晰可分辨，记录此时的中心频率作为频率范围上限测量值，否则记录为不符合要求；
- 6) 在《4042 频谱分析仪记录表》对应的测试项中记录测量结果。

15.5.1.3 频率读出准确度

**描 述：**该指标用于表征频谱分析仪的频率测量指示值与相应的真实值之间接近程度。频谱分析仪的频率测量指示值受频率参考、扫频宽度、RBW 等因素的影响。用一个已知频率的输入信号测试频谱分析仪频率读出准确度，该指标表征测试指示值与真实值之间的差异程度，差异越小，准确度越高。

- a) 测试设备
  - 合成信号发生器..... 1464
- b) 转接器

- 3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个
- 3.5mm(f)-N(m)转接器 1个
- c) 电缆
  - 3.5mm(m-m) 电缆1根
- d) 测试步骤




图 15.3 频率读出准确度测试框图

- 1) 如图 15.3 连接测试仪器，信号发生器的射频输出端连接到频谱分析仪的射频输入端；
- 2) 在信号发生器上按复位键，根据《4042 频谱分析仪记录表》中“频率读出准确度”项目栏设置信号发生器的输出频率  $f_0$ ，功率电平-10dBm，打开射频输出开关；
- 3) 设置频谱分析仪的中心频率为  $f_0$ ，扫宽 500kHz，参考电平 0dBm，分辨率带宽、扫描时间等自动；
- 4) 在频谱分析仪上按[峰值]，用标记读出信号峰值的频率  $f_s$ ；
- 5) 按公式 (2) 计算频率读数误差  $\Delta f$ :
 
$$\Delta f = f_s - f_0 \dots\dots\dots (2)$$
- 6) 将  $\Delta f$  作为测试结果记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中；
- 7) 对列在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中的所有频率和扫宽的组合重复 2 到 6 步。

#### 15.5.1.4 扫频宽度

**描 述:** 由两台合成信号发生器提供两个已知频率的信号作为频谱分析仪的输入。将频谱分析仪的中心频率置为这两个频率的中间值。利用标记功能测量这两个信号的频差。计算并记录测量的差值标记和扫宽之间的误差百分比。要求两个信号发生器与频谱分析仪共频率参考。

**注:** 也可用一个信号发生器测试。首先设置频谱分析仪的中心频率和扫宽，将信号发生器设置为第一个信号发生器的频率值，在频谱分析仪上设置差值标记，然后将信号发生器设置为第二个信号发生器的频率值，在频谱分析仪上读取两个信号的差值标记，作为测量值进行记录。要求信号发生器与频谱分析仪共频率参考。

- a) 测试设备
  - 合成信号发生器..... 1464
- b) 转接器
  - 3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个

15.5 性能特性测试

- 3.5mm(f)-N(m)转接器 1个
- BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆
  - BNC(m-m)电缆1根
  - 3.5mm(m-m) 电缆 2根
- d) 测试步骤
  - 1) 直接在 4042 频谱分析仪的操作显示界面上设置扫频宽度，若满足“非零扫宽下最小扫宽不超过 10Hz，最大扫宽为全扫宽，并能够设置扫宽为 0Hz”的要求，则在《4042 频谱分析仪记录表》扫频宽度测试项目中记录为“√”，否则记录为“×”；
  - 2) 设置 4042 频谱分析仪的扫频宽度分别为 9Hz、10Hz、11Hz，若频谱分析仪的测量界面上能够正确显示设置扫宽设置值，则扫频宽度满足 1Hz 的分辨率要求，将测试结果记录到《4042 频谱分析仪记录表》的扫频宽度分辨率对应测试栏中；
  - 3) 如图 15.4 连接测试仪器，合成信号发生器为频谱分析仪提供频率参考；
  - 4) 设置频谱分析仪中心频率  $f_0$  为 10GHz，参考电平为 0dBm，根据《4042 频谱分析仪记录表》中“扫频宽度准确度”项目栏设置扫宽；




图 15.4 扫频宽度准确度测试设置

- 5) 首先设置信号发生器的输出频率为  $f_1$  ( $f_1 = f_0 - 0.4 \times \text{扫宽}$ ，扫宽为频谱分析仪设置值)，功率设为 -10dBm，射频输出打开；
- 6) 在频谱分析仪上依次按 [峰值]、[标记]、[差值模式]；
- 7) 设置信号发生器的输出频率为  $f_2$  ( $f_2 = f_0 + 0.4 \times \text{扫宽}$ )，输出功率为 -10dBm；
- 8) 在频谱分析仪上按 [峰值] 键，将差值标记设置到  $f_2$  处，待扫描完成后，在频谱分析仪上读出这两个信号的频率差值  $\Delta f$ ；
- 9) 记录频率差值  $\Delta f$ ，按下式计算扫宽准确度：  

$$\text{扫频宽度准确度} = 100 \times [\Delta f - (0.8 \times \text{扫宽})] / (0.8 \times \text{扫宽}) \% \dots\dots\dots (3)$$
 将结果记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中；
- 10) 关闭全部频标，根据记录表中频谱分析仪的扫频宽度分别设置频谱分析仪的扫频宽度和信号发生器的频率，重复 5 到 10 步直至全部扫宽测试完成。

15.5.1.5 扫描时间

**描 述：** 幅度调制信号在零扫宽下显示在频谱分析仪上，并且调整调制信号的频率使得峰值

间隔均匀地分布在屏幕上。对调制信号频率进行计数并计算实际的扫描时间，然后同指定的时间比较即为扫描时间准确度。扫描时间准确度由设计保证，为减小测试时间，选取典型扫描时间测试验证。若没有函数发生器，可采用内置函数发生器的信号源替代。

- a) 测试设备  
 合成信号发生器.....1464  
 函数发生器.....Agilent 33250A
- b) 转接器  
 3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个  
 3.5mm(f)-N(m)转接器 1个  
 BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆  
 3.5mm(m-m)电缆 1根  
 BNC(m-m)电缆 2根
- d) 测试步骤  
 1) 如图 15.5 连接测试设备，函数发生器的输出接到信号发生器的调幅输入端，信号发生器的射频输出接到待测频谱分析仪的射频输入端，合成信号发生器为频谱分析仪提供频率参考；




图 15.5 扫描时间准确度测试设置

- 2) 设置频谱分析仪的中心频率为 3GHz，扫宽为 0Hz，分辨率带宽和视频带宽分别设置为 20MHz，则最小可设置扫描时间不高于  $1\mu\text{s}$ ，最大可设置扫描时间为 6000s，如果以上设置满足《4042 频谱分析仪记录表》“扫描时间范围（零扫宽）”项目的要求则记录为“√”，否则记录为“×”；
- 3) 将 1464 复位后设置频率 3GHz，功率 -5dBm，[调制] [幅度调制] [调幅输入]，[外部]，[返回]，打开幅度调制开关与射频输出开关；
- 4) 在 Agilent 33250A 上用软键进行如下设置：[Amplitude]，1 [Vrms]，[Offset] 0 [V]，[Output]，设置输出波形为[RAMP]；
- 5) 设置频谱分析仪的刻度类型为线性，峰值检波方式，扫描点数设置为默认的 1001 点，分辨率带宽为 3MHz，视频带宽 3MHz；
- 6) 在 Agilent 33250A 上设置[Frequency]10 [kHz]。设置频谱分析仪：[扫描时间]

## 15.5 性能特性测试

1 [毫秒], [扫描类型 连续 单次];

- 7) 设置频谱分析仪, 按[峰值], 通过 [左邻峰值] 或 [右邻峰值] 使标记处在左起第一峰值上。按[标记] [差值模式], 按[峰值], 通过 [左邻峰值] 或 [右邻峰值] 使标记处在左起第九个峰值上。读出差值标记读数, 如下计算:

扫描时间误差=100×((标记差值读数×1.25-设置扫描时间)/设置扫描时间)% (4)  
将计算数据记录在《4042 频谱分析仪记录表》中对应测试项中的 1ms 扫描时间处;

- 8) 关闭标记, 对列在表中的其他扫描时间重复 6 到 7 步。根据下式设置第 6 步中的调制率 (Frequency):

$$\text{调制率} = 10 / \text{扫描时间设置} \dots\dots\dots (5)$$

## 15.5.1.6 分辨率带宽

**描 述:** 分辨率带宽表征频谱分析仪能明确分离出两个输入信号的能力。它受中频滤波器带宽、相位噪声及扫描时间等因素的影响。大多数频谱分析仪采用 LC 滤波器、晶体滤波器、SAW、数字滤波器等方法实现不同的分辨率带宽。

信号发生器的输出接到频谱分析仪的射频输入端, 4042 的频宽近似设置为当前分辨率带宽的 2~3 倍(为方便测量-3dB 带宽)。信号源输出幅度减小 3dB 来决定实际的-3dB 点。标记参考被设置后信号源的输出增加 3dB 返回以前的电平上, 然后扫描开始。差值标记被作为 3dB 带宽测量值。

在 4042 中具备 3dB 带宽测试功能的读数值可用作测试值。4042 的扫频宽度误差会对分辨率带宽准确度带来一定的误差, 扫频宽度误差相对于分辨带宽自身误差可忽略不计。

- a) 测试设备  
合成信号发生器..... 1464
- b) 转接器  
3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个  
3.5mm(f)-N(m)转接器 1个  
BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆  
BNC(m-m)电缆1根  
3.5mm(m-m)电缆 1根
- d) 测试步骤




图 15.6 分辨率带宽测试设置

- 1) 如图 15.6 连接测试仪器。信号发生器为频谱分析仪提供频率参考；
- 2) 如下设置合成信号发生器，频率 100MHz，功率 -2dBm，功率步进 1dB；
- 3) 在频谱上设置分辨率带宽最小为 1Hz，通过方向键调整分辨率带宽的大小，如果满足“范围 1Hz ~ 20MHz，步进 1-2-3-5-8 倍”的关系，则在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项划“√”，否则在测试结果栏划“×”；
- 4) 复位频谱分析仪，按[测量][占用带宽]键，打开占用带宽测量功能，测量方法选择 XdB，并将 X 改为 -3.01dB；
- 5) 设置频谱分析仪的中心频率为 100MHz，扫宽为 50MHz，幅度刻度为 1dB/格，分辨率带宽为 20MHz，其它项保持系统默认设置；
- 6) 调整合成信号发生器的输出功率，使信号在参考电平以下 2 ~ 3 格；
- 7) 4042 执行峰值搜索操作，记录此时的 3dB 带宽标记差值读数  $\Delta f_{-3dB}$ ，按照如下公式计算分辨率带宽准确度  $\delta$ ，将计算结果填写到《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中；

$$\delta = \frac{\Delta f_{-3dB} - RBW}{RBW} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (6)$$

- 8) 根据《4042 频谱分析仪记录表》中“分辨率带宽准确度”项目栏所列的分辨率带宽设置频谱分析仪，频宽设置为分辨率带宽的近似 3 倍关系，重复步骤 7 ~ 8 直至所有分辨率带宽测试完成。

### 15.5.1.7 分辨率带宽转换不确定度

**描 述:** 合成信号发生器的射频输出接到频谱分析仪的输入端口，调整输出信号幅度使信号在频谱分析仪参考电平下两格至三格之间。合成信号发生器幅度固定，改变频谱分析仪分辨率带宽，它们之间的差值等于分辨率带宽转换不确定度。

- a) 测试设备
 

信号发生器.....	1464
------------	------
- b) 转接器
 

3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个	
3.5mm(f)-N(m)转接器 1个	
BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个	
- c) 电缆

15.5 性能特性测试

3.5mm(m-m) 电缆 2根

d) 测试步骤

1) 如图 15.7 连接测试设备。合成信号发生器 1464 为频谱分析仪提供频率参考；




图 15.7 分辨率带宽转换不确定度测试设置

3.5mm 电缆

2) 如下设置频谱分析仪：

中心频率.....	2000MHz
扫宽.....	10MHz
对数刻度 dB/格.....	1dB
分辨率带宽.....	自动
RBW/VBW.....	10
SPAN/RBW.....	100

- 3) 此时频谱分析仪自动关联的分辨率带宽为 100kHz，在频谱分析仪上按[峰值]，将标记设置到峰值，将标记设为差值模式；
- 4) 根据《4042 频谱分析仪记录表中》对应测试项的分辨率设置频谱分析仪的扫宽，设置扫宽与分辨率带宽的比值为 100 (5MHz ~ 20MHz 分辨率带宽需手动设置，其余分辨率带宽自动根据扫宽变化而调整)；
- 5) 搜索峰值，读出差值标记的幅度差值，在《4042 频谱分析仪记录表》中记录为当前分辨率带宽转换不确定度；
- 6) 重复步骤 4 ~ 5，直至测试完全部的分辨率带宽。

15.5.1.8 边带噪声

**描 述:** 边带噪声是表征频谱分析仪本振信号频率短期稳定度的指标。

从偏离载波 10kHz、100kHz、1MHz、10MHz 处测量 1.0GHz、0dBm 参考信号的边带噪声。用噪声标记和视频平均功能对每个频率偏离点上的边带噪声进行平均。如果在设定频偏处有寄生响应，应该将标记偏离寄生响应，保证测量的准确度。

a) 测试设备

合成信号发生器..... 1464

b) 转接器

3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个

3.5mm(f)-N(m)转接器 1个

BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个

c) 电缆

BNC(m-m)电缆 1根

3.5mm(m-m) 电缆 1根

d) 测试步骤

1) 如图 15.8 连接测试仪器，合成信号发生器为频谱分析仪提供频率参考；




图 15.8 边带噪声测试示意图

- 2) 设置信号发生器输出频率为 1GHz，输出功率为 0dBm；
- 3) 在频谱分析仪上设置[频率] 1 [GHz]，[扫宽] 30[kHz]，[幅度] [参考电平] 0 [dBm]；
- 4) 在频谱分析仪上按 [峰值] [标记] [差值模式]，设置差值标记为 10kHz，打开噪声标记。
- 5) 按照表 14.4 设置分辨率带宽和视频带宽，打开平均功能，然后做 10 次平均；
- 6) 在《4042 频谱分析仪记录表》对应测量值栏中记录差值标记幅度值，作为 +10kHz 偏离处的边带噪声；
- 7) 在频谱分析仪上按 [标记] -10 [kHz]，记录差值标记幅度值作为 -10kHz 偏离处的边带噪声；
- 8) 按照表 15.4 设置频谱分析仪，依次测试±100kHz、±1MHz、±10MHz 偏离处的单边带噪声，并在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中记录差值标记幅度值。如果在测试频偏处有寄生响应，在测试中读标记值时要避开这个寄生响应。

表15.4 边带噪声测量设置

偏移频率 $\Delta f$	扫宽	分辨率带宽	视频带宽与平均
±10kHz	30kHz	300Hz	视频带宽 30Hz 平均 开
±100kHz	300kHz	3kHz	视频带宽 300Hz 平均 开
±1MHz	2.2MHz	20kHz	视频带宽 2kHz 平均 开
±10MHz	25MHz	200kHz	视频带宽 20kHz 平均 开

### 15.5.1.9 显示平均噪声电平

**描 述：** 显示平均噪声电平是指在不外加噪声或信号的情况下，频谱分析仪自身观察到的

## 15.5 性能特性测试

本底噪声。

频谱分析仪的输入端接 50Ω 匹配器，在输入衰减设置设置为 0dB 条件下观察到的归一化噪声值即为显示平均噪声电平测试值。如测试过程中有剩余响应点，应避开剩余响应进行该项指标的测试。

- a) 测试设备  
50Ω 匹配器
- b) 测试步骤



图 15.9 显示平均噪声电平测试设置

- 1) 按图 15.9 所示把 50Ω 匹配器连在频谱分析仪的射频输入端口上；  
**显示平均噪声，前置放大器开（2MHz 以上）**

- 2) 如下设置频谱分析仪：

起始频率.....	2MHz
终止频率.....	2.4GHz
参考电平.....	-50dBm
标记.....	所有标记关
分辨率带宽.....	100kHz
视频带宽.....	10kHz
视频类型.....	对数
前置放大器.....	开
检波类型.....	均值

**显示平均噪声，前置放大器关（2MHz 以上）**

- 3) 按[标记] [噪声标记 关 开], [峰值] [最大值];
- 4) 按[带宽] [平均 开 关] 5 [确认], 等待直到平均 5/5 出现在屏幕左边;
- 5) 读出标记峰值, 作为前置放大器打开时 2MHz 到 2.4GHz 频段的显示平均噪声电平并记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中。关闭噪声标记与平均功能。
- 6) 按照前置放大器打开时的整机测试记录表设置起始频率和终止频率, 参照步骤 2~5 分别测试其他频段的显示平均噪声电平指标, 直至前置放大器打开时各个频段指标完成测试。

**显示平均噪声，前置放大器关（2MHz 以上）**

- 7) 设置 4042 频谱分析仪的起始频率为 2MHz, 终止频率为 2.4GHz, 参考电平 -20dBm, 前置放大器状态为关, 其它保持不变;
- 8) 重复 3 到 4 步;
- 9) 读出标记峰值, 作为前置放大器关闭时 2MHz 到 2.4GHz 频段的显示平均噪声

电平并记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中。关闭噪声标记与平均功能。

- 10) 按照前置放大器关闭时的整机测试记录表设置起始频率和终止频率，参照步骤 2~5 分别测试其他频段的显示平均噪声电平指标，直至前置放大器关闭时各个频段指标完成测试。

#### 显示平均噪声，前置放大器开 (9kHz ~ 2MHz)

- 11) 设置 4042 频谱分析仪的起始频率为 9kHz，终止频率为 100kHz，参考电平 -50dBm，分辨率带宽 100Hz，视频带宽 30Hz，前置放大器打开，检波类型为均值；
- 12) 重复 3 到 4 步；
- 13) 读出标记峰值，作为前置放大器打开时 9kHz 至 100kHz 频段的显示平均噪声电平并记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中。关闭噪声标记与平均功能；
- 14) 设置 4042 频谱分析仪的起始频率和终止频率分别为 100kHz 和 2MHz，参照步骤 11~13 测量 100kHz ~ 2MHz 频段前置放大器打开时的显示平均噪声电平指标并记录测量结果。

#### 显示平均噪声，前置放大器关 (9kHz ~ 2MHz)

- 15) 设置 4042 频谱分析仪的起始频率为 9kHz，终止频率为 100kHz，参考电平 -20dBm，分辨率带宽 100Hz，视频带宽 30Hz，前置放大器关闭，检波类型为均值；
- 16) 重复 3 到 4 步；
- 17) 读出标记峰值，作为前置放大器关闭时 9kHz 至 100kHz 频段的显示平均噪声电平并记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中。关闭噪声标记与平均功能；
- 18) 设置 4042 频谱分析仪的起始频率和终止频率分别为 100kHz 和 2MHz，参照步骤 15~17 测量 100kHz ~ 2MHz 频段前置放大器关闭时的显示平均噪声电平指标并记录测量结果。

### 15.5.1.10 二次谐波失真

**描述：**当信号输入到非线性器件（如混频器、放大器等）上，非线性器件将产生该输入信号的各次谐波，附加在信号上的无用的二次谐波分量被称为二次谐波失真。

合成信号发生器经低通滤波器为频谱分析仪测量二次谐波失真提供信号。低通滤波器消除来自于信号源的任何谐波失真。合成信号发生器锁定在频谱分析仪的 10MHz 参考上。

#### a) 测试设备

合成信号发生器.....	1464
1.0GHz低通滤波器 1个	
2.0GHz低通滤波器 1个	
3.0GHz低通滤波器 1个	
6.8GHz低通滤波器 1个	
9.0GHz低通滤波器 1个	

#### b) 转接器

15.5 性能特性测试

- 3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 1个
- 3.5mm(f)-N(m)转接器 1个
- BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆
  - BNC(m-m)电缆1根
  - 3.5mm(m-m)电缆 1根
- d) 测试步骤




图 15.10 二次谐波失真测试设置

- 1) 如图 15.10 连接测试仪器, 合成信号发生器为频谱分析仪提供 10MHz 频率参考, 选择 1GHz 低通滤波器;
- 2) 设置 1464 频率为 910MHz, 幅度为 -30dBm, 射频输出开;
- 3) 如下设置频谱分析仪 (其它项为系统默认设置):
 

中心频率.....	910MHz
扫宽.....	10kHz
参考电平.....	-30dBm
- 4) 在频谱分析仪上按[峰值]。调整 1464 功率电平使频谱分析仪读数为 -30dBm±0.1dB;
- 5) 按[标记] [差值模式], 设置中心频率为 1.82GHz;
- 6) 在频谱分析仪完成一次新扫描后按[峰值]。把差值标记读数记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中作为二次谐波失真值。
- 7) 对于其他频率点的二次谐波失真测量, 根据测量频段选择合适的滤波器和转接器, 参照步骤 2 ~ 步骤 6 更改频谱分析仪及信号源对应的中心频率及谐波频率值, 其中 1.2GHz ~ 2GHz 选择测试点 1.92GHz, 2GHz ~ 3GHz 频段选择测试点 2.92GHz, 3GHz ~ 5.1GHz 频段选择测试点 4.52GHz, 5.1GHz ~ 10GHz 频段选择测试点 9.02GHz, 测试上述波段的谐波失真并记录测量结果至《4042 频谱分析仪记录表》中。

15.5.1.11 三阶交调失真

**描 述:** 三阶交调失真是由于器件的非线性, 由两个或多个输入信号的频谱分量相互作用形

成的无用频率分量。滤波器用于滤除信号发生器自身的谐波，若信号源自身的谐波功率足够低，可不用。

两台合成信号发生器产生频率间隔大小为 100kHz，功率相同的两个正弦波信号同时输入频谱分析仪，利用频谱分析仪的标记功能间接测量三阶交调失真产物。

a) 测试设备

功率计 .....	ML2437A
功率探头.....	MA2445D
合成信号发生器#1.....	1464
合成信号发生器#2.....	1464
定向耦合器.....	70607
1.0GHz低通滤波器 2个	
2.0GHz低通滤波器 2个	
3.0GHz低通滤波器 2个	
6.8GHz低通滤波器 2个	
9.0GHz低通滤波器 2个	

b) 转接器

3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 2个
3.5mm(f)-N(m)转接器 1个
BNC T型(m)(f)(f)转接器 1个
BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个

c) 电缆

3.5mm(m-m)电缆 2根
BNC(m-m)电缆 2根

d) 测试步骤

- 1) 如图 15.11 连接仪器，图中选择射频定向耦合器，根据测试频点选择合适的低通滤波器和转接器，不把定向耦合器接到频谱分析仪上；
- 2) 设置合成信号发生器#1 的频率为 900MHz，幅度为 0dBm，打开射频输出开关；
- 3) 将合成信号发生器#2 复位后，设置频率为 900.1MHz，幅度为-110dBm，射频输出关；
- 4) 连接功率计 ML2437A 与功率探头 MA2445D 并校零。设置功率计的校准因子频率为 900MHz；
- 5) 如下设置频谱分析仪（其它项保持系统默认设置）：

中心频率.....	900MHz
频率步进.....	100kHz
扫宽.....	1kHz
参考电平.....	-10dBm

15.5 性能特性测试




图 15.11 三阶交调失真测试设置

- 6) 用转接器而不是电缆把功率探头接到射频定向耦合器的输出;
- 7) 调整合成信号发生器#1 的输出幅度使功率计的显示读数接近-15dBm;
- 8) 从射频定向耦合器卸掉功率探头。用转接器把定向耦合器直接接到频谱分析仪射频输入;
- 9) 在频谱分析仪上按 [峰值], 等待新扫描完成。按[标记] [差值模式], [频率] [中心频率] [↑];
- 10) 在合成信号发生器#2 上将射频输出打开, 功率设置为-15dBm;
- 11) 在频谱分析仪上按[峰值];
- 12) 调整合成信号发生器#2 功率电平, 使频谱分析仪的差值标记读数接近 0dB;
- 13) 在频谱分析仪上按[标记] [差值模式], [频率] [中心频率] [↓] [↓]。等待新扫描完成。按[带宽] [平均 开] 5[确认]。等待视频平均 5 次后, 按[峰值];
- 14) 频谱分析仪的峰值标记读数即为低端三阶交调失真产物  $\Delta A$ , 根据三阶交调产物按照如下公式计算三阶截获点 (其中  $L_0$  为混频器电平):

$$TOI = L_0 - \frac{\Delta A}{2} \dots\dots\dots(7)$$

- 15) 在频谱分析仪上按[频率] [中心频率] [↑] [↑] [↑], 等待新扫描完成, 按[峰值];
- 16) 此时的标记差值为高端交调失真产物。根据公式 7 计算此时的三阶截获点, 比较高端交调失真产物与低端交调失真产物的大小, 将较小的数值作为最终测试结果记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中。
- 17) 根据图 15.11, 选择合适的转接器与低通滤波器, 分别选择 3GHz、4.5GHz、7GHz、15GHz 作为 2.4~4GHz、4~6GHz、6~10.2GHz 和 10.2~20GHz 四个频段的测试点, 参照步骤 2~步骤 16, 测试 4042 整机的三阶截获点指标并

将测试结果记录到《4042 频谱分析仪记录表》对应的测试项中。

### 15.5.1.12 1dB 增益压缩

**描 述：**输入信号电平增大时可使频谱分析仪混频器、放大器等单元电路接近饱和点工作，此时输出信号分量不再随输入信号呈线性变化，通常用输出偏离线性值低 1dB 对应的输入电平表示 1dB 压缩点。

该测试用间隔 20MHz 的两个信号测量频谱分析仪的增益压缩。测试首先把小信号输入到频谱分析仪（低于-10dBm）。然后在频谱分析仪上输入指定的大幅度的信号。由第 2 个信号引起的第 1 个信号幅度的减小就是测量的增益压缩。

- a) 测试设备
  - 功率计 .....ML2437A
  - 功率探头.....MA2445D
  - 合成信号发生器#1..... 1464
  - 合成信号发生器#2..... 1464
  - 定向耦合器 ..... 70607
- b) 转接器
  - 3.5mm(f)-3.5mm (f)转接器 2个
  - 3.5mm(m)-N(m)转接器 1个
  - BNC T型(m)(f)(f) 转接器 1个
  - BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆
  - 3.5mm(m-m)电缆 2 根
  - BNC(m-m)电缆 2根
- d) 测试步骤




图 15.12 1dB 增益压缩测试框图

- 1) 连接功率计 ML2437A 与功率探头 MA2445D 并校零；
- 2) 如图 15.12 实线连接测试仪器，合成信号发生器#1 为频谱分析仪与合成信号发生器#2 提供 10MHz 频率参考，定向耦合器选择射频定向耦合器；
- 3) 将合成信号发生器#2 复位后，设置频率为 1GHz，功率为 0dBm，外参考，射频输出开；
- 4) 将合成信号发生器#1 复位后，设置频率为 1.02GHz，功率为 -10dBm，外参考，关闭射频输出开关；
- 5) 将频谱分析仪如下设置（其它保持系统默认设置）：
 

中心频率.....	1GHz
扫宽.....	1kHz
参考电平.....	-10dBm
对数刻度.....	1dB/格
- 6) 调整合成信号发生器#2 输出功率电平使信号峰值在 4042 参考电平下 2 ~ 3 格；
- 7) 在 4042 上按[峰值] [标记] [差值模式]，打开差值标记功能；
- 8) 将合成信号发生器#1 射频输出开。调整合成信号发生器#1 的输出功率电平，直至 4042 的差值标记读数接近 -1dB。关闭合成信号发生器#2 的输出；
- 9) 断开射频定向耦合器输出与 4042 的连接，如图 14.12 虚线连接到功率探头，设置功率计频率为 2GHz，此时功率计读数为 50MHz ~ 2.4GHz 频段的 1dB 压缩点，将该值作为测试结果记录到《4042 频谱分析仪记录表》中。
- 10) 选择 4.5GHz、12GHz、15GHz 作为测试点，参照步骤 3 ~ 9，分别测量 4 ~ 9GHz、9 ~ 14GHz 和 14 ~ 20GHz 三个频段的 1dB 增益压缩，将该值作为测试结果记录到《4042 频谱分析仪记录表》中。

### 15.5.1.13 镜像、多重与带外响应

**描述:** 混频过程中, 有两个输入信号能和同一个本振信号产生相同频率的中频信号, 一个信号频率比本振低一个中频, 一个信号频率比本振高一个中频, 则其中一个信号称为另一个信号的镜像。对于本振的每个频率, 相应输入信号都有一个镜像, 信号和镜像频率相隔两倍中频。

在所有频率波段上测试镜像, 多重和带外响应。信号加在频谱分析仪的输入端口上, 进行参考幅度测量。然后把合成信号发生器调在一个能引起镜像、多重或带外响应的频率上, 测量并记录显示在频谱分析仪上的幅度。

a) 测试设备

合成信号发生器..... 1464

b) 转接器

3.5mm(f)-N(m) 转接器 1个

3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 1个

BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个

c) 电缆

BNC(m-m)电缆1根

3.5mm(m-m)电缆 1根

d) 测试步骤

1) 如图 15.13 连接测试仪器, 合成信号源 1464 为频谱分析仪提供频率参考;

2) 设置 1464 频率为 2GHz, 功率为 -10dBm;

3) 如下设置频谱分析仪:

中心频率..... 2GHz

扫宽..... 10kHz

参考电平..... -10dBm

分辨率带宽..... 10Hz

视频带宽..... 10Hz




图 15.13 镜像、多重和带外响应测试设置

4) 调整合成信号发生器输出功率电平使信号峰值接近频谱分析仪的参考电平;

5) 在频谱分析仪上按[峰值] [标记] [差值模式];

6) 设置 1464 为《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中列出的对应 2GHz 可能

## 15.5 性能特性测试

出现镜像、多重和带外响应的每个频率点，设置频谱分析仪的参考电平为  $-40\text{dBm}$ ，按[峰值]，在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中记录差值标记幅度值作为响应幅度；

- 7) 对于《4042 频谱分析仪记录表》中列出的剩余频率点的镜像、多重和带外响应，参照步骤 2 ~ 6 的设置进行测试，直至完成全部频率点的测试。

## 15.5.1.14 剩余响应

**描 述：**剩余响应是指频谱分析仪在未接输入信号的情况下，显示器上观测到的离散响应。

- a) 测试设备  
50 $\Omega$ 匹配负载  
b) 测试步骤



图 15.14 剩余响应测试设置

**剩余响应，10MHz ~ 20GHz（前置放大器开）**

- 按照图 15.14 连接测试仪器。在频谱分析仪信号输入端口上连接 50 $\Omega$ 匹配器，并如下设置频谱分析仪：
 

中心频率.....	65MHz
频率步进.....	100MHz
扫宽.....	110MHz
参考电平.....	-50dBm
前置放大器.....	开
分辨率带宽.....	10kHz
视频带宽.....	3kHz
- 打开极限线功能，并设置上极限线为合适数值，噪声电平应在极限线下至少 5dB。如果不是，则有必要通过减小分辨率带宽和视频带宽来减小噪声电平；
- 观察频谱分析仪噪声基线上是否有剩余响应，如果存在剩余响应，用标记读出剩余响应幅度，并记录测量结果。测试时应使剩余响应信号的幅度大于显示平均噪声电平 10dB 以上，如果剩余响应信号幅度较小，应进一步减小分辨率带宽以降低显示平均噪声电平；
- 按[频率] [中心频率] [↑]，改变中心频率。重复步骤 3 检查频率至频率测量上限的剩余响应，将测得响应最大值记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项的测量结果中。

**剩余响应，10MHz ~ 20GHz（前置放大器关）**

- 如下设置频谱分析仪：

## 15.5 性能特性测试

- |            |        |
|------------|--------|
| 中心频率.....  | 65MHz  |
| 频率步进.....  | 100MHz |
| 扫宽.....    | 110MHz |
| 参考电平.....  | -20dBm |
| 前置放大器..... | 关      |
| 分辨率带宽..... | 10kHz  |
| 视频带宽.....  | 3kHz   |
- 6) 打开极限线功能并设置为合适数值，噪声电平应在极限线下至少 5dB。如果不是，则有必要通过减小分辨率带宽和视频带宽来减小噪声电平；
  - 7) 观察频谱分析仪噪声基线上是否有剩余响应，如果存在剩余响应，用标记读出剩余响应幅度，并记录测量结果。测试时应使剩余响应信号的幅度大于显示平均噪声电平 10dB 以上，如果剩余响应信号幅度较小，应进一步减小分辨率带宽以降低显示平均噪声电平；
  - 8) 按[频率] [中心频率] [↑]，改变中心频率。重复步骤 7 检查频率至频率测量上限前置放大器关闭时的剩余响应，将测得响应最大值记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项的测量结果中。

## 15.5.1.15 参考电平

**描 述：**频谱分析仪屏幕上已校准的垂直刻度位置用作幅度测量的参考，参考电平通常指刻度线顶格。参考电平的切换会引起增益/衰减的联动。参考电平转换误差用于考核频谱分析仪的开关增益的误差。

注：功率计测量-60dBm时的误差偏大，可用-50dBm的测试结果直接减10dB，或在频谱分析仪输入端口连接已校准的10dB衰减器进行测试。

- a) 测试设备
 

信号发生器.....	1464
功率计.....	ML2437A
功率探头.....	MA2445D
功分器	
- b) 转接器
  - 3.5mm(f)-N(m) 转接器 1个
  - 3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 1个
  - BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆
  - BNC(m-m)电缆 1根
  - 3.5mm(m-m)电缆 1根
- d) 测试步骤

## 15.5 性能特性测试




图 15.15 参考电平不确定度与刻度保真度测试设置

- 1) 连接功率计 ML2437A 和功率探头 MA2445D 并校零，设置校准因子频率为 50MHz；
- 2) 如图 15.15 连接测试仪器。合成信号发生器 1464 为频谱分析仪提供频率参考，信号发生器的输出通过功分器分别连接到频谱分析仪和功率探头上；
- 3) 在 4042 上设置[幅度] [参考电平]，如果最大参考电平可设置为+30dBm，最小参考电平可设置为-150dBm，则参考电平范围指标满足要求，在《4042 频谱分析记录表》对应结果中打“√”，否则在测试结果中打“×”；
- 4) 设置 1464 的输出频率为 50MHz，调整输出功率使功率计读数为-3dBm±0.05dB；
- 5) 频谱分析仪如下设置：
 

中心频率.....	50MHz
参考电平.....	0dBm
扫宽.....	1kHz
对数刻度 dB/格.....	1dB
分辨率带宽.....	10Hz
- 6) 在频谱分析仪上按[峰值] [标记] [差值模式]；
- 7) 调整信号发生器输出幅度使功率计读数减小 10dB±0.02dB；
- 8) 设置频谱分析仪参考电平为《4042 频谱分析仪记录表》中所列的参考电平值，等待扫描完成，按[峰值]；
- 9) 记录频谱分析仪差值标记幅度读数，并如下计算（频谱分析仪差值标记幅度读数-当前设置的参考电平），在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中把计算值作为当前参考电平的参考电平不确定度记录下来；
- 10) 对于《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中所列剩余的参考电平设置重复步骤 7~9。

## 15.5.1.16 刻度保真度

**描 述：**刻度保真度是频谱分析仪屏幕上垂直刻度与理论值之间的误差，用于考核频谱分析

仪模数转换器的线性度。

在 10dB/格下测试保真度，设置分辨率带宽为 10Hz，输入信号起始幅度设置在 0dBm 参考电平上。当信号幅度降低时，显示的信号幅度同参考电平相比较。频谱分析仪为信号发生器提供 10MHz 参考。

注：功率计测量-60dBm 时的误差偏大，可用-50dBm 的测试结果直接减 10dB，或在频谱分析仪输入端口连接已校准过的 10dB 衰减器进行测试。

- a) 测试设备
- |            |         |
|------------|---------|
| 信号发生器..... | 1464    |
| 功率计.....   | ML2437A |
| 功率探头.....  | MA2445D |
- 功分器
- b) 转接器
- 3.5mm(f)-N(m) 转接器 1个
  - 3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 1个
  - BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆
- BNC(m-m)电缆 1根
  - 3.5mm(m-m)电缆 2根
- d) 测试步骤
- 1) 连接功率计与功率探头并校零，设置校准因子频率为 50MHz;
  - 2) 如图 15.15 连接测试仪器。合成信号发生器 1464 为频谱分析仪提供频率参考，信号源输出端通过功分器分别连接到频谱分析仪射频输入端口和功率探头上;
  - 3) 如下设置频谱分析仪（其它项为系统默认设置）：
 

中心频率.....	50MHz
参考电平.....	0dBm
标记.....	关
扫宽.....	1kHz
分辨率带宽.....	10Hz
  - 4) 设置 1464 频率为 50MHz，幅度为 6dBm，幅度步进量为 0.05dB;
  - 5) 在频谱分析仪上按[峰值];
  - 6) 调整 1464 输出幅度直到功率计读数为 0dBm±0.05dB;
  - 7) 在频谱分析仪上按[峰值] [标记] [差值模式];
  - 8) 调整 1464 输出信号幅度，使功率计读数减小 10dB±0.05dB;
  - 9) 如下计算（频谱分析仪差值标记幅度读数-信号源的功率变化值），并将计算数据记录在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中，重复 8 到 9 步。

### 15.5.1.17 总电平不确定度

**描 述:** 功率计测试合成信号发生器输出的功率读数与频谱分析仪测试信号发生器输出的读数之差就是总电平不确定度。

- a) 测试设备
- |              |      |
|--------------|------|
| 合成信号发生器..... | 1464 |
|--------------|------|

15.5 性能特性测试

- 功率计 .....ML2437A
- 功率探头.....MA2445D
- 功分器
- b) 转接器
  - 3.5mm(f)-N(m) 转接器 1个
  - 3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 1个
  - BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆
  - BNC(m-m)电缆 1根
  - 3.5mm(m-m)电缆 1根
- d) 测试步骤




图 15.16 总电平不确定度测试设置

- 1) 连接功率计与功率探头并校零；
- 2) 如图 15.16 连接测试设备，信号发生器的输出接功分器的 SUM 端口，PORT1 端口和 PORT2 端口分别接 4042 频谱分析仪的射频输入端口与功率探头；

**总电平不确定度 (A/B 组常温测试)**

- 3) 将 1464 复位后频率设为 10MHz，幅度为 -15dBm；
- 4) 如下设置频谱分析仪：
  - 中心频率..... 10MHz
  - 扫宽..... 100kHz
  - 参考电平..... 0dBm
  - 衰减..... 10dB
  - 分辨率带宽..... 1kHz
  - 视频带宽..... 100Hz
- 5) 调整信号发生器的输出幅度使功率计读数为 -15dBm；
- 6) 设置频谱分析仪标记到峰值处，分别读出频谱分析仪标记所示的电平值 L 和功率计的测试读数  $L_{\text{功率计}}$ ，如下计算总电平不确定度  $\Delta L$ ：

$$\Delta L = L - L_{\text{功率计}} \dots\dots\dots(8)$$

将计算得到的  $\Delta L$  作为总电平不确定度的测试结果记录到《4042 频谱分析仪

记录表》中；

- 7) 信号发生器 1464 设置频率为 500MHz；
- 8) 设置功率计的校准因子频率与信号发生器相同，调整 1464 输出功率电平使功率计读数接近-15dBm；
- 9) 设置频谱分析仪的中心频率为 500MHz，参考电平 0dBm，衰减自动，重复步骤 6；
- 10) 根据《4042 频谱分析仪记录表》改变信号发生器 1464、功率计和频谱分析仪的频率设置，重复步骤 3~6 直至完成前置放大器关闭时全部频率点的测试。

#### 总电平不确定度 (C 组/F 组测试)

- 11) 根据附录表《4042 频谱分析仪记录表 (C 组、F 组)》中对对应测试项设置信号发生器 1464、功率计和频谱分析仪的频率设置，重复步骤 3~6 分别测试各个频点的总电平不确定，记录测试结果到 C 组/F 组测试表格测试项中。

#### 15.5.1.18 输入衰减器

**描述:** 该测试在整个频段内针对输入衰减器范围测量衰减切换不确定度。合成信号发生器的参考输出接频谱分析仪的 10MHz 输入端。切换不确定度参考 0dB 衰减器设置。

- a) 测试设备
 

合成信号发生器.....	1464
--------------	------
- b) 转接器
  - 3.5mm(f)-N(m) 转接器 1个
  - 3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 1个
  - BNC(m)-3.5mm(f)转接器 1个
- c) 电缆
  - BNC(m-m)电缆 1根
  - 3.5mm(m-m)电缆 1根
- d) 测试步骤




图 15.17 输入衰减器转换不确定度测试设置

- 1) 按图 15.17 连接测试设备，合成信号发生器 1464 为频谱分析仪提供频率参考；

15.5 性能特性测试

- 2) 设置信号发生器输出功率电平为-13dBm，输出频率为 50MHz；
- 3) 在频谱分析仪上按【复位】，然后如下设置：
  - 中心频率.....50MHz
  - 扫宽.....1kHz
  - 参考电平.....-10dBm
  - 衰减.....0dB
  - 分辨率带宽.....10Hz
- 4) 等待新扫描完成，按[峰值]，[标记]，[差值模式]，以衰减器衰减值为 0dB 时作为参考；
- 5) 设置频谱分析仪，按[幅度][衰减 自动 手动]，对照测试表格设置衰减器的衰减值；
- 6) 等待扫描完成后，按[峰值]，当前差值标记的幅度值即为衰减器切换的误差；
- 7) 重复 5~6 步，直到表中所有衰减器衰减测试完毕，将测试结果记录到《4042 频谱分析仪记录表》中。

15.5.1.19 输入电压驻波比

**描述：**射频输入电压驻波比反应了频谱分析仪射频接收前端的阻抗匹配程度，该指标主要受转接器、电缆和衰减器等的影响，测试时要求衰减器的衰减值≥10dB。

- a) 测试设备
  - 网络分析仪.....N5245A
  - N型阴校准件一套（含开路、短路和负载）
  - N(m-m)校准电缆 1根
- b) 测试步骤




图 15.18 输入端口电压驻波比测试

- 1) 设置矢量网络分析仪的频率范围、源输出功率等为适当参数，选择 VSWR 显示方式；
- 2) 在校准电缆末端对矢量网络分析仪进行单端口测量校准（包括开路、短路、负载校准）；
- 3) 完成校准之后，从校准电缆末端上取下校准件并接到频谱分析仪的射频输入端口上，如图 15.18 所示；
- 4) 在频谱分析仪上按[复位]键，等待重新启动并进入频谱分析测量界面。

- 5) 在矢量网络分析仪上用标记功能读出测试波段内的最大电压驻波比 (VSWR);
- 6) 在《4042 频谱分析仪记录表》对应测试项中记录测试结果。

### 15.5.1.20 最大安全输入电平

**描述:** 最大安全输入电平表示射频输入端允许的不损坏产品的最大电平。最大安全输入电平实际考核频谱分析仪射频最前端程控步进衰减器或电子开关的最大安全输入功率, 由整部件设计保证。测量频率点由大功率放大器的频率范围决定。

- a) 测试设备
 

合成信号发生器.....	1464
功率放大器.....	GT-1000A
同轴衰减器.....	71513B
功率计.....	ML2437A
功率探头.....	MA2445D
- b) 转接器
 

3.5mm(f)-3.5mm(f)转接器 2个
3.5mm(f)-N(m)转接器 2个
- c) 测试电缆
 

3.5mm(m-m)电缆 1根
N(m-m)电缆 1根
- d) 测试步骤




图 15.19 最大安全输入电平测量

- 1) 设置 1464 合成信号发生器输出频率 3GHz, 幅度-40dBm, 射频输出开;
- 2) 设置频谱分析仪的中心频率为 3GHz, 扫宽 2MHz, 参考电平+30dBm, 其他设置自动状态;
- 3) 如图 15.19 连接测试设备, 将信号发生器的射频输出通过转接器连接到功率探头的输入端, 调整 1464 合成信号发生器的输出功率使功率计的幅度读数为  $-3\text{dBm} \pm 0.10\text{dB}$ 。拆除功率探头, 将射频电缆通过转接器接到频谱分析仪的射

### 15.5 性能特性测试

频输入端；

- 4) 关闭合成信号发生器的输出和大功率放大器的电源开关, 拆除 30dB 同轴大功率衰减器, 将 N 型电缆直接连接到功率放大器输出端;
- 5) 打开合成信号发生器的射频输出和大功率放大器的电源开关, 保持 5 分钟后将合成信号发生器的输出功率设置为-60dBm;
- 6) 设置频谱分析仪的标记至峰值处, 调整信号发生器的输出功率使频谱分析仪的幅度读数在-10dBm ~ -20dBm 之间, 更改参考电平为 0dBm, 打开差值标记功能;
- 7) 改变频谱分析仪的衰减值, 以 10dB 步进从 30dB 切换到 0dB, 信号应无明显跳变;
- 8) 如果步骤 1 ~ 7 能够正确完成测试, 说明频谱分析仪最大安全输入电平满足要求, 将测试结果记录在《4042 频谱分析仪记录表》中。

#### 15.5.1.21 显示刻度

4042 频谱分析仪接通电源, 启动正常后, 设置[幅度][刻度类型 对数 线性], 手动设置满足“0.1 ~ 10dB 每格, 每格 0.1dB 步进 (10 格显示)”可设置的要求。[幅度][刻度类型 对数 线性]显示范围为 10 格。[幅度][幅度单位], 可提供“V、A、W、dBm, dBW, dBV, dBmV, dB $\mu$ V, dBA, dBmA, dB $\mu$ A”等十一种刻度单位。说明频谱分析仪显示刻度正常。

#### 15.5.1.22 视频带宽

4042 频谱分析仪接通电源, 启动正常后, 设置分辨率带宽为 20MHz, 此时的视频带宽为 20MHz, 按【↓】, 每改变一次分辨率带宽对应视频带宽自动改变一次, 而且与分辨率带宽自动耦合, 最小到 1Hz, 1-2-3-5-8 步进。

#### 15.5.1.23 检波方式

4042 频谱分析仪开机接通电源, 启动正常后, 在频谱分析模式下按[迹线][检波]菜单, 可设置的检波类型有 6 种: 标准、正峰值、负峰值、取样、均值、均方根, 自动情况下会根据测试设置选择对应检波方式, 若手动改变检波方式, 则对应的频谱迹线会发生改变, 按照设定的检波方式显示。

## 15.5.2 4042 频谱分析仪记录表

表15.5 4042D频谱分析仪记录表 (A组)

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果
1	设计与结构		/	结构形式: 便携式 颜色: 机箱主体颜色为黑色 设备外观应整洁, 表面应无锈蚀、霉斑、污迹、镀涂层剥落、划痕、毛刺等; 塑料件应无起泡、开裂、变形; 文字符号、标志和各种显示应清晰牢固; 结构件及控制件应完整、无机械损伤	
2	功能	频谱测量功能	/	具有频谱测量功能, 支持信号跟踪、峰值跟踪、计数器、触发等功能	
		功率套件测量功能	/	支持场强测量、通道功率、占用带宽等功率测量功能	
		音频解调功能	/	支持调幅、调频和上/下边带调制信号的音频解调输出	
		程控功能	/	支持LAN接口、USB Type C等远程控制功能	
3	选件	USB 功率测量	/	具有USB功率测量选件, 该选件编号为4042-S01	
		USB 峰值功率测量	/	具有USB峰值功率测量选件, 该选件编号为4042-S02	
		干扰分析	/	具有干扰分析选件, 该选件编号为4042-S03	
		信道扫描	/	具有信道扫描选件, 该选件编号为4042-S04	
		场强测量	/	具有场强测量选件, 该选件编号为4042-S05	
		模拟解调分析	/	具有模拟解调分析选件, 该选件编号为4042-S08	
		GPS/北斗功能	/	具有GPS/北斗功能, 可实现定位、授时和晶振驯服功能, 该选件编号为4042-H01	
		零扫宽中频输出	/	具有零扫宽中频输出功能, 该选件编号为4042-S09	
		时间门	/	具有时间门扫描功能, 该选件编号为4042-S10	
		IQ 分析	/	具有IQ分析功能, 该选件编号为4042-S14	
		40MHz 带宽实时 频谱分析	/	具有实时频谱分析功能, 支持40MHz实时分析带宽, 该选件编号为4042-S12	
		列表扫描	/	具有列表扫描功能, 该选件编号为4042-S13	
		Wi-Fi 无线通信	/	具有Wi-Fi无线通信功能, 该选件编号为4042-H02	
英文版	/	可提供英文版, 该选件编号为4042-001			

## 15.5 性能特性测试

表15.5 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	
4	频率参考准确度	ppm	准确度 $\pm 0.80$		
5	频率范围	kHz	频率下限 $9\text{kHz}\pm 11\text{Hz}$		
		GHz	频率上限 $20\text{GHz}\pm 11\text{Hz}$		
6	频率读出准确度	kHz	1.0GHz(频宽 500kHz): $\pm 6.30$		
		MHz	1.0GHz(频宽 50MHz): $\pm 0.55$		
		MHz	1.0GHz(频宽 500MHz): $\pm 5.30$		
		kHz	3.0GHz(频宽 500kHz): $\pm 7.90$		
		MHz	3.0GHz(频宽 50MHz): $\pm 0.55$		
		MHz	3.0GHz(频宽 500MHz): $\pm 5.30$		
		kHz	4.5GHz(频宽 500kHz): $\pm 9.10$		
		MHz	4.5GHz(频宽 50MHz): $\pm 0.55$		
		MHz	4.5GHz(频宽 500MHz): $\pm 5.30$		
		kHz	8.0GHz(频宽 500kHz): $\pm 11.90$		
		MHz	8.0GHz(频宽 50MHz): $\pm 0.55$		
		MHz	8.0GHz(频宽 500MHz): $\pm 5.30$		
		kHz	12.0GHz(频宽 500kHz): $\pm 15.10$		
		MHz	12.0GHz(频宽 50MHz): $\pm 0.55$		
		MHz	12.0GHz(频宽 500MHz): $\pm 5.30$		
		7	扫频宽度	范围	/
分辨率	Hz			1	
准确度	/			1kHz	$\pm 1.0\%$
	/			10kHz	$\pm 1.0\%$
	/			100kHz	$\pm 1.0\%$
	/			1MHz	$\pm 1.0\%$
	/			10MHz	$\pm 1.0\%$
	/			100MHz	$\pm 1.0\%$
	/			1GHz	$\pm 1.0\%$
	/			10GHz	$\pm 1.0\%$
8	分辨率带宽	带宽范围	/	1Hz~20MHz (1-2-3-5-8 倍步进)	
		准确度 (3.0dB)	/	20MHz	$\pm 20.0\%$
			/	10MHz	$\pm 15.0\%$
			/	8MHz	$\pm 15.0\%$
			/	5MHz	$\pm 15.0\%$
			/	3MHz	$\pm 10.0\%$
/	2MHz	$\pm 10.0\%$			

表15.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求		检验结果	
8	分辨率带宽	准确度 (3.0dB)	/	分辨率带宽 设置为非快 速 FFT 模式	1MHz	±5.0%	
			/		800kHz	±5.0%	
			/		500kHz	±5.0%	
			/		300kHz	±5.0%	
			/		200kHz	±5.0%	
			/		100kHz	±5.0%	
			/		80kHz	±5.0%	
			/		50kHz	±5.0%	
			/		30kHz	±5.0%	
			/		20kHz	±5.0%	
			/		10kHz	±5.0%	
			/		8kHz	±5.0%	
			/		5kHz	±5.0%	
			/		3kHz	±5.0%	
			/		2kHz	±5.0%	
			/		1kHz	±5.0%	
			/		800Hz	±5.0%	
			/		500Hz	±5.0%	
			/		300Hz	±5.0%	
			/		200Hz	±5.0%	
			/		100Hz	±5.0%	
			/		80Hz	±5.0%	
			/		50Hz	±5.0%	
			/		30Hz	±5.0%	
/	20Hz	±5.0%					
/	10Hz	±5.0%					
/	8Hz	±5.0%					
/	5Hz	±5.0%					
/	3Hz	±5.0%					
/	2Hz	±5.0%					
/	1Hz	±5.0%					
9	分辨率带宽转换不 确定度	dB	以 100kHz RBW 为参 考, 分辨率 带宽设置为 非快速 FFT 模式	20MHz	±0.50		
				10MHz	±0.50		
				8MHz	±0.50		
				5MHz	±0.50		
				3MHz	±0.50		
				2MHz	±0.50		
				1MHz	±0.50		

## 15.5 性能特性测试

表15.5 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	
9	分辨率带宽转换不确定度	dB	以 100kHz RBW 为参 考, 分辨率 带宽设置为 非快速 FFT 模式	800kHz	±0.50	
		dB		500kHz	±0.50	
		dB		300kHz	±0.50	
		dB		200kHz	±0.50	
		/		100kHz	参考	
		dB		80kHz	±0.50	
		dB		50kHz	±0.50	
		dB		30kHz	±0.50	
		dB		20kHz	±0.50	
		dB		10kHz	±0.50	
		dB		8kHz	±0.50	
		dB		5kHz	±0.50	
		dB		3kHz	±0.50	
		dB		2kHz	±0.50	
		dB		1kHz	±0.50	
		dB		800Hz	±0.50	
		dB		500Hz	±0.50	
		dB		300Hz	±0.50	
		dB		200Hz	±0.50	
		dB		100Hz	±0.50	
		dB		80Hz	±0.50	
		dB		50Hz	±0.50	
		dB		30Hz	±0.50	
		dB		20Hz	±0.50	
		dB		10Hz	±0.50	
		dB		8Hz	±0.50	
dB	5Hz	±0.50				
dB	3Hz	±0.50				
dB	2Hz	±0.50				
dB	1Hz	±0.50				
10	边带噪声	dBc/	载波 1GHz	+10kHz	≤-108.0	
		dBc/		-10kHz	≤-108.0	
		dBc/		+100kHz	≤-110.0	
		dBc/		-100kHz	≤-110.0	
		dBc/		+1MHz	≤-118.0	
		dBc/		-1MHz	≤-118.0	
		dBc/		+10MHz	≤-129.0	
		dBc/		-10MHz	≤-129.0	

表15.5 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果		
11	显示平均噪声电平	dBm	输入端接 50 Ω 负载, 0dB 输入衰减, 均值检波, 视频类型对数, RBW 归一化到 1Hz, 15°C ~35°C	前置放大器打开	9kHz~100kHz	≤-120.0	
		dBm			100kHz~2MHz	≤-140.0	
		dBm			2MHz~2.4GHz	≤-161.0	
		dBm			2.4GHz~6GHz	≤-160.0	
		dBm			6GHz~9GHz	≤-159.0	
		dBm			9GHz~14GHz	≤-158.0	
		dBm			14GHz~20GHz	≤-156.0	
		dBm		前置放大器关闭	9kHz~100kHz	≤-110.0	
		dBm			100kHz~2MHz	≤-130.0	
		dBm			2MHz~2.4GHz	≤-142.0	
		dBm			2.4GHz~6GHz	≤-141.0	
		dBm			6GHz~9GHz	≤-140.0	
		dBm			9GHz~14GHz	≤-138.0	
		dBm			14GHz~20GHz	≤-138.0	
12	镜像、多重与带外响应	dBc	-10dBm 混频器电平	1GHz	镜频 7681.25MHz	<-65.0	
		dBc			镜频 1281.25MHz	<-65.0	
		dBc		3GHz	镜频 6481.25MHz	<-65.0	
		dBc			镜频 3281.25MHz	<-65.0	
		dBc		4.5GHz	镜频 11181.25MHz	<-65.0	
		dBc			镜频 4781.25MHz	<-65.0	
		dBc		8GHz	镜频 15081.25MHz	<-60.0	
		dBc			镜频 8281.25MHz	<-60.0	
		dBc		18GHz	镜频 11318.75MHz	<-65.0	
		dBc			镜频 18281.25MHz	<-65.0	
13	剩余响应	dBm	射频输入匹配, 0dB 衰减	前置放大器打开	10MHz~3GHz	≤-110.0	
		dBm			3GHz~9GHz	≤-105.0	
		dBm			9GHz~12GHz	≤-103.0	
		dBm			12GHz~20GHz	≤-100.0	
		dBm		前置放大器关闭	10MHz~20GHz	≤-90.0	

表15.5 (续)

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	
14	参考电平	范围	/	对数刻度-150dBm~+30dBm, 最小 1dB 步进		
		转换 误差	/	0dBm	参考	
			dB	-10dBm	±0.50	
			dB	-20dBm	±0.50	
			dB	-30dBm	±0.50	
			dB	-40dBm	±0.50	
			dB	-50dBm	±0.50	
dB	-60dBm	±0.50				
15	总电平不确定度	dB	衰减 10dB, 0dBm~-50dBm 输入, 前置放大 器关闭, 分辨率 带宽 1kHz, 其他 参数自动	10MHz	±1.30	
		dB		500MHz	±1.30	
		dB		1.0GHz	±1.30	
		dB		1.5GHz	±1.30	
		dB		2.0GHz	±1.30	
		dB		2.5GHz	±1.30	
		dB		3.0GHz	±1.30	
		dB		3.5GHz	±1.30	
		dB		4.0GHz	±1.30	
		dB		4.5GHz	±1.30	
		dB		5.0GHz	±1.30	
		dB		5.5GHz	±1.30	
		dB		6.0GHz	±1.30	
		dB		6.5GHz	±1.30	
		dB		7.0GHz	±1.30	
		dB		7.5GHz	±1.30	
		dB		8.0GHz	±1.30	
		dB		8.5GHz	±1.30	
		dB		9.0GHz	±1.30	
		dB		9.5GHz	±1.30	
		dB		10.0GHz	±1.30	
		dB		10.5GHz	±1.30	
		dB		11.0GHz	±1.30	
		dB		11.5GHz	±1.30	
dB	12.0GHz	±1.30				
dB	12.5GHz	±1.30				
dB	13.0GHz	±1.30				
dB	13.5GHz	±1.30				
dB	14.0GHz	±1.30				

表15.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求		检验结果	
15	总电平不确定度		dB	衰减 10dB, 0dBm~-50dBm 输入, 前置放大器 关闭, 分辨率 带宽 1kHz, 其他 参数自动	14.5GHz	±1.30	
			dB		15.0GHz	±1.30	
			dB		15.5GHz	±1.30	
			dB		16.0GHz	±1.30	
			dB		16.5GHz	±1.30	
			dB		17.0GHz	±1.30	
			dB		17.5GHz	±1.30	
			dB		18.0GHz	±1.30	
			dB		18.5GHz	±1.30	
			dB		19.0GHz	±1.30	
			dB		19.5GHz	±1.30	
			dB		20.0GHz	±1.30	
16	输入 衰减 器	衰减范围	/	0~30dB, 2dB 步进			
		切换不确定度	/	衰减 0dB	参考		
			dB	衰减 2dB	±0.70		
			dB	衰减 4dB	±0.70		
			dB	衰减 8dB	±0.70		
			dB	衰减 10dB	±0.70		
			dB	衰减 20dB	±0.70		
			dB	衰减 30dB	±0.70		
17	接口	射频接口	/	频谱分析仪的射频输入端口为: N 型阴转接器			
		通信接口	/	USB 接口	前面板	USB3.0 TypeA 型接口 1 个	
						USB2.0 TypeA 型接口 1 个	
					后面板	USB2.0 TypeA 型接口 2 个	
						USB3.0 TypeB 型接口 1 个(预留)	
						USB2.0 TypeC 型接口 1 个	
		/	LAN 接口: 标准 RJ-45 型				
		/	HDMI 接口				
		频率参考接口	/	10MHz 参考输入/输出: BNC (阴)			
		其他接口	/	GPS 天线接口: SMA (阴), 选件			
			/	外触发输入接口: BNC (阴)			
/	中频输出接口: BNC (阴), 选件						
/	Wi-Fi 天线接口: SMA (阴), 选件						

## 15.5 性能特性测试

表15.5 (续)

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果
18	安全 性	绝缘电阻	MΩ	设备的电源输入端与机壳之间（电源开关置于接通位置）、有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻在试验用标准大气压下应不小于 100MΩ。	
		介电强度	/	设备的电源输入端与机壳之间施加 1500V 交流电压，施加在测试点上的试验电压应保持 5s，试验时应无击穿、飞弧和闪烁等现象；	
		泄漏电流	mA	设备工作期间，仪器外壳与地之间的泄露电流应不大于 3.5mA。	
<b>综合判定</b>					
备注：“√”表示符合要求；“X”表示不符合要求；“/”表示无此测试项。					

## 15.5.3 性能特性测试推荐仪器

表15.6 性能特性测试推荐仪器

序号	仪器名称	主要技术指标	推荐型号
1	合成信号发生器	频率范围 250kHz ~ 20GHz, 功率输出-100dBm ~ +10dBm 具有内、外 AM 方式及低频输出功能	1464 或 E8257D
2	合成信号发生器	频率范围 250kHz ~ 20GHz, 功率输出-100dBm ~ +10dBm	1464
3	频谱分析仪	频率范围: 3Hz ~ 20GHz	4051
4	函数发生器	波形: 正弦、三角、方波等, 频率范围: 1μHz ~ 80MHz, 幅度范围: 1mV ~ 10V	Agilent 33250A
5	功率计	频率范围: 10MHz ~ 20GHz, 功率范围: -70dBm ~ +20dBm	ML2437A
6	功率探头	频率范围: 10MHz ~ 20GHz, 功率范围: -70dBm ~ +20dBm	MA2445D
7	矢量网络分析仪	频率范围: 10MHz ~ 20GHz	N5245A
8	微波功率放大器	频率范围: 2GHz ~ 10GHz, 增益: ≥20dB, 输出 1dB 压缩点: ≥+40dBm	GT-1000A
9	射频功分器	频率范围: DC ~ 20GHz	11667C
10	射频定向耦合器	频率范围 300kHz ~ 4GHz, 方向性 20dB, VSWR<1.45	
11	定向耦合器	频率范围 2GHz ~ 20GHz, 方向性 15dB, VSWR<1.45	
12	低通滤波器	截止频率 1.0GHz, 插入损耗<0.9dB, 带外抑制>40dB	
13	低通滤波器	截止频率 2.25GHz, 插入损耗<2dB, 带外抑制>40dB	
14	低通滤波器	截止频率 3GHz, 插入损耗<2dB, 带外抑制>40dB	
15	低通滤波器	截止频率 6.8GHz, 插入损耗<2dB, 带外抑制>40dB	
16	低通滤波器	截止频率 9GHz, 插入损耗<2dB, 带外抑制>40dB	
17	50Ω 匹配器	阻抗: 50Ω, 接口类型: N 型阳	
18	同轴衰减器	阻抗: 50Ω, 承受功率≥2W, 衰减量 30dB 频率范围 DC ~ 18GHz	
19	转接器	射频同轴转接器, 类型包括: 3.5mm(m)-3.5mm(m)、 3.5mm(f)-3.5mm(f)、BNC(f)-SMA(m)、3.5mm(m)-N(m)、 3.5mm(m)-N(m)、BNC(m)-BNC(f)-BNC(m)等	
20	射频电缆	3.5mm 电缆 (m-m), 需两根	
21	计算机	Win XP 或 Win7 平台	
22	泄漏电流耐压测试仪	漏电流 0.5mA ~ 20mA, 电压 242V、3kV、5kV	CJ2673
23	变频电源	频率 47Hz ~ 400Hz, 电压 0 ~ 3000V	AFC-1kW
24	高低温交变湿热箱	温度-70℃ ~ +150℃, 湿度 25 ~ 98%RH	ESL-10P
25	碰撞试验台	最大负载 100kg, 加速度 (50 ~ 400) m/s <sup>2</sup>	P-100
26	电动振动台	最大负载 500kg, 最大位移 51mm (p-p) 额定推力 31.36kN, 频率范围 5 ~ 2500Hz	DC-3200-36
27	数显兆欧表	绝缘电阻 0.01MΩ ~ 1GΩ, 测试电压 50V ~ 1000V	FLUKE 1508